

**DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ - DECLARATION OF CONFORMITY
DÉCLARATION DE CONFORMITÉ – DECLARACIÓN DE CONFORMIDAD
KONFORMITÄTSERKLÄRUNG**

SECONDO L'ALLEGATO II ECETTO PUNTO 4 DELLA DIRETTIVA 93/42/CEE MODIFICATA DALLA 2007/47/CE
ACCORDING TO ATTACHED II EXEPT POINT 4 OF THE DIRECTIVE 93/42/EEC AMENDED BY 2007/47/CE
SELON L'ANNEXE II A L'EXEPTION DU POINT 4 DE LA DIRECTIVE 93/42/CEE MODIFIÉE PAR LA 2007/47/CE
SEGÚN EL ANEXO II EXEPTO PUNTO 4 DE LA DIRECTIVA 93/42/CEE MODIFICADO POR LA 2007/47/CE
LAUT ANHANG II AUSGENOMMEN PUNKT 4 DER RICHTLINIE 93/42/EWG UND ÄNDERUNGSRICHTLINIE
2007/47/EWG



Codice articolo Product code Code de l'article Código del artículo Artikelnummer	<h1>EL12002</h1>
Denominazione prodotto - Product name - Dénomination du produit – Denominación del producto - Produktname	TCARE
Destinazione d'uso - Intended use - Destination d'emploi - Destino de empleo - Verwendungszweck	<i>Apparecchi elettronici per diatermia-Rigeneratore cellulare</i> <i>Diathermy electronic devices-Cellular Regenerator</i> <i>Équipement électronique pour la diathermie - Régénérateur</i> <i>cellulaire</i> <i>Equipo electrónico para diatermia - Regenerador celular</i>
Classificazione 93/42/CEE – 93/42/CEE Class Classification 93/42/CEE – Clasificación 93/42/CEE – Klassifizierung 93/42/CEE	IIB
Classe di isolamento - Insulating class - classe d'isolation - clase de aislamiento - Klasse Isolierung (CEI 62.5)	1
Tipo - Type – Catégorie – Tipo - Typ (CEI 62.5)	Parte applicata tipo B / Applied part type B
Fabbricante – Manufacturer - Producteur – Productor - Hersteller	CHINESPORT Spa – Via Croazia 2 33100 Udine - Italy
I dispositivi sopra elencati sono conformi ai requisiti essenziali della Direttiva sui Dispositivi Medici 93/42/CEE e successive modifiche The devices listed above comply with the essential requirements of MDD 93/42/EEC and subsequent amendments. Les dispositifs du dessous sont conformes aux qualités essentielles de la Directive sur les dispositifs médicaux 93/42/CEE et suivantes modifications. Los dispositivos sobre listados son conformes a los requisitos esenciales de la Directiva sobre los dispositivos médicos 93/42/CEE y sus posteriores modificaciones. Die oben aufgeführten Geräte sind in Übereinstimmung mit den grundlegenden Anforderungen der Richtlinie für Medizinprodukte 93/42/EWG und nachfolgende Änderungen	

Udine (Italy), 2014.10.16

CHINESPORT S.P.A.
 Angelo Snidero
 (rapp.Legale)