

DECIZIE
 de atribuire a contractului de achiziții publice
 de încheiere a acordului-cadru
 de anulare a procedurii de atribuire

DECIZIE DE REEVALUARE

În baza: deciziei ANSC; raportului de monitorizare; **decizie autoritatii contractante**

Nr. 2 din 26.03.2025

1. Date cu privire la autoritatea contractantă:

Denumirea autoritatii contractante	IMSP Institutul de Medicină Urgentă
Localitate	mun.Chișinău
IDNO	1003600152606
Adresa	str.Toma Ciorbă, 1
Număr de telefon / fax	(022) 250-809
E-mail	achizitii@urgenta.md
Adresa de internet	www.urgenta.md
Persoana de contact	Serviciul achiziții publice

2. Date cu privire la procedura de atribuire:

Tipul procedurii de atribuire aplicate	Licitat�e deschis�
*Temei legal p/u desf�surarea NFP <small>(Legea privind achizi�ile publice nr.131/15)</small>	
Expunerea motivului/temeiului privind alegerea procedurii de atribuire <small>(în cazul aplic�rii altor proceduri dec�t licita�ia deschis�)</small>	art.75 alin.(1) Legea nr.131/15 privind achizi�ile publice
Procedura de achizi�ie repetat� <small>(dup� caz, se va indica nr. procedur�i/ procedurilor desf�urate anterior pentru aceia�i achizi�ie, dar anulat�/ anulate)</small>	
Tipul obiectului contractului de achizi�ie	Bunuri
Obiectul de achizi�ie	Reactive – 2025
Cod CPV	33696000-5
Procedura de atribuire <small>(www.mtender.gov.md / www.achizitii.md)</small>	Nr: <u>ocds-b3wdp1-MD-1736167330991 / 21338294</u> din 12.02.25 Link-ul: https://mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdp1-MD-1736167330991?tab=contract-notice Data publicării: 6 ian 2025, 14:48
Platforma de achizi�ii publice utilizat�	<input type="checkbox"/> <u>www.achizitii.md</u> <input type="checkbox"/> e-licitatie.md <input type="checkbox"/> yptender.md
Procedura a fost inclus� în planul de achizi�ii publice a autoritatii contractante	<input type="checkbox"/> Da <input type="checkbox"/> Nu Link-ul: https://www.urgenta.md/planuri-de-achizitii.html
Anun� de inten�ie publicat �n BAP (dup� caz)	Link-ul: https://tender.gov.md/ro/system/files/bap/2014/bap_nr_80_0.pdf
Tehnici �i instrumente specifice de atribuire	Acord-cadru / Sistem dinamic de atribuire / Licitat�e electronic� / Catalog electronic
Sursa de finan�are	Surse proprii
Valoarea estimat� (lei, f�r� TVA)	10 394 584,00 MDL

3. Clarificări privind documenta ia de atribuire: (Se va completa  n cazul  n care au fost solicitate clarificări)

18. Analiza generală de URINI (oferta alternativa)

Data: 14 ian 2025, 10:27

Subiectul întrebării: 18. Analiza generală de URINI (oferta alternativa)

Întrebare: Buna ziua! La lotul 18, Analiza generală de URINI (oferta alternativa) ati descris  n amanunt specificatiile tehnice ale modelului U 3600 (Urinalysis Hybrid System, producator Zybio, China) Daca doriti concurenta  n licita ia la acest lot, dar nu mimare de procedura deschisa de achizi ie, va rugam sa eliminati/corectati parametrii care indica fara de echivoc la modelul U 3600 si anume: - analizor hybrid, hybrid este numai Zybio U 3600 - analiza realizat  dintr-o singur  extractie din eprubet . La toti producatorii, in afara de Zybio, se efectuaza 2 masurari, una chimie, inca una sediment. - (9) conductivitatea - acest parametru nu prezinta valoare diagnostic  sau este foarte mic   n testarea urinei. Astfel conductivitatea apare doar la Zybio, U 3600, pentru a bloca oferta altor producatori. - (10) reac ia la esteraze granulocitare (neutrofilice) - numai Zybio foloseste masurarea esterazei pentru calcularea leucocitelor in urina. Restul producatorilor masoara leucocitele - (13) Tehnologia microscopie planara de flux a sedimentului; tehnologia camerei de mare vitez  - inseama flowcitemetrie, deci se face referinta la modelul Zybio U 3600, s-a copiat de pe pagina producatorului - High-speed Photography Technology. - cerinta -lungimea analizatorului s  nu dep seasc  90-100cm, favorizeaza doar un singur producator care este incadrabil  n aceste dimensiuni. Va rugam sa fie exclusa aceasta cerinta, deoarece dimensiunile utilajului nu vorbesc despre performan a tehnica a utilajului medical.

R spuns (17 ian 2025, 13:29): Nic ieri  n denumirea Lotului sau descrierea cerin elor nu s-a menzionat produc torul sau modelul specific c ruiva analizator. - analizor hybrid, hybrid este numai Zybio U 3600: Cerin a de analizator hybrid nu este obligatorie, ci cu scop de a implementa tehnologii minimalistice de ultima genera ie. Tendin a de implementare a

tehnologilor noi – este dreptul expertului beneficiarului în domeniul investigațiilor de laborator; - analiza realizată dintr-o singură extracție din eprubetă: Cerința este destinată p/u a micșora timpul sumar de investigații clinice generale efectuate de unicul laborant; - conductivitatea - acest parametru nu prezintă valoare diagnostică sau este foarte mică în testarea urinei: Tendința de implementare a tehnologilor noi – este dreptul expertului beneficiarului în domeniul investigațiilor de laborator; - Astfel conductivitatea apare doar la Zybio, U 3600, p/u a bloca oferta altor producători... - Dacă oferta Dvs nu corespunde tendințelor instituțiilor medicale de a implementa noi tehnologii în domeniul diagnosticului de laborator, înseamnă că sistemul analitic al Dvs este învățat din punct de vedere al opțiunilor tehnice noi suplimentare p/u a mări precizia și a micșora interferențele intrinseci; - reacția la esteraze granulocitare (neutrofile) - numai Zybio folosește masurarea esterazei p/u calcularea leucocitelor în urină. Restul producătorilor masoara leucocitele: Tendința de implementare a tehnologilor noi – este dreptul expertului beneficiarului în domeniul investigațiilor de laborator. Dacă oferta tehnică a Dvs nu permite diferențierea granulocitelor de limfocite (în urină) prin metoda determinării esterazelor specifice granulocitare, în acest caz nu impunează tehnologiile vechi care nu oferă informație p/u diagnosticul diferențial de înaltă precizie. Diferențierea granulocitelor de limfocite în urină este un indice foarte p/u diagnosticul diferențial al infecțiilor renovezicale de inflamații renovezicale noninfecțioase. Rugăm respectuos să corespundem cerințelor scopului implementării noilor tehnologii; - tehnologia microscopie planară de flux a sedimentului; tehnologia camerei de mare viteză - înseamnă flowcitometrie: Tendința de implementare a tehnologilor noi – este dreptul expertului beneficiarului în domeniul investigațiilor de laborator. Totodată beneficiarul acceptă și alte tehnologii de microscopie pe bordul analizatorului cu scanare și recunoașterea elementelor morfolo- gice esențiale a urinăi; - lungimea analizatorului să nu depășească 90-100cm: Lipsa spațiului fizic suficient impune laboratorului beneficiarului să se adapteze condițiilor. Totodată menționăm că implementarea tehnologilor moderne presupune inclusiv sisteme analitice minimaliste. ! Totodată, menționăm că: Cerințele au fost înaintate conform prevederilor legislației în vigoare, cu respectarea principiilor de reglementare a relațiilor privind achizițiile publice și anume: utilizarea eficientă a banilor publici și minimizarea riscurilor autorității contractante, transparența achizițiilor publice, asigurarea concurenței, tratamentului egal, imparțialității și nediscriminării tuturor ofertanților!!!

Data: 16 ian 2025, 09:26

Subiectul întrebării: Lotul 18

Întrebare: Bună ziua! cantitatea de 20000 analize sunt solicitate pentru un an sau pentru 2 ani?

Răspuns (17 ian 2025, 13:20): 20 000 investigații generale (biochimia+sedimentul) - pentru anul 2025

6.1. Investigări imunologice prin chemiluminiscentă_CLIA_(oferte alternative p/u Lot.6)

Data: 17 ian 2025, 14:35

Subiectul întrebării: 6.1. Investigări imunologice prin chemiluminiscentă_CLIA_(oferte alternative p/u Lot.6)

Întrebare: Buna ziua, venim cu cîteva clarificări pentru parametru 6.1.11. sCD14-ST (Presepsin) Pentru Presepsin sunt putine date privind monitorizarea sau impactul asupra luării decizilor terapeutice/pacient management - pentru Presepsin - putine studii privind administrația antibioticelor, durata șederii sau analiza costurilor/ pentru Presepsin - putine date privind alte indicații clinice decât sepsis /Putește date disponibile cu rezultate parțial controversate, arată studii recente performanță de diagnostic comparabilă sau mai mică pentru Presepsin vs PCT pentru diagnosticul de sepsis, în funcție de pacienții investigați • Astfel, datele indică faptul că utilitatea clinică la pacienții onco-hematologici poate fi redusă, ceea ce ar putea fi explicat prin faptul că Presepsin este un marker derivat din monocite • De asemenea, la pacienții cu insuficiență renală, performanța clinică este afectată, ceea ce în continuare limitează utilitatea clinică a Presepsinului comparativ cu PCT. • Presepsin pare să aibă o valoare prognostică bună pentru riscul de mortalitate (dar mai mică decât MR-proADM) la pacienții septic, deși sunt puține date disponibile. Din cele menționate venim cu rugamintea ca în oferă alternativa sa se acorde parametrul PCT pentru poziția data.

Răspuns (20 ian 2025, 09:03): 1.Răspuns la întrebarea din data 17 ian 2025, 14:35: 1) Aspect clinic. Importanța diagnostică. În conformitate cu obligația și dreptul Institutului de Medicină Urgentă de a implementa și studia noi metode de diagnostic a stăriilor crinice pacienților din TI și Reanimare - Presepsina (sCD14-ST) este un nou marker (spre deosebire de deja cunoscuta PCT) inițiat pentru implementare ca metodă nouă, cu sensibilitate înaltă, specificitatea și mecanismul patofiziologic de sinteză și creștere deosebit de cea a PCT. Presepsina (marker activă și gradului de fagocitoză a bacteriilor VII) este menit să furnizeze informație diagnostică suplimentară, alternativă în vederea activării și gradului de fagocitoză în vivo inițiat contra bacteriilor VII (spre deosebire de mecanismele de creștere a PCT stimulată de endotoxine bacteriene și citokine): (a) Endo S, Takahashi G , Shozushima T et al. Usefulness of Presepsin (Soluble CD14 Subtype) as a Diagnostic Marker for Sepsis. JJAAM. 2012;23:27-38. Shirakawa K, Naitou K, Hirose J et al. The new sepsis marker, sCD14-ST, induction mechanism in the rabbit sepsis models. Critical Care 2010,14(Suppl 2):P19. (b) Shirakawa K, Naitou K, Hirose J et al. The new sepsis marker, sCD14-ST, induction mechanism in the rabbit sepsis models. Critical Care 2010,14(Suppl 2):P19. 2) Aspect diagnostic. Metoda CLIA. Conform PUAOAM (Programul Unic de Asigurare Obligatorie a Asistenței Medicale) nou ajustat și aprobat prin Ordin al MS nr. 1089/288-A din 23.12.2024, Anexa 4, metoda CLIA automatizată se află pe locul doi în lista metodelor recomandate și acceptate de MS și CNAM. Implementarea și studiul noilor markerelor de importanță majoră în evaluarea de laborator a stăriilor critice pacienților din TI și Reanimare, inițial nu poate fi realizată prin metode de cuantificare relativă cu Coeficient de Eroare mai mare de 5% cum ar fi în cazul metodelor de diagnostic express (teste rapide). 3) Aspect de concurență. Decizia de aplicare a metodei CLIA nu favorizează un careva anumit furnizor de tehnologie CLIA, fiind disponibilă de la mai mulți producători pentru reprezentare și import pe piață RM de către oricare furnizor de tehnologii de diagnostic de laborator în RM.

Data: 21 ian 2025, 14:24

Subiectul întrebării: 6.1. Investigări imunologice prin chemiluminiscentă_CLIA_(oferte alternative p/u Lot.6)

Întrebare: Buna ziua, venim cu noi argumente referitor la itemul sCD14-ST (Presepsin). Ați menționat că va conduceți de ordinul PUAOAM (Programul Unic de Asigurare Obligatorie a Asistenței Medicale) nou ajustat și aprobat prin Ordin al MS nr. 1089/288-A din 23.12.2024, Anexa 4, metoda CLIA automatizată. În acest ordin nu se regăsește asa marker ca sCD14-ST (Presepsin). Se regăsește PCT - marker imunologic al stăriilor septice, metoda de referință BRAHAMS. Da, este trecut acest marker tocmai pentru că are validare clinică prin numeroase studii clinice și pentru că este un marker consacrat, validat prin algoritmi clinici și care oferă încredere în decizia medicală. Presepsinul – asa cum ati menționat- este un marker nou, o metoda nouă care nu are încă nivelul de validare clinică a PCT- de aceea nu este inclus în Ordinul MS din dec 2024. Din cele menționate mai sus venim cu rugamintea ca în oferă alternativa sa se acorde parametrul PCT pentru poziția data.

Răspuns (22 ian 2025, 09:36): 1. Repetăți menționările aspectelor clinice diferite dintre PCT și Presepsin. Noul marker (spre deosebire de deja cunoscuta PCT) este inițiat pentru implementare ca metodă nouă, cu sensibilitate înaltă, specificitatea și mecanismul patofiziologic de sinteză și creștere diferit de cea a PCT: (a) Endo S, Takahashi G , Shozushima T et al. Usefulness of Presepsin (Soluble CD14 Subtype) as a Diagnostic Marker for Sepsis. JJAAM. 2012;23:27-38. Shirakawa K, Naitou K, Hirose J et al. The new sepsis marker, sCD14-ST, induction mechanism in the rabbit sepsis models. Critical Care 2010,14(Suppl 2):P19; (b) Shirakawa K, Naitou K, Hirose J et al. The new sepsis marker, sCD14-ST, induction mechanism in the rabbit sepsis models. Critical Care 2010,14(Suppl 2):P19. 2. Oricare implementare a noilor markerelor de importanță clinică înaltă în diagnosticul stăriilor critice în TI și Reanimare este oferită Institutelor de Stat cu drept de cercetare fiind bază clinică pentru catedre universitare, cadre științifice și laboratoare științifice precum a IMSP Institutului de Medicină Urgentă. 3. Ceea ce ține de "...nivelul de validare clinic...": pentru Kitul diagnostic de Presepsin obligator se solicită abilitarea kitului cu mărcile CE și IVD. După cum se cunoaște marca IVD se alocă kiturilor diagnostice validate prin cercetare la nivel de baze de cercetări a producătorului și oferită pentru diagnostic in-vitro în laboratoare medicale la nivel de rutină. 4. Pentru PCT este oferită posibilitatea de participare deschisă la egal cu oferte alternative pentru lotul 23-19.1 poziția 6.

Data: 22 ian 2025, 11:31

Subiectul întrebării: 6.1. Investigări imunologice prin chemiluminiscentă_CLIA_(oferte alternative p/u Lot.6)

Întrebare: Buna ziua! Licitările pentru spital sunt cele care au teste validate clinic pe pacient- fapt care este în acord cu Ordinul MS anexa 4 citată primul răspuns, activitatea de cercetare fiind susținută de centralele universitare. Ambele surse menționate în răspuns - (a) Endo S, Takahashi G , Shozushima T et al. Usefulness of Presepsin (Soluble CD14 Subtype) as a Diagnostic Marker for Sepsis. JJAAM. 2012;23:27-38. Shirakawa K, Naitou K, Hirose J et al. The new sepsis marker, sCD14-ST, induction mechanism in the rabbit sepsis models. Critical Care 2010,14(Suppl 2):P19. (b) Shirakawa K, Naitou K, Hirose J et al. The new sepsis marker, sCD14-ST, induction mechanism in the rabbit sepsis models. Critical Care 2010,14(Suppl 2):P19. - menționează mecanismul de inducție în modelele de sepsis la ieupre- induction mechanism in the rabbit sepsis models. Având în vedere performanța superioară atât analitică cât și clinică a PCT față de presepsin, solicităm să se accepte: Ca alternativă valabilă la testul de cercetare Presepsin - testul validat clinic prin algoritmi disponibili la nivel mondial pentru PCT sau separat în loturi separate testele clinice pentru pacienți de care se referă la cercetare științifică. Multumim.

Răspuns (22 ian 2025, 15:52): (1) Pentru Kitul diagnostic de Presepsină obligator se solicitabilitarea kitului cu mărcile CE și IVD. (2) În caz de lipsă a mărcilor CE și IVD pe kitul diagnostic de Presepsina, poziția și lotul se vor anula cu repetarea acestora. (3) Pentru PCT este oferită posibilitatea de participare deschisă la egal cu oferte alternative pentru lotul 23-19.1 poziția 6.

Data: 23 ian 2025, 14:11

Subiectul întrebării: LOT 8 6.1. Investigații imunologice prin chemiluminiscentă_CLIA_ (oferte alternative p/u Lot.6)

Întrebare: Buna ziua! Este evident în acasă licitație ca nu doriti ofertă alternativă, deoarece daca examinam LOT 7 6. Mindray CL-900 (CLIA) atunci se repeta exact aceeași parametri cu aceeași cantitate de teste ca în LOT 8 6.1. Investigații imunologice prin chemiluminiscentă_CLIA_ (oferte alternative p/u Lot.6). Este clar evident cine și cu ce produs va participa. Cel puțin trebuie să depuneti un pic de efort și să modificați ceva!

Răspuns (23 ian 2025, 14:14): Cerințele au fost înaintate conform prevederilor legislației în vigoare, cu respectarea principiilor de reglementare a relațiilor privind achizițiile publice și anume: utilizarea eficientă a banilor publici și minimizarea riscurilor autorității contractante, transparenta achizițiilor publice, asigurarea concurenței, tratamentului egal, imparțialității și nediscriminării tuturor ofertanților!!!

Data: 24 ian 2025, 12:42

Subiectul întrebării: clarificare

Întrebare: Valoarea estimată din anunțul de participare nu corespunde cu valoarea estimată a procedurii de pe pagina de depunere. Care din sume este relevantă?

Răspuns (24 ian 2025, 13:12): Valoarea estimată din anunțul de participare!

Data: 24 ian 2025, 12:44

Subiectul întrebării: clarificare

Întrebare: Anexele 22 si 23 nu reflectă nr. per lot și valoarea acestuia. Asta înseamnă că la oferirea ofertei operatorul economic urmează să sinestatator să copie aceasta informație de pe pagina de depunere. Va rugam să operati modificările de rigoare.

Răspuns (24 ian 2025, 13:15): Operatorul economic cointeresat în participarea la procedura de achiziție, este în drept să EXAMINEZE MAI MINUȚIOS Documentația de atribuire (Anexa 22, 23), în care este menționat clar Nr./denumirea lotului, nr./denumirea pozițiilor și cantitatea necesară pentru fiecare lot/pozitie în parte! Totodată, menționăm că: Cerințele au fost înaintate conform prevederilor legislației în vigoare, cu respectarea principiilor de reglementare a relațiilor privind achizițiile publice și anume: utilizarea eficientă a banilor publici și minimizarea riscurilor autorității contractante, transparenta achizițiilor publice, asigurarea concurenței, tratamentului egal, imparțialității și nediscriminării tuturor ofertanților!!!

Data: 24 ian 2025, 13:44

Subiectul întrebării: clarificare

Întrebare: Onorata AC, valoarea estimată nu poate fi alta. Condiție obligatorie ca aceasta să coincida. Nu înțelegem nemultamarea dstr. Aveti obligația să operati modificările de rigoare..

Răspuns (24 ian 2025, 13:57): Cerințele au fost înaintate conform prevederilor legislației în vigoare, cu respectarea principiilor de reglementare a relațiilor privind achizițiile publice și anume: utilizarea eficientă a banilor publici și minimizarea riscurilor autorității contractante, transparenta achizițiilor publice, asigurarea concurenței, tratamentului egal, imparțialității și nediscriminării tuturor ofertanților!!!

Data: 24 ian 2025, 14:08

Subiectul întrebării: clarificare

Întrebare: Ce legătură are principiul utilizării eficiente a banilor publici cu valoarea estimată a procedurii care nu coincide?

Răspuns (24 ian 2025, 15:00): Operatorul economic, cointeresat în participarea la procedura de achiziție, are obligația de a elabora ofertă în conformitate cu prevederile din documentația de atribuire! Valoarea estimată din Anunțul de participare nu corespunde cu valoarea estimată a procedurii de pe pagina de depunere deoarece Platforma de achiziții a calculat și valoarea loturilor p/u ofertelor alternative. Relevantă este valoarea estimată din Anunțul de participare!

4. Modificări operate în documentația de atribuire: (Se va completa în cazul în care au fost operate modificări)

Rezumatul modificărilor	
Publicate în BAP/alte mijloacele de informare (după caz)	
Termen-limită de depunere și deschidere a ofertelor prelungit	

5. Până la termenul-limită (12 febr 2025, 16:24), au fost depuse _11_oferte:

Nr.	Denumirea operatorilor economici	IDNO	Asociații/administratori
1	BECOR	1003600060828	Bezer Iurie
2	DAC-SPECTROMED	1002600042432	Virschi Roman
3	DIAMEDIX IMPEX	1012600019967	Marinescu Traian Alin
4	ECHIPAMED-PLUS	1003600077677	Iurchevici Valeriu
5	GBG-MLD	1003600117582	Ceaicovschi Tudor
6	LIFEMED GROUP	1016600014720	Ionașcu Andrei
7	LOKMERA	1007600011105	Iașibaș Nicolai
8	MEDICLIM AM	1003600131744	Ciupe Mircea
9	MIC-TAN	1002600038282	Michiciuc Gheorghe
10	PROFILABDIAGNOSTIC	1009600045502	Varman Irina
11	SANMEDICO	1003602008154	Goreacii Vitalie

6. Informații privind ofertele depuse și doc. de calificare și aferente DUAE prezentate de către OE:

Nr.	Denumirea operatorilor economici	Documentele ce constituie ofertă (Se va consemna prin: prezentat, neprezentat; nu corespunde)			
		Propunerea tehnică	Propunerea finanțării	DUAЕ	Garanția p/u ofertă
1	BECOR	prezentat	prezentat	prezentat	prezentat
2	DAC-SPECTROMED	prezentat	prezentat	prezentat	prezentat
3	DIAMEDIX IMPEX	prezentat	prezentat	prezentat	prezentat
4	ECHIPAMED-PLUS	prezentat	prezentat	prezentat	prezentat
5	GBG-MLD	prezentat	prezentat	prezentat	prezentat
6	LIFEMED GROUP	prezentat	prezentat	prezentat	prezentat

7	LOKMERA	prezentat	prezentat	neprezentat	prezentat						
8	MEDICLIM AM	prezentat	prezentat	prezentat	prezentat						
9	MIC-TAN	prezentat	prezentat	prezentat	prezentat						
10	PROFILABDIAGNOSTIC	prezentat	prezentat	prezentat	prezentat						
11	SANMEDICO	prezentat	prezentat	prezentat	prezentat						
Nr.		Documente de calificare (Se va consimta prin: prezentat, neprezentat; nu corespunde)									
	Denumirea operatorilor economici	Declara. valabilă, oferta (anexa II)	Garanția și/ oferta (anexa III)	Specif. tehnice (anexa II)	Specif. de pret (anexa III)	Extras registru pers. juridice	Certif. cont bancar	Declarație specialești (nu oferte alternative)	Declarație experiență (nu oferte alternative)	CE	DUAE
1	BECOR	prezentat	prezentat	prezentat	prezentat	prezentat	prezentat	prezentat	prezentat	prezentat	prezentat
2	DAC-SPECTROMED	prezentat	prezentat	prezentat	prezentat	prezentat	prezentat	prezentat	prezentat	prezentat	prezentat
3	DIAMEDIX IMPEX	prezentat	prezentat	prezentat	prezentat	prezentat	prezentat	prezentat	prezentat	prezentat	prezentat
4	ECHIPAMED-PLUS	prezentat	prezentat	prezentat	prezentat	prezentat	prezentat	prezentat	prezentat	prezentat	prezentat
5	GBG-MLD	prezentat	prezentat	prezentat	prezentat	prezentat	prezentat	prezentat	prezentat	prezentat	prezentat
6	LIFEMED GROUP	prezentat	prezentat	prezentat	prezentat	prezentat	prezentat	prezentat	prezentat	prezentat	prezentat
7	LOKMERA	prezentat	prezentat	prezentat	prezentat	prezentat	prezentat	prezentat	prezentat	prezentat	neprezentat
8	MEDICLIM AM	prezentat	prezentat	prezentat	prezentat	prezentat	prezentat	prezentat	prezentat	prezentat	prezentat
9	MIC-TAN	prezentat	prezentat	prezentat	prezentat	prezentat	prezentat	prezentat	prezentat	prezentat	prezentat
10	PROFILABDIAGNOSTIC	prezentat	prezentat	prezentat	prezentat	prezentat	prezentat	prezentat	prezentat	prezentat	prezentat
11	SANMEDICO	prezentat	prezentat	prezentat	prezentat	prezentat	prezentat	prezentat	prezentat	prezentat	prezentat

(Informația privind denumirea documentelor prezentate se va indica în conformitate cu cerințele din documentația de atribuire și se va consimta prin: prezentat, neprezentat, nu corespunde (în cazul când documentul a fost prezentat, dar nu corespunde criteriilor de calificare))

7. Informația privind ofertele examineate:

LD 21338294 din 11.02.25 _Reactive - 2025_						1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Nr. lot	Denumire lot	Valoarea estimativă	U/M	Cant.	Becor	Dac-Spectomed	Diamedix Impex	Echipamed-Plus	GBG-MLD	LifeMed Group	Lokmera	Mediclim AM	Mic-Tan	Profilab Diagnostic	Sanmedico	
1	1.Mindray BS-240 Pro, Mindray BS-200	162 790,00	lot	1				<u>164 237,270</u>								
2	2.Mindray BS-430	504 650,00	lot	1				<u>537 419,000</u>								
3	3.Biochimie	500 000,00	lot	1				<u>434 490,000</u>								
4	4. COBAS c501, Roche Diagnostics (analizator automat chimie clinică)	530 000,00	lot	1	<u>518</u> <u>284,160</u>											
4.1	4.1. BIOCHIMIE (lot p/u oferte alternative echivalente)	530 000,00	lot	1					<u>406</u> <u>521,560</u>							
5	5. HumaLyte Plus 5 (analizator p/u cuantificarea electrolitilor)	69 760,00	lot	1				<u>75 685,000</u>								
6	6. Mindray CL-900 (CLIA)	<u>1 069</u> 000,00	lot	1				<u>881 975,000</u>								
6.1	6.1. Investigații imunologice prin chemiluminiscentă_CLIA_(oferte alternative p/u Lot.6)	<u>1.069</u> 000,00	lot	1												
7	7. Investigații imunologice metoda ELISA (lot deschis p/u oferte alternative)	39 840,00	lot	1					<u>29</u> <u>832,000</u>							
8	8. Sysmex KX-21 N, Sysmex XQ-320	225 400,00	lot	1				<u>230 575,000</u>								
9	9. Analizator hematologic automat SYSMEX XN-1000i, Japan	246 330,00	lot	1				<u>275 460,000</u>								
10	10. Analizator balanței acidobazică automat ABL-825, Radiometer Dania	239 420,00	lot	1				<u>261 205,000</u>								
11	11. Coagulometru optic COATRON X Pro TECO	140 540,00	lot	1										<u>168 200,000</u>		
12	12. Coagulometru semiautomat HUMACLOT QUATTRO, Germania	162 100,00	lot	1				<u>178 552,000</u>								
13	13. Coagulometru automat SYSMEX-560, Japan	136 750,00	lot	1				<u>147 503,000</u>								
14	14. Coagulometru automat C 3100 Mindray, China	293 000,00	lot	1				<u>269 630,000</u>								
14.1	14.1. Investigații coagulologice (oferte alternative p/u Lot.14)	293 000,00	lot	1												
15	15. Coagulometru automat Sysmex CS 1600	355 440,00	lot	1				<u>394 072,000</u>								
16	16. Getein 1600, Getein Biotech Inc.	<u>1 271</u> 500,00	lot	1										<u>1 588 500,000</u>		

17	17. MISSION U500 Urine Analyzier, ACON Laboratories, Inc.	24 300,00	lot	1											<u>30 300,000</u>
18	18. Analiza generală de URINI (oferta alternativa)	300 000,00	lot	1					<u>250</u> <u>510,000</u>						289 000,000
19	19. Analizator AFIAS-6, Boditech Med, Korea	328 400,00	lot	1				<u>297 296,000</u>							
19.1	19.1. Investigații imunologice prin imunofluorescentă, tip point-of-care test rapid cantitativ (oferte alternative p/u Lot 19)	328 400,00	lot	1											
20	20. Glucometrie din sânge capilar	15 000,00	buc	10000										1,920	<u>1,450</u>
21	21. Investigații imunologice prin metode calitative/semit quantitative	6 000,00	lot	1		4 080,000									<u>4 080,000</u>
22.1	22.1. Lupus erimatos	750,00	buc	30				<u>23,000</u>							
22.2	22.2. Test rapid la Helicobacter Pylori. Ab	740,00	buc	100											<u>12,00 PM</u>
22.3	22.3. Test rapid la Occult Blood	375,00	buc	50										9,730	<u>6,950</u>
22.4	22.4. Test rapid la HBsAg	325,00	buc	50										7,450	<u>5,900</u>
22.5	22.5. Test rapid la Anti-HCV	400,00	buc	50										9,770	<u>7,200</u>
22.6	22.6. Test rapid la Malaria	90,00	buc	10				<u>10,000</u>						14,000	
23.1	23.1. Reagent monoclonal - Toliclon anti-A	400,00	ml	100					3,600						<u>3,150</u>
23.2	23.2. Reagent monoclonal - Toliclon anti-B	400,00	ml	100					3,600						<u>3,150</u>
23.3	23.3. Reagent monoclonal - Toliclon anti-D Ig M	5 000,00	ml	1000					5,980						<u>4,750</u>
23.4	23.4. Reagent monoclonal - Toliclon anti-D IgM + Ig G	5 000,00	ml	1000					6,800						<u>4,400</u>
23.5	23.5. Reagent monoclonal anti-Kell IgM	11 500,00	ml	1000					<u>13,000</u>						
23.6	23.6. Ser polispecific antiglobulinic	16 000,00	ml	1000					<u>19,000</u>						
23.7	23.7. Solutie LISS	4 000,00	ml	2000					<u>2,000</u>						
24.1	24.1. Set de diagnostic p/u analiza LCR	4 000,00	buc	4					<u>1 200,000</u>						

24.2	24.2. Set de diagnostic p/u analiza sputei	4 000,00	buc	4					<u>1 200,000</u>				
24.3	24.3. Clorură de sodiu	630,00	kg	10									
25.1	25.1. Acid tricloracetic	6 300,00	kg	3							<u>2 097,500</u>		
25.2	25.2. Nitrit de sodiu NaNo2	270,00	kg	3							<u>108,000</u>		
25.3	25.3. Izopropanol	109,00	lit	1							<u>108,900</u>		
25.4	25.4. Alcool etilic absolut	135,00	lit	1									
25.5	25.5. Gaz heliu	20 000,00	buc	2							<u>9 990,000</u>		
25.6	25.6. Control Ethanol 0,2 g/l în apă sau în sânge	2 500,00	buc	10					<u>265 DUAE</u>		574 PM		
25.7	25.7. Control Ethanol 0,5 g/l în apă sau în sânge	2 500,00	buc	10					<u>265 DUAE</u>		574 PM		
25.8	25.8. Control Ethanol 1,0 g/l în apă sau în sânge	2 500,00	buc	10					<u>258 DUAE</u>		574 PM		
25.9	25.9. Control Ethanol 2,0 g/l în apă sau în sânge	2 500,00	buc	10					<u>265 DUAE</u>		574 PM		
25.10	25.10. Control Ethanol 3,0 g/l în apă sau în sânge	2 500,00	buc	10					<u>256 DUAE</u>		574 PM		
26.1	26.1. Eprubetă vacuum (K3EDTA), volum de sânge 2.0-2.5ml	17 500,00	buc	25000				1,150	<u>0,828</u>				
26.2	26.2. Eprubetă cu citrat de natriu 3.8% (2.5ml)	10 000,00	buc	20000				<u>0,620</u>	0,828				
26.3	26.3. Container nesteril cu lopatica, volum 30ml	9 000,00	buc	10000				<u>1,120</u>	1,168				
26.4	26.4. Spiritiera	200,00	buc	2									
26.5	26.5. Hârtie termică 57mm x 30m	3 500,00	buc	500				<u>6,450</u>	10,000				
27	27. Analizator de gaze Rapid Point 500	59 784,00	lot	1				<u>68</u> <u>850,000</u>					
28	28. Analizator automat chimie clinică Pentra C400	95 250,00	lot	1				<u>123</u> <u>220,000</u>					
29	29. Biochimie (oferte alternative)	400 000,00	lot	1				<u>420</u> <u>595,000</u>					

30	30. Osmoseur O Mini, DiaSys	22 800,00	lot	1			<u>26</u> <u>280,000</u>							
31	31. Hematologie 5 DIFF (oferte alternative)	350 000,00	lot	1				<u>313 705,000</u>	390 641,000					
32	32. Coagulometru semiautomat Yumizen G200, Horiba (oferte alternative)	193 580,00	lot	1			<u>172</u> <u>984,000</u>		186 475,000					<u>147 780,000</u>
33	33. Coagulometru automat Coatron A4, Teco	354 232,00	lot	1										<u>415 201,000</u>
34	34. Saci p/u deșeuri biologice	10 000,00	buc	1000				7,500				<u>6,050</u>		
35	35. Casete p/u microscopia urinei	3 000,00	buc	300				<u>7,800</u>						
36	36. D-dimeri	61 700,00	lot	1				<u>46</u> <u>020,000</u>				47 620,000	<u>45 500,000</u>	
37	37. Markeri cardiaci cTri/CK-MB/Myo	232 800,00	lot	1				<u>161</u> <u>380,000</u>				235 740,000	223 600,000	
38	38. Beta-HCG	7 475,00	lot	1				<u>5 060,000</u>				6 094,000	5 260,000	
39	39. Analizator semiautomat AFIAS-6 (ref: FPRR020) (oferte alternative)	29 352,00	lot	1			<u>30 925,000</u>	<u>18</u> <u>280,000</u>						
40	40. Glucometrie din sânge capilar	8 000,00	buc	4000										<u>1,450</u>
41	41. Set diagnostic p/u LCR	3 000,00	set	2				<u>1 200,000</u>						
42	42. Program Internațional de Control de Calitate Extern Internațional European (oferte alternative)	13 551,00	lot	1			<u>13</u> <u>551,000</u>							
43	43.1. Urinalysis Reagent Strips 8N, 100 buc/set	37 200,00	set	120										<u>300,000</u>
44	44.1. Test express la droguri sau metabolitii lor în urină	35 000,00	set	100										<u>197,000</u>
45	45.1. Test express la droguri sau metabolitii lor în sânge	35 000,00	set	100										<u>189,000</u>
46	46.1. Test rapid calitativ la Malarie	500,00	set	10			<u>37,500</u>							<u>17,000</u>
47	47. Triplu test rapid p/u Marker Cardiaci	12 500,00	buc	250										<u>43,000</u>
48	48. Analizator hematologic automat Yumizen H500, HORIBA (oferte alternative)	103 237,00	lot	1			<u>81</u> <u>661,000</u>		93 250,000					47,000
49	49. Recipiente de colectare a urinilor cu extragere în tuburi vacumate	24 000,00	set	3000				<u>5,800</u>						

50	50. VITEK 2	1 025 836,00	lot	1							<u>1 036</u> <u>110.000</u>	
51	51. Tulpini de referință	4 400,00	lot	1							<u>4 447,000</u>	
52	52.BacT/ALERT	452 000,00	lot	1							<u>451 800,000</u>	
53	53. Anaerobe	12 192,00	lot	1	14 310,000			15 240,000			<u>11 800,000</u>	
54	54. Dispozitiv p/u inocularea plăcilor cu agar	35 000,00	buc	1							<u>43 000,000</u>	
55	55. Rondele cu antibiotice în cartușe	3 401,00	lot	1							3 865,000	<u>3 182,500</u>
56	56. Staphytect plus 10...	7 000,00	buc	500	11,950							<u>7,900</u>
57	57. Testarea sensibilității la colistină	2 600,00	buc	1				1 200,000				<u>815,000</u>
58	58. Sistem integral p/u levuri (candida)	4 500,00	buc	50								115,000
59	59. Vârfuri conice p/u dozator, volum 3-5ml	500,00	buc	500			1,000	<u>0,900</u>				
60	60. Test-indicator de control p/u sterilizare	1 750,00	lot	1				<u>1 390,000</u>				
61	61. Hârtie termică BIOBASE 55mm	100,00	buc	10								

Valoarea estimativă a achiziției, fără

TVA: 10 394 584,00

NOTĂ:
CE - certificat CE lipsă
DUAE - lipsă
GO - garanția p/u ofertă lipsă
ISO - certificat ISO lipsă
LD - lipsă doc. solicitate
LM - lipsă mostră
MN - mostră necorespunzătoare
ON - ofertă neconformă
PM - preț majorat

8. Pentru elucidarea unor neclarități sau confirmarea unor date privind coresponderea ofertei cu cerințele stabilite în documentația de atribuire (incl. justificarea prețului anormal de scăzut) s-a solicitat:

Data transmiterii	Operator economic	Informația solicitată
Nr. 01-8/_A_ din 19.02.2025	ECHIPAMED-PLUS	Lot 31. Hematologie 5 DIFF (oferte alternative) - de prezentat algoritmul calculelor efectuate pentru estimarea volumelor de reagenți pentru a GARANTA efectuarea celor 40 000 de investigații generale reieșind din lucru NON-STOP al echipamentului: (a) Raportul Volumelor de reagenți pentru una investigație generală; (b) Raportul Volumelor de reagenți pentru spălările zilnice de rutină automat programate pentru efectuare obligatorie la un număr oarecare recomandat de producător; (c) volumul de reagenți consumat în regim Stanbay, la stingere, la întinerirea lucrului, la restartare, la spălări periodice sau alte consumuri de reagenți NON-ANALITICE. Dacă volumul nu a fost calculat corect, rugăm respectuos să examinați încă odată cerințele tehnice către lotul 31 și reanalizați riscurile. Conform cerințelor, agentul economic trebuie să țină cont de intenția IMSP de a contracta volumului de reagenți în exces pentru a preveni riscul insuficienței reagenților pînă la 40 000 investigații generale (pacienți + controale + repetări).
	SANMEDICO	Lot 32. Coagulometru semiautomat Yumizen G200, Horiba (oferte alternative) - de prezentat mostre de reagenți. De executat serii comparative de investigații a căte 10 teste din 10 mostre diferite de plasme de pacienți pentru compararea raporturilor de reagenți+probe.

9. Ofertanții respinși/descalificați:

Operator economic	Motivul respingerii / descalificării
LOKMERA	În temeiul art.71 alin.(1) lit.d) - Argumentare: Ofertă neconformă – DUAE lipsă.
MIC-TAN	25.6. Control Ethanol 0,2 g/l în apă sau în sânge
	25.7. Control Ethanol 0,5 g/l în apă sau în sânge
	25.8. Control Ethanol 1,0 g/l în apă sau în sânge
	25.9. Control Ethanol 2,0 g/l în apă sau în sânge
	25.10. Control Ethanol 3,0 g/l în apă sau în sânge
PROFILABDIAGNOSTIC	22.2. Test rapid la Helicobacter Pylori. Ab

10. Modalitate de evaluare a ofertelor:

Pentru fiecare lot <input type="checkbox"/>	Pentru toate loturile <input type="checkbox"/>
Pentru mai multe loturi cumulate <input type="checkbox"/>	Alte limitări privind numărul de loturi care pot fi atribuite aceluiași oferent: [Indicații] <input type="checkbox"/>
Justificarea deciziei de a nu atribui contractul pe loturi:	

11. Criteriul de atribuire aplicat:

Pretul cel mai scăzut <input type="checkbox"/>	Cel mai bun raport calitate-preț <input type="checkbox"/>
Costul cel mai scăzut <input type="checkbox"/>	Cell mai bun raport calitate-cost <input type="checkbox"/>

(In cazul în care în cadrul procedurii de atribuire sunt aplicate mai multe criterii de atribuire, se vor indica toate criteriile de atribuire aplicate și denumirea loturilor aferente)

12. Informația privind factorii de evaluare aplicati: (Se va completa p/u loturile care au fost atribuite în baza criteriilor: cel mai bun raport calitate-preț sau cel mai bun raport calitate-cost)

Factorii de evaluare	Valoarea din ofertă	Punctajul calculat
Denumirea operatorului economic 1		
Denumire factorul 1	Ponderea	
Denumire factorul n	Ponderea	
Denumirea operatorului economic n		
Denumire factorul 1	Ponderea	
Denumire factorul n	Ponderea	

13. Reevaluarea ofertelor: (Se va complete în cazul în care ofertele au fost reevaluate repetat)

Motivul reevaluării ofertelor I	<ul style="list-style-type: none"> - Scrisoarea de clarificare GBG-MLD nr.G-160 din 11.02.2025; - Nota informativă LCD cu privire la Oferte Alternative p/u Loturile deschise a LD 21338294: Pentru Lotul 4 au depuse Oferte: <ol style="list-style-type: none"> 1) IM Becor SRL (propriu-zis pentru Cobas c501 în prezent definit în baza contractului de comodare); 2) GBG-MLD SRL au depus Ofertă Alternativă (conform cerințelor din 4.1.); Luând în considerație complexitatea cerințelor tehnice pentru un analizator biochimic automat nou cerut comodat, cerințele tehnice pentru Oferte Alternative către lotul 4 au fost descrise pe larg în subcapitol 4.1. către lotul 4. Așadar desemnarea cîștigătorului urmează să fie conform prețului minim cu condiția conformatăii pachetului de acte și certificate solicitate în LP, precum și performanțelor tehnice ale echipamentelor oferite de la cei doi participanți.
Modificările operate I	În temeiul art.69 alin.(11) și art.71 alin.(3) al Legii 131/15 privind achizițiile publice, se anulează Decizia de atribuire din 05.03.2025 în partea ce ține de atribuirea greșită a Lotului 4. COBAS c501, Roche Diagnostics (analizator automat chimie clinică) către SRL «BECOR».

Motivul reevaluării ofertelor II	În baza Răspunsului Laboratorului Clinic Diagnostic, la contestația depusă de către SRL «Echipamed-Plus» nr.01 din 10.03.2025 și în temeiul art.71 alin.(1) lit.g) al Legii 131/15 privind achizițiile publice, grupul de lucru p/u achiziții al IMSP IMU vă comunică despre anularea procedurii de achiziție publică, în partea ce ține de Lotul 39._Analizator semiautomat AFIAS-6 (ref: FPRR020) (oferte alternative)_
Modificările operate II	Se anulează procedura de achiziție publică Nr. ocds-b3wdp1-MD-1736167330991 / 21338294 din 12.02.2025 _Reactive – 2025_, în partea ce ține de Lotul 39._ Analizator semiautomat AFIAS-6 (ref: FPRR020) (oferte alternative)_, cu repetarea procedurii de achiziție.

14. În urma examinări, evaluării/reevaluării și comparării ofertelor depuse în cadrul procedurii de atribuire s-a decis:

Atribuirea contractului de achiziție publică:

SRL «DIAMEDIX IMPEX»

Nr. lot	Denumire lot	Parametrii	U/M	Cant.	Prej f/TVA	Prej cu TVA	Suma fără TVA	Suma cu TVA
27	27. Analizator de gaze Rapid Point 500	Conform Anexei 22 _Specificații tehnice_ și Anexei 23 _Specificații de preț_	lot	1	68 850,00	75 546,00	68 850,00	75 546,00
28	28. Analizator automat chimie clinică Pentra C400		lot	1	123 220,00	144 753,60	123 220,00	144 753,60
30	30. Osmoseur O Mini, DiaSys		lot	1	26 280,00	31 536,00	26 280,00	31 536,00
42	42. Program Internațional de Control de Calitate Extern Internațional European (oferte alternative)		lot	1	13 551,00	14 635,08	13 551,00	14 635,08
48	48. Analizator hematologic automat Yumizen H500, HORIBA (oferte alternative)		lot	1	81 661,00	92 117,88	81 661,00	92 117,88
							0,00	0,00
							313 562,00	358 588,56

*

SRL «ECHIPAMED-PLUS»

Nr. lot	Denumire lot	Parametrii	U/M	Cant.	Prej f/TVA	Prej cu TVA	Suma fără TVA	Suma cu TVA
1	1.Mindray BS-240 Pro, Mindray BS-200	Conform Anexei 22 _Specificații tehnice_ și Anexei 23 _Specificații de preț_	lot	1	164 237,27	185 987,45	164 237,27	185 987,45
2	2.Mindray BS-430		lot	1	537 419,00	595 161,72	537 419,00	595 161,72
3	3.Biochimie		lot	1	434 490,00	479 788,20	434 490,00	479 788,20
5	5. HumaLyte Plus 5 (analizator p/u cantificarea electrolitilor)		lot	1	75 685,00	82 710,00	75 685,00	82 710,00
6	6. Mindray CL-900 (CLIA)		lot	1	881 975,00	970 005,00	881 975,00	970 005,00
8	8. Sysmex KX-21 N, Sysmex XQ-320		lot	1	230 575,00	256 479,00	230 575,00	256 479,00
9	9. Analizator hematologic automat SYSMEX XN-1000i, Japan		lot	1	275 460,00	307 072,80	275 460,00	307 072,80
10	10. Analizator balanței acido-bazică automat ABL-825, Radiometer Dania		lot	1	261 205,00	313 446,00	261 205,00	313 446,00
12	12. Coagulometru semiautomat HUMACLOT QUATTRO, Germania		lot	1	178 552,00	203 726,16	178 552,00	203 726,16
13	13. Coagulometru automat SYSMEX-560, Japan		lot	1	147 503,00	166 815,84	147 503,00	166 815,84
14	14. Coagulometru automat C 3100 Mindray, China		lot	1	269 630,00	306 630,00	269 630,00	306 630,00
15	15. Coagulometru automat Sysmex CS 1600		lot	1	394 072,00	451 340,40	394 072,00	451 340,40
19	19. Analizator AFIAS-6, Boditech Med, Korea		lot	1	297 296,00	321 319,68	297 296,00	321 319,68
22.1	22.1. Lupus erimatos		buc	30	23,00	24,84	690,00	745,20
22.6	22.6. Test rapid la Malarie		buc	10	10,00	10,80	100,00	108,00
26.5	26.5. Hârtie termică 57mm x 30m		buc	500	6,45	7,74	3 225,00	3 870,00
31	31. Hematologie 5 DIFF (oferte alternative)		lot	1	313 705,00	344 176,80	313 705,00	344 176,80
							4 465 819,27	4 989 382,25

*

SRL «GBG-MLD»

Nr. lot	Denumire lot	Parametrii	U/M	Cant.	Pret f/TVA	Pret cu TVA	Suma fără TVA	Suma cu TVA
4.1	4.1. BIOCHIMIE (lot p/u oferte alternative echivalente)	Conform Anexei 22 _Specificații tehnice_ și Anexei 23 _Specificații de pret_	lot	1	406 521,56	487 825,87	406 521,56	487 825,87
7	7. Investigajii imunologice metoda ELISA		lot	1	29 832,00	35 798,40	29 832,00	35 798,40
18	18. Analiza generală de URINI (oferta alternativa)		lot	1	250 510,00	300 612,00	250 510,00	300 612,00
23.5	23.5. Reagent monoclonal anti-Kell IgM		ml	1000	13,00	15,60	13 000,00	15 600,00
23.6	23.6. Ser polispecific antiglobulinic		ml	1000	19,00	22,80	19 000,00	22 800,00
23.7	23.7. Solutie LISS		ml	2000	2,00	2,40	4 000,00	4 800,00
24.1	24.1. Set de diagnostic p/u analiza LCR		set	4	1 200,00	1 440,00	4 800,00	5 760,00
24.2	24.2. Set de diagnostic p/u analiza sputei		set	4	1 200,00	1 440,00	4 800,00	5 760,00
26.2	26.2. Eprubetă cu citrat de natriu 3,8% (2,5ml)		buc	20000	0,62	0,74	12 400,00	14 880,00
26.3	26.3. Container nesteril cu lopatica, volum 30ml		buc	10000	1,12	1,34	11 200,00	13 440,00
29	29. Biochimie (oferte alternative)		lot	1	420 595,00	504 714,00	420 595,00	504 714,00
35	35. Casete p/u microscopia urinei		buc	300	7,80	9,36	2 340,00	2 808,00
37	37. Markeri cardiaci cTnI/CK-MB/Myo		lot	1	161 380,00	193 656,00	161 380,00	193 656,00
38	38. Beta-HCG		lot	1	5 060,00	6 072,00	5 060,00	6 072,00
41	41. Set diagnostic p/u LCR		set	2	1 200,00	1 440,00	2 400,00	2 880,00
49	49. Recipiente de colectare a urinilor cu extragere în tuburi vacumate		set	3000	5,80	6,96	17 400,00	20 880,00
58	58. Sistem integral p/u levuri (candida)		buc	50	105,00	126,00	5 250,00	6 300,00
59	59. Vârfuri conice p/u dozator, volum 3-5ml		buc	500	0,90	1,08	450,00	540,00
60	60. Test-indicator de control p/u sterilizare		lot	1	1 390,00	1 668,00	1 390,00	1 668,00
							1 372 328,56	1 646 794,27

*

SRL «LIFEMED GROUP»

Nr. lot	Denumire lot	Parametrii	U/M	Cant.	Pret f/TVA	Pret cu TVA	Suma fără TVA	Suma cu TVA
26.1	26.1. Eprubetă vacuum (K3EDTA), volum de sânge 2,0-2,5ml	Conform Anexei 22 _Specificații tehnice_ și Anexei 23 _Specificații de pret_	buc	25000	0,83	0,89	20 687,50	22 342,50
							0,00	0,00
							0,00	0,00
							0,00	0,00
							0,00	0,00
							20 687,50	22 342,50

*

SRL «MEDICLIM AM»

Nr. lot	Denumire lot	Parametrii	U/M	Cant.	Pret f/TVA	Pret cu TVA	Suma fără TVA	Suma cu TVA
50	50. VITEK 2	Conform Anexei 22 _Specificații tehnice_ și Anexei 23 _Specificații de pret_	lot	1	1 036 110,00	1 120 918,80	1 036 110,00	1 120 918,80
51	51. Tulpini de referință		lot	1	4 447,00	5 336,40	4 447,00	5 336,40
52	52.BacT/ALERT		lot	1	451 800,00	492 624,00	451 800,00	492 624,00
53	53. Anaerobe		lot	1	11 800,00	14 160,00	11 800,00	14 160,00
54	54. Dispozitiv p/u inocularea plăcilor cu agar		buc	1	43 000,00	51 600,00	43 000,00	51 600,00
							1 547 157,00	1 684 639,20

*

SRL «MIC-TAN»

Nr. lot	Denumire lot	Parametrii	U/M	Cant.	Pret f/TVA	Pret cu TVA	Suma fără TVA	Suma cu TVA
25.1	25.1. Acid tricloracetic	Conform Anexei 22 _Specificații tehnice_ și Anexei 23 _Specificații de pret_	kg	3	2 097,50	2 517,00	6 292,50	7 551,00
25.2	25.2. Nitrit de sodiu NaNo2		kg	3	108,00	129,60	324,00	388,80
25.3	25.3. Izopropanol		lit	1	108,90	130,68	108,90	130,68
25.5	25.5. Gaz heliu		buc	2	9 990,00	11 988,00	19 980,00	23 976,00
34	34. Saci p/u deșeuri biologice		buc	1000	6,05	7,26	6 050,00	7 260,00
							32 755,40	39 306,48

*

SRL «PROFILABDIAGNOSTIC»								
Nr. lot	Denumire lot	Parametrii	U/M	Cant.	Pret f/TVA	Preț cu TVA	Suma fără TVA	Suma cu TVA
44	44.1. Test express la droguri sau metabolitii lor in urină	Conform Anexei 22 _ Specificații tehnice_ și Anexei 23 _ Specificații de pret_	set	100	197,00	212,76	19 700,00	21 276,00
45	45.1. Test express la droguri sau metabolitii lor in sânge		set	100	189,00	204,12	18 900,00	20 412,00
46	46.1. Test rapid calitativ la Malarie		set	10	17,00	18,38	170,00	183,80
47	47. Triplu test rapid p/u Marker Cardiaci		buc	250	43,00	46,44	10 750,00	11 610,00
						0,00	0,00	
						0,00	0,00	
						0,00	0,00	
							49 520,00	53 481,80

*






SRL «SANMEDICO»								
Nr. lot	Denumire lot	Parametrii	U/M	Cant.	Pret f/TVA	Preț cu TVA	Suma fără TVA	Suma cu TVA
11	11. Coagulometru optic COATRON X Pro TECO	Conform Anexei 22 _ Specificații tehnice_ și Anexei 23 _ Specificații de pret_	lot	1	168 200,00	192 906,00	168 200,00	192 906,00
16	16. Getein 1600, Getein Biotech Inc.		lot	1	1 588 500,00	1 715 580,00	1 588 500,00	1 715 580,00
17	17. MISSION U500 Urine Analyzier, ACON Laboratories, Inc.		lot	1	30 300,00	32 724,00	30 300,00	32 724,00
20	20. Glucometrie din sânge capilar		buc	10000	1,45	1,57	14 500,00	15 660,00
21	21. Investigații imunologice prin metode calitative/semit quantitative		lot	1	4 080,00	4 406,40	4 080,00	4 406,40
22.3	22.3. Test rapid la Occult Blood		buc	50	6,95	7,51	347,50	375,30
22.4	22.4. Test rapid la HBsAg		buc	50	5,90	6,37	295,00	318,60
22.5	22.5. Test rapid la Anti-HCV		buc	50	7,20	7,78	360,00	388,80
23.1	23.1. Reagent monoclonal - Toliclon anti-A		ml	100	3,15	3,40	315,00	340,20
23.2	23.2. Reagent monoclonal - Toliclon anti-B		ml	100	3,15	3,40	315,00	340,20
23.3	23.3. Reagent monoclonal - Toliclon anti-D Ig M		ml	1000	4,75	5,13	4 750,00	5 130,00
23.4	23.4. Reagent monoclonal - Toliclon anti-D IgM + Ig G		ml	1000	4,40	4,75	4 400,00	4 752,00
32	32. Coagulometru semiautomat Yumizen G200, Horiba (oferte alternative)		lot	1	147 780,00	166 622,40	147 780,00	166 622,40
33	33. Coagulometru automat Coatron A4, Teco		lot	1	415 201,00	476 530,80	415 201,00	476 530,80
36	36. D-dimeri		lot	1	45 500,00	49 140,00	45 500,00	49 140,00
40	40. Glucometrie din sânge capilar		buc	4000	1,45	1,57	5 800,00	6 264,00
43	43.1. Urinalysis Reagent Strips 8N, 100 buc/set		set	120	300,00	324,00	36 000,00	38 880,00
55	55. Rondele cu antibiotice în cartușe		lot	1	3 182,50	3 437,10	3 182,50	3 437,10
56	56. Staphyfect plus 10 - Latex test aglutinare p/u stafilococi		buc	500	7,90	8,53	3 950,00	4 266,00
57	57. Testarea sensibilității la colistină		buc	1	815,00	880,20	815,00	880,20
							2 474 591,00	2 718 942,00

*

Anularea procedurii de achiziție publică: În temeiul art.71 alin.(1) lit.g).

Argumentare: _Se anulează procedura de achiziție publică Nr. ocds-b3wdp1-MD-1736167330991 / 21338294 din 12.02.2025 _Reactive – 2025_, în partea ce ține de Lotul 39 „Analizator semiautomat AFIAS-6 (ref: FP RR020) (oferte alternative)”, cu repetarea procedurii de achiziție_

15. Componența grupului de lucru:

Nume, Prenume	Funcția în cadrul grupului de lucru	Semnătura
Manea Diana	Președintele grupului de lucru	
Maxim Igor	Vicepreședintele grupului de lucru	
Begleț Alexandru	Secretarul grupului de lucru	
Agache Stela	Membrul grupului de lucru	
Bargan Viorica	Membrul grupului de lucru	
Caproș Igor	Membrul grupului de lucru	
Chisacova Marina	Membrul grupului de lucru	
Crijanovschi Cristina	Membrul grupului de lucru	
Suru Tatiana	Membrul grupului de lucru	
Vilijinschii Andrei	Membrul grupului de lucru	