

Unitate stomatologică (caracteristici de avansate)120120				
Descriere	Reprezintă echipamentul stomatologic esențial pentru igiena dentară și tratament stomatologic			
Parametrul		Specificația solicitată		Specificația propusă
Scaun stomatologic			0 la 80°	Tabelul 5. Technical parameters Operational Manual pag. 5 Elevation and depression angel of backrest
	Unghi de înclinare	de la 100° pînă la 180°		
	Tetieră	reglabilă	Da	Operation manual, 15.2.1 Headrest connecting rod , pagina 15-16
	Urcare/ coborîre	≥ 40cm	41 cm	Tabelul 5. Technical parameters Maximum height from ground and Minimum height from ground pag.5
	Greutate maximă	≥ 150kg	180kg	Tabelul 5. Technical parameters Operational Manual Dental chair max load pag 5
	Comandă	pedală	Da	Operation manual, 20 Foot switch pagina 2.
	Suprafața	rezistentă la prelucrarea chimică	Da	Operation manual punctul 26 Cleaning , sterilization and disinfection pag 38-39
	Programe de poziționare	minim 3	3	Operation Manual, 21.1 Button operation and settings USER memory Button pagina 26-27
	Accesorii	cotiere	2 buc	Operation Manual, 3 Structure diagram, pag 3
Scaun medic	Suprafața	rezistentă la prelucrarea chimică	Da	Doctor Stool J111 Datasheet
	Sarcina maximă	≥ 150kg	180 kg,	Doctor Stool J111 Datasheet
	Înălțime	reglabilă	Da	Doctor Stool J111 Datasheet
	Suport spate	reglabil	Da	Doctor Stool J111 Datasheet
	Suport picior	obligatoriu	Da	Doctor Stool J111 Datasheet
Masa dentistului	Turbină	da	Da, TPL3-U-M4	Catalog Tealth pag 21
	Seringă cu 3 căi	apă, aer, spray	da	Operation manual Tabel 2.1 Dental unit standard configuration. punct 3, pag.2
		vîrf angulat 90°, detașabil	Da	25.3 Maintenance and care for Three-way syringe Tip pagina 39
	Scaler cu minim 6 vîrfuri cu iluminare LED	obligatoriu	Da, LK-F43L	Brosura Options pag 2
	Micromotor electric	obligatoriu	Da, DIL-20C	Catalog Tealth pag 23
	Piesă contraughi	obligatoriu	Da, CIN-21C	Catalog Tealth pag 7
Braț asistentă	Aspirator de salivă	2 furtunuri	Da	BrosuraCare22, pagina 19-24 si Operation Manual alin Assistant stand pag.19 si Pct. 17 Asistant bracket pag 20
	Panou de comandă cu aceleași funcții ca la masa dentistului	obligatoriu	Da	Operation Manual pct. 21 Button membrane Assistant Control panel Membrane pag 26
	Cameră intraorală	obligatoriu	Da, LK-I33	Brosura Options pag 1
	Lampă fotopolimer	obligatoriu	Da, LK-G34	Brosura Options pag 3
Bloc hidrolic	Bol din ceramică sau sticlă detașabil	obligatoriu	Da, Ceramica	Operation Manual 2.3 Dental unit features pct 14 , pag 2-3
	Clătitor	obligatoriu	Da	Operation Manual pag 18 Mouthwash nozzle
	Filtru pentru impurități	obligatoriu	Da	Operation Manual pag 18 Weak suction filter si pag. 41 Waste collector filter
	Posibilitatea programării volumului de apă	obligatoriu	Da	Operation Manual pag 27 Mouthwash button
Turbină dentară	Sistem buton la schimbul borului	obligatoriu	Da, TPL3-U-M4	Catalog Tealth pag 36-37
	Presiune de lucru	de la 2.5 pînă la 2.7 bar	2,6 bar	Operation manual tabel 5. Technical parameters pag 5 Catalog Tealth pag 36-37
	Sursa de lumină	LED	Da	Operation manual tabel 5. Technical parameters pag 5 Catalog Tealth pag 36-37
	Răcire apă/aer	minim 3 orificii separate	3	Catalog Tealth pag 36-37
	Rotații	≥300000 rot/min	pînă la 350000 rot/min	Operation manual tabel 5. Technical parameters pag 5 Catalog Tealth pag 36-37

Piesă contraunghi	Rotații	≥40000 rot/min	40000 rot/min, CIN-21C	Catalog Tealth pag 10
	Adaptabilă la micromotor	da	Da, CIN-21C	Catalog Tealth pag 11
	Autoclavabilă	da	Da, CIN-21C	Catalog Tealth pag 12
	Schimbarea frezei	buton	Da, CIN-21C	Catalog Tealth pag 13
	Răcire apă/aer	minim 3 orificii separate	Da, CIN-21C	Catalog Tealth pag 14
Sursa de lumină	Poziții 2	≥ 4000 Lux	Da, DCI LED	Tabelul 5. Technical parameters Operational Manual pag 5
		de la 25 000 Lux	Da	Tabelul 5. Technical parameters Operational Manual pag 5
		conectarea / deconectarea	Da	Operation manual pag 30
	Axa de rotație	≥3	Da	Operation manual pag 30
	Unghi de iluminare	reglabilă	Da	Operation manual pag 30
	Înălțime	reglabilă	Da	Operation manual pag 30
	Tip lumină	alb/rece	Da	Operation manual pag 30
Detartor (scaler)	5 vîrfuri cu iluminare LED	da	6 vîrfuri	Brosura Options pag 2, IMG
	Mîner detașabil, autoclavabil	da	Da	Brosura Options pag 2, IMG
	Frecvența de lucru	25 pînă la 31 KHz	Da, 28kHz ± 3kHz	Brosura Options pag 2, Tabel specificatii
	Intensitate	reglabilă	Da	Brosura Options pag 2, IMG
	Tip virfuri	≥ 4	Da, 6	Brosura Options pag 2, IMG
Compresor	Fără ulei	da	GIANT-40 , da	Brosura care 22, pagina 34
	Putere	≥1,5kw	1,54 kW	Brosura Care 22, pagina 35
Monitor		19 inch	19	Brosura Options pag 1
Cameră intraorală	Conector la calculator prin USB	obligatoriu	Da	Brosura Options pag 1
	Tip	CCD	Da	Brosura Options pag 1
Revenirea automată la poziția inițială		da	Da	Technical parameters Operational Manual pag 1. Position Memory
Control multifuncțional de la picior		mobil	Da	Technical parameters Operational Manual pag 22. Position Memory
Tensiune		220-240V	Da	Tabelul 5. Technical parameters Operational Manual pag 5
Frecvența		50-60 Hz	Da	Tabelul 5. Technical parameters Operational Manual pag 5