

Specificații tehnice

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 2, 3, 4, 6, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 5,]

Numărul procedurii de achiziție ocds-b3wdp1-MD-1707211623232 din 06 februarie 2024
Obiectul achiziției: Servicii și kituri de mentenanță pentru stația de producere a oxigenului medical Atlas Copco GA75 pentru anul 2024

Denumirea bunurilor/serviciilor	Denumirea modelului bunului/serviciului	Țara de origine	Produ-cătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
1	2	3	4	5	6	7
Statia de oxigen, Inmatec IMT-POC 8600 med, compresor GA 75 VSD, uscator Atlas Copco, condiționer, alte componente ale stației, anul 2021 - 1 instalație	Statia de oxigen, Inmatec IMT-POC 8600 med, compresor GA 75 VSD, uscator Atlas Copco, condiționer, alte componente ale stației, anul 2021 - 1 instalație	Moldova	Rio-Medical SRL	<p>Deservirea lunară a generatorului de oxigen: Servicii necesare:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Mentenanta, testare, reparație în cazul defecțiunilor neprevăzute 2. Verificarea sistemului de erori pentru generator, uscător, compresor- lunar 3. Verificarea de scurgeri de gaze și ulei- lunar 4. Lubrifierea valvelor generatorului de oxigen- trimestrial 5. Spălarea mecanică a compresorului, uscătorului- trimestrial. 6. Schimbarea consumabilelor conform manualului de service pentru compresor după contorul intern 7. Schimbarea consumabilelor conform manualului de service pentru uscător după contorul intern 8. Schimbarea filtrelor de magistrală după contorul intern 9. Resetarea tuturor contoarelor după schimbarea consumabilelor 10. Curățarea sistemului de climatizare 	<p>Deservirea lunară a generatorului de oxigen: Servicii necesare:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Mentenanta, testare, reparație în cazul defecțiunilor neprevăzute 2. Verificarea sistemului de erori pentru generator, uscător, compresor- lunar 3. Verificarea de scurgeri de gaze și ulei- lunar 4. Lubrifierea valvelor generatorului de oxigen- trimestrial 5. Spălarea mecanică a compresorului, uscătorului- trimestrial. 6. Schimbarea consumabilelor conform manualului de service pentru compresor după contorul intern 7. Schimbarea consumabilelor conform manualului de service pentru uscător după contorul intern 	

				11. Emiterea unui raport în urma fiecărei lucrări îndeplinite asupra stației cu toate componentele utilizate.	8. Schimbarea filtrelor de magistrală după contorul intern 9. Resetarea tuturor contoarelor după schimbarea consumabilelor 10. Curățarea sistemului de climatizare 11. Emiterea unui raport în urma fiecărei lucrări îndeplinite asupra stației cu toate componentele utilizate.	
--	--	--	--	---	---	--

Semnat: _____ Numele, Prenumele: Vasilița Stanislav În calitate de: Administrator

Ofertantul: Rio-Medical SRL Adresa: N. Testmițanu 19/3 ap. 101