



"ECOCHIMIE" S.R.L.  
 bd. Cuza Vodă 5/1 bir. 403, MD-2060, mun. Chişinău  
 Tel.: /022/109-111. Fax: /022/109-222  
 e-mail: info@ecochimie.md

Destinatar:  
 Tel./Fax:  
 Nr. și data procedurii:

IMSP Spitalul Clinic de Traumatologie și Ortopedie  
 Curea Cristina Telefonul de contact 078913550E-mail ACHIZITII.IMSPSCTO@gmail.com  
 ocds-b3wdp1-MD-1570627081969 din 18.10.2019

### Specificații tehnice (F4.1)

Nr. d/o	Cod CPV	Denumirea bunurilor și/sau a serviciilor	Modelul articolului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
0	1	2	3	4	5	6	7	8
3.2	33100000-1	INCUBATOR (Termostat) Dispozitiv de laborator, care se utilizează pentru menținerea îndelungată la temperaturi variate	Bio TDB-100, Dry-BlockThermostat -built-in block for 24x2/1.5ml + 15x0.5ml + 10x0.2ml microtubes	Lituania	Biosan	Diapazon temperatură: de la +25 0 C pînă la +100 0 C Taimer sonor Rezoluția de programare: ≤ 1 grad Timp de funcționare: de la 1 min. pînă la 96 h. neîntrerupt Stabilitatea temperaturii: +1 0 C Afișaj: LCD Control : Microprocesor Diapazon coeficient de calibrare: 0.936 ...1.063 (± 0.063) Capacitate tuburi: 24x2/1,5 ml ; 15x0,5 ml; 10x0,2 ml Diamerul carcasei/adîncime: Ø 130 mm / 45 mm Alimentare rețea: 220 V, 50 Hz Manuale de service în una din limbile de circulație internațională (rusa/engleza) și manualul de utilizare cu prezentarea traducerii la momentul livrării în limba de stat - copie - confirmată prin semnătura și ștampila Participantului. Termenul de garanție pentru echipament - nu mai mic de 36 luni din data instalării. Anul de producere:	Diapazon temperatură: de la +25 0 C pînă la +100 0 C Taimer sonor Rezoluția de programare: ≤ 1 grad Timp de funcționare: de la 1 min. pînă la 96 h. neîntrerupt Stabilitatea temperaturii: +1 0 C Afișaj: LCD Control : Microprocesor Diapazon coeficient de calibrare: 0.936 ...1.063 (± 0.063) Capacitate tuburi: 24x2/1,5 ml ; 15x0,5 ml; 10x0,2 ml Diamerul carcasei/adîncime: Ø 130 mm / 45 mm Alimentare rețea: 220 V, 50 Hz Manuale de service în una din limbile de circulație internațională (rusa/engleza) și manualul de utilizare cu prezentarea traducerii la momentul livrării în limba de stat - copie - confirmată prin semnătura și ștampila Participantului. Termenul de garanție pentru echipament - 36 luni din data instalării. Anul de producere: 2018 - 2019	ISO, CE Marca

### Specificații de preț (F4.2)

Nr. d/o	Cod CPV	Denumirea bunurilor și/sau a serviciilor	Unit de măsură (U/M)	Cantitatea, U/M	Preț unitar (fără TVA)	Preț unitar (cu TVA)	Suma fără TVA	Suma cu TVA	Termenul de livrare/prestare
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
3.2	33100000-1	INCUBATOR (Termostat) Dispozitiv de laborator, care se utilizează pentru menținerea îndelungată la temperaturi variate	buc	1	16,100.0000	19,320.0000	16,100.00	19,320.00	Pînă la 31.12.2019, în timp de 20 zile de la comanda beneficiarului.
<b>Total, lei (Suma fără TVA, Suma cu TVA)</b>							<b>16,100.00</b>	<b>19,320.00</b>	

- Prețurile sunt indicate pentru cantitățile solicitate.
- Oferta este valabilă în decurs de 60 zile din data prezentării.
- Prețurile includ toate taxele și impozitele determinate de legislația în vigoare.
- Condiții de livrare DDP INCOTERMS 2013.
- Termenii de livrare - conform graficului, care va fi stabilit la momentul încheierii Contractului.
- Termenii de valabilitate sunt stabiliți de producător, restanța lor fiind nu mai puțin de 80 %.
- CertIFICATELE DE CALITATE ale produselor chimice de la Producător vor fi prezentate la data livrării mărfii.
- Produsele chimice precursori vor putea fi predate doar cu deținerea de către Beneficiar a Autorizației speciale a MS pentru acestea.
- Conform HG Nr. 1088 din 05.10.2004 la data livrării bunurilor Beneficiarul trebuie sa prezinte Autorizație pentru activitate cu precursori.

În așteptarea deciziei Dumneavoastră,  
 Cu respect,  
 directorul SRL "ECOCHIMIE"  
 Nicolae Iurcu

