

OXIVIT MED

IDNO: 1007600044280;
adresa: mun. Chișinău, str. Decebal 82-90
tel. 022 808 002, 022 808 003
e-mail: oxivit.medical@gmail.com

Anexa nr. 7
la Documentația standard
conform Ordin MF Nr. 115
din 15.09.2021

CERERE DE PARTICIPARE

Către: CENTRUL PENTRU ACHIZITII PUBLICE CENTRALIZATE IN SANATATE

**adresa: MD-2009, MOLDOVA, mun.Chișinău, mun.Chișinău, MD-2009, Republica Moldova,
Chișinău str. Cosmescu 3**

(denumirea autorității contractante și adresa completă)

Stimați domni,

Ca urmare a anunțului/invitației de participare/de preselecție apărut în Buletinul achizițiilor publice și/sau Jurnalul Oficial al Uniunii Europene și/sau SIA RSAP MTender, nr. ocds-b3wdp1-MD-1663222957295 din 03.10.2022, privind aplicarea procedurii pentru atribuirea contractului de Achiziționarea consumabilelor angiografice conform necesităților IMSP Institutul de Medicină Urgentă pentru anul 2022

noi, S.C. OXIVIT-MED S.R.L, am luat cunoștință de condițiile și de cerințele expuse în documentația de atribuire și exprimăm prin prezenta interesul de a participa, în calitate de ofertant/candidat, neavînd obiecții la documentația de atribuire.

Data completării: 30.9.2022

Cu stimă,

Ofertant/candidat

S.C. OXIVIT-MED S.R.L _____

(semnătura autorizată)

OXIVIT MED

IDNO: 1007600044280;
adresa: mun. Chișinău, str. Decebal 82-90
tel. 022 808 002, 022 808 003
e-mail: oxivit.medical@gmail.com

Anexa nr. 7
la Documentația standard
conform Ordin MF Nr. 115
din 15.09.2021

DECLARAȚIE privind valabilitatea ofertei

Către: CENTRUL PENTRU ACHIZITII PUBLICE CENTRALIZATE IN SANATATE

**adresa: MD-2009, MOLDOVA, mun.Chișinău, mun.Chișinău, MD-2009, Republica Moldova,
Chișinău str. Cosmescu 3**

(denumirea autorității contractante și adresa completă)

Stimați domni,

Ne angajăm să menținem oferta valabilă, privind achiziționarea de:
"Achiziționarea consumabilelor angiografice conform necesităților IMSP
Institutul de Medicină Urgentă pentru anul 2022"
prin procedura de achiziție - Licitatie deschisă Nr. ocds-b3wdp1-MD-
1663222957295 din 03.10.2022
pentru o durată de 60 (șaizeci) zile, respectiv până la data de
02.12.2022, și ea va rămâne obligatorie pentru noi și poate fi acceptată
oricând înainte de expirarea perioadei de valabilitate.

Data completării: 30.9.2022

Cu stimă,

Ofertant/candidat

S.C. OXIVIT-MED S.R.L. _____

(semnătura autorizată)

Specificații Tehnice

Numărul procedurii de achiziție:					ocds-b3wdp1-MD-1663222957295 din 03.10.2022			
Obiectul achiziției:					Achiziționarea consumabilelor angiografice conform necesităților IMSP Institutul de Medicină Urgentă pentru anul 2022			
Nr. Lot	Denumire Lot	Denumirea bunurilor și/sau a serviciilor	Modelul articolului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
1	Balon de ocizie hipercompliant	Balon de ocizie hipercompliant	104-4370; 104-4153; 104-4470; 104-4415; 104-4420; 104-4770; 104-4715 HyperForm	SUA	Medtronic	Baloane de ocizie de un singur lumen proiectate special pentru suport, împingere, pentru o navigare remarcabilă și un grad superior de conformare anatomică Baloanele hipercompliance create cu un plus de maleabilitate pentru a se conforma geometriilor vasculaturii asimetrice, neregulate și complexe. Constă într-un cateter cu balon biastometric cu un singur lumen care presupune inserarea unui fir de ghidare de 0.010" pentru ocuzionarea lumenului central, în vederea umflării balonului. Atunci când vârful spiralat distal din platina de 10 cm al firului de ghidare este înaintat către sau dincolo de vârful cateterului, acesta ocuzionează gaurile de umflare, permițând umflarea balonului prin gaurile laterale ale cateterului. Sunt indicate pentru utilizarea la vasele de sânge ale vasculaturii periferice și neurologice atunci când se dorește o ocizie temporară, oferind o tehnică de selectare a vasului sanguin prin ocizie vasculară temporară, care servește la oprirea sau controlarea selectivă a fluxului sanguin. Pot fi utilizate și la embolizarea cu balon a anevrismelor intracraniene și tratarea vasospasmului. Eficiența dovedită în vasculatură asimetrică, asigurând o conformare suplă pe structurile complexe, sunt destinate ideal pentru accesul distal și în anatomii unice și neregulate, cum ar fi geometriile în bifurcație. Asigura stabilitate în aplicările pe vasculatură mare și mică, fiind concepute pentru o acoperire sigură și pentru a crea ocuzii stabile pe lumenele dificile inițiale în vasculatură mare și mică. Caracteristici: • Manevrabilitate datorată multiplelor grade de libertate • Trasabilitate excelentă și cuplu solid până în anatomia distală • Elansare mecanică pentru un control sigur al umflării Baloanele sunt compatibile cu sistemul de embolizare lichidă. Baloanele sunt livrate cu firul de ghidaj 10" în set. lungime utilizabilă: 150 cm diametru balon: 3 mm; 4 mm; 7 mm lungime balon: 7 mm; 15 mm; 20 mm diametru extern proximal: 2.8 F diametru extern distal: 2.2 F; 2.5 F; 3 F compatibilitate ghid: 0.10" max.	Baloane de ocizie de un singur lumen proiectate special pentru suport, împingere, pentru o navigare remarcabilă și un grad superior de conformare anatomică Baloanele hipercompliance create cu un plus de maleabilitate pentru a se conforma geometriilor vasculaturii asimetrice, neregulate și complexe. Constă într-un cateter cu balon biastometric cu un singur lumen care presupune inserarea unui fir de ghidare de 0.010" pentru ocuzionarea lumenului central, în vederea umflării balonului. Atunci când vârful spiralat distal din platina de 10 cm al firului de ghidare este înaintat către sau dincolo de vârful cateterului, acesta ocuzionează gaurile de umflare, permițând umflarea balonului prin gaurile laterale ale cateterului. Sunt indicate pentru utilizarea la vasele de sânge ale vasculaturii periferice și neurologice atunci când se dorește o ocizie temporară, oferind o tehnică de selectare a vasului sanguin prin ocizie vasculară temporară, care servește la oprirea sau controlarea selectivă a fluxului sanguin. Pot fi utilizate și la embolizarea cu balon a anevrismelor intracraniene și tratarea vasospasmului. Eficiența dovedită în vasculatură asimetrică, asigurând o conformare suplă pe structurile complexe, sunt destinate ideal pentru accesul distal și în anatomii unice și neregulate, cum ar fi geometriile în bifurcație. Asigura stabilitate în aplicările pe vasculatură mare și mică, fiind concepute pentru o acoperire sigură și pentru a crea ocuzii stabile pe lumenele dificile inițiale în vasculatură mare și mică. Caracteristici: • Manevrabilitate datorată multiplelor grade de libertate • Trasabilitate excelentă și cuplu solid până în anatomia distală • Elansare mecanică pentru un control sigur al umflării Baloanele sunt compatibile cu sistemul de embolizare lichidă. Baloanele sunt livrate cu firul de ghidaj 10" în set. lungime utilizabilă: 150 cm diametru balon: 3 mm; 4 mm; 7 mm lungime balon: 7 mm; 15 mm; 20 mm diametru extern proximal: 2.8 F diametru extern distal: 2.2 F; 2.5 F; 3 F compatibilitate ghid: 0.10" max.	ISO, CE
2	Balon de ocizie hipercompliant alungit	Balon de ocizie hipercompliant alungit	104-4310; 104-4315; 104-4113; 104-4112; 104-4127; 104-4132; 104-4515; 104-4520; 104-4530 HyperGlide	SUA	Medtronic	Baloane alungite de ocizie de un singur lumen proiectate special pentru suport, împingere, pentru o navigare remarcabilă și un grad superior de conformare anatomică Baloane compliance, concepute pentru anevrisme ale peretilor laterali și pentru ocuziile solide Constă într-un cateter cu balon biastometric cu un singur lumen care presupune inserarea unui fir de ghidare de 0.010" pentru ocuzionarea lumenului central, în vederea umflării balonului. Atunci când vârful spiralat distal din platina de 10 cm al firului de ghidare este înaintat către sau dincolo de vârful cateterului, acesta ocuzionează gaurile de umflare, permițând umflarea balonului prin gaurile laterale ale cateterului. Sunt indicate pentru utilizarea la vasele de sânge ale vasculaturii periferice și neurologice atunci când se dorește o ocizie temporară, oferind o tehnică de selectare a vasului sanguin prin ocizie vasculară temporară, care servește la oprirea sau controlarea selectivă a fluxului sanguin. Pot fi utilizate și la embolizarea cu balon a anevrismelor intracraniene și tratarea vasospasmului. Eficiența dovedită în vasculatură asimetrică, asigurând o conformare suplă pe structurile complexe, sunt destinate ideal pentru accesul distal și în anatomii unice și neregulate, cum ar fi geometriile în bifurcație. Asigura stabilitate în aplicările pe vasculatură mare și mică, fiind concepute pentru o acoperire sigură și pentru a crea ocuzii stabile pe lumenele dificile inițiale în vasculatură mare și mică. Caracteristici: • Manevrabilitate datorată multiplelor grade de libertate • Trasabilitate excelentă și cuplu solid până în anatomia distală • Elansare mecanică pentru un control sigur al umflării Baloanele sunt compatibile cu sistemul de embolizare lichidă. Baloanele sunt livrate cu firul de ghidaj 10" în set. lungime utilizabilă: 150 cm diametru balon: 3 mm; 4 mm; 5 mm lungime balon: 10 mm; 15 mm; 20 mm; 30 mm lungime varf: 4 mm diametru extern proximal: 2.8 F diametru extern distal: 2.2 F compatibilitate ghid: 0.10" max.	Baloane alungite de ocizie de un singur lumen proiectate special pentru suport, împingere, pentru o navigare remarcabilă și un grad superior de conformare anatomică Baloane compliance, concepute pentru anevrisme ale peretilor laterali și pentru ocuziile solide Constă într-un cateter cu balon biastometric cu un singur lumen care presupune inserarea unui fir de ghidare de 0.010" pentru ocuzionarea lumenului central, în vederea umflării balonului. Atunci când vârful spiralat distal din platina de 10 cm al firului de ghidare este înaintat către sau dincolo de vârful cateterului, acesta ocuzionează gaurile de umflare, permițând umflarea balonului prin gaurile laterale ale cateterului. Sunt indicate pentru utilizarea la vasele de sânge ale vasculaturii periferice și neurologice atunci când se dorește o ocizie temporară, oferind o tehnică de selectare a vasului sanguin prin ocizie vasculară temporară, care servește la oprirea sau controlarea selectivă a fluxului sanguin. Pot fi utilizate și la embolizarea cu balon a anevrismelor intracraniene și tratarea vasospasmului. Eficiența dovedită în vasculatură asimetrică, asigurând o conformare suplă pe structurile complexe, sunt destinate ideal pentru accesul distal și în anatomii unice și neregulate, cum ar fi geometriile în bifurcație. Asigura stabilitate în aplicările pe vasculatură mare și mică, fiind concepute pentru o acoperire sigură și pentru a crea ocuzii stabile pe lumenele dificile inițiale în vasculatură mare și mică. Caracteristici: • Manevrabilitate datorată multiplelor grade de libertate • Trasabilitate excelentă și cuplu solid până în anatomia distală • Elansare mecanică pentru un control sigur al umflării Baloanele sunt compatibile cu sistemul de embolizare lichidă. Baloanele sunt livrate cu firul de ghidaj 10" în set. lungime utilizabilă: 150 cm diametru balon: 3 mm; 4 mm; 5 mm lungime balon: 10 mm; 15 mm; 20 mm; 30 mm lungime varf: 4 mm diametru extern proximal: 2.8 F diametru extern distal: 2.2 F compatibilitate ghid: 0.10" max.	ISO, CE

4	Microcateter livrare spirale (coils)	Microcateter livrare spirale (coils)	105-5091-150; 145-5091-150; 190-5091-150; 105-5092-150; 145-5092-150; 190-5092-150 Echelon	SUA	Medtronic	Corpul microcateterului sa fie construit din nitinol impletit cu 4 zone distincte de impletire progresiva. Diametru intern 0.017". Diametru extern : distal 1.7F sau 1.9F / proximal 2.1F sau 2.4F Longime de lucru 150 cm / lungime totala 155 cm Compatibil cu ghid 0.014" Varf drept sauangulat 45° / 90° Varful cateterului sa fie preformabil (shapeable tip) Prezinta marker fluoro safe situat la 90 cm de markerul distal Prezinta 2 markeri distali radiopaci Suprafata externa a microcateterului sa fie acoperita cu stra hidrofilic pentru lubrificate Rezistenta supierara la kinking si ovalizare Microcateterul sa fie compatibil DMSO Suporta o presiune de injectare 600 psi	Corpul microcateterului sa fie construit din nitinol impletit cu 4 zone distincte de impletire progresiva. Diametru intern 0.017". Diametru extern : distal 1.7F sau 1.9F / proximal 2.1F sau 2.4F Longime de lucru 150 cm / lungime totala 155 cm Compatibil cu ghid 0.014" Varf drept sauangulat 45° / 90° Varful cateterului sa fie preformabil (shapeable tip) Prezinta marker fluoro safe situat la 90 cm de markerul distal Prezinta 2 markeri distali radiopaci Suprafata externa a microcateterului sa fie acoperita cu stra hidrofilic pentru lubrificate Rezistenta supierara la kinking si ovalizare Microcateterul sa fie compatibil DMSO Suporta o presiune de injectare 600 psi	ISO, CE
5	Microcateter : Destinat livrarii materialelor / substantelor de diagnostic si tratament in sistemul vascular	Microcateter : Destinat livrarii materialelor / substantelor de diagnostic si tratament in sistemul vascular	105-5078-153, 105-5078-153C,105-5081-153,105-5082-130 Rebar	SUA	Medtronic	Destinat livrari materialelor / substantelor de diagnostic si tratament in sistemul vascular - Sa fie compatibil DMSO - Suprafata externa trebuie sa fie hidrofila - Suprafata interna sa fie acoperita cu un strat PTFE - Realizat din oțel inoxidabil ranforstat - Constructia proximala a cateterului sa fie semi-rigida , iar cea distala sa fie flexibila pentru a permite un bun control si navigabilitate in sistemul vascular - Sa prezinte 1 sau 2 markeri distali radio-opaci pentru o buna vizibilitate - Constructia varfului cateterului sa permita modificarea formei acestuia in prezenta aburului – steam-shape. Destinat livrari materialelor / substantelor de diagnostic si tratament in sistemul vascular - Sa fie compatibil DMSO - Suprafata externa trebuie sa fie hidrofila - Suprafata interna sa fie acoperita cu un strat PTFE - Realizat din oțel inoxidabil ranforstat - Constructia proximala a cateterului sa fie semi-rigida , iar cea distala sa fie flexibila pentru a permite un bun control si navigabilitate in sistemul vascular - Sa prezinte 1 sau 2 markeri distali radio-opaci pentru o buna vizibilitate - Constructia varfului cateterului sa permita modificarea formei acestuia in prezenta aburului – steam-shape Microcateter diametru intern 0.015" , diametru extern proximal 2.3F / distal 1.7F , lungime totala 158 cm Microcateter diametru intern 0.017" , diametru extern proximal 2.4F / distal 1.9F , lungime totala 158 cm Microcateter diametru intern 0.021" , diametru extern proximal 2.4F / distal 2.7F , lungime totala 135 sau 158cm Microcateter diametru intern 0.027" , diametru extern proximal 2.8F / distal 2.8F , lungime totala 115 /135 sau 158cm	Destinat livrari materialelor / substantelor de diagnostic si tratament in sistemul vascular - Sa fie compatibil DMSO - Suprafata externa trebuie sa fie hidrofila - Suprafata interna sa fie acoperita cu un strat PTFE - Realizat din oțel inoxidabil ranforstat - Constructia proximala a cateterului sa fie semi-rigida , iar cea distala sa fie flexibila pentru a permite un bun control si navigabilitate in sistemul vascular - Sa prezinte 1 sau 2 markeri distali radio-opaci pentru o buna vizibilitate - Constructia varfului cateterului sa permita modificarea formei acestuia in prezenta aburului – steam-shape. Destinat livrari materialelor / substantelor de diagnostic si tratament in sistemul vascular - Sa fie compatibil DMSO - Suprafata externa trebuie sa fie hidrofila - Suprafata interna sa fie acoperita cu un strat PTFE - Realizat din oțel inoxidabil ranforstat - Constructia proximala a cateterului sa fie semi-rigida , iar cea distala sa fie flexibila pentru a permite un bun control si navigabilitate in sistemul vascular - Sa prezinte 1 sau 2 markeri distali radio-opaci pentru o buna vizibilitate - Constructia varfului cateterului sa permita modificarea formei acestuia in prezenta aburului – steam-shape Microcateter diametru intern 0.015" , diametru extern proximal 2.3F / distal 1.7F , lungime totala 158 cm Microcateter diametru intern 0.017" , diametru extern proximal 2.4F / distal 1.9F , lungime totala 158 cm Microcateter diametru intern 0.021" , diametru extern proximal 2.4F / distal 2.7F , lungime totala 135 sau 158cm Microcateter diametru intern 0.027" , diametru extern proximal 2.8F / distal 2.8F , lungime totala 115 /135 sau 158cm	ISO, CE

6	Spirale platina cu detasare mecanica pentru embolizarea endovasculara a anevrismelor (Coils)	Spirale platina cu detasare mecanica pentru embolizarea endovasculara a anevrismelor (Coils)	FC-3-6-3D; FC-3-8-3D; FC-3-10-3D; FC-3.5-6-3D; FC-3.5-8-3D; FC-3.5-10-3D; FC-4-6-3D; FC-4-8-3D; FC-4-10-3D; FC-4-12-3D; FC-4-15-3D; FC-5-8-3D; FC-5-10-3D; FC-5-15-3D; FC-5-20-3D; FC-6-10-3D; FC-6-15-3D; FC-6-20-3D; FC-6-25-3D; FC-7-12-3D; FC-7-15-3D; FC-7-20-3D; FC-7-30-3D; FC-8-15-3D; FC-8-20-3D; FC-8-30-3D; FC-9-20-3D; FC-9-30-3D; FC-10-20-3D; FC-10-30-3D; FC-10-40-3D; FC-12-30-3D; FC-12-40-3D; FC-12-50-3D; FC-14-30-3D; FC-14-40-3D; FC-14-50-3D; FC-16-40-3D; FC-16-50-3D; FC-18-40-3D; FC-18-50-3D; FC-20-50-3D; FC-22-50-3D; FC-25-50-3D AXIUM Axiom™ Prime Frame 3D	SUA	Medtronic	Spirale flaring 3D. Spirale din platina cu diametru variabil al fibrului primar- 0.0115"; 0.0135"; 0.0145". Structura 3D cu configuratie de tip bucla deschisa(open-loop) pentru mentinerea formei. Prima bucla formata sa fie cu 25% mai mica fata de diametrul nominal al implantului. Dimensiuni: diametru 3-25mm, lungime 6- 60mm (minim 40 dimensiuni disponibile). Sistem detasare mecanic (fara cabluri); actiune instantia. Prevazute cu marker pentru manuala. Produsul sa beneficieze de studii clinice de nivel 1, care sa demonstreze eficacitatea si cost beneficiele terapiei pe o perioada de nu mai putin de 5 ani	Spirale flaring 3D. Spirale din platina cu diametru variabil al fibrului primar- 0.0115"; 0.0135"; 0.0145". Structura 3D cu configuratie de tip bucla deschisa(open-loop) pentru mentinerea formei. Prima bucla formata sa fie cu 25% mai mica fata de diametrul nominal al implantului. Dimensiuni: diametru 3-25mm, lungime 6- 60mm (minim 40 dimensiuni disponibile). Sistem detasare mecanic (fara cabluri); actiune instantia. Prevazute cu marker pentru manuala. Produsul sa beneficieze de studii clinice de nivel 1, care sa demonstreze eficacitatea si cost beneficiele terapiei pe o perioada de nu mai putin de 5 ani	ISO, CE
7	Spirale platina cu detasare mecanica pentru embolizarea endovasculara a anevrismelor (Coils)	Spirale platina cu detasare mecanica pentru embolizarea endovasculara a anevrismelor (Coils)	APB-4-6-3D-SS; APB-4-8-3D-SS; APB-4-10-3D-SS; APB-4-12-3D-SS; APB-5-8-3D-SS; APB-5-10-3D-SS; APB-5-15-3D-SS; APB-6-10-3D-SS; APB-6-15-3D-SS; APB-6-20-3D-SS; APB-4-6-HX-SS; APB-4-8-HX-SS; APB-4-10-HX-SS; APB-4-12-HX-SS; APB-5-10-HX-SS; APB-5-15-HX-SS; APB-5-20-HX-SS; APB-6-12-HX-SS; APB-6-20-HX-SS Axiom™ Prime Super Soft 3D and Helix	SUA	Medtronic	Spirale flingsuper-soft) 3D & helical. Spire din platina cu diametru variabil fibrului primar- 0.0115";0.0125";0.0135";0.0145". Dimensiuni: diametru 4-6mm, lungime 6-20mm (minim 15 dimensiuni disponibile). Sistem detasare mecanic (fara cabluri); actiune instantia. Prevazute cu marker pentru manuala. Produsul sa beneficieze de studii clinice de nivel 1, care sa demonstreze eficacitatea si cost beneficiele terapiei pe o perioada de nu mai putin de 5 ani	Spirale flingsuper-soft) 3D & helical. Spire din platina cu diametru variabil fibrului primar- 0.0115";0.0125";0.0135";0.0145". Dimensiuni: diametru 4-6mm, lungime 6-20mm (minim 15 dimensiuni disponibile). Sistem detasare mecanic (fara cabluri); actiune instantia. Prevazute cu marker pentru manuala. Produsul sa beneficieze de studii clinice de nivel 1, care sa demonstreze eficacitatea si cost beneficiele terapiei pe o perioada de nu mai putin de 5 ani	ISO, CE

8	Spirale platina cu detasare mecanica pentru embolizarea endovasculara a anevrismelor (Coils)	Spirale platina cu detasare mecanica pentru embolizarea endovasculara a anevrismelor (Coils)	APB-1-2-3D-ES; APB-1-3-3D-ES; APB-1-4-3D-ES; APB-1.5-2-3D-ES; APB-1.5-3-3D-ES; APB-1.5-4-3D-ES; APB-2-2-3D-ES; APB-2-3-3D-ES; APB-2-4-3D-ES; APB-2.5-4-3D-ES; APB-2.5-6-3D-ES; APB-3-4-3D-ES; APB-3-6-3D-ES; APB-3-8-3D-ES; APB-3.5-6-3D-ES; APB-3.5-8-3D-ES; APB-3.5-10-3D-ES; APB-1-1-HX-ES; APB-1-2-HX-ES; APB-1-3-HX-ES; APB-1.5-1-HX-ES; APB-1.5-2-HX-ES; APB-1.5-3-HX-ES; APB-1.5-4-HX-ES; APB-2-1-HX-ES; APB-2-2-HX-ES; APB-2-3-HX-ES; APB-2-4-HX-ES; APB-2-6-HX-ES; APB-2-8-HX-ES; APB-2.5-3-HX-ES; APB-2.5-4-HX-ES; APB-2.5-6-HX-ES; APB-2.5-8-HX-ES; APB-3-4-HX-ES; APB-3-6-HX-ES; APB-3-8-HX-ES; APB-3-10-HX-ES Axiom™ Prime Extra Soft 3D and Helix	SUA	Medtronic	Spirale finishing(extra-soft) 3D & helical. Spire din platina cu diametru variabil al firului primar: 0.0115"/0.0125"/0.0135"/0.0145". Dimensiuni: diametru 1, 1.5, 2, 2.5, 3mm, lungime 2-10mm (minim 30 dimensiuni disponibile). Sistem detasare mecanic(fara cabluri): actiune instantă. Prevazute cu marker pentru detasare manuala. Produsul sa beneficieze de studii clinice de nivel 1, care sa demonstreze eficacitatea si cost beneficile terapiei pe o perioada de nu mai puțin de 5 ani	Spirale finishing(extra-soft) 3D & helical. Spire din platina cu diametru variabil al firului primar: 0.0115"/0.0125"/0.0135"/0.0145". Dimensiuni: diametru 1, 1.5, 2, 2.5, 3mm, lungime 2-10mm (minim 30 dimensiuni disponibile). Sistem detasare mecanic(fara cabluri): actiune instantă. Prevazute cu marker pentru detasare manuala. Produsul sa beneficieze de studii clinice de nivel 1, care sa demonstreze eficacitatea si cost beneficile terapiei pe o perioada de nu mai puțin de 5 ani	ISO, CE
13	Balon semicompliant pentru pre si posdilatare	Balon semicompliant pentru pre si posdilatare	Solarice SC	SUA	Medtronic	Balon de tip RX compatibil cu ghid de 0.014 inch. Material balon - Nylon cu acoperirea hidrofilica, markeri din Platinum Iridium - 2; Lungimea cateterului 142 cm; Presiunea nominala - 12 atm; presiune de rupere - 20 atm; dimensiunile shaftului pentru diametre 2-3.75 mm - proximal 1.9F, distal 2.5F; pentru diametrele 4.0-5.0 - distal 2.7F; Profilul de intrare - 0.015 in Diametre ale balonului 2.0-5.0mm din 0.5 in 0.5mm; lungimi disponibile 6, 8, 12, 15, 20, 27 mm	Balon de tip RX compatibil cu ghid de 0.014 inch. Material balon - Nylon cu acoperirea hidrofilica, markeri din Platinum Iridium - 2; Lungimea cateterului 142 cm; Presiunea nominala - 12 atm; presiune de rupere - 20 atm; dimensiunile shaftului pentru diametre 2-3.75 mm - proximal 1.9F, distal 2.5F; pentru diametrele 4.0-5.0 - distal 2.7F; Profilul de intrare - 0.015 in Diametre ale balonului 2.0-5.0mm din 0.5 in 0.5mm; lungimi disponibile 6, 8, 12, 15, 20, 27 mm	ISO, CE

14	Lichid embolic	Lichid embolic	105-7000-060; 105-7000-080 Onyx™ Liquid Embolic System 105-7000-0xx	SUA	Medtronic	Lichid needlov Compozitie EVOH (Ethylene-vinyl alcohol copolymer) Solvent Dimethyl Sulfoxide (DMSO) Microparticule de Tac în suspensie Administrare controlata prin injectare directa si livrare prin microcateter compatibil. Vizibilitate superioara sub control angiografic si artefacte minime la CT de control. Precipitare in mediu apos cu solidificare dintr-o suprafata externa spre cea interna Posibilitate de intrerupere si reluarea injectarii in orice moment pe parcursul procedurii. Referinte si Studii de cazuri publicate in literatura internationala de specialitate pentru indicatiile de folosire. Ambalat kit complet. Posibilitatea livrari seturilor cu concentratii de 2 tipuri: - pentru penetrarea maxima - pentru izolatie cu curent inalt Ambalat kit complet pregatit pentru lucru. - flacon 6.0 ml EVOH - flacon 6.0 ml DMSO - seringi de 1 ml 3 buc. - adapter pentru microcateter	Lichid needlov Compozitie EVOH (Ethylene-vinyl alcohol copolymer) Solvent Dimethyl Sulfoxide (DMSO) Microparticule de Tac în suspensie Administrare controlata prin injectare directa si livrare prin microcateter compatibil. Vizibilitate superioara sub control angiografic si artefacte minime la CT de control. Precipitare in mediu apos cu solidificare dintr-o suprafata externa spre cea interna Posibilitate de intrerupere si reluarea injectarii in orice moment pe parcursul procedurii. Referinte si Studii de cazuri publicate in literatura internationala de specialitate pentru indicatiile de folosire. Ambalat kit complet. Posibilitatea livrari seturilor cu concentratii de 2 tipuri: - pentru penetrarea maxima - pentru izolatie cu curent inalt Ambalat kit complet pregatit pentru lucru. - flacon 6.0 ml EVOH - flacon 6.0 ml DMSO - seringi de 1 ml 3 buc. - adapter pentru microcateter	ISO, CE
15	Flow-diverter	Flow-diverter	PED3-021-250-14; PED3-021-250-20; PED3-021-300-12; PED3-021-300-14; PED3-021-300-20; PED3-021-350-12; PED3-021-350-14; PED3-021-350-16; PED3-021-350-20; PED3-021-350-25; PED3-027-350-12; PED3-027-350-14; PED3-027-350-16; PED3-027-350-20; PED3-027-350-25; PED3-027-400-12; PED3-027-400-14; PED3-027-400-16; PED3-027-400-20; PED3-027-400-25; PED3-027-400-30; PED3-027-450-12; PED3-027-450-14; PED3-027-450-16; PED3-027-450-20; PED3-027-450-25; PED3-027-450-30; PED3-027-450-30; PED3-027-450-40; PED3-027-500-14; PED3-027-500-16; PED3-027-500-20; PED3-027-500-25; PED3-027-500-30; PED3-027-500-40; PED3-027-550-20; PED3-027-550-40; PED3-027-550-50; PED3-027-600-20; PED3-027-600-40; PED3-027-600-50; PED3-021-275-12; PED3-021-275-14; PED3-021-275-16; PED3-021-275-20; PED3-021-325-12; PED3-021-325-14; PED3-021-325-16; PED3-021-325-20; PED3-027-550-16; PED3-027-550-30; PED3-027-600-16; PED3-027-600-30 PIPELINE Vantage	SUA	Medtronic	Dispozitiv pentru embolizarea aneurismelor, Împletit din fir de nitinol și platină, cu flexibilitate sporită pentru vase sinuase; radio-opacitate totală; suprafața firului prelucrat electrochimic (pentru ca să permită o capacitate de tromboгенitate minimă); capetele dispozitivului - cu bucle închise, să permită livrarea și ancorarea atraumatică; cu capacitatea de repoziționare în leac, rețin 3 marker distal din platină și indiu, compatibil cu microcateter 0,027". Diametre stent solicitate: 3.5; 4.0; 4.5; 5.0; 5.5; 6.0. Lungimi stent - de la 15mm până la 50mm. Pentru a fi utilizat pentru vase cu diam. 2.5-6.0mm. Suport în 3D reconstrucție morfologica si alegerea mărimilor. Referențe la studii clinice - obligatoriu.	Dispozitiv pentru embolizarea aneurismelor, Împletit din fir de nitinol și platină, cu flexibilitate sporită pentru vase sinuase; radio-opacitate totală; suprafața firului prelucrat electrochimic (pentru ca să permită o capacitate de tromboгенitate minimă); capetele dispozitivului - cu bucle închise, să permită livrarea și ancorarea atraumatică; cu capacitatea de repoziționare în leac, rețin 3 marker distal din platină și indiu, compatibil cu microcateter 0,027". Diametre stent solicitate: 3.5; 4.0; 4.5; 5.0; 5.5; 6.0. Lungimi stent - de la 15mm până la 50mm. Pentru a fi utilizat pentru vase cu diam. 2.5-6.0mm. Suport în 3D reconstrucție morfologica si alegerea mărimilor. Referențe la studii clinice - obligatoriu.	ISO, CE

Semnat: _____ Numele, Prenumele: Dmitrii Kojevnikov În calitate de: Administrator

Ofertantul: S.C. OXIVIT-MED S.R.L Adresa: mun. Chişinău, str. Decebal 82-90

Specificații de Preț

Numărul procedurii de achiziție:		ocds-b3wdp1-MD-1663222957295 din 03.10.2022										
Obiectul achiziției:		Achiziționarea consumabilelor angiografice conform necesităților IMSP Institutul de Medicină Urgentă pentru anul 2022										
Nr. Lot	Denumire Lot	Denumirea bunurilor și/sau a serviciilor	Cantitatea	Unitatea de măsură	Preț unitar (fără TVA)	Preț unitar (cu TVA)	Suma fără TVA	Suma cu TVA	Termenul de livrare/ prestare	Cod CPV	Clasificație bugetară (IBAN)	Discount %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Balon de ocluzie hipercompliant	Balon de ocluzie hipercompliant	2	bucată	12 142.00	13 113.36	24 284.00	26 226.72	DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, în termen de până la 30 de zile de la comanda scrisă a beneficiarului	33100000-1	-	-
2	Balon de ocluzie hipercompliant alungit	Balon de ocluzie hipercompliant alungit	2	bucată	12 142.00	13 113.36	24 284.00	26 226.72	DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, în termen de până la 30 de zile de la comanda scrisă a beneficiarului	33100000-1	-	-
4	Microcateter livrare spirale (coils)	Microcateter livrare spirale (coils)	5	bucată	6 630.00	7 160.40	33 150.00	35 802.00	DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, în termen de până la 30 de zile de la comanda scrisă a beneficiarului	33100000-1	-	-
5	Microcateter : Destinat livrării materialelor / substantelor de diagnostic si tratament in sistemul vascular	Microcateter : Destinat livrării materialelor / substantelor de diagnostic si tratament in sistemul vascular	5	bucată	6 630.00	7 160.40	33 150.00	35 802.00	DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, în termen de până la 30 de zile de la comanda scrisă a beneficiarului	33100000-1	-	-
6	Spirale platina cu detasare mecanica pentru embolizarea endovasculara a anevrismelor (Coils)	Spirale platina cu detasare mecanica pentru embolizarea endovasculara a anevrismelor (Coils)	20	bucată	8 528.00	9 210.24	170 560.00	184 204.80	DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, în termen de până la 30 de zile de la comanda scrisă a beneficiarului	33100000-1	-	-
7	Spirale platina cu detasare mecanica pentru embolizarea endovasculara a anevrismelor (Coils)	Spirale platina cu detasare mecanica pentru embolizarea endovasculara a anevrismelor (Coils)	20	bucată	8 528.00	9 210.24	170 560.00	184 204.80	DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, în termen de până la 30 de zile de la comanda scrisă a beneficiarului	33100000-1	-	-
8	Spirale platina cu detasare mecanica pentru embolizarea endovasculara a anevrismelor (Coils)	Spirale platina cu detasare mecanica pentru embolizarea endovasculara a anevrismelor (Coils)	20	bucată	8 528.00	9 210.24	170 560.00	184 204.80	DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, în termen de până la 30 de zile de la comanda scrisă a beneficiarului	33100000-1	-	-

IDNO: 1007600044280;
adresa: mun. Chişinău, str. Decebal 82-90
tel. 022 808 002, 022 808 003
e-mail: oxivit.medical@gmail.com

OXIVIT MED

Anexa nr. 23
la Documentația standard
conform Ordin MF Nr. 115
din 15.09.2021

13	Balon semicompliant pentru pre si posdilatare	Balon semicompliant pentru pre si posdilatare	20	bucată	988.00	1 067.04	19 760.00	21 340.80	DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, în termen de până la 30 de zile de la comanda scrisă a beneficiarului	33100000-1	-	-
14	Lichid embolic	Lichid embolic	2	bucată	16 406.00	19 687.20	32 812.00	39 374.40	DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, în termen de până la 30 de zile de la comanda scrisă a beneficiarului	33100000-1	-	-
15	Flow-diverter	Flow-diverter	2	bucată	184 600.00	184 600.00	369 200.00	369 200.00	DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, în termen de până la 30 de zile de la comanda scrisă a beneficiarului	33100000-1	-	-
TOTAL Oferta						1 048 320.00	1 106 587.04					

Semnat: _____ Numele, Prenumele: Dmitrii Kojevnikov În calitate de: Administrator

Ofertantul: S.C. OXIVIT-MED S.R.L Adresa: mun. Chişinău, str. Decebal 82-90

OXIVIT MED

IDNO: 1007600044280;
adresa: mun. Chișinău, str. Decebal 82-90
tel. 022 808 002, 022 808 003
e-mail: oxivit.medical@gmail.com

Către Grupul de lucru pentru evaluarea

Procedurii de achiziție Nr:

ocds-b3wdp1-MD-1663222957295 din 03.10.2022

adruL CENTRUL PENTRU ACHIZITII PUBLICE CENTRALIZATE IN SANATATE

DECLARAȚIE

Prin prezenta, SRL „Oxivit-med”, declara ca:

- Termenul de valabilitate restant (la momentul livrării) va constitui nu mai puțin de 80% din termenul total al produsului

- Mostrele vor fi prezentate în termen de 5 zile de la solicitare, într-o cutie pe care se va indica denumirea operatorului economic și numărul procedurii de achiziție publică. Se va prezenta lista mostrelor incluse în cutie și numărul de lot al acestora cu scrisoare de însoțire semnată. Pe fiecare produs în parte va fi indicat numărul lotului și denumirea operatorului economic.

Mostrele vor fi ambalate și etichetate conform prevederilor HG 702/2018.

Data completării: 30.9.2022

Cu stimă,

Dmitrii Kojevnikov

Administrator

S.C. OXIVIT-MED S.R.L. _____

(semnătura)

OXIVIT MED

DECLARAȚIE

**privind înregistrarea în Registrul de Stat al Dispozitivelor Medicale al Agenției
Medicamentului și Dispozitivelor Medicale**

Noi S.C. OXIVIT-MED S.R.L ne obligăm să înregistrăm în Registrul de Stat al Dispozitivelor Medicale bunurile oferite în cadrul procedurii de achiziției publice nr. ocds-b3wdp1-MD-1663222957295 din 03.10.2022 privind Achiziționarea consumabilelor angiografice conform necesităților IMSP Institutul de Medicină Urgentă pentru anul 2022

La solicitarea autorității contractante ne obligăm să prezentăm numărul de înregistrare din Registrul de Stat al Dispozitivelor Medicale a Agenției Medicamentului și Dispozitivelor Medicale, în termen de 15 zile. Ne asumăm riscul respingerii ofertei în caz de neprezentare în termen a numărului de înregistrare la AMDM.

Data completării: 30.9.2022

Cu stimă,
Dmitrii Kojevnikov
Administrator
S.C. OXIVIT-MED S.R.L

(semnătura)