

Specificații tehnice

Numărul procedurii de achiziție: ocde-b3wdp1-MD-1684829776028
Denumirea procedurii de achiziție <i>Dispozitivelor medicale (Ultrasonograf General, OB-GYN, performanță înaltă cod generic 300200) conform necesităților IMSP Spitalul Raional Căușeni „Ana și Alexandru” (repetat)</i>

Denumirea lot/pozitie	Modelul articolului	Țara de origine	Producător	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specific tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
1	2	3	4	5	6	7
Ultrasonograf General,OB-GYN, performanță înaltă cod generic 300200	X CUBE 60	Korea	Alpinion	Ultrasonograf General, OB-GYN, performanță înaltă Cod 300200 APLICAȚII CLINICE General, OB/GYN PROBE PORTURI 4 PROBE TIP, MHz Linear 3-12 Mhz număr de elemente ≥192 Convex 1.5 - 5 Mhz număr de elemente ≥192 Tehnologie Syngle Crystal (mono-cristal) Endovaginal 4-10 Mhz număr de elemente ≥192 NIVELE DE GRI ≥256 PREPROCESARE, canale digitale ≥ 400000 GAMA DINAMICA ≥250dB Adâncimea scanării ≥ 39 cm POSTPROCESARE da IMAGINE MODURI M-mod da M-mod și 2-D da Harmonic imaging da	Ultrasonograf General, OB-GYN, performanță înaltă APLICAȚII CLINICE General, OB/GYN PROBE PORTURI 4 PROBE TIP, MHz Linear 3-12 Mhz (L3-12X) număr de elemente - 256 Convex 1-7 MHz (SC1-7H) număr de elemente: 192 Tehnologie X+ Crystal Signature Endovaginal 2-11 Mhz (EV2-11H) număr de elemente : 192 NIVELE DE GRI : 256 PREPROCESARE, canale digitale: 11,468,800 GAMA DINAMICA : 320 dB Adâncimea scanării: 0 - 46 cm POSTPROCESARE da IMAGINE MODURI M-mod da M-mod și 2-D da Harmonic imaging da	CE

			Imagine prin Compunere Spațiala da DOPPLER Tip CW, PW, CFM Afișare frecvență da Afișare viteză da Power Doppler da Duplex da Triplex da FUNȚIONALITĂȚI Măsurători digitale da Diapazon dinamic selectabil da Focalizare de transmisie ajustabilă da Focalizare de recepție dinamică da Măsurători pe reluarea video da Soft specializat cu măsurări automate în obstetrică (ex: BPD, HC, HUM, ș.a.) da Calcularea automata a translucentei nucale da Vizualizare în rezoluție înaltă a fluxului sangvin da Măsurarea automată a intimei-media da PAN/ZOOM imagine în timp real da imagine înghețată da STOCARE IMAGINI Capacitate ≥512GB SSD sau Hybrid (SSD+HDD) Cine da DICOM 3.0 COMPLIANT da MONITOR integrat de control touch- screen ≥ 12 inch PACHETE DE ANALIZĂ OB/GYN da Elastografie strain (de compresie manuală) da Elastografie sharewave (compresie acustică) da Altele Să se indice GHID ACE Transrectal da	Imagine prin Compunere Spațiala da DOPPLER Tip CW, PW, CFM Afișare frecvență da Afișare viteză da Power Doppler da Duplex da Triplex da FUNȚIONALITĂȚI Măsurători digitale da Diapazon dinamic selectabil da Focalizare de transmisie ajustabilă da Focalizare de recepție dinamică da Măsurători pe reluarea video da Soft specializat cu măsurări automate în obstetrică (ex: BPD, HC, HUM, ș.a.) da Calcularea automata a translucentei nucale da (Auto NT) Vizualizare în rezoluție înaltă a fluxului sangvin da (Micro Vascular Imaging (MVI) Măsurarea automată a intimei-media da (IMT/Auto IMT) PAN/ZOOM imagine în timp real da imagine înghețată da STOCARE IMAGINI Capacitate 1 TB HDD + 250 GB SSD Cine da DICOM 3.0 COMPLIANT da MONITOR integrat de control touch- screen 12.1" inch PACHETE DE ANALIZĂ OB/GYN da Elastografie strain (de compresie manuală) da Elastografie sharewave (compresie acustică) da Altele Să se indice GHID ACE Transrectal da (Auto NT)	
--	--	--	---	---	--

				Transperineal da MONITOR Rezoluție înaltă, $\geq 1920 \times 1080$ px ≥ 21 " Unghi de vizualizare $\geq 175^\circ$ Panou de control Reglabil pe înălțime da, manual Încălzitor gel da Imprimantă digitala alb-negru da Port USB ≥ 5 da DIVIZARE MONITOR da Gel 1 litru Hârtie termica 5 buc..	Transperineal da MONITOR Rezoluție înaltă, $1,920 \times 1,080$, 21, 5 " Unghi de vizualizare 175° Panou de control Reglabil pe înălțime da, manual Încălzitor gel da Imprimantă digitala alb-negru da Port USB: 6 da DIVIZARE MONITOR da Gel 1 litru Hârtie termica 5 buc..	
--	--	--	--	--	---	--

Numele, Prenumele: Botnaru Andrei

În calitate de: Director

Ofertantul: SC „Neotec” SRL

Adresa: Str. Zaikin, 37, mun. Chișinău