



MINISTERUL SĂNĂTĂȚII AL REPUBLICII MOLDOVA
CENTRUL PENTRU ACHIZIȚII PUBLICE
CENTRALIZATE ÎN SĂNĂTATE

MD-2005, Republica Moldova, mun. Chișinău, bld. Grigore Vieru 22/2,
tel. 022 222 445, e-mail: office@capcs.md

Nr. 10 din "10" _____ 2021

GBG MLD SRL
Oxivit Med SRL
Data Control SRL
Imunotehnomed SRL
Medpunkt SRL
Natusana SRL
Tehnomedica SRL
Triumf Motiv SRL

IMSP Institutul de Cardiologie

Prin prezenta, grupul de lucru pentru achiziționarea dispozitivelor medicale în cadrul Centrului pentru Achiziții Publice Centralizate în Sănătate (CAPCS), urmare examinării ofertelor depuse în cadrul procedurii de achiziție publică LP nr. ocds-b3wdp1-MD-1628002654232 privind "Achiziționarea electrocardiostimulatorilor de implant și consumabilelor pentru electrofiziologie conform necesităților IMSP Institutul de Cardiologie, pentru anul 2022", vă comunică că conform deciziei din 09.12.2021 au fost desemnate câștigătoare următoarele oferte:

Cod CPV	Nr. Lot	Denumire Lot	Unitatea de măsură	Cantitatea	Pret unitar (fără TVA)	Pret unitar (cu TVA)	Suma (fără TVA)	Suma (cu TVA)	Modelul/producerul/tara de origine	Operatorul economic participant
33100000-1	11	Set sterili getabili pentru interventii (pacemaker)	buc	475	1 520,00	1 824,00	722 000	866 400,00	97039056/Suedia/Molnlycke Health Care	Tehnomedica SA
33100000-1	24	Set sterili getabili pentru interventii (electrofiziologie)	Set	150	1 080,00	1 296,00	162 000	194 400	97068330/Suedia/Molnlycke Health Care	Tehnomedica SA

Motivale de respingere/descalificare:

Nr. Lot	Denumire Lot	Unitatea de măsură	Cantitatea	Suma estimativă a lotului	Preț unitar (fără TVA)	Preț unitar (cu TVA)	Suma (fără TVA)	Suma (cu TVA)	Model/cod	Producător/tara de origine	Operatorul economic participant	Comentarii
1	Electrocardiostim u-lator monocameral, SR, cu regim de stimulare AAIR, VVIR inclusiv cu electrod endocardial	buc	300	3 270 000	9940,8	9940,8	2 982 240	2 982 240	Sensia SR	SUA/Me dronic	Oxivit med SRL	<p>În formularul ofertei a fost indicat dispozitivul Sensia SR, însă s-a solicitat electrocardiostim-u-lator monocameral, SR, cu regim de stimulare AAIR, VVIR inclusiv cu electrod endocardial. Astfel, în urma clarificărilor dispozitivul a fost indicat cu modelul SESR01 , iar electrodul cu cod 5076. Respectiv, se respinge în conformitate cu art. 69 alin (6) lit b) a Legii nr. 131/15 privind achizițiile publice, potrivit creia în formularul ofertei F4.1 lipsește modelul/ codul bunului și nu corespunde cerințelor expuse în documentația de atribuire. Totodată, în urma clarificărilor oferta nu poate fi modificată, iar lipsa codului/modelului la încheierea contractului duce la riscul livrării unui bun ce nu corespunde cerințelor tehnice impuse în documentația de atribuire (art. 74 alin (4) a Legii nr. 131/15)</p> <p>Se respinge în conformitate cu art. 69 alin (6) lit b) a Legii nr. 131/15 privind achizițiile publice, potrivit creia în formularul ofertei F4.1 lipsește modelul/ codul bunului și nu corespunde cerințelor expuse în documentația de atribuire. Astfel, potrivit brosurei pentru dispozitivul Endurity SR de modelul PM1172 se regășesc 4 modele a electroadelor /accesoriilor cu diferite dimensiuni. Respectiv, lipsa codului/modelului în formularul ofertei F4.1 la încheierea contractului duce la riscul livrării unui bun ce nu corespunde cerințelor tehnice impuse în documentația</p>
1	Electrocardiostim u-lator monocameral, SR, cu regim de stimulare AAIR, VVIR inclusiv cu electrod endocardial	buc	300	3 270 000	11910	11910	3573000	3573 000	Endurity SR	USA/ St.Jude Medical	GBG MLD SRL	

4	Cardioverter-defibrilator impalntabil monocameral de tip VR, inclusive cu electrod de socare de tip DF4	buc	10	575 040	62070	74484	620700	7448 40	Elipse VR	USA/St. Jude Medical	GBG MLD SRL	Se respinge în conformitate cu art. 69 alin (6) lit b) a Legii nr. 131/15 privind achizițiile publice, potrivit creia în formularul ofertei F4.1 lipsește modelul/codul bunului și nu corespunde cerințelor expuse în documentația de atribuire. Astfel, pentru dispozitivul Elipse VR potrivit broșurii se regăsesc două dispozitive cu coduri diferite CDI377-36C și CDI377-36QC* cu diferenți parametri tehnici. Respectiv, lipsa codului/modelului în formularul ofertei F4.1 la încheierea contractului duce la riscul livrării unui bun ce nu corespunde cerințelor tehnice impuse în documentația de atribuire (art. 74 alin (4) a Legii nr. 131/15).
4	Cardioverter-defibrilator impalntabil monocameral de tip VR, inclusive cu electrod de socare de tip DF4	buc	10	575 040	63341, 25	63341, 25	633412.5	6334 12.5	MIRRO VR	SU/AM EDTRO NIC	Oxivit med SRL	În formularul ofertei F4.1 a fost indicat dispozitivul MIRRO VR, însă s-a solicitat Cardioverter-defibrilator impalntabil bicameral de tip VR, inclusive cu electrod de socare de tip DF4. Astfel, în urma clarificărilor dispozitivul MIRRO VR a fost indicat cu modelul DVME3D4, iar accesoriile/electrodul cu cod 6935 M. Respectiv, se respinge în conformitate cu art. 69 alin (6) lit b) a Legii nr. 131/15 privind achizițiile publice, potrivit creia în formularul ofertei F4.1 lipsește modelele/codurile bunurilor și oferta nu corespunde cerințelor expuse în documentația de atribuire. Totodată, în urma clarificărilor oferta nu poate fi modificată, iar lipsa codului/modelului la încheierea contractului duce la riscul livrării unui bun ce nu corespunde cerințelor tehnice impuse în documentația de atribuire (art. 74 alin (4) a Legii nr. 131/15)

<p>Cardiosimulator tricameral (biventricular) CRT – P in complex cu electrozi si kituri pentru intubarea sinusului coronarian</p>	buc	5	158 265	34200	41040	171000	2052 00	Allure	USA/St. Jude Medical	GBG MLD SRL	<p>Se respinge în conformitate cu art. 69 alin (6) lit b) a Legii nr. 131/15 privind achizițiile publice, potrivit creia în formularul ofertei F4.1 lipsește modelul/codul bunului și nu corespunde cerințelor expuse în documentația de atribuire. Respectiv, lipsa codului/modelului în formularul ofertei F4.1 la încheierea contractului duce la riscul livrării unui bun ce nu corespunde cerințelor tehnice impuse în documentația de atribuire (art. 74 alin (4) a Legii nr. 131/15). Totodată, se respinge din motivul necorespunderii tehnice (art. 69, alin (6) lit a) a Legii nr. 131/15), dispozitivul Allure a fost prezentat Allure TMR RF (serie), dar s-a solicitat CRT-P, electrodul pentru sinus coronarian s-a oferit 4,3 Fr, s-a solicitat 4,5-6 Fr.</p>
<p>Cardiosimulator tricameral (biventricular) CRT – P in complex cu electrozi si kituri pentru intubarea sinusului coronarian</p>	buc	5	158 265	49248	49248	246240	2462 40	Solara	SUA/Me dtronic	Oxivit med SRL	<p>În formularul ofertei F4.1 a fost indicat dispozitivul Solara, însă s-a solicitat cardiosimulator tricameral (biventricular) CRT – P în complex cu electrozi si kituri pentru intubarea sinusului coronarian. Astfel, în urma clarificărilor dispozitivul Solara a fost indicat cu modelul W1TR06, iar accesoriile/electrodul cu cod 5076, 4196, 6250VIC și 6215. Respectiv, se respinge în conformitate cu art. 69 alin (6) lit b) a Legii nr. 131/15 privind achizițiile publice, potrivit creia în formularul ofertei F4.1 lipsește modelele/codurile bunurilor și oferta nu corespunde cerințelor expuse în documentația de atribuire. Totodată, în urma clarificărilor oferta nu poate fi modificată, iar lipsa codului/modelului la încheierea contractului duce la riscul livrării unui bun ce nu corespunde cerințelor tehnice impuse în documentația de atribuire (art. 74 alin (4) a Legii nr. 131/15).</p>

6	Introducer 6-9F de tip "peel-away"	buc	470	180 480	340	408	159800	1917 60	Peel Away	/USA/St. Jude Medical	GBG MLD SRL	Se respinge în conformitate cu art. 69 alin (6) lit b) a Legii nr. 131/15 privind achizițiile publice, potrivit creia în formularul ofertei F4.1 lipsește modelul/ codul bunului și nu corespunde cerințelor expuse în documentația de atribuire. Astfel, pentru dispozitivul Peel away potrivit broșurii se regăsesc 13 modele de accesorii/ electrozi cu diferenți parametrici tehnici. Respectiv, lipsa codului/modelului în formularul ofertei F4.1 la încheierea contractului duce la riscul livrării unui bun ce nu corespunde cerințelor tehnice impuse în documentația de atribuire (art. 74 alin (4) a Legii nr. 131/15).
7	Set introductor pentru punctie venei centrale scurt	buc	100	42 000	318	343,44	31800	3434 4	Radifocus® Introducer II Standard Kit R	Belgia/T ERUMO EUROP E N.V.	Data Control SRL	În formularul ofertei F4.1 a fost indicat dispozitivul Radifocus® Introducer II Standard Kit R. Totodată, a fost solicitată lungimea canalului utile de 10-12 cm, cu ID de 6, 7 și 8 Fr, însă, în urma clarificărilor a fost depusă broșura în care se regăsesc bunuri cu 6 coduri diferite cu mărimi de 4, 5, 6, 7 și 8 Fr. Astfel, se respinge în conformitate cu art. 69 alin (6) lit b) a Legii nr. 131/15 privind achizițiile publice, potrivit creia în formularul ofertei F4.1 lipsește modelul/ codul bunului și nu corespunde cerințelor expuse în documentația de atribuire. Totodată, în urma clarificărilor oferta nu poate fi modificată, iar lipsa codului/modelului la încheierea contractului duce la riscul livrării unui bun ce nu corespunde cerințelor tehnice impuse în documentația de atribuire (art. 74 alin (4) a Legii nr. 131/15).
7	Set introductor pentru punctie venei centrale scurt	buc	100	42 000	340	408	34000	4080 0	Fast Cath	USA/St. Jude Medical	GBG MLD SRL	Se respinge în conformitate cu art. 69 alin (6) lit b) a Legii nr. 131/15 privind achizițiile publice, potrivit creia în formularul ofertei F4.1 lipsește modelul/ codul bunului și nu corespunde cerințelor expuse în documentația de atribuire. În broșura conține 5 modele de electrozi cu diferenți parametric tehnici. Respectiv, lipsa codului/modelului în formularul

15	Cateter electrod diagnostic	buc	15	148 320	8 131,76	8 782,30	121 976,40	131 734,5 1	901670 STR 6F Duo-deca, MPD-H, 2-10-2mm, 100cm 901671 STR 6F Duo-deca, MPD-H, 2-5-2mm, 100cm 901680 STR 7F Duo-deca, MPD-H, 2-10-2mm, 100cm 901681 STR 7F Duo-deca, MPD-H, 2-5-2mm, 100cm/	SUA/AP T EP Inc.	Imunotel nomed SRL	Se respinge în conformitate cu art. 69 alin (6) lit b) a Legii nr. 131/15 privind achizițiile publice astfel, nu corespunde specificațiilor tehnice solicitate.: a fost solicitat Cateter electrod de diagnostic electrofizologie intracavitar 20 polar de tip HALO, dimensiuni 6, 7 F cu curbura deflectabilă unidirecțional, spațiu între electrozi 2-5-2 sau 2-10-2 mm, disponibile în dimensiuni X large, Super Large, lungimea 110, 115 cm. s-a oferit de lungimea 100 cm.
15	Cateter electrod diagnostic	buc	15	148 320	8490	10188	127350	1528 20	Livewire	USA/St. Jude Medical	GBG MLD SRL	Se respinge în conformitate cu art. 69 alin (6) lit b) a Legii nr. 131/15 privind achizițiile publice, potrivit creia în formularul ofertei F4.1 lipsește modelul/codul bunului și nu corespunde cerințelor expuse în documentația de atribuire. În broșura se regăsește o multitudine de modele/coduri de electrozi/accesorii cu diferenți parametri tehnici. Respectiv, lipsa codului/modelului în formularul ofertei F4.1 la încheierea contractului duce la riscul livrării unui bun ce nu corespunde cerințelor tehnice impuse în documentația de atribuire (art. 74 alin (4) a Legii nr. 131/15).
16	Cateter electrod ablație cu RF	buc	60	379 500	7740	9288	464400	5572 80	Therapy	USA/St. Jude Medical	GBG MLD SRL	Se respinge în conformitate cu art. 69 alin (6) lit b) a Legii nr. 131/15 privind achizițiile publice, potrivit creia în formularul ofertei F4.1 lipsește modelul/codul bunului și nu corespunde cerințelor expuse în documentația de atribuire. În broșura se regăsește o multitudine de modele/coduri de electrozi/accesorii cu diferenți parametri tehnici. Respectiv, lipsa codului/modelului în formularul ofertei F4.1 la încheierea contractului duce la riscul livrării unui bun ce nu corespunde cerințelor tehnice impuse în documentația de atribuire (art. 74 alin (4) a Legii nr. 131/15).

16	Cateter electrod ablativ cu RF	buc	60	379 500	7 906,08	8 538,57	474 364,80	512 313,9 8	902129 (B Curve), 902132 (D Curve), 902174 (DL Curve)/	SUA/AP T EP Inc.	Imunoteh nomed SRL	Au fost solicitate mostre în baza scrisorii nr. Rg02-2948 din 24.09.2021 pentru loturile 13, 14,16 și 17, însă pentru loturile nr. 16, 17 nu au fost prezentate mostre. Se descalifică operatorul economic pentru lotul în cauză în conformitate cu art. 17 alin (5) a Legii nr. 131/15 privind achizițiile publice.
17	Cateter electrod ablativ RF cu irigare	buc	70	644 000	10920	13104	764 400	9172 80	Therapy Cool Path Duo	/USA/St. Jude Medical	GBG MLD SRL	Se respinge în conformitate cu art. 69 alin (6) lit b) a Legii nr. 131/15 privind achizițiile publice, potrivit creia în formularul ofertei F4.1 lipsește modelul/ codul bunului și nu corespunde cerințelor expuse în documentația de atribuire. Respectiv, lipsa codului/modelului în formularul ofertei F4.1 la încheierea contractului duce la riscul livrării unui bun ce nu corespunde cerințelor tehnice impuse în documentația de atribuire (art. 74 alin (4) a Legii nr. 131/15).
17	Cateter electrod ablativ RF cu irigare	buc	70	644 000	11 744,46	12 684,02	822 112,20	887 881,1 8	902302 (D curve), 902339 (DL Curve)/	SUA/AP T EP Inc.	Imunoteh nomed SRL	Au fost solicitate mostre în baza scrisorii nr. Rg02-2948 din 24.09.2021 pentru loturile 13, 14,16 și 17, însă pentru loturile nr. 16, 17 nu au fost prezentate mostre. Se descalifică operatorul economic pentru lotul în cauză în conformitate cu art. 17 alin (5) a Legii nr. 131/15 privind achizițiile publice.
18	Cabluri conectare autooclavabile	buc	5	13 200	1 623,44	1 948,13	8 117,20	9 740,6 4	901950 Shrouded Quad EXT CBL, black, 150cm/	SUA/AP T EP Inc.	Imunoteh nomed SRL	Se respinge în conformitate cu art. 69 alin (6) lit b) a Legii nr. 131/15 privind achizițiile publice, potrivit creia în formularul ofertei F4.1 lipsește modelul/ codul bunului și nu corespunde cerințelor expuse în documentația de atribuire. În broșura conține 7 modele de electrozi/ accesorii . Respectiv, lipsa codului/modelului în formularul ofertei F4.1 la încheierea contractului duce la
18	Cabluri conectare autooclavabile	buc	5	13 200	2 440,00	2 928,00	12 200,00	14 460,0 0	Cable/	SUA/St. Jude Medical	GBG MLD SRL	Se respinge în conformitate cu art. 69 alin (6) lit b) a Legii nr. 131/15 privind achizițiile publice, potrivit creia în formularul ofertei F4.1 lipsește modelul/ codul bunului și nu corespunde cerințelor expuse în documentația de atribuire. În broșura conține 7 modele de electrozi/ accesorii . Respectiv, lipsa codului/modelului în formularul ofertei F4.1 la încheierea contractului duce la

Loturile nr. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22 și 23 se anulează în conformitate cu art. 71 alin (1) lit d) liniuța întâi și trei a Legii nr. 131/15 privind achizițiile publice, potrivit căruia au fost depuse doar oferte neconforme și care nu au fost elaborate și prezentate în conformitate cu cerințele cuprinse în documentația de atribuire.

Lotul nr. 8 se anulează deoarece suma fiecărei oferte fără TVA depășește cu 30% valoarea estimată a lotului în cauză în conformitate cu art. 71 alin (1) lit d) liniuța 6 a Legii nr. 131/15 privind achizițiile publice.

Lotul nr. 9 se anulează în conformitate art. 71 alin (1) lit a) a Legii nr. 131/15 privind achizițiile publice, potrivit căruia nu au fost depusă nici o ofertă.


Lotul nr. 10 se anulează conform art. art. 71 alin (1) lit g) a Legii nr. 131/15 privind achizițiile publice, potrivit căruia există abateri grave de la prevederile legale care afectează rezultatul procedurii de atribuire sau face imposibilă încheierea contractului. Prin abateri grave de la prevederile legale se înțelege faptul că pe parcursul analizei, evaluării și/sau finalizării procedurii de atribuire se constată erori sau omisiuni, autoritatea contractantă aflându-se în imposibilitatea de a adopta măsuri corective fără ca acestea să conducă la încălcarea principiilor prevăzute la art. 7 .

Pentru loturile anulate se va desfășura procedură de achiziție repetată doar după ce instituția beneficiar va confirma specificația tehnică, cantitatea și/sau valoarea estimată după caz a necesarului.

Totodată, în conformitate cu prevederile art. 32 alin. (1) din Legea nr. 131/2015 "privind achizițiile publice" – "contractele de achiziții publice care intră în sfera de aplicare a prezentei legi pot fi încheiate numai după împlinirea termenelor de așteptare".

Așfel, contractul de achiziție urmează a fi semnat începând cu data de 21.12.2021, numărul maxim de zile pentru semnarea și prezentarea contractului către CAPCS este de 10 zile după expirarea termenului de așteptare

Director adjunct



Ala GOJAN

Execuțor: Hina Percium

Tel: 022 222-364