

Specificații tehnice (F4.1)

Numărul procedurii de achiziție <u>ocds-b3wdp1-MD-1599130321902</u> din <u>03 septembrie 2020</u>
Denumirea procedurii de achiziție: <i>Reactive și articole pentru laboratorul bacteriologic</i>

	Cod CPV	Denumirea bunurilor și/sau a serviciilor	Modelul articolului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
	1	2	3	4	5	6	7	8
	Lotul 1 Reactive, articole pentru analizatorul automat Vitec 2 (sistem închis)							
1	33600000-6	2 Grcarduri pentru identificarea bacililor Gr-negativi fermentativi și nefermentativi 1kit=20carduri	21341	Franța	bioMerieux	1. Confirmarea că dispozitivul a fost produs on conformitate cu cerințele CE cu prezentarea certificatului de origine pentru produs. 2. Prezentarea scrisorii original de la producător privind confirmarea proprietăților calitative a produsului, cu indicarea acestora on instrucțiunea de utilizare a produsului. 3. Prezentarea de către furnizor a certificatului de compatibilitate a reactivelor cu utilajul (sistem onchis), de la producătorul utilajului. 4. Adaptarea/calibrarea metodelor la analizator se va efectua de către furnizorul de reactivi care suportă toate riscurile și cheltuielile aferente. Ambalajul reactivilor trebuie să fie compatibil cu aparatul (sistem onchis). 5. Calibratorii, materialele de control și reagenții trebuie să fie onregistrate on ordinea stabilită on	Card pentru identificarea germenilor Gram-negativi (GN) ce poate fi utilizat împreună cu VITEK 2 Systems pentru identificarea automatizată a bacililor Gram-negativi fermentativi și nefermentativi cu cea mai mare semnificație clinică. Acesta conține 47 de teste biochimice și un godeu martor negativ. Destinat numai diagnosticării in vitro, 20 carduri/kit.	CE, ISO
1	33600000-6	2AST N204Carduri pentru testarea sensibilitatii bacililor Gr-negativi 1kit=20carduri	412865	Franța	bioMerieux		Card pentru testarea sensibilitatii (AST N-204) bacililor Gram negativi destinat utilizării cu sistemele VITEK 2 in laboratoarele clinice ca test in vitro pentru a determina sensibilitatea la agentii antimicrobieni a bacililor Gram negativi aerobi cu semnificatie clinică. Valorile numerice sunt exprimate in µg/m, 20 carduri/kit	CE, ISO
1	33600000-6	2GRCarduri pentru identificarea bacteriilor Gr-pozitivi 1kit=20carduri	21342	Franța	bioMerieux		Card pentru identificarea germenilor Gram-pozitivi (GP) ce poate fi utilizat împreună cu VITEK 2 Systems pentru identificarea automatizată a celor mai importante microorganisme Gram-pozitive. Acesta conține 43 de teste biochimice si este destinat numai diagnosticării in vitro, 20 carduri/kit	CE, ISO
1	33600000-6	2ASTP592Carduri pentru testarea	22287	Franța	bioMerieux		Card (AST P-592) pentru testarea sensibilitatii bacteriilor Gram pozitive, destinat utilizării cu sistemele VITEK 2 in laboratoarele clinice ca test in vitro pentru a determina sensibilitatea la	CE, ISO

		sensibilitatii bacteriilor Gr-pozitivi 1kit=20carduri				mod obligatoriu de legislația Republicii Moldova on vigoare și să corespundă cu setul de reagenți, (să fie de la același producător).	agentii antimicrobieni a speciilor de Stafilococ, speciilor de Enterococ si S. agalactiae. Valorile numerice sunt exprimate in µg/m, 20 carduri/kit.	
1	33600000-6	Vârfuri pentru pipete automate fără filtru 100-1000mlk compatibile cu analizatorul automat Vaitec 2-(set 96)	30501	Franța	bioMerieux	6. Ofertanții vor demonstra că reagenții, seturile de reagenți se păstrează ponă la livrare on condițiile prevăzute de producător (la frigider, frigider sau încăpăre dotată cu echipament specific). -//- -//- -//-	Vârfuri pentru pipete automate, fără filtru 100-1000 mkl, compatibile cu analizatorul automat Vitek 2 (set 96), pentru carduri GP	CE, ISO
1	33600000-6	Vârfuri pentru pipete automate fără filtru 0-200mlk compatibile cu analizatorul automat Vaitec 2 -(set 96)	30507	Franța	bioMerieux		Vârfuri pentru pipete automate, fără filtru 0-200 mkl compatibile cu analizatorul automat Vitek 2 (set 96), pentru carduri GN	CE, ISO
		Lotul nr. 2 Medii, veselă și articole pentru laboratorul bacteriologic						
5	33600000-6	Discuri cu Bacitracin (0.04ED)	55902	Franța	bioMerieux		Discuri cu Bacitracin, 2x15 discuri	CE, ISO
6	33600000-6	Discuri cu Optohin	55912	Franța	bioMerieux		Discuri cu Optochin, 2x30 discuri	CE, ISO
		TOTAL						

Semnat:

Nume: **Victoria Olaru**

În calitate de: **Manager Departament Comercial**

Ofertantul: **SRL Mediclim AM**

Adresa: **mun. Chisinau 2005, str. V. Alecsandri, 141/A, et. 1**