

Specificații tehnice

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 2, 3, 4, 6, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 5,]

Numărul procedurii de achiziție [ocds-b3wdp1-MD-1774875492607](#) /21589585 din **30 martie 2026**

Obiectul achiziției: **Achiziționarea dispozitivelor medicale conform necesităților Instituțiilor Medico Sanitare Publice (lista suplimentară 14)**

Denumirea bunurilor/ serviciilor	Denumirea modelului bunului/ serviciului	Țara de origine	Producător	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
1	2	3	4	5	6	7
Lot 1 Frigider combinat cu congelator 200/100L	FC39/2	Italia	Frimed	<p>Frigider combinat cu congelator Configurație: Vertical, cu încărcare orizontală; Capacitatea internă a camerei frigiderului: 200 litri +/- 10%; Capacitatea internă a camerei congelatorului: 100 litri +/- 10%. Temperatura minimă setabilă (frigider) $\leq +2^{\circ}\text{C}$ Temperatura maximă setabilă (frigider) $\geq +8^{\circ}\text{C}$ Temperatura minimă setabilă (congelator) $\leq -20^{\circ}\text{C}$ Temperatura maximă setabilă (congelator) $\geq -10^{\circ}\text{C}$ Polițe incluse (frigider): ≥ 4 Polițe incluse (congelator): ≥ 2 Dotat cu mecanism de blocare a ușii; Ușă netransparentă</p>	<p>Frigider combinat cu congelator Configurație: Vertical, cu încărcare orizontală; pag1 lot1_datasheet.pdf Capacitatea internă a camerei frigiderului: 200 litri; pag1 lot1_datasheet.pdf Capacitatea internă a camerei congelatorului: 100 litri; pag1 lot1_datasheet.pdf Temperatura minimă setabilă (frigider) $\leq +2^{\circ}\text{C}$ pag2 lot1_datasheet.pdf Temperatura maximă setabilă (frigider) $\geq +12^{\circ}\text{C}$ pag2 lot1_datasheet.pdf Temperatura minimă setabilă (congelator) $\leq -30^{\circ}\text{C}$ pag2 lot1_datasheet.pdf Temperatura maximă setabilă (congelator) $\geq -10^{\circ}\text{C}$ pag2 lot1_datasheet.pdf Polițe incluse (frigider): 4 (3+1 opțiune inclusă) pag3 lot1_datasheet.pdf</p>	CE/ISO

			<p>Construcție interioară: inox sau material non coroziv; Construcție exterioară: material non coroziv sau cu acoperire anticorozivă; Dotat cu roțile pentru transportare Izolare termică: minim 40 mm poliuretan (PUR) Interfață: Ecran grafic, digital multifuncțional, ≥4 inch Afișare pe ecran a graficului de temperatură, dotat cu Data Logger Dotat cu port USB pentru exportare date Dotat cu port de acces pentru senzor extern Alarmer: acustică, vizuală - ușa deschisă, lipsa curentului electric, abatere temperatură, etc. Dotat cu baterie internă pentru alarmă și menținerea datelor Refrigerent cu GWP <150, ODP=0 Dezghețare automată (frigider) Convecție forțată (frigider) Posibilitate monitorizare de la distanță Alimentarea electrică: 210 - 240V, 50 Hz. Dimensiuni externe: H ≤1970 mm, A și L<750mm Dotat cu stabilizator de tensiune.</p> <p>Cerințe de certificare: Anul producerii minim 2026. Termen de garanție nu mai mic de 24 luni din momentul instalării. Instalare, darea în exploatare, instruirea de către participantul câștigător - obligatoriu Training pentru utilizatori la instalare și la solicitare - obligatoriu.</p>	<p>Polite incluse (congelator): 2, DA, Vor fi inlocuite sertarele cu polite Dotat cu mecanism de blocare a ușii; DA pag2 lot1_datasheet.pdf Ușă netransparentă DA pag1 lot1_datasheet.pdf Construcție interioară: inox; pag1 lot1_datasheet.pdf Construcție exterioară: material non coroziv sau cu acoperire anticorozivă; pag1 lot1_datasheet.pdf Dotat cu roțile pentru transportare pag3 lot1_datasheet.pdf Izolare termică: 60 mm poliuretan (PUR) pag2 lot1_datasheet.pdf Interfață: Ecran grafic, digital multifuncțional, tactil, 4.3 inci pag.1 TP-1-control-panel.pdf Afișare pe ecran a graficului de temperatură, dotat cu DataLogger DA pag.1 TP-1-control-panel.pdf Dotat cu port USB pentru exportare date DA pag.1 TP-1-control-panel.pdf Dotat cu port de acces pentru senzor extern DA pag3 lot1_datasheet.pdf Alarmer: acustică, vizuală - ușa deschisă, lipsa curentului electric, abatere temperatură, etc. DA pag.1 TP-1-control-panel.pdf Dotat cu baterie internă pentru alarmă și menținerea datelor DA pag3 lot1_datasheet.pdf Refrigerent cu GWP <150, ODP = 0 DA pag3 lot1_datasheet.pdf</p>	
--	--	--	--	--	--

				<p>Servicii de mentenanță preventivă pe perioada de garanție. În cazul defecțiunii dispozitivului aflat in garanție, termenul reparației va fi adăugat la perioada de garanție totală. Pe perioada garanției timpul de intervenție în caz de defecțiune minim 24h.</p>	<p>Dezghețare automată (frigider) pag2 lot1_datasheet.pdf Convecție forțată (frigider) pag2 lot1_datasheet.pdf Posibilitate monitorizare de la distanță optional posibil pag3 lot1_datasheet.pdf Alimentarea electrică: 210 - 240V, 50 Hz. Dimensiuni externe: H=1970 mm, A și L =600mm pag4 lot1_datasheet.pdf Stabilizator de tensiune livrat cu dispozitivul DA</p> <p>Cerințe de certificare: Anul producerii 2026. DA Termen de garanție - 24 luni din momentul instalării. DA Instalare, darea in exploatare, instruirea de către participantul câștigător - DA Training pentru utilizatori la instalare și la solicitare - DA. Servicii de mentenanță preventivă pe perioada de garanție. DA În cazul defecțiunii dispozitivului aflat in garanție, termenul reparației va fi adăugat la perioada de garanție totală. DA Pe perioada garanției timpul de intervenție în caz de defecțiune minim 24h. DA</p>	
--	--	--	--	--	--	--

Semnat

Numele, Prenumele: Anastasia Latîșev În calitate de: Director

Ofertantul: EDELMED Adresa: str. Burebista 17A of 119, Chisinau, Moldova