

Detalii specifice și standarde tehnice

Lotul I. Ultrasonograf General, portabil:

Denumire parametru	Cerințele & Specificațiile Tehnice minime	Produsul oferit, model, parametru, specificații tehnice
Ultrasonograf General, portabil	<p>APLICAȚII CLINICE General, vascular, OB/GI</p> <p>PROBE PORTURI 1</p> <p>PROBE TIP, MHz</p> <p>Linear, diapazonul 3-12 Mhz</p> <p>Convex, diapazonul 1-6 Mhz</p> <p>NIVELE DE GRI ≥ 256</p> <p>GAMA DINAMICĂ ≥ 190 dB</p> <p>PREPROCESARE, Canale digitale, procesate simultan $\geq 600\ 000$</p> <p>POSTPROCESARE</p> <p>Moduri: M-mod și 2-D, Doppler, Doppler color, CF, PWD</p> <p>Duplex: B+B, B+PW, B+CF, B+M</p> <p>Triplex: B+CF+PWD</p> <p>Adâncime scanare: 0 - ≥ 30 cm</p> <p>Gama frecventa: 1 - ≥ 20 MHz</p> <p>FUNCȚIONALITĂȚI Măsurători digitale</p> <p>Diapazon dinamic selectabil</p> <p>ZOOM: imagine în timp real & imagine înghețată</p> <p>STOCARE IMAGINI Capacitate ≥ 250GB</p> <ul style="list-style-type: none"> Cine memore: ≥ 500 MB, 1,500 frames, 5min <p>Conexiune de tip DICOM 3.0</p> <p>PACHETE DE ANALIZĂ:</p> <ul style="list-style-type: none"> Abdomen, Coloana vertebrală, Ginecologie, Musculo-scheletale, Parti moi, Vascular <p>Memorie interna pentru stocare de tip SSD, min 250 GB</p> <p>Baterie: mini 10 ore la utilizare obișnuita</p> <p>Soft operare: Windows 10 sau echivalent</p> <p>Wireless: Wi-Fi 6: 802.11, Bluetooth Wireless 5.0 technology</p> <p>Conectarea la monitor extern da</p> <p>Analizarea datelor posibilitate de conectare la sistemele Cloud</p>	<p>EBit 50 CHISON MEDICAL TECHNOLOGIES CO., LTD.</p> <p>APLICAȚII CLINICE General, vascular, OB/GI</p> <p>PROBE PORTURI 2</p> <p>PROBE TIP, MHz</p> <p>L7-E 4.0-15.0 MHz Linear probe</p> <p>C3-E 2.0-6.8 MHz Convex probe</p> <p>NIVELE DE GRI ≥ 256</p> <p>GAMA DINAMICĂ ≥ 290 dB</p> <p>PREPROCESARE, Canale digitale, procesate simultan $\geq 700\ 000$</p> <p>POSTPROCESARE</p> <p>Moduri: M-mod și 2-D, Doppler, Doppler color, CF, PWD</p> <p>Duplex: B+B, B+PW, B+CF, B+M</p> <p>Triplex: B+CF+PWD</p> <p>Adâncime scanare: ≥ 36.7 cm</p> <p>Gama frecventa: 1 - ≥ 20 MHz</p> <p>FUNCȚIONALITĂȚI Măsurători digitale</p> <p>Diapazon dinamic selectabil</p> <p>ZOOM: imagine în timp real & imagine înghețată</p> <p>STOCARE IMAGINI Capacitate 500GB</p> <ul style="list-style-type: none"> Cine memore: ≥ 500 MB, 1,500 frames, 5min <p>Conexiune de tip DICOM 3.0</p> <p>PACHETE DE ANALIZĂ:</p> <ul style="list-style-type: none"> Abdomen, Coloanavertebrală, Ginecologie, Musculo-scheletale, Parti moi, Vascular <p>Memorie interna pentru stocare de tip SSD, 500 GB</p> <p>Baterie: 2 ore de scanare activă, 10 ore de utilizare normală</p> <p>Soft operare: Windows 10</p> <p>Wireless: Wi-Fi 6: 802.11, Bluetooth Wireless 5.0 technology</p> <p>Conectarea la monitor extern da</p> <p>Analizarea datelor posibilitate de conectare la sistemele Cloud</p>

	MONITOR minim 12", ecran touch screen sau cu panel touch screen integrată în consola sistemului. Rezoluție minim 2736 x 1824 Geantă pentru transport	MONITOR 15", ecran nu touch screen, operațiunile sunt efectuate cu consola. Rezoluție 1024 x 768 Geantă pentru transport
Termenul de garanție	Cel puțin 12 luni din momentul instalării și a recepției finale.	24 luni din momentul instalării și a recepției finale
Cerințe de certificare și Condiții generale care urmează să fie prezentate în ofertă	Conformitate cu sistemul de calitate al producătorului: <ul style="list-style-type: none"> - ISO 13485:2003 Quality Systems - ISO 9001:2008 Quality Systems; - Declarație de conformitate CE, EN sau echivalent; - Toate certificatele prezentate trebuie să fie valabile. 	Conformitate cu sistemul de calitate al producătorului: <ul style="list-style-type: none"> - ISO 13485:2003 Quality Systems - ISO 9001:2008 Quality Systems; - Certificate CE;
	<ul style="list-style-type: none"> • Cel puțin un set de manuale de operare, întreținere și service pentru fiecare echipament. Scris în limbile Națiunilor Unite: cel puțin în engleză și tradus obligatoriu în română și/sau rusă; • Instalarea și instruirea personalului la fața locului; • Toate echipamentele oferite vor fi noi și nefolosite; • Ambalaj original al producătorului pentru toate articole și piese. • Vor fi livrate toate accesoriile și cablurile de conectare necesare pentru funcționare și echipamente de rețea. Fiecare echipament va fi însoțit de o listă autorizată de accesorii și piese de schimb; • Certificat de la producător care să ateste că echipamentul a fost calibrat în fabrică (dacă este necesar). • Echipamentul trebuie înlocuit cu unul nou, în cazul în care defalcarea are loc mai mult de 3 ori pe parcursul primului an de exploatare • Mentenanță gratuită în perioada de garanție. 	<ul style="list-style-type: none"> - Cel puțin un set de manuale de operare, întreținere și service pentru fiecare echipament. Scris în limbile Națiunilor Unite: cel puțin în engleză și tradus obligatoriu în română și/sau rusă; - Instalarea și instruirea personalului la fața locului; - Toate echipamentele oferite vor fi noi și nefolosite; - Ambalaj original al producătorului pentru toate articole și piese. - Vor fi livrate toate accesoriile și cablurile de conectare necesare pentru funcționare și echipamente de rețea. Fiecare echipament va fi însoțit de o listă autorizată de accesorii și piese de schimb; - Certificat de la producător care să ateste că echipamentul a fost calibrat în fabrică (dacă este necesar). - Echipamentul trebuie înlocuit cu unul nou, în cazul în care defalcarea are loc mai mult de 3 ori pe parcursul primului an de exploatare - Mentenanță gratuită în perioada de garanție.

- **Toate bunurile vor fi testate de beneficiar.**

- **Acceptarea bunurilor și semnarea actelor de recepție va avea loc după testarea pozitivă efectuată de beneficiar.**

Furnizor: LABROMED LABORATOR SRL
(denumirea companie)

Adresa Furnizorului: MD 2038, Chișinău, str. Trandafirilor, 15

Tel: 022 00 08 24 Fax: 022 00 08 23

E-mail: labromed.laborator@gmail.com

Semnătura autorizată: _____

Numele și funcția semnatarului: Ermicev Alexandr în calitate de: Director

Data: 02.06.2023

L.Ș.