

SPECIFICAȚII TEHNICE (F4.1)

IMSP Centrul de Sănătate Comrat.

Numărul procedurii de achiziție: 21041645, ocds-b3wdp1-MD-1625725336971							Data: 21.07.2021	Alternativa nr.
Denumirea obiectului achiziției: reactivelor și consumabilelor de laborator pentru anul 2021							Lot:	pag. 1 din 1
№ d/o	Cod CPV	Denumirea bunurilor și/sau a serviciilor	Modelul articolului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
-	1	2	3	4	5	6	7	8

Lot 4. Reagenți pentru parametric de hemostaza pentru coagulometru optic RT 2204 C sistem închis

4.1	33696500-0	Tromboplastina cu activitatea 11-57 secunde si ISI nu mai mare de 1.1 (10 fl x 10 ml)	Prothrombin-DAC.Lq ISI	Moldova	Dac-Spectromed	10fl x 10ml Termenul de valabilitate indicat pe ambalajul de la producator nu mai mic de 12 luni. Seturile sa fie livrate in ambalaj securizat, marcat si etichetat de producator. Date de identitate (denumirea, numarul lotul, seria, termenii devalabilitate, conditiile de prestare) ale produsului indicate pe ambalaj trebuie sa coincida in mod obligatoriu cu cele de etichetele componentelor incluse in set.	Tromboplastina cu activitatea 11-57 secunde si ISI nu mai mare de 1.1 (10fl x 10ml).	ISO, CE.
4.2	33696500-0	Plasma de control cu 3 nivele de concentratie nivel normal: 1. N-11-12 secunde.	Control Plasma L1	Moldova	Dac-Spectromed	1. N-11-12 secunde - 10fl x 1,0 ml 2. P - 30 secunde - 10fl x 1,0 ml 3. P+ 54-57 secunde - 10fl x 1,0 ml	Plasma de control normal pentru determinarea timpului de protrombină (TP), fibrinogenului. Conform cerințelor.	ISO, CE.
	33696500-0	Plasma de control cu 3 nivele de concentratie nivel înalt: 2. P - 30 secunde.	Control Plasma L2	Moldova	Dac-Spectromed	Termenul de valabilitate indicat pe ambalajul de la producator nu mai mic de 12 luni. Seturile sa fie livrate in ambalaj securizat, marcat si etichetat de producator. Date de identitate (denumirea, numarul lotul, seria, termenii de valabilitate, conditiile de prestare) ale produsului indicate pe ambalaj trebuie sa coincida in mod obligatoriu cu cele de etichetele componentelor incluse in set.	Plasma de control patologic pentru determinarea timpului de protrombină (TP), fibrinogenului. Conform cerințelor.	ISO, CE.
	33696500-0	Plasma de control cu 3 nivele de concentratie nivel foarte înalt: 3. P+ 54-57 secunde.	Control Plasma L2+	Moldova	Dac-Spectromed		Plasma de control patologic pentru determinarea timpului de protrombină (TP), fibrinogenului. Conform cerințelor.	ISO, CE.

Veseli de laborator.

7	33696500-0	TPHA	TPHA - DAC	Moldova	Dac-Spectromed	TPHA-Test Reagent-суспензия синтетических эритроцитов, покрытых T. Pallidum антигеном, pH 7,2, азид натрия 0,95 г/л TPHA – Control Reagent – суспензия эритроцитов, pH 7,2 азид натрия 0,95 г/л Diluent Buffer – фосфатно-солевой буфер, pH 7,2 азид натрия 0,95 г/л TPHA –Positive Control – положительный синтетический контроль, разбавленный 1:20, титр в диапазоне 1/640-1/2560, фзид натрия 0,95 г/л	TPHA , set 100 teste	ISO, CE.
9	33696500-0	Eprubete K3 EDTA, volum sînge 2.5 ml, capac de cauciuc, cu etichetă.	test tube 12x56 mm with K3 EDTA x 2,5 ml of blood dark green cap	Italia	FL	Eprubete K3 EDTA, volum sînge 2.5 ml, capac de cauciuc, cu etichetă.	Eprubetă cu K3EDTA, vol. 2,5ml, cu capac și etichetă.	ISO, CE.
14	33696500-0	Eprubete-Ependorf (0.5-0.75ml)	Centrifuge tube 0,5ml	China	RMD	Eprubete-Ependorf (0.5-0.75ml)	Eprubete Eppendorf (0,5ml).	ISO, CE.
15	33696500-0	Microkuveta la aparat RT 2204 (coagulometr)	Colorimetric cup, 2000pcs*17bags	China	Dong	Microkuveta la aparat RT 2204 (coagulometr)	Microkuveta la aparat RT 2204 (coagulometru).	ISO, CE.
18	33696500-0	Eprubeta compatibila cu aparatul XC-30 sticla cu citrate natria 3.8% 0.4ml, volum sînge 1.26	Plastic vacuum blood collection tube black cap, ESR	China	Dong	Eprubeta compatibila cu aparatul XC-30 sticla cu citrate natria 3.8% 0.4ml, volum sînge 1.26	Eprubetă compatibilă cu aparatul XC-30, din sticlă cu Citrat de Natriu 3,8%, 0,4ml, volum sînge 1.28.	ISO, CE.
20	33696500-0	Virfuri galbene 5-200 mkl	Gilson Tip 200ul, 1000pcs/bag, 50bags/carton	China	RMD	Virfuri galbene 5-200 mkl	Vărfuri galbene 5-200mkl.	ISO, CE.

Semnat: _____

Numele, prenumele: **Virsi Roman**

În calitate de: **Director firmă**

Ofertantul: **DAC-SpectroMed SRL**

Adresa: **MD-2060, Moldova, or. Chișinău, str. Cuza Vodă, 5/1**

Data: 21.07.2021
Valabilitatea ofertei - 30 zile.