

Specificații tehnice

Numărul procedurii de achiziție: ocds-b3wdp1-MD-1656591106542 din 30.06.2022

Obiectul achiziției: Echipament de relevare a urmelor papilare (Proiect CrimART)

Denumirea bunurilor/serviciilor	Denumirea modelului bunului/serviciului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
1	2	3	4	5	6	7
Bunuri/servicii						
Lotul 2 Instalație pentru relevarea urmelor papilare cu cyanoacrylate	MEGAfume M61	Germania	Attestor Forensics	<p>Cameră pentru relevarea urmelor papilare pe suprafețe neporoase cu cyanoacrylate (echivalent MEGAfume M61 sau MVC3000/D)</p> <p>Caracteristici generale:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Culoare alb sau gri • Material carcasă – plastic, metal, • Material pereți sticlă sau plastic transparent • Puterea aprox 500W • Curent ca.5A • Tensiune 220-230V 50Hz AC cu conectare – la priză standard. • Umiditatea în interiorul camerei – 60 - 90% • Temperatura în interiorul camerei – 100°C - 230°C • Numărul de nivele în cameră – 3 sau 4 <p>Dimensiuni exterioare</p> <ul style="list-style-type: none"> • Înălțime 178-195cm • Lățime 68-87cm • Adâncime 75-90cm 	<p>Cameră pentru relevarea urmelor papilare pe suprafețe neporoase cu cyanoacrylate MEGAfume M61</p> <p>Caracteristici generale:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Culoare alb cu gri • Material carcasă – metal și sticlă, • Material pereți sticlă • Puterea aprox 500W • Curent ca.5A • Tensiune 220-230V 50Hz AC cu conectare – la priză standard. • Umiditatea în interiorul camerei – 60 - 90% • Temperatura în interiorul camerei – 100°C - 230°C • Numărul de nivele în cameră – 4 <p>Dimensiuni exterioare</p> <ul style="list-style-type: none"> • Înălțime 195 cm • Lățime 68 cm • Adâncime 75 cm 	

				<p>Dimensiuni interioare a camerei</p> <ul style="list-style-type: none"> • Înălțime -120-126cm • Lățime 58-79cm • Adâncime 60-76cm • Prevăzut cu picioare cu roți cu fixator pentru posibilitatea transportării/schimbării locului de instalare. • Metoda de instalare, fixare – pe podea • Posibilitatea reglării temperaturii, umidității – preferabil cu display de control • Suporturi și rafturi de fixare, ațrnare a obiectelor în interior. • Iluminare interioară. • Separatoare a spațiului pentru relevarea obiectelor mai mici. <p>Filtre de aer de rezervă – min 2.</p> <p>Specificații de mediu: Temperatura în laborator de lucru: +5° la +50° C Temperatura de depozitare: -20° la +50° C Umiditatea aerului: ≤ 80%, fără condensat.</p> <p>Set de livrare:</p> <ul style="list-style-type: none"> • 1 instalație. • 3 filtre de aer de rezervă. • Set pentru curățarea și mentenanța interiorului camerei • Instrucțiune de utilizare • Farfurii(din folie de aluminiu) pentru cyanoacrylate <p>Garanție Minim 24 luni</p>	<p>Dimensiuni interioare a camerei</p> <ul style="list-style-type: none"> • Înălțime -125cm • Lățime 58cm • Adâncime 61cm • Prevăzut cu picioare cu roți cu fixator pentru posibilitatea transportării/schimbării locului de instalare. • Metoda de instalare, fixare – pe podea • Posibilitatea reglării temperaturii, umidității – dotat cu display de control • Suporturi și rafturi de fixare, ațrnare a obiectelor în interior. • Iluminare interioară. • Separatoare a spațiului pentru relevarea obiectelor mai mici. <p>Filtre de aer de rezervă – 3.</p> <p>Specificații de mediu: Temperatura în laborator de lucru: +5° la +50° C Temperatura de depozitare: -20° la +50° C Umiditatea aerului: ≤ 80%, fără condensat.</p> <p>Set de livrare:</p> <ul style="list-style-type: none"> • 1 instalație. • 3 filtre de aer de rezervă. • Set pentru curățarea și mentenanța interiorului camerei • Instrucțiune de utilizare • Farfurii(din folie de aluminiu) pentru cyanoacrylate <p>Garanție 24 luni</p>	
--	--	--	--	---	--	--

Semnat Numele, prenumele: **Nicolai Iasîbaș** În calitate de: **Director**

Ofertantul **Lokmera SRL** Adresa: **str. Mitropolit Gurie Grosu 9, Chișinău, MD-2028, Republica Moldova**