

# SPECIFICAȚII TEHNICE

Numărul procedurii de achiziție : Achizitii.md ID 21586091 din 24 Martie 2026, MTender ID ocds-b3wdp1-MD-1774352525182

Obiectul achiziției: Servicii de reparație a utilajului medical

Denumirea bunurilor	Denumirea modelului bunului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
1	2	3	4	5	6	7
<p><b>Lot 1</b>  <b>Analizator biochimic tip.SPECORD 200 plus; nr.223E1552, nr. Inv. 31470623 (CSP Soroca)</b></p>	<p><b>SPECORD 200 plus</b></p>	<p><b>Germania</b></p>	<p><b>Analytik Jena</b></p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Diagnostica, reparația și testarea echipamentului conform documentației tehnice.</li> <li>• Activitățile includ identificarea defecțiunilor, efectuarea lucrărilor necesare de reparație și înlocuire a componentelor care prezintă uzură sau defecțiuni.</li> <li>• Costul pieselor de schimb utilizate este inclus. se oferă garanție pentru lucrările efectuate și piese înlocuite min. 6 luni.</li> <li>• A se întocmi un Act de primire -predare pentru lucrarile efectuate și piesele înlocuite.</li> <li>• Se solicită înlocuirea               <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Cod 820-60274-C-Lampa Deuteriu,</li> <li>2. Cod 820-60267-P- Lampa Halogen Specord 200 Plus</li> </ol> </li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Diagnosticarea, reparația și testarea Analizatorului biochimic tip SPECORD 200 plus, nr.223E1552,nr. Inv. 31470623 , (CSP Soroca) conform documentației tehnice.</li> <li>• Lucrarile includ: identificarea defecțiunilor, efectuarea lucrărilor necesare de reparație și înlocuirea componentelor, care prezintă uzură sau defecțiuni.</li> <li>• Costul pieselor de schimb utilizate in procesul de reparatie include doar pozitiile mentionate mai jos.</li> <li>• Functionalitatea altor componente, ce nu fac parte a acestei licitatii, nu poate fi garantată.</li> <li>• Pentru consumabile, producătorul Analytik Jena, Germania nu oferă garanții, , pentru piesele de schimb înlocuite - se oferă garanție numai in termenii oferiti de catre producator, pentru lucrările efectuate se ofera garanție de 6 luni.</li> <li>• La finalizarea lucrarilor se va întocmi un Act de predare-primire în limba română pentru pentru lucrarile efectuate, în care vor fi specificate toate piesele sau consumabilele înlocuite:               <ol style="list-style-type: none"> <li>1.Cod 820-60274-C - Lampă Deuteriu, SPECORD 200 plus</li> <li>2. Cod 820-60267-P - Lampă Halogen. SPECORD 200 plus</li> </ol> </li> </ul>	
<p><b>Lot 2</b>  <b>Analizator cu absorbție atomică ZEE nit 700P, nr.150Z7P1136 inv.31471094. (CSP Balti)</b></p>	<p><b>ZEE nit 700P</b></p>	<p><b>Germania</b></p>	<p><b>Analytik Jena</b></p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Diagnostica, reparația și testarea echipamentului conform documentației tehnice.</li> <li>• Activitățile includ identificarea defecțiunilor, efectuarea lucrărilor necesare de reparație și înlocuire a</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Diagnosticarea, reparația și testarea răcitorului (sistema de răcire) al Analizatorului cu absorbție atomică ZEE nit 700P, nr.150Z7P1136, inv.31471094( CSP Balti), conform documentației tehnice</li> <li>• Lucrările includ: identificarea defecțiunilor, efectuarea lucrărilor necesare de reparație</li> </ul>	

				<p>componentelor care prezintă uzură sau defecțiuni.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Costul pieselor de schimb utilizate este inclus. se oferă garanție pentru lucrările efectuate și piese înlocuite min. 6 luni.</li> <li>• A se întocmi un Act de primire -predare pentru lucrările efectuate și piesele înlocuite. se solicită reparația răcitorului (sistema de răcire).</li> </ul>	<p>și înlocuire a componentelor, care prezintă uzură sau defecțiuni.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Costul pieselor de schimb utilizate este inclus.</li> <li>• Pentru lucrările efectuate se oferă garanție 6 luni.</li> <li>• La finalizarea lucrărilor se va întocmi un Act de predare-primire în limba română pentru serviciile efectuate: Diagnosticarea, reparația și testarea răcitorului (sistema de răcire)</li> </ul>	
--	--	--	--	---	---	--

Semnat: \_\_\_\_\_ Numele, Semnat: \_\_\_\_\_ Numele, Prenumele: **Natalia GUMIONAIA** În calitate de: **Administrator**

Ofertantul: „**KIRANTONI**“ **SRL**

Adresa: **str. M.Costin 18, of 132 , mun. Chișinău, MD-2068 Republica Moldova**