

Specificații tehnice

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 3, 4, 5, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 2, 6, 8]

Numărul procedurii de achiziție: [ocds-b3wdp1-MD-1775465193893](#) 21594168 conform SIA RSAP M-Tender

Denumirea procedurii de achiziție Servicii de reamplasare a dispozitivelor radiologice: "Flexavision F3 + CH200M, Shimadzu" și "ProMax 3D Mid, Planmeca"

Denumire Lot	Modelul articolului	Țara de origine	Produ-cătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificația tehnică propusă de operatorul economic
1	3	4	5	6	7
1.Reamplasare dispozitiv radiologic "Flexavision F3 + CH200M, Shimadzu" din blocul nr.2 cab.1 în blocul nr.3 cab.2	Flexavision F3 + CH200M	Japonia	Shimadzu	<p>1.1.Demontare sistem radiologic cu fluoroscopie (Flexavision F3 + CH200M, Shimadzu) Servicii de Demontare: *Deconectarea electrică a cablajelor; *Demontarea accesoriilor și a componentelor majore (partea digitală, dulapuri electronice, transformator, vertigraf, etc.); *Securizarea părților mobile; *Detașarea componentelor grele (mese pacient, tuburi radiologice, sisteme de suspensie tub radiologic);</p>	<p>1.1.Demontare sistem radiologic cu fluoroscopie (Flexavision F3 + CH200M, Shimadzu) Servicii de Demontare: *Deconectarea electrică a cablajelor; *Demontarea accesoriilor și a componentelor majore (partea digitală, dulapuri electronice, transformator, vertigraf, etc.); *Securizarea părților mobile; *Detașarea componentelor grele (mese pacient, tuburi radiologice, sisteme de suspensie tub radiologic);</p>
				<p>1.2.Transportare sistem radiologic cu fluoroscopie (Flexavision F3 + CH200M, Shimadzu) Servicii de transportare: *Etichetare / marcarea corespunzătoare a componentelor transportate; *Utilizarea echipamentelor speciale pentru unitățile masive care necesită echipamente de ridicare adecvate; *Transportarea în siguranță a tuturor componentelor demontate, din blocul nr.2 cab.1 în blocul nr.3 cab.2</p>	<p>1.2.Transportare sistem radiologic cu fluoroscopie (Flexavision F3 + CH200M, Shimadzu) Servicii de transportare: *Etichetare / marcarea corespunzătoare a componentelor transportate; *Utilizarea echipamentelor speciale pentru unitățile masive care necesită echipamente de ridicare adecvate; *Transportarea în siguranță a tuturor componentelor demontate, din blocul nr.2 cab.1 în blocul nr.3 cab.2</p>

			<p>1.3.Montare și punere în funcțiune sistem radiologic cu fluoroscopie (Flexavision F3 + CH200M, Shimadzu) <u>Servicii de montare:</u> *Montarea componentelor grele (mese pacient, tuburi radiologice, sisteme de suspensie tub radiologic); *Fixare mecanism de suspensie tub radiologic de tavan; *Fixare mese de pacient de podea; *Montarea accesoriilor și a componentelor majore (partea digitală, dulapuri electronice, transformator, vertigraf, etc.); *Montarea electrică a cablajelor; *Verificarea funcțională a părților mobile; Punere în funcțiune: *Pornirea inițială; *Încălzirea tubului (Warm-up); *Verificarea senzorilor de siguranță; *Calibrarea câmpului de iradiere; *Testarea funcțională;</p>	<p>1.3.Montare și punere în funcțiune sistem radiologic cu fluoroscopie (Flexavision F3 + CH200M, Shimadzu) <u>Servicii de montare:</u> *Montarea componentelor grele (mese pacient, tuburi radiologice, sisteme de suspensie tub radiologic); *Fixare mecanism de suspensie tub radiologic de tavan; *Fixare mese de pacient de podea; *Montarea accesoriilor și a componentelor majore (partea digitală, dulapuri electronice, transformator, vertigraf, etc.); *Montarea electrică a cablajelor; *Verificarea funcțională a părților mobile; Punere în funcțiune: *Pornirea inițială; *Încălzirea tubului (Warm-up); *Verificarea senzorilor de siguranță; *Calibrarea câmpului de iradiere; *Testarea funcțională;</p>
--	--	--	--	--

Numele, Prenumele: Botnaru Andrei

În calitate de: Director

Ofertantul: SC „Neotec” SRL

Adresa: Str. Zaikin, 37, mun. Chișinău