



MINISTERUL SĂNĂTĂȚII AL REPUBLICII MOLDOVA
**CENTRUL PENTRU ACHIZIȚII PUBLICE
CENTRALIZATE ÎN SĂNĂTATE**

MD-2005, Republica Moldova, mun. Chișinău, str. Grigore Vieru 22/2,
tel./fax 022 222 445, e-mail: office@capcs.md

Nr. Rg02-2363 din 10.08.2022

**OE participanți la procedura de achiziție
Beneficiari**

Prin prezenta, Grupul de lucru pentru achiziționarea dispozitivelor medicale, serviciilor medicale și transport medical din cadrul Centrului pentru achiziții publice centralizate în sănătate (CAPCS), urmare a desfășurării procedurii de achiziție publică nr. ocds-b3wdp1-MD-1654178054984 privind ” *Achiziționarea centralizată de implanturi oftalmologice (cristaline) și consumabile oftalmologice, conform necesităților IMSP - beneficiari pentru anul 2022 (repetat)*”, Vă comunică decizia nr. 1 din 09.08.2022 cu privire la evaluarea ofertelor, după cum urmează:

Nr . Lot	cod	Denumire Lot	unitate a de măsură	Cantitatea	Preț unitar (fără TVA)	Preț unitar (cu TVA)	Suma (fără TVA)	Suma (cu TVA)	Model art/ Producător/ Țara de Origine	Ofertant
1	1-54984	Cristalin artificial camera posterioara foldabil, monobloc	bucată	1014	2080,00	2080,00	2 109 120,00	2 109 120,00	Lentila SA60AT/Alcon/SUA	Tetis International Co. SRL
2	2-54984	Cristalin artificial camera posterioara,	bucată	1080	1606,00	1 606,000	1 734 480,00	1 734 480,00	Lentila MA60AC/Alcon/SUA	Tetis International Co. SRL

		foldabil, cu trei piese. Cartuș inclus								
3	3- 54984	Cristalin artificial camera posterioare, foldabil, cu 4 puncte de fixare. Cartuș inclus.	bucată	1770	829,00	829,000	1 467 330,0 0	1 467 330,0 0	Bunny Lens Lenses/Israel AF/Hanita	Lensess Grup
5	5- 54984	Cristalin artificial camera posterioară foldabil, monobloc, cu patru piciorușe cu injector și cartuș inclus	bucată	178	1318,00	1 318,000	234 604,0 0	234 604,0 0	Acreos Adapt Health/Netherland AO/Bausch	Lensess Grup
9	9- 54984	Cristalin artificial dur camera posterioară.	bucată	280	150,0000	150,0000	42 000,0 0	42 000,0 0	PCC603H/Freedom/India	Lensess Grup
10	10- 54984	Cristalin artificial dur	bucată	76	259,00	259,000	19 684,0 0	19 684,0 0	Balance/Hanita Lenses/Israel	Lensess Grup
11	11- 54984	Cristalin artificial dur c/a	bucată	26	259,0000	259,0000	6 734,0 0	6 734,0 0	OPAB 16/Hanita Lenses/Israel	Lensess Grup

13	13-54984	Canula getabila 23G	bucată	2085	22,8700	24,7000	47 683,9 5	51 499,5 0	M3909/Sterimedix/Marea Britanie	Lensess Grup
15	15-54984	Capsuloretractor	bucată	104	479,0000	574,8000	49 816,0 0	59 779,2 0	Capsular Hook/Freedom/India	Lensess Grup
16	16-54984	Cutit oftalmic pentru incizia de bază chirurgia cataractei lama de 2.75 mm	bucată	2568	104,3900	125,2680	268 073,5 2	321 688,2 2	AB-ASL27DB/MST / ACCUTOME/SUA	SC"Imunotehnomed" SRL
17	17-54984	Cutit oftalmic pentru incizia de bază chirurgia cataractei lama de 2.6 mm	bucată	2030	60,0000	72,0000	121 800,0 0	146 160,0 0	product code: 62052/Sidapharm/Grecia	Zeticon
19	19-54984	Fir sutura Nylon 10/0 pentru chirurgia oftalmica	bucată	1246	65,1400	70,3512	81 164,4 4	87 657,6 0	NY10DSP062-D/LUXSUTURES/Luxemburg	SC"Imunotehnomed" SRL
24	24-54984	Sutura chir. oftalm. Matase virgin 7/0	bucată	298	82,0000	88,5600	24 436,0 0	26 390,8 8	#2008ZE065-20/Mani Inc./Japan	Lensess Grup
25	25-54984	Sutura chir. oftalm. Poliester 5/0	bucată	393	66,68	72,0144	26 205,2 4	28 301,6 6	PE50VSP080-D/LUXSUTURES/LUXSUTURES	SC"Imunotehnomed" SRL

27	27-54984	Trepane pentru transplant de cornee jetabile donor	bucată	40	1527,0900	1832,5080	61 083,6 0	73 300,3 2	QTR360600 [6.00mm] QTR360625 [6.25mm] QTR360650 [6.50mm] QTR360675 [6.75mm] QTR360700 [7.00mm] QTR360725 [7.25mm] QTR360750 [7.50mm] QTR360775 [7.75mm] QTR360800 [8.00mm] QTR360825 [8.25mm] QTR360850 [8.50mm] QTR360875 [8.75mm] QTR360900 [9.00mm] QTR360925 [9.25mm] QTR360950 [9.50mm]/TECFEN/SUA	SC"Imunotehnomed"S RL
28	28-54984	Trepane pentru transplant de cornee jetabile recipient	bucată	40	1 781,6000	2 137,9200	71 264,0 0	85 516,8 0	QTR370600 [6.00mm] QTR370650 [6.50mm] QTR370700 [7.00mm] QTR370725 [7.25mm] QTR370750 [7.50mm] QTR370775 [7.75mm] QTR370800 [8.00mm] QTR370825 [8.25mm] QTR370850 [8.50mm] QTR370875 [8.75mm] QTR370900 [9.00mm]/TECFEN/TECFEN	SC"Imunotehnomed"S RL
31	31-+54984	Vopsea pentru capsula anterioara	flacon	1435	39,8800	47,8560	57 227,8 0	68 673,3 6	"MRY-R8 OCUBLU-TRY TRYPAN BLUE® 0.06%/MIRAY MEDIKAL/Turcia"	SC"Imunotehnomed"S RL

33	33-54984	Fir sutura 10/0 Polipropilen pentru Fixarea cristalinului la scleră, 2 ace drepte	bucată	54	120,0000	129,6000	6480,00	6998,40	#1470VS16-14/Mani Inc./Japan	Lensess Grup
37	37-54984	Fir sutura Polipropilen 5/0	bucată	98	50,07	54,076	4906,86	5299,41	PP50HR16-D/LUXSUTURES/Luxemburg	SC"Imunotehnomed" SRL
38	38-54984	Fir sutura Matasa 8/0	bucată	122	71,8100	77,5548	8760,82	9461,69	SV80DSP065-D/LUXSUTURES/Luxemburg	SC"Imunotehnomed" SRL
39	39-54984	Cristalin artificial multifocal	bucată	5	15800,0000	15800,0000	79000,00	79000,00	Lentila TFNTxx/Alcon/SUA	Tetis International Co. SRL

Ofertanții respinși/descalificați:

Lotul 4 Cristalin artificial, camera posterioara, foldabil, monobloc, toric asferic

- Ofertele operatorilor economici **Triumf-Motiv SRL, Tetis International Co. SRL** se resping în conformitate cu art. 71 alin (1) lit d) a Legii nr. 131/15 privind achizițiile publice, deoarece depășește cu 30% valoarea estimată a achiziției, calculată conform prezentei legi.

Lotul 5 Cristalin artificial camera posterioară foldabil, monobloc, cu patru piciorușe cu injector și cartuș inclus

- Oferta operatorului economic **SC"Imunotehnomed" SRL** se respinge în conformitate cu art. 69 alin (6) lit b) a Legii nr. 131/15 privind achizițiile publice, deoarece nu corespunde cerințelor tehnice și anume: nu corespunde, s-a solicitat constanta A = 118.5, s-a oferit constanta A = 118.8.

Lotul 12 Cristalin artificial multifocal

- Oferta operatorului economic **DataControl SRL** se respinge în conformitate cu art. 17 alin (5) a Legii nr. 131/15 privind achizițiile publice, ofertantul este descalficat în cazul în care nu suplimentează, nu prezintă clarificări sau nu completează informațiile sau documentele solicitate de autoritatea contractantă în termenele stabilite de aceasta. Nu s-a răspuns la clarificare, nu s-a prezentat catalog, datasheet.

Lotul 14 Canula oftalmic getabil pentru hidrodisecția

- Oferta operatorului economic **Lensess Grup** se respinge în conformitate cu art. 69 alin (6) lit b) a Legii nr. 131/15 privind achizițiile publice, deoarece nu corespunde cerințelor tehnice și anume: nu corespunde: s-a solicitat 27 G,40mm, angulata,6 mm, s-a oferit 27 G, angulata, 8 mm.

- Oferta operatorului economic **Zeticon** se respinge în conformitate cu art. 69 alin (6) lit b) a Legii nr. 131/15 privind achizițiile publice, deoarece nu corespunde cerințelor tehnice și anume: nu corespunde: s-a solicitat 27 G,40mm, angulata,6 mm,s-a oferit 27 G,angulata, 8 mm.

Lotul 16 Cutit oftalmic pentru incizia de bază chirurgia cataractei lama de 2.75 mm

- Oferta operatorului economic **Lensess Grup** se respinge în conformitate cu art. 17 alin (5) a Legii nr. 131/15 privind achizițiile publice, ofertantul este descalificat în cazul în care nu suplimentează, nu prezintă clarificări sau nu completează informațiile sau documentele solicitate de autoritatea contractantă în termenele stabilite de aceasta. SE RESPINGE, a fost prezentată mostra pentru un alt model (K275215HT), care este teșit, nu dublu teșit.
- Oferta operatorului economic **Lensess Grup** se respinge în conformitate cu art. 17 alin (5) a Legii nr. 131/15 privind achizițiile publice, ofertantul este descalificat în cazul în care nu suplimentează, nu prezintă clarificări sau nu completează informațiile sau documentele solicitate de autoritatea contractantă în termenele stabilite de aceasta, a fost prezentat mostra pentru un alt model, de la un alt producător (Freedom ophthalmic Pvt. Ltd.).
- Oferta operatorului economic **Zeticon** se respinge în conformitate cu art. 17 alin (5) a Legii nr. 131/15 privind achizițiile publice, ofertantul este descalificat în cazul în care nu suplimentează, nu prezintă clarificări sau nu completează informațiile sau documentele solicitate de autoritatea contractantă în termenele stabilite de aceasta, a fost prezentată mostra pentru un alt model 62018-1 cu un singur teșit.

Lotul 19 Fir sutura Nailon 10/0 pentru chirurgia oftalmica

- Oferta operatorului economic **Triumf-Motiv SRL** se respinge în conformitate cu art. 69 alin (6) lit b) a Legii nr. 131/15 privind achizițiile publice, deoarece nu corespunde cerințelor tehnice și anume: pe mostrele oferite nu se regăsește codul produsului, iar conform informației de pe mostra nu corespunde cerințelor tehnice Nailon oftalmic monofil 10/0, s-a oferit nailon monofil. 4/0.

Lotul 20 Fir sutura Nailon 9/0 pentru chirurgia oftalmica

- Oferta operatorului economic **Triumf-Motiv SRL** se respinge în conformitate cu art. 69 alin (6) lit b) a Legii nr. 131/15 privind achizițiile publice, deoarece nu corespunde cerințelor tehnice și anume: pe mostrele oferite nu se regăsește codul produsului, iar conform informației de pe mostra nu corespunde cerințelor tehnice, s-a solicitat Nailon oftalmic monofil 9/0, s-a oferit nailon monofil. 4/0.
- Oferta operatorului economic **SC"Imunotehnomed"SRL** se respinge în conformitate cu art. 17 alin (5) a Legii nr. 131/15 privind achizițiile publice, ofertantul este descalificat în cazul în care nu suplimentează, nu prezintă clarificări sau nu completează informațiile sau documentele solicitate de autoritatea contractantă în termenele stabilite de aceasta. Nu a fost prezentată mostra, a fost prezentată numai informația ce se conține pe ambalaj.

Lotul 21 Fir sutura Poliglacti 9/0 pentru chirurgia globului ocular

- Oferta operatorului economic **SC"Imunotehnomed"SRL** se respinge în conformitate cu art. 69 alin (6) lit b) a Legii nr. 131/15 privind achizițiile publice, deoarece nu corespunde cerințelor tehnice și anume: nu corespunde solicitat 0,2mm x30 cm , oferit 0,3 mm x30 cm.
- În specificațiile tehnice și de preț din oferta operatorului economic **Lensess Grup** lipsește lotul 21.

Lotul 22 Fir sutură nailon 10/0

- Oferta operatorului economic **SC"Imunotehnomed"SRL** se respinge în conformitate cu art. 69 alin (6) lit b) a Legii nr. 131/15 privind achizițiile publice, deoarece nu corespunde cerințelor tehnice și anume: nu corespunde solicitat $L=6.2\pm 2\%$ mm, oferit L=6.0 mm.
- Oferta operatorului economic **Lensess Grup** se respinge în conformitate cu art. 69 alin (6) lit b) a Legii nr. 131/15 privind achizițiile publice, deoarece nu corespunde cerințelor tehnice și anume: nu corespunde s-a oferit 6,5, se solicită 6,2+- 2%.

Lotul 23 Inel de tensionare la operatii la cataracta 14,0 mm

Anularea lotului în conformitate cu art. 71 alin (1) lit g) a Legii nr. 131/15 privind achizițiile publice (divizarea în două loturi cu inel preinjectat (cu injector) și fara injector) la solicitarea beneficiarului final.

Lotul 24 Sutura chir. oftalm. Matase virgin 7/0

- Oferta operatorului economic **Triumf-Motiv SRL** se respinge în conformitate cu art. 17 alin (5) a Legii nr. 131/15 privind achizițiile publice, ofertantul este descalificat în cazul în care nu suplimentează, nu prezintă clarificări sau nu completează informațiile sau documentele solicitate de autoritatea contractantă în termenele stabilite de aceasta, se respinge, nu a fost prezentată mostra, nici clarificări, catalog.

- Oferta operatorului economic **SC"Imunotehnomed"SRL** se respinge în conformitate cu art. 69 alin (6) lit b) a Legii nr. 131/15 privind achizițiile publice, deoarece nu corespunde cerințelor tehnice și anume: nu corespunde solicitat $d=0,20\pm 2\%$ mm, oferit 0,25 mm.

Lotul 25 Sutura chir. oftalm. Poliester 5/0

- Oferta operatorului economic **Triumf-Motiv SRL** se respinge în conformitate cu art. 69 alin (6) lit b) a Legii nr. 131/15 privind achizițiile publice, deoarece nu corespunde cerințelor tehnice și anume: Au fost prezentate 4 mostre dintre care, două mostre sunt de la producătorul din ofertă, conform informațiilor tehnice de pe ofertă numai o singură mostră este din poliester, si aceasta nu corespunde grosimii, s-a solicitat 5/0 s-a oferit 4/0.

Lotul 26 Sutura chir. oftalm. Poliester 6/0

- Oferta operatorului economic **Triumf-Motiv SRL** se respinge în conformitate cu art. 69 alin (6) lit b) a Legii nr. 131/15 privind achizițiile publice, deoarece nu corespunde cerințelor tehnice și anume: Au fost prezentate 4 mostre dintre care, două mostre sunt de la producătorul din ofertă, conform informațiilor tehnice de pe ofertă numai o singură mostră este din poliester, si aceasta nu corespunde grosimii, s-a solicitat 5/0 s-a oferit 4/0.

- Oferta operatorului economic **SC"Imunotehnomed"SRL** se respinge în conformitate cu art. 17 alin (5) a Legii nr. 131/15 privind achizițiile publice, ofertantul este descalificat în cazul în care nu suplimentează, nu prezintă clarificări sau nu completează informațiile sau documentele solicitate de autoritatea contractantă în termenele stabilite de aceasta. Nu a fost prezentată mostra, a fost prezentată numai informația ce se conține pe ambalaj.

Lotul 30 Foarfece endoculare cu tăiere vertical

- Oferta operatorului economic **Tetis International Co. SRL** se respinge în conformitate cu art. 69 alin (6) lit b) a Legii nr. 131/15 privind achizițiile publice, deoarece nu corespunde cerințelor tehnice și anume: nu corespunde s-a solicitat 25g , s-a oferit 23g.

Lotul 31 Vopsea pentru capsula anterioara

- Oferta operatorului economic **Lensess Grup** se respinge în conformitate cu art. 69 alin (6) lit b) a Legii nr. 131/15 privind achizițiile publice, deoarece nu corespunde cerințelor tehnice și anume: Pe mostra prezentată modelul este Trypan blue ophthalmic solution, lipsește denumirea producătorului, țara de origine.

Lotul 32 Fir sutura 10/0 pentru Fixarea cristalinului la scleră, 2 ace: drept si curb

- Oferta operatorului economic **Lensess Grup** se respinge în conformitate cu art. 17 alin (5) a Legii nr. 131/15 privind achizițiile publice, ofertantul este descalificat în cazul în care nu suplimentează, nu prezintă clarificări sau nu completează informațiile sau documentele solicitate de autoritatea contractantă în termenele stabilite de aceasta, a fost prezentată mostra cu un alt cod (1455PVS16-14) de cât cel din ofertă (1455VS16-14).

Lotul 34 Fir sutura 8/0 Polyglactin (PGA)

- Oferta operatorului economic **SC"Imunotehnomed"SRL** se respinge în conformitate cu art. 17 alin (5) a Legii nr. 131/15 privind achizițiile publice, ofertantul este descalificat în cazul în care nu suplimentează, nu prezintă clarificări sau nu completează informațiile sau documentele solicitate de autoritatea contractantă în termenele stabilite de aceasta. Se respinge, nu a fost prezentată mostra, din informația prezentată s-a oferit lungimea suturii 45 cm, s-a solicitat 30 cm.

Lotul 35 Fir sutura 7/0 Polyglactin (PGA)

- Oferta operatorului economic **Tetis International Co. SRL** se respinge în conformitate cu art. 69 alin (6) lit b) a Legii nr. 131/15 privind achizițiile publice, deoarece nu corespunde cerințelor tehnice și anume: nu corespunde s-a solicitat ac 5,5mm, s-a oferit 6,0mm.

Lotul 36 Fir sutura 6/0 Polyglactin (PGA)

- Oferta operatorului economic **SC "Imunotehnomed" SRL** se respinge în conformitate cu art. 17 alin (5) a Legii nr. 131/15 privind achizițiile publice, ofertantul este descalificat în cazul în care nu suplimentează, nu prezintă clarificări sau nu completează informațiile sau documentele solicitate de autoritatea contractantă în termenele stabilite de aceasta. Moștra nu a fost prezentată, a fost prezentată numai informația de pe ambalaj.

- Oferta operatorului economic **Tetis International Co. SRL** se respinge în conformitate cu art. 69 alin (6) lit b) a Legii nr. 131/15 privind achizițiile publice, deoarece nu corespunde cerințelor tehnice și anume: nu corespunde: s-a solicitat 6,5 mm, diametru 0,24 mm, Parametrii diametrul și lungimea acului și suturii $\pm 2\%$, s-a oferit 8,0 mm, diametru 0,33 mm.

Lotul 39 Cristalin artificial multifocal

- Oferta operatorului economic **Triumf-Motiv SRL** se respinge în conformitate cu art. 17 alin (5) a Legii nr. 131/15 privind achizițiile publice, ofertantul este descalificat în cazul în care nu suplimentează, nu prezintă clarificări sau nu completează informațiile sau documentele solicitate de autoritatea contractantă în termenele stabilite de aceasta. Se respinge, nu au prezentate clarificări, catalog.

Se anulează loturile în temeiul art. 71 (1) lit. d) din Legea nr. 131/2015 privind achizițiile publice având în vedere că au fost depuse numai oferte neadecvate, inacceptabile sau neconforme, și anume nu au fost elaborate și prezentate în conformitate cu cerințele cuprinse în documentația de atribuire:

Lotul 12 Cristalin artificial multifocal

Lotul 14 Canula oftalmic getabil pentru hidrodisecția

Lotul 20 Fir sutura Nailon 9/0 pentru chirurgia oftalmica

Lotul 21 Fir sutura Poliglactin 9/0 pentru chirurgia globului ocular

Lotul 22 Fir sutură nailon 10/0

Lotul 26 Sutura chir. oftalm. Poliester 6/0

Lotul 30 Foarfece endooculare cu tăiere vertical

Lotul 32 Fir sutura 10/0 pentru Fixarea cristalinului la scleră, 2 ace: drept și curb

Lotul 34 Fir sutura 8/0 Polyglactin (PGA)

Lotul 35 Fir sutura 7/0 Polyglactin (PGA)

Lotul 36 Fir sutura 6/0 Polyglactin (PGA)

Se anulează loturile în temeiul art. 71 (1) lit. d) din Legea nr. 131/2015 privind achizițiile publice, oferta depășește cu 30% valoarea estimată a achiziției, calculată conform prezentei legi:

Lotul 4 Cristalin artificial, camera posterioara, foldabil, monobloc, toric asferic

Se anulează lotul în temeiul art. 71 (1) lit. a) din Legea nr. 131/2015 privind achizițiile publice, având în vedere că nu a fost depusă nici o ofertă:

Lotul 6 Cristalin artificial camera posterioare foldabil preincarcata in injector

Lotul 7 Cristalin artificial camera posterioară foldabil, monobloc, cu patru piciorușe preincarcata in injector

Lotul 8 Cristalin artificial dur camera posterioară, PMMA

Lotul 18 Fir sutura 10/0 pentru Fixarea cristalinului la scleră, ac spatula

Lotul 29 Benzi de silicon

Anularea lotului în conformitate cu art. 71 alin (1) lit g) a Legii nr. 131/15 privind achizițiile publice:

Lotul 23 Inel de tensionare la operatii la cataracta 14,0 mm

În același timp, menționăm că pentru loturile anulate, CAPCS nu va iniția o nouă procedură de achiziție publică.

Totodată, în conformitate cu prevederile art. 32 alin. (1) din Legea nr. 131/2015 privind achizițiile publice – contractele de achiziții publice care intră în sfera de aplicare a prezentei legi pot fi încheiate numai după împlinirea termenelor de așteptare.

Astfel, contractul de achiziție urmează a fi semnat începând cu data de **23.08.2022**, numărul maxim de zile pentru semnarea și prezentarea contractului către CAPCS este de 10 zile după expirarea termenului de așteptare.

Președintele grupului de lucru

Gheorghe GORCEAG

*Ex. Irina Arvinte
Tel. 022 222 364*

OE

Tetis International Co. SRL
Lenses Grup
Triumf-Motiv SRL
SC"Imunotehnomed"SRL
Zeticon

Beneficiari

Institutul de Medicina Urgenta
Institutul Mamei si Copilului
SC Balti
SCM Sfanta Treime
SCMC al MA
SCR Timofei Mosneaga
Spitalul Carpineni
SR Călărași
SR Căușeni
SR Comrat
SR Drochia
SR Floresti
SR Riscani
SR Ungheni
SR Vulcanesti