

Specificații tehnice

Numărul procedurii de achiziție: ocds-b3wdp1-MD-1744978708263 din 1 mai 2025, 12:15 - 22 mai 2025, 12:15

Obiectul achiziției: Achiziționarea dispozitivelor medicale conform necesităților insituțiilor medico-sanitare publice (listă suplimentară nr.9)

Cod CP V	Nr . d/ o	Denumirea bunurilor/serviciilor	Denumirea modelului bunului/serviciului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
		1	2	3	4	5	6	7
		Bunuri/servicii						CE/ISO
331 000 00-1	3	Microscop binocular, simplu	bScope BS.1152-EPLi	Olanda	Euromex	Cod 250200 Descriere Microscop binocular profesional, destinat utilizării în laboratoarele spitalelor. Parametru Specificația Stand destinat lucrărilor în Biologie și Medicină pentru lumină transmisă cu iluminare cu lampă LED Măsuța mecanică pentru operare cu mâna dreaptă cu acționare coaxială pentru deplasarea pe X și Y Fixator de probe (lamelă) universal pentru un singur specimen Revolver pentru 4 obiective (din sticlă) Obiective Plan Achromat, fabrica din sticla 4x, 10x, 40x, 100x/1.25 Ulei Condensator universal pre-centrat și pre-focusat, tip Abbe Diafragmă de câmp pentru iluminarea Kohler Tub binocular: cu unghi de înclinare 30° cu ajustarea distanței interpupulare în diapazonul minim 52-75 mm; Oculare 10x/20 – 2 buc.(cel puțin unul cu focusare) Unitatea de alimentare incorporată Accesorii: Ulei de imersie – o sticlă	Conform anexei nr. 1 la Specificații Tehnice	DM000766219
331 000 00-1	9	Instalație de vacuum medical	CDKZ 500-15	Italia	PVR	Tehnologie: pompe de vacuum rotative lubrificate Configurație: orizontală Debit: aproximativ 2 x 18 m³ Rezervor: 500 litri Număr de pompe: 2 Presiune maximă de lucru: -990 mbar Linie de filtrare bactericidă: duplex Vas drenaj Lucrări de montare a traseului de interconexiune și a unităților terminale de vacuum, inclusiv materiale: Conductă cupru diametru 15 x 1 mm sau 12 x 1 mm - 30 metri Unități terminale vacuum - 6 buc. (st. DIN) Aspirator vacuum - 4 buc.(st DIN)	Conform anexei nr. 1 la Specificații Tehnice	CE/ISO
331 000 00-1	10	Lampă chirurgicală mobilă	Onyx TL-01	Polonia	Infimed	Descriere: Lampă chirurgicală fără umbre destinată pentru iluminare în investigații chirurgicale majore, cu braț flexibil sau articulat pe suport mobil. Parametru Specificația Caracteristici tehnice Sistem de iluminare bazat pe tehnologia LED obligatoriu Numărul de sateliți 1 Temperatura culorii reglabilă 4000 - 5000 K Indexul de culoare ≥ 90 Dimensiunea cîmpului, cm Diametrul ajustabil ≥ 23 cm Adîncimea ≥ 80 cm	Conform anexei nr. 1 la Specificații Tehnice	DM000303245

						Distanța de lucru cu posibilitate de ajustare Nivelul de iluminare la 1 m distanță ≥ 130000 lux Ajustare pe verticală Obligatoriu Cresterea temperaturii în câmpul operator $\leq 2^{\circ}\text{C}$ Alimentarea Rețeaua electrică 220V, 50 Hz Durata medie de viață a LED-urilor min. 50000 ore Minere detașabile, sterilizabile Panou de control integrat în lampa principală Suport mobil minim 4 roți obligatoriu minim 2 cu frână obligatoriu		
331 000 00- 1	12	Pat manual de îngrijire a pacientului, 3 manivele	ME 30	Turcia	Optium	Descriere: Pat manual de îngrijire a pacientului, 3 manivele, cu reglări mecanice. Parametru Specificație Design ușor de utilizat, confortabil și elegant da Reglarea spătarului, a înălțimii și a picioarelor prin mecanismul manivelei da Manivele de mână ușor de depozitat da Șine laterale pliabile pe toată lungimea da Plăci detașabile (PP) pentru cap și picioare da Fowler și pozițiile vasculare da Suprafața de așezare metalică perforată da Cadru metalic vopsit electrostatic cu pulbere da Reglarea suportului pentru picioare prin clicheț da Stâlp IV reglabil pe înălțime da Roți pivotante 2 cu frână Bare de protecție din plastic/cauciuc pe patru colțuri da Saltea inclusă da Lungimea totală în diapazonul 210 - 220 cm Lățimea totală în diapazonul 90 - 105 cm Interval de înălțime cu diapazonul minim 43 - 70 Unghiul spătarului 0 - 70 grade Unghiul picioarelor 0 - 30 grade Diametrul rolei 12,5 - 15 cm Spațiu liber sub pat 15 cm Sarcină de lucru sigură minim 230 kg.	Conform anexei nr. 1 la Specificații Tehnice	DM000395175
331 000 00- 1	13	Guler de radioprotecție (adult)	Tyroid collars art 318/503	Turcia	Aktif	Descriere : Guler de glandă tiroidă pentru protecție radiologică plumbat împotriva radiației X. Confectionat din material multistrat din cauciuc cu continut de Pb ce asigură protecția radiologica conform normelor interne și internațional. • Echivalent de Pb: $\geq 0,50$ mm • Greutate redusă ($\leq 0,5$ kg), elasticitate, suprafețe lavabile. • Sistem de prindere "Velcro".	Conform anexei nr. 1 la Specificații Tehnice	CE/ISO
331 000 00- 1	15	Ochelari de protecție radiologică	Lead Eyewear art 700/700	Turcia	Aktif	Ochelari de radioprotecție, frontali și laterali de tip panoramic Confectionați din material rezistent cu continut de Pb ce asigură protecția radiologica conform normelor interne și internaționale. Prevazuti cu sistem de protecție laterală Echivalent în Pb: 0,75 mm (frontal)/ 0,50 mm (lateral) Marime: unica Greeutate $\leq 0,1$ kg.	Conform anexei nr. 1 la Specificații Tehnice	CE/ISO

Semnat: _____ Numele, Prenumele: **Alexandru Grabazei** În calitate de: **director**

Ofertantul: **FCPC "DataControl" SRL** Adresa: **mun. Chișinău, str. N. Testemițanu 17/6**