

Specificații tehnice

Numărul procedurii de achiziție: ocds-b3wdp1-MD-1706267882863 din 26.01.2024
Obiectul achiziției: Deservirea dispozitivelor de ultrasonografie și hemodializă

Denumirea bunurilor/ serviciilor	Denumirea modelului bunului/ serviciului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standard e de referință
1	2	3	4	5	6	7
Bunuri/servicii						
Lotul 12 Dispozitiv pentru dializă Fresenius Medical Care AG & Co. 4008 B	Dispozitiv pentru dializă Fresenius Medical Care AG & Co. 4008 B - 5 buc.	Germania	Fresenius Medical Care	Mentenanță, calibrare, testare Documente obligatorii: certificat privind atestarea tehnico-profesională a personalului care va efectua deservirea pentru modelul sistemului dispozitivului. Cerințe generale: toate activitățile se coordonează cu bioinginerul local responsabil și vor fi efectuate în prezența lui. Toate intervențiile vor fi înregistrate în „jurnalul de gardă” și „fișa de deservire” și în documntele ulterioare specifice lucrării. Toate intervențiile efectuate trebuie să evite defecțiuni ale dispozitivului propriu-zis, în caz contrar cheltuielile vor fi suportate de prestatorul de servicii. La finalul lucrărilor prestatorul de servicii va întocmi un act de predare-primire a serviciilor, care va fi semnat de bioinginer local, șef secție, director, și se va îndeplini fișa de mentenanță pentru dispozitivul propriu-zis. După efectuarea lucrărilor prestatorul de servicii va emite un raport în care se va indica parametrii testați și concluzia specialistului cu privire la starea dispozitivului. Lucrările de mentenanță preventivă se vor efectua de 3 ori pe an dintre care: una va include verificarea funcționalității dispozitivului conform manualului de service, 2 vor include inspecția stației, verificarea parametrilor de funcționare de productivitate (presiune, conductivitate, temperatură), și înlocuirea filtrelor. Mentenanța corectivă. Agentul economic va efectua diagnosticarea dispozitivului. Agentul economic va efectua repararea dispozitivului. În caz că vor fi necesare piese de schimb vor fi achiziționate suplimentar. Vor fi efectuate 3 vizite, pe parcursul anului	Vizita №1 Mentenanța corectivă 1 Se efectuează <i>în luna februarie 2024</i> . Lucrări include vizita profilactică și lucrări de reparații la solicitare. Lucrări planificate: 4008 • Inspecția aparatului • Verificarea parametrilor de funcționare a aparatului: conductivitate, temperatura • Verificarea funcționalității aparatului: trecerea testării, dezinfecției Vizita №2 Verificări tehnice de siguranță (Technical Safety Checks) Se efectuează <i>pe parcursul anului 2024</i> . Lucrări include verificări tehnice de siguranță anuală (conform protocolului de producător). Vizita №3 Mentenanța corectivă 2 Se efectuează <i>în luna august 2024</i> . Lucrări include vizita profilactică și lucrări de reparații la solicitare. Lucrări planificate: 4008 • Inspecția aparatului • Verificarea parametrilor de funcționare a aparatului: conductivitate, temperatura • Verificarea funcționalității aparatului: trecerea testării, dezinfecției	
Total lot 12						

Semnat: _____ **Dumitru Babinețchi** în calitate de: **administrator**
Ofertantul: **“PRO-BIODIAGNOSTIC” SRL**
Adresa: **mun. Chișinau, str. Testemițanu 17/6 ap.153**