

Specificații tehnice (F4.1)

Numărul procedurii de achiziție MTender ID ocds-b3wdp1-MD-1627999616349 din 03.09.2021
Denumirea procedurii de achiziție: Achiziția Dispozitivelor medicale, conform necesităților beneficiarilor lista suplimentară 11, pentru anul 2021 prin procedura de achiziție

Cod CPV	Nr. Lot	Denumirea utilajului	Modelul articolului	Țara de origine	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
1	2	3	4	5	6	7	8
33100 00-1	22	Sistem digital de imagistica dentara Panoramica (Ortopantomograf), Cone Beam CT (3D) si CEPH (Cefalometrie)	RAYSCAN STUDIO RCT800	KOREA	Sistem digital de de imagistica dentara Panoramica (Ortopantomograf), Cone Beam CT (3D) si CEPH (Cefalometrie) Descriere Sistem digital de de imagistica dentara prin scanare cu raze X. Afișează o vedere bidimensională(PAN, CEPH) si 3D. Parametrul Specificația Generator de raze X Fecvența 75-150 kHz Tensiune 60-90 kV Curent 5-17 mA Tub raze X Tip staționar Filtrare totală (minimă), mm Al 2.5-3.2 Punctul focal, maxim ≤ 0.5 mm Detector digital Panorama si CT CMOS/TFT a-Si Funcție Free FOV cu dimensiunea ≥20x20cm Dimensiune VOXEL ≤ 70 μm (endo) Ghidare prin fascicul de lumină da Funcție Scanare Amprenta/Model dentar da Scanare 3D a fetei da Timpul de expunere PAN ≤ 14s Timpul de expunere CBCT ≤ 16s Lungimea suprafeței active a senzorului ≥ 315 mm Înălțimea suprafeței active a senzorului ≥ 254 mm Scanare Panoramica Standard da Sectionat ≥ 5 sectiuni Bitewing da Sinus da Ortogonal da Articulații TMJ da Nivele de gri ≥ 16bit	Sistem digital de de imagistica dentara Panoramica (Ortopantomograf), Cone Beam CT (3D) si CEPH (Cefalometrie) Descriere Sistem digital de de imagistica dentara prin scanare cu raze X. Afișează o vedere bidimensională(PAN, CEPH) si 3D. Parametrul Specificația Generator de raze X Fecvența 75-150 kHz da Tensiune 60-90 kV da Curent 4-17 mA da Tub raze X Tip staționar da Filtrare totală (minimă), mm Al 2.8 da Punctul focal, maxim ≤ 0.5 mm da Detector digital Panorama si CT CMOS/TFT a-Si da Funcție Free FOV cu dimensiunea ≥20x20cm Dimensiune VOXEL ≤ 70 μm (endo) Ghidare prin fascicul de lumină (Light-guided FOV) da Funcție Scanare Amprenta/Model dentar (CT Impression & Model Scan) da Scanare 3D a fetei (3D face scan) da Timpul de expunere PAN ≤ 14s da Timpul de expunere CBCT ≤ 16s da Lungimea suprafeței active a senzorului ≥ 317.5 mm da Înălțimea suprafeței active a senzorului ≥ 254 mm da Scanare Panoramica Standard da Sectionat ≥ 5 sectiuni Bitewing da Sinus da Ortogonal da Articulații TMJ da	Conform cerințelor

					Scanare Cefalometrica Funcție Free FOV cu dimensiunea $\geq 30 \times 30 \text{ cm}$ Timpul de expunere CEPH $\leq 0.5 \text{ s}$ Numărul punctelor de fixare a capului ≥ 4 DAP-metru da Element de mușcare da Mîner pacient da Statie de lucru Sistem de operare OS Windows 10 (licentiat) Procesor CPU $\geq$ Quad Core Memorie operativa RAM $\geq 8 \text{ GB}$ Memorie HDD $\geq 1 \text{ Tb}$ Placa de rețea adăugatoare Gigabit Ethernet Monitor $\geq 20 \text{ inch}$ Panou de control Touch Screen $\geq 10 \text{ inch}$ Revenirea automată la poziția inițială da Comanda de oprire urgentă da Control multifuncțional da DICOM DICOM Print da DICOM PACS da Aplicatie de lucru (Software) Posibilitatea de a instala aplicatia de lucru la toate calculatoarele din retea, cu acces la baza de date da Formatul imaginilor exportate DICOM, RAW, JPG, STL(CT) Export rezultate CD/DVD, USB, Email Imprimanta film da Alimentarea 220-240V, 50 Hz Instruirea personalului medical da Certificat de calitate a echipamentului CE/ISO Autorizatie de la producator da Certificat de calificare ingineri da Garantie 3 ani Termenul de livrare 60 zile Anul producerii 2021 Autorizatie ANRANR pentru Import/Montare/Reparatie a dispozitivului licitat da	Nivele de gri $\geq 16 \text{ bit}$ Scanare Cefalometrica da Funcție Free FOV cu dimensiunea $\geq 33 \times 33 \text{ cm}$ Timpul de expunere CEPH $\leq 0.5 \text{ s}$ Numărul punctelor de fixare a capului ≥ 4 DAP-metru da Element de mușcare da Mîner pacient da Statie de lucru da Sistem de operare OS Windows 10 (licentiat) da Procesor CPU $\geq$ Quad Core da Memorie operativa RAM $\geq 8 \text{ GB}$ da Memorie HDD $\geq 1 \text{ Tb}$ da Placa de rețea adăugatoare Gigabit Ethernet da Monitor $\geq 20 \text{ inch}$ da Panou de control Touch Screen $\geq 10 \text{ inch}$ da Revenirea automată la poziția inițială da Comanda de oprire urgentă da Control multifuncțional da DICOM da DICOM Print da DICOM PACS da Aplicatie de lucru (Software) da Posibilitatea de a instala aplicatia de lucru la toate calculatoarele din retea, cu acces la baza de date da Formatul imaginilor exportate DICOM, RAW, JPG, STL(CT) da Export rezultate CD/DVD, USB, Email da Imprimanta film da Alimentarea 220-240V, 50 Hz da Instruirea personalului medical da Certificat de calitate a echipamentului CE/ISO da Autorizatie de la producator da Certificat de calificare ingineri da Garantie 3 ani da Termenul de livrare 60 zile da Anul producerii 2021 da Autorizatie ANRANR pentru Import/Montare/Reparatie a dispozitivului licitat da	
--	--	--	--	--	---	---	--

Numele, Prenumele: **Octavian SAVCA**
În calitate de: **Director General**
Ofertantul: **Vipromed Service SRL**
Adresa: **mun.Chișinău, str. Andrei Doga 45/2**