

			Specificații tehnice (F4.1)					
			[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 3, 4, 5, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 2, 6, 8]					
Numărul licitației:			LP nr. MTender ID ocds-b3wdp1-MD-1629372471464					Alternativa nr.:
Denumirea licitației:			Achiziționarea dispozitivelor medicale (aparate auditive), în vederea realizării Programului Național privind protezarea auditivă, pentru anul 2022					Pagina: 1 din 2
Cod CPV	Nr. Lot	Denumire Lot	Modelul articolului	Țara de origine	Produ-cătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
1		2	3	4	5	6	7	8
33100 00-1	1	Aparate auditive pentru maturi cu amplificare ușoară – medie (surditate fr. moderată)	GENO 2 BTE 100	Danemarca	OTICON A/S	Durata lansării pe piața mondială (anul lansării): nu mai mult de 5 ani; Experiență clinică a PA: Nu mai puțin de 1an; Ieșirea maximal: 128 dB și mai mult Câștigul maximal: 58 dB și mai mult. Nivel de zgomot nu mai înalt de 24 db. NOTĂ: se vor evalua datele pentru microfonul „omnidirecțional”; Limita inferioară a diapazonului frecvențial: ≤ 200 Hz Limita superioară a diapazonului frecvențial: ≥ 5500 Hz. Coeficientul distorsiunelor armonice (de indicat valoarea) nu mai mare de 5%. Numarul canalelor de prelucrare numerică a sunetului (pentru adulți): de 12 și mai mult; Accesoriile unui set: PA – 1 buc. Baterie “Zinc-Air”-12 buc. Anti-feedback-prezent; Obligator 1 olivă individuală pentru fiecare proteză (eliberată în termen nu mai mare de 21 de zile de la data eliberării aparatului). Pe perioada garanției reglarea gratuită a aparatului fiecare 3 luni (dupa datele audiogramei). Termenul de garanție: 24 luni (din data eliberării aparatului la pacient de către medic) Prezența în republică a centrului autorizat de deservire ale PA ale companiei echipat cu utilajul necesar si specialiști de profil: Obligator.	Anul lansarii pe piata mondiala - 04.01.2019; Experientia clinica a produsului - nu mai putin de 1 an; Iasirea maximala- 135 dB; Cistigul maximal- 68 dB; Limita intrioara a diapazonului frecvential -100 Hz; Limita superioara a diapazonului frecvential - 7200 Hz; Nivelul de zgomot – 19 Db; Numarul canalelor de prelucrare numerica a sunetului - 15 canale de frecventa, in total 29 canale de frecventa la diapazonul frecvential 8 KHz; Coeficientul distorsiunelor armonice – 2% Antifeedback prezent; Accesoriile unui set- proteza auditiva- 1 buc., baterie «zinc-air»- 12 buc, oliva individuala- 1 buc. (eliberata in termen nu mai mare de 21 zilele la data eliberarii aparatului); Reglarea protezei - pe perioada garantiei reglarea gratuita a aparatului fiecare 3 luni (dupa datele audiogramei); Termenul de garantie- 24 de luni (din data eliberarii aparatului la pacient de catre medic); Prezența în RM a centrului autorizat de deservire ale PA ale companiei echipat cu utilajul necesar si specialiști de profil.	
33100 00-1	2	Aparate auditive pentru maturi cu amplificare medie – majoră (surditate severă)	Xceed 3 SP	Danemarca	OTICON A/S	Durata lansării pe piața mondială (anul lansării): nu mai mult de 5 ani; Experiență clinică a PA: Nu mai puțin de 1an; Ieșirea maximal: 134 dB și mai mult; Câștigul maximal: 75 dB și mai mult. Nivelul de zgomot nu mai înalt de 24 db; NOTĂ: se vor evalua datele pentru microfonul „omnidirecțional”; Limita inferioară a diapazonului frecvențial: ≤ 220 Hz; Limita superioară a diapazonului frecvențial: ≥5500 Hz; Numarul canalelor de prelucrare numerică a sunetului (pentru adulți): de 12 și mai mult. Coeficientul distorsiunelor armonice (de indicat valoarea) nu mai mare de 5%. Anti-feedback-prezent; Accesoriile unui set: PA – 1 buc. Baterie “Zinc-Air”-12 buc. Obligator 1 olivă individuală pentru fiecare proteză (eliberată în termen nu mai mare de 21 de zile de la data eliberării aparatului). Reglajul protezei obligatoriu. Pe perioada garanției - reglarea gratuită a aparatului fiecare 3 luni (dupa datele audiogramei). Termenul de garanție: 24 luni (din data eliberării aparatului la pacient de către medic) Prezența în republică a centrului autorizat de deservire ale PA ale companiei echipat cu utilajul necesar si specialiști de profil: Obligator.	Anul lansarii pe piata mondiala- 20.08.2019; Experientia clinica a produsului - nu mai putin de 1 an; Iasirea maximala- 143 dB; Cistigul maximal- 83 dB; Limita intrioara a diapazonului frecvential -100 Hz; Limita superioara a diapazonului frecvential - 6500 Hz; Nivelul de zgomot – 18 Db; Numarul canalelor de prelucrare numerica a sunetului - 48 canale de frecventa; Coeficientul distorsiunelor armonice – 4% Antifeedback; Accesoriile unui set- proteza auditiva- 1 buc., baterie «zinc-air»- 12 buc, oliva individuala- 1 buc. (eliberata in termen nu mai mare de 21 zilele la data eliberarii aparatului); Reglarea protezei- pe perioada garantiei reglarea gratuita a aparatului fiecare 3 luni (dupa datele audiogramei); Termenul de garantie- 24 de luni (din data eliberarii aparatului la pacient de catre medic); Prezența în RM a centrului autorizat de deservire ale PA ale companiei echipat cu utilajul necesar si specialiști de profil.	
33100 00-1	3	Aparate auditive pentru copii cu amplificare ușoară – medie (surditate ușoară/ moderată)	SIYA 2 BTE	Danemarca	OTICON A/S	Durata lansării pe piața mondială (anul lansării): nu mai mult de 5 ani; Experiență clinică a PA: Nu mai puțin de 1an; Ieșirea maximal: 128 dB și mai mult; Câștigul maximal: 58dB și mai mult. Nivel de zgomot nu mai înalt de 24 db; NOTĂ: se vor evalua datele pentru microfonul „omnidirecțional”; Limita inferioară a diapazonului frecvențial: ≤ 200 Hz; Limita superioară a diapazonului frecvențial: ≥5500 Hz; Numarul canalelor de prelucrare numerică a sunetului (pentru copii): 16 și mai mare; Posibilitatea de conectare PA la sistemele în grup (FM) fără necesitatea în dispozitive suplimentare. Notă. Specificarea dată să fie menționată în fișa tehnică a PA: Obligator (pentru copii). Dimensiuni minime ale aparatului auditiv. Coeficientul distorsiunelor armonice (de indicat valoarea) nu mai mare de 5%. Anti-feedback-prezent; Sincronizare și coordonarea binaural - opțional. Accesoriile unui set: PA – 1 buc. Baterie “Zinc-Air”-12 buc. Obligator 1 olivă individuală pentru fiecare proteză (eliberată în termen nu mai mare de 21 de zile de la data eliberării aparatului). Notă pentru copii olivă individuală „moale”. Reglarea protezei obligatoriu. Pe perioada garanției reglarea gratuită a aparatului fiecare 3 luni (dupa datele audiogramei). Termenul de garanție: 24 luni (din data eliberării aparatului la pacient de către medic) Prezența în republică a centrului autorizat de deservire ale PA ale companiei echipat cu utilajul necesar si specialiști de profil: Obligator.	Anul lansarii pe piata mondiala- 20.08.2018; Experientia clinica a produsului - nu mai putin de 1 an; Iasirea maximala- 130 dB; Cistigul maximal- 66 dB; Limita intrioara a diapazonului frecvential -105 Hz; Limita superioara a diapazonului frecvential- 7500 Hz; Nivelul de zgomot – 21 Db; Numarul canalelor de prelucrare numerica a sunetului - 48 canale de frecventa; Coeficientul distorsiunelor armonice – 2% Posibilitatea de conectare PA la sistemele în grup (FM) fără necesitatea în dispozitive suplimentare; Dimensiunea minimala ale aparatului auditiv. Antifeedback; Sincronizarea și coordonare binaural; Accesoriile unui set- proteza auditiva- 1 buc., baterie «zinc-air»- 12 buc, oliva individuala moale - 1 buc. (eliberata in termen nu mai mare de 21 zilele la data eliberarii aparatului); Reglarea protezei - pe perioada garantiei reglarea gratuita a aparatului fiecare 3 luni (dupa datele audiogramei); Termenul de garantie- 24 de luni (din data eliberarii aparatului la pacient de catre medic); Prezența în RM a centrului autorizat de deservire ale PA ale companiei echipat cu utilajul necesar si specialiști de profil.	

33100 00-1	4	Aparate auditive pentru copii cu amplificare medie –majoră (surditate severă)	Xceed 3 SP	Danemarca	OTICON A/S	Durata lansării pe piața mondială (anul lansării): nu mai mult de 5 ani; Experiență clinică a PA: Nu mai puțin de 1an; Ieșirea maximal: 134 dB și mai mult; Câștigul maximal: 75 dB și mai mult. Nivel de zgomot nu mai înalt de 24 db; NOTĂ: se vor evalua datele pentru microfonul „omnidirecțional”; Limita inferioară a diapazonului frecvențial: ≤ 220 Hz; Limita superioară a diapazonului frecvențial: ≥5500 Hz; Numarul canalelor de prelucrare numerică a sunetului (pentru copii): 16 și mai mare; Posibilitatea de conectare PA la sistemele în grup (FM) fără necesitatea în dispozitive suplimentare. Notă. Specificarea dată să fie menționată în fișa tehnică a PA: Obligator (pentru copii). Dimensiuni minime ale aparatului auditiv. Coeficientul distorsiunilor armonice (de indicat valoarea) nu mai mare de 5%. Anti-feedback-prezent; Sincronizare și coordonarea binaural - optional. Accesoriile unui set: PA – 1 buc. Baterie "Zinc-Air"-12 buc. Obligator 1 olivă individuală pentru fiecare proteză (eliberată în termen nu mai mare de 21 de zile de la data eliberării aparatului). Notă pentru copii olivă individuală „moale„. Reglarea protezei obligatoriu: Pe perioada garanției reglarea gratuită a aparatului fiecare 3 luni (dupa datele audiogramiei). Termenul de garanție: 24 luni (din data eliberării aparatului la pacient de către medic); Prezența în republică a centrului autorizat de deservire ale PA ale companiei echipat cu utilajul necesar si specialiști de profil: Obligator.	Anul lansării pe piața mondială- 20.08.2019; Experiența clinică a produsului - nu mai puțin de 1 an; Ieșirea maximal- 143 dB; Câștigul maximal- 83 dB; Limita inferioară a diapazonului frecvențial -100 Hz; Limita superioară a diapazonului frecvențial - 6500 Hz; Nivelul de zgomot – 18 Db; Numarul canalelor de prelucrare numerică a sunetului - 48 canale de frecvență; Coeficientul distorsiunilor armonice – 4%; Posibilitatea de conectare PA la sistemele în grup (FM) fără necesitatea în dispozitive suplimentare; Dimensiunea minimală ale aparatului auditiv. Anti-feedback; Sincronizare și coordonarea binaural Accesoriile unui set- proteza auditivă- 1 buc., baterie «zinc-air»- 12 buc, olivă individuală moale - 1 buc. (eliberată în termen nu mai mare de 21 zilele la data eliberării aparatului); Reglarea protezei- pe perioada garanției reglarea gratuită a aparatului fiecare 3 luni (dupa datele audiogramiei); Termenul de garanție- 24 de luni (din data eliberării aparatului la pacient de către medic); Prezența în RM a centrului autorizat de deservire ale PA ale companiei echipat cu utilajul necesar si specialiști de profil.	
33100 00-1	5	Aparate auditive pentru copii cu amplificare majoră (surditate profundă)	Xceed 3 SP	Danemarca	OTICON A/S	Durata lansării pe piața mondială (anul lansării): nu mai mult de 5 ani; Experiență clinică a PA: Nu mai puțin de 1an; Ieșirea maximal: 140 dB și mai mult; Câștigul maximal: 81 dB și mai mult. Nivel de zgomot nu mai înalt de 23 db; NOTĂ: se vor evalua datele pentru microfonul „omnidirecțional”; Limita inferioară a diapazonului frecvențial: ≤ 220 Hz; Limita superioară a diapazonului frecvențial: ≥5500 Hz; Numarul canalelor de prelucrare numerică a sunetului (pentru copii): 16 și mai mare. Posibilitatea de conectare PA la sistemele în grup (FM) fără necesitatea în dispozitive suplimentare. Notă. Specificarea dată să fie menționată în fișa tehnică a PA: Obligator (pentru copii). Dimensiuni minime ale aparatului auditiv. Coeficientul distorsiunilor armonice (de indicat valoarea) nu mai mare de 5%. Anti-feedback-prezent; Sincronizare și coordonare binaural - obligator. Accesoriile unui set: PA – 1 buc. Baterie "Zinc-Air"-12 buc. Obligator 1 olivă individuală pentru fiecare proteză (eliberată în termen nu mai mare de 21 de zile de la data eliberării aparatului). Notă pentru copii olivă individuală „moale„. Reglarea protezei obligatoriu: Pe perioada garanției reglarea gratuită a aparatului fiecare 3 luni (dupa datele audiogramiei). Termenul de garanție: 24 luni (din data eliberării aparatului la pacient de către medic) Prezența în republică a centrului autorizat de deservire ale PA ale companiei echipat cu utilajul necesar si specialiști de profil: Obligator.	Anul lansării pe piața mondială- 20.08.2019; Experiența clinică a produsului - nu mai puțin de 1 an; Ieșirea maximal- 143 dB; Câștigul maximal- 83 dB; Limita inferioară a diapazonului frecvențial -100 Hz; Limita superioară a diapazonului frecvențial - 6500 Hz; Nivelul de zgomot – 18 Db; Numarul canalelor de prelucrare numerică a sunetului - 48 canale de frecvență; Coeficientul distorsiunilor armonice – 4%; Posibilitatea de conectare PA la sistemele în grup (FM) fără necesitatea în dispozitive suplimentare; Dimensiunea minimală ale aparatului auditiv. Anti-feedback; Sincronizare și coordonarea binaural Accesoriile unui set- proteza auditivă- 1 buc., baterie «zinc-air»- 12 buc, olivă individuală moale - 1 buc. (eliberată în termen nu mai mare de 21 zilele la data eliberării aparatului); Reglarea protezei- pe perioada garanției reglarea gratuită a aparatului fiecare 3 luni (dupa datele audiogramiei); Termenul de garanție- 24 de luni (din data eliberării aparatului la pacient de către medic); Prezența în RM a centrului autorizat de deservire ale PA ale companiei echipat cu utilajul necesar si specialiști de profil.	

Specificații tehnice (F4.2)

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 5,6,7,8, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1,2,3,4,9]
Numărul licitației: LP nr. MTender ID ocds-b3wdp1-MD-1629372471464

Data: „30” septembrie 2021 Alternativă nr.: _____
 Lot: **1, 2, 3, 4, 5** Pagina: **2 din2**

Denumirea licitației: Achiziționarea dispozitivelor medicale (aparate auditive), în vederea realizării Programului Național privind protezarea auditivă, pentru anul 2022

Cod CPV	Nr. Lot	Denumire Lot	Denumirea poziției	Unitate a de	Cantitatea	Preț unitar (fără TVA)	Preț unitar (cu TVA)	Suma (fără TVA)	Suma (cu TVA)	Termenul de livrare/prestare	VALOAREA ESRIMATĂ
1				3	4,00	5,00	6,00	7,00	8,00	9	
33100-00-1	1	Aparate auditive pentru maturi cu amplificare ușoară – medie (surditate fr. moderată)	Aparate auditive pentru maturi cu amplificare ușoară – medie (surditate fr. moderată) - GENO 2 BTE 100, Oticon, Danemarca	buc	150	1.730,00	1.772,00	259.500,00	265.800,00	-prima tranșă luna aprilie 2022, - a două tranșă septembrie 2022.	270.000,00
33100-00-1	2	Aparate auditive pentru maturi cu amplificare medie – majoră (surditate severă)	Aparate auditive pentru maturi cu amplificare medie – majoră (surditate severă) - Xceed 3 SP, Oticon, Danemarca	buc	500	3.020,00	3.062,00	1.510.000,00	1.531.000,00	-prima tranșă luna aprilie 2022, - a două tranșă septembrie 2022.	1.500.000,00
33100-00-1	3	Aparate auditive pentru copii cu amplificare ușoară – medie (surditate ușoară/ moderată)	Aparate auditive pentru copii cu amplificare ușoară – medie (surditate ușoară/ moderată) - SIYA 2 BTE, Oticon, Danemarca	buc	30	2.450,00	2.492,00	73.500,00	74.760,00	-prima tranșă luna aprilie 2022, - a două tranșă septembrie 2022.	54.000,00
33100-00-1	4	Aparate auditive pentru copii cu amplificare medie – majoră (surditate severă)	Aparate auditive pentru copii cu amplificare medie – majoră (surditate severă) - Xceed 3 SP, Oticon, Danemarca	buc	80	3.020,00	3.062,00	241.600,00	244.960,00	-prima tranșă luna aprilie 2022, - a două tranșă septembrie 2022.	240.000,00
33100-00-1	5	Aparate auditive pentru copii cu amplificare majoră (surditate profundă)	Aparate auditive pentru copii cu amplificare majoră (surditate profundă) - Xceed 3 SP, Oticon, Danemarca	buc	200	3.020,00	3.062,00	604.000,00	612.400,00	-prima tranșă luna aprilie 2022, - a două tranșă septembrie 2022.	800.000,00

TOTAL FARA TVA 2.688.600,00
 TOTAL CU TVA 2.728.920,00

Semnat: _____ Numele, Prenumele: _____ Mojila Violetta În calitate de: Director

Ofertantul: ____SC Distribuitor Prim SRL _____ Adresa: ____ Bl. Dacia 36A, Chisinau