

		Specificații tehnice, ANEXA 22			
			<i>[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 3, 4, 5, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 2, 6, 8]</i>		
Numărul licitației:		LP nr. ocds-b3wdp1-MD-1747226555310		Data: „13” iunie 2025	Alternativa nr.:
Denumirea licitației:		Achiziționarea dispozitivelor medicale și de fizioterapie conform necesităților instituțiilor medico-sanitare publice (listă suplimentară nr.11)			Pagina: 1 din 5

Cod CPV	Nr. Lot	Denumire Lot	Denumirea poziției	Modelul articolului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificația tehnică propusă de operatorul economic	standarde de referință
---------	---------	--------------	--------------------	---------------------	-----------------	--------------	---	---	------------------------

33100000-1	Lot 13	Dispozitiv fizioterapeutic pentru electroterapie, 2 canale	Dispozitiv fizioterapeutic pentru electroterapie, 2 canale	Therapic 9200	Italia	EME Srl	Descriere: Dispozitiv pentru fizioterapie destinat pentru tratamentul cu curenți electrici de frecvență joasă, medie și înaltă Parametru Specificație Aplicații: stimulare nervoasă și stimulare musculară opțional: tratamentul bolilor venoase Tip Portabil Canale pentru electroterapie ≥ 2 buc Alarma finalizare tratament obligatoriu Programe presetate de lucru: Curenți diadinamici Curenți interferențiali TENS Stimulare Kotz Curenți Trabert (Ultra Reiz) Tonoliză EMS (Stimulare electrică musculară) Alimentare 220V, 50 HZ Accesorii: Cablu pentru tratament electroterapie. ≥ 2 buc, să se indice codul produsului Set de electrozi, tampoane, benzi de fixare., să se indice codurile produselor Siguranță de rezervă ≥ 1 buc.	COD Produs/ Dispozitiv medical - Therapic 9200 Descriere: Dispozitiv pentru fizioterapie destinat pentru tratamentul cu curenți electrici de frecvență joasă, medie și înaltă (informație prezenta la pag. 29 din user manual) Parametru Specificație Aplicații: stimulare nervoasă și stimulare musculară (informație descrisă la pag. 7 și pag. 10 din user manual) opțional: tratamentul bolilor venoase (pag. 10 din user manual) Tip Portabil - DA Canale pentru electroterapie ≥ 2 buc (pag. 12 și pag. 13 din user manual) Alarma finalizare tratament obligatoriu - DA (pag. 20, 21 și Programe presetate de lucru: - DA (pag. 17, pag. 29, pag. 30 din user manual) Curenți diadinamici - pag. 29 din user manual Curenți interferențiali - pag. 39 din user manual TENS - pag.32, 33, 34 din user manual Stimulare Kotz - pag. 36, 39 din user manual Curenți Trabert (Ultra Reiz) - pag. 38 din user manual Tonoliză - pag. 10 din user manual EMS (Stimulare electrică musculară) - pag.8 din user manual Alimentare 230V, 50-60 HZ - pag. 29 din user manual	ISO 13485
------------	--------	--	--	---------------	--------	---------	--	---	-----------

								Accesorii: Cablu pentru tratament electroterapie. ≥ 2 buc, să se indice codul produsului - Output cables for electrotherapy (pag. 12 din user manual) Set de electrozi, tampoane, benzi de fixare., să se indice codurile produselor - Conductive rubber electrodes 5x5cm, Conductive rubber electrodes 6x8.5cm, Sponge for electrodes 5 x 5cm, Sponge for electrodes 6 x 8.5cm (pag. 12 din user manual) Siguranță de rezervă ≥ 1 buc. - DA (pag. 12 din user manual)	
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

33100000-1	Lot 15	Dispozitiv fizioterapeutic pentru magnetoterapie	Dispozitiv fizioterapeutic pentru magnetoterapie	Magnetomed 7200	Italia	EME Srl	Descriere: Dispozitiv medical care utilizează energia electrică pentru tratament. tratamentul osteoporozei, edemului osos, osteonecrozei. Parametru Specificație Ecran dimensiune ≥ 4 inch color, touch-screen Canale independente ≥ 2 buc. Tipuri de unde sinusoidal, dreptunghiular Diapazonul frecvenței semnalului diapazon minim 1-100Hz Intensitatea maximă a câmpului magnetic pe canal ≥ 100 gauss Timpul de tratament diapazon minim 1-90 min Alarma finalizare tratament obligatoriu Librărie de protocoale interne de tratament ≥ 20 buc. Posibilitatea de creare a programelor de tratament de către utilizator obligatoriu Tensiune 220V, 50 HZ Accesorii: Aplicatori magnetici 2 buc., să se indice codul produsului Covoraș electromagnetic min. 50x30cm 1 buc., să se indice codul produsului Aplicator magnetic flexibil 1 buc., să se indice codul produsului Curele de fixare flexibile 1 set., să se indice codul produsului	COD Produs/ Dispozitiv medical - Magnetomed 7200 Descriere: Dispozitiv medical care utilizează energia electrică pentru tratamentul osteoporozei, edemului osos, osteonecrozei. (pag. 9 si 23 din user manual). Parametru Specificație Ecran dimensiune ≥ 4 inch (pag. 21 din user manual); color, touch-screen (pag. 21 din user manual); Canale independente ≥ 2 buc. (pag. 12 si 21 din user manual); Tipuri de unde sinusoidal, dreptunghiular (pag. 21 din user manual) Diapazonul frecvenței semnalului diapazon minim 1-100Hz (pag. 21 din user manual) Intensitatea maximă a câmpului magnetic pe canal ≥ 100 gauss (pag. 21 din user manual) Timpul de tratament diapazon minim 1-90 min (pag.17 din user manual) Alarma finalizare tratament obligatoriu (pag. 16 din user manual) Librărie de protocoale interne de tratament ≥ 20 buc. (pag. 21 din user manual); Posibilitatea de creare a programelor de tratament de către utilizator obligatoriu (pag.17 si 18 din user manual) Tensiune 230V, 50-60 HZ (pag. 21 din user manual); Accesorii: Aplicatori magnetici 2 buc., să se	ISO 13485
-------------------	---------------	--	--	------------------------	---------------	----------------	--	---	------------------

							Troleu dispozitiv 1 buc., să se indice codul produsului.	indice codul produsului - Magnetic ring for testing the device (pag. 10 din user manual) - vom dota cu 2 buc. Covoraș electromagnetic min. 50x30cm 1 buc., să se indice codul produsului - Electromagnetic mat - vom dota. Aplicator magnetic flexibil 1 buc., să se indice codul produsului - Pair of magnetic applicators (pag. 10 din user manual); Curele de fixare flexibile 1 set., să se indice codul produsului - vom dota Troleu dispozitiv 1 buc., să se indice codul produsului - 3 shelf trolley (60x37x86cm) (pag. 10 din user manual) - vom dota	
--	--	--	--	--	--	--	---	---	--

Semnat: _____ **Armasu Sergiu** În calitate de: Administrator

Ofertantul: **SATOS Solutions SRL**, Adresa: mun. Chisinau, str. Sos. Hincesti 55/6, of.16