

Specificații Tehnice

Numărul procedurii de achiziție: Licitatie deschisă nr. ocds-b3wdp1-MD-1772187564611 din 11.03.2026									
Obiectul de achiziție: Achiziționarea sistemului de șuntare, testelor rapide din probe nazale și capacelor T4 conform necesităților IMSP Institutul Mamei și Copilului									
Cod CPV	Nr. Lot	Denumire Lot	Denumirea poziției	Modelul articolului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
1	2			3	4	5	6	7	8
33100000-1	2	Test rapid Influenza A+B, din probe nazale, caseta	Test rapid Influenza A+B, din probe nazale, caseta	GCFLU (A/B)-502a	China	ZHEJIANG ORIENT GENE BIOTECH CO.,LTD	Test rapid Influenza A+B, din probe nazale, caseta, include Sensibilitatea: > 80 % Specificitatea : >95 % Simplicitate în aplicare (1-2 etape maxim) Termenul de valabilitate restant (la momentul livrării) va constitui nu mai puțin de 80% din termenul total al produsului, dar nu mai mic de 12luni.	Test rapid Influenza A+B, din probe nazale, caseta, include Sensibilitatea: > 80 % Specificitatea : >95 % Simplicitate în aplicare (1-2 etape maxim) Termenul de valabilitate restant (la momentul livrării) va constitui nu mai puțin de 80% din termenul total al produsului, dar nu mai mic de 12luni. Instrucțiunea se anexează.	Nr. de înregistrare în Registrul de Stat - DM000450672

Semnat: _____ Numele, prenumele: Goreacii Vitalie. În calitate de: Administrator

Ofertantul: SRL Sanmedico Adresa: Mun Chișinău, str. A.Corobceanu 7A, ap.9