

Anexa 1

SPECIFICAȚIA TEHNICĂ

INVENTAR KINETOTERAPEUTIC

Nr.	Denumirea	Cantitatea	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant
1	Bare paralele	1	Bare paralele pentru activități de reabilitare fizică. Lungimea 3m $\pm 5\%$. Lățimea paralelelor ajustabilă, cel puțin 50-70cm $\pm 5\%$ Înălțimea paralelelor ajustabilă prin pistoane pneumatice, cel puțin 75-105cm $\pm 5\%$ Lățimea platformei de mers, 65 ± 5 cm Capacitatea greutății maxime, nu mai mică de 140kg $\pm 5\%$ Suport pentru pacient, glisant pe toată lungimea lungimea paralelelor - da Greutatea barelor paralele, nu mai mare de 100kg $\pm 5\%$	Bare paralele pentru activități de reabilitare fizică da Lungimea 3.1 m Lățimea paralelelor ajustabilă, cel puțin 55-71cm Înălțimea paralelelor ajustabilă prin pistoane pneumatice, 74-102cm Lățimea platformei de mers, 64 cm Capacitatea greutății maxime, 135kg Suport pentru pacient, glisant pe toată lungimea paralelelor - da Greutatea barelor paralele, 99 kg
1	Bicicleta	1	Dispozitiv care permite antrenarea mâinilor și a picioarelor. Permite ajustarea rezistenței dispozitivului prin manetă manuală. Calculatorul arată cel puțin următoarele date: calorii consumate, timpul exercițiului. Pedalele trebuie să fie ergonomice. Greutate, nu mai mare de 5 kg Alimentare , de la baterie sau de la priză	Dispozitiv care permite antrenarea mâinilor și a picioarelor. Permite ajustarea rezistenței dispozitivului prin manetă manual - da Calculatorul arată cel puțin următoarele date: calorii consumate, timpul exercițiului - da Pedalele trebuie să fie ergonomice - da Greutate, 4.5 kg Alimentare , de la baterie
1	Verticalizator	1	Dispozitiv pentru poziționarea pacientului în poziție statică, verticală. Unghiul maxim de verticalizare, nu mai mic de 88° Număr de secții ≥ 3 Dimensiuni masă pacient, nu mai mică de 185x75cm $\pm 5\%$ Baterie încorporată – da Ajustarea înălțimii, prin telecomandă - da Suport pentru picioare – da Greutatea maxima pacientului, nu mai mica de 160kg Alimentare, 220-240 V Roți pentru deplasare, cu frâne - da	Dispozitiv pentru poziționarea pacientului în poziție statică, vertical - da Unghiul maxim de verticalizare, 90° Număr de secții 4 Dimensiuni masă pacient, 180x75cm Baterie încorporată – da Ajustarea înălțimii, prin telecomandă - da Suport pentru picioare – da Greutatea maxima pacientului, 180kg Alimentare, 220-240 V Roți pentru deplasare, cu frâne - da

Anexa 1

1	Scară modular pentru Kinetoterapie 3 trepte	1 set	Set de scări modulare pentru reabilitare, compuse din: - Scară cu 3 trepte, cu bandă anti-alunecare pe fiecare treaptă – 2 buc - Înălțimea treptei 14-17 cm. - Lățimea scării 65-75cm - Platformă de interconectare în unghi 90⁰. – 1 buc Toate modulele trebuie de aibă balustrade de suport pentru mâini.	Set de scări modulare pentru reabilitare, compuse din: - Scară cu 3 trepte, cu bandă anti-alunecare pe fiecare treaptă – 2 buc - da - Înălțimea treptei 16 cm. - Lățimea scării 70 cm - Platformă de interconectare în unghi 90⁰. – 1 buc - da Toate modulele trebuie de aibă balustrade de suport pentru mâini. - da
1	Lifting	1	Dispozitiv pentru ridicarea pacientului în poziție verticală din poziție așezată. Dispune de roti pentru deplasare dispozitivului. Ajustarea înălțimii, electric sau pneumatic – da Suport pentru picioare (talpă) -da Suport genunchi, pentru fixarea pacientului -da Scaun pentru pacient – da Bare laterale pentru sprijinul mâinilor –da Tavă pentru activitatea pacientului, dimensiuni 75mm x 45mm x 15mm ± 10%	Dispozitiv pentru ridicarea pacientului în poziție verticală din poziție așezată - da Dispune de roti pentru deplasare dispozitivului - da Ajustarea înălțimii, pneumatic – da Suport pentru picioare (talpă) -da Suport genunchi, pentru fixarea pacientului -da Scaun pentru pacient – da Bare laterale pentru sprijinul mâinilor –da Tavă pentru activitatea pacientului, dimensiuni 68 cm x 43 cm x 1.2 cm
1	Roată medicală ergoterapie	1	Dispozitiv pentru exercițiile umărului și a cotului prin rotire. Posibilitate de fixare la perete – da Posibilitate de ajustare a mânerului, pentru reglarea amplitudinii mișcării –da Ajustarea roții pe înălțime, cel puțin între 80-140cm – da Diametrul roții, între 90-110 cm	Dispozitiv pentru exercițiile umărului și a cotului prin rotire. Posibilitate de fixare la perete – da Posibilitate de ajustare a mânerului, pentru reglarea amplitudinii mișcării –da Ajustarea roții pe înălțime, 72-148cm – da Diametrul roții - 100 cm
1	Perete multifuncțional ergoterapie	1	Dispozitiv multifuncțional pentru reabilitare (Cusă Rocher). Utilizată pentru suspensia parțială sau totală a corpului. Dimensiuni, 195cm x 195cm x 200cm ± 10cm Asamblată din structură metalică și plasă sudată. Accesorii, set complet oferit de producator, trebuie să conțină cel puțin:	Dispozitiv multifuncțional pentru reabilitare (Cusă Rocher). Utilizată pentru suspensia parțială sau totală a corpului. Dimensiuni, 200 cm x 200 cm x 200 cm Asamblată din structură metalică și plasă sudată- da Accesorii, set complet oferit de producator, trebuie să conțină cel puțin:

Anexa 1

			Funii (diferite dimensiuni), curele (diferite dimensiuni) - pelviene, toracice; diferite greutateți 0,5 – 4 kg; cârlige- cel puțin 20 buc; mînere	Funii (diferite dimensiuni), curele (diferite dimensiuni) -pelviene, toracice; diferite greutateți 0,5 – 4 kg; cârlige- cel puțin 20 buc; mînere – da, Full equipment
1	Dispozitiv pentru flexio-extensia degetelor	1	Dispozitiv pentru flexio-extensia degetelor, cu posibilitate de fixat pe masă. Suport pentru antebrat – da Fixare pentru fiecare deget în parte Greutate, nu mai mare de 3kg	Dispozitiv pentru flexio-extensia degetelor, cu posibilitate de fixat pe masă. Suport pentru antebrat – da Fixare pentru fiecare deget în parte - da Greutate, 2,2 kg
1	Oglinda	1	Oglindă cu grilă posturografică. Dimensiuni, 200cm x 70cm ± 10% Suport cu roti pentru mobilitate – da Greutate. ≤ 25kg	Oglindă cu grilă posturografică. Dimensiuni, 204.4 cm x 70cm Suport cu roti pentru mobilitate – da Greutate. 21 kg
1	Bandă de alergat	1	Bandă de alergare pentru reabilitare. Suprafața de alergare, nu mai mica de 135cm x 45cm ± 10cm Ecran pentru monitorizarea lucrului efectuat Ecran afișează cel puțin : timp, calorii, distanță, ritm cardiac Puterea motorului, nu mai mica de 2,5 CP Nivele de inclinare ≥ 10 Viteză maxima ≥ 15km/h Programe prestabilite ≥ 10 Siguranță pacient, atașat de pacient – da Senzor a ritmului cardiac - da Greutate maxima a pacientului ≥ 120kg Alimentarea – 220-240V Posibilitate de pliere a benzii pentru păstrare compactă	Bandă de alergare pentru reabilitare. Suprafața de alergare, 140cm x 51cm Ecran pentru monitorizarea lucrului efectuat - da Ecran afișează cel puțin : timp, calorii, distanță, ritm cardiac - da Puterea motorului, 3 CP Nivele de inclinare - 15 Viteză maxima 20 km/h Programe prestabilite 24 Siguranță pacient, atașat de pacient – da Senzor a ritmului cardiac - da Greutate maxima a pacientului 125 kg Alimentarea – 220-240V Posibilitate de pliere a benzii pentru păstrare compactă - da

Semnat:_____

Numele, Prenumele: Sveatoslav Prodan

În calitate de: Director

Ofertantul: IM “Dutchmed-M” SRL

Adresa: mun. Chisinau, bd. Decebal 76, of. 807-808