

Specificații tehnice

							[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 3, 4, 5, 7, iar de către autoritatea contractantă		
Numărul licitației:		LP nr. 21263433 osds-b3wdp1-MD-1721998871643din 26.07.2024					Data: „01”sept 2024	Alternativa nr.:	
Denumirea licitației:		Achiziționarea centralizată a materialelor de sutură conform necesităților IMSP - beneficiari pentru anul 2025					Pagina: din		
Cod CPV	Nr. Lot	Denumire Lot	Denumirea poziției	Modelul articolului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificația tehnică propusă de operatorul economic	Standarde de referință/ Număr de înregistrare AMDM
1	2			3	4	5	6	7	8
33100 000-1	156	Mătase Naturală USP 4-0 Lungimea acului (mm) - 13	Mătase Naturală USP 4-0 Lungimea acului (mm) - 13	#3801	Japonia	MANI Inc.	Mătase Naturală USP 4-0 Neabsorbabil. Lungimea firului minim 45cm. 1 ac. 13mm. ac rotund. curbura acului ½. culoarea neagră. diametru acului nu mai mare ca diametru firului. rezistența firului la rupere. Corespunderea grosimii acului cu grosimea firului de sutură.	Mătase Naturală USP 4-0 Neabsorbabil. Lungimea firului minim 45cm. 1 ac. 13mm. ac rotund. curbura acului 3/8. culoarea neagră. diametru acului nu mai mare ca diametru firului. rezistența firului la rupere. Corespunderea grosimii acului cu grosimea firului de sutură.	DM000303780
33100 000-1	157	Mătase Naturală USP 5-0 2 ace - oftalmologie	Mătase Naturală USP 5-0 2 ace - oftalmologie	#3856	Japonia	MANI Inc.	Matasa neagra împletita: lungimea suturii 50 cm. 2 ace (posibil de folosit fiecare ac in parte). spatulă. lungimea 11.0; diametru 0.38 mm. curbura 3/8 . sterila. Corespunderea grosimii acului cu grosimea firului de sutură.	Matasa neagra împletita: lungimea suturii 50 cm. 2 ace (posibil de folosit fiecare ac in parte). spatulă. lungimea 11.0; diametru 0.38 mm. curbura 3/8 . sterila. Corespunderea grosimii acului cu grosimea firului de sutură.	DM000303779
33100 000-1	158	Mătase Naturală USP 6-0 2 ace - oftalmologie	Mătase Naturală USP 6-0 2 ace - oftalmologie	#2801	Japonia	MANI Inc.	Matasa neagra împletita : lungimea suturii 45 cm. 2 ace (posibil de folosit fiecare ac in parte). spatulă. lungimea 6.5 ±2% mm; diametru 0.28 mm ±2%. curbura 3/8 . Sterila. Corespunderea grosimii acului cu grosimea firului de sutură.	Matasa neagra împletita : lungimea suturii 45 cm. 2 ace (posibil de folosit fiecare ac in parte). spatulă. lungimea 6.5 mm; diametru 0.28 mm . curbura 3/8 . Sterila. Corespunderea grosimii acului cu grosimea firului de sutură.	DM000303778
33100 000-1	159	Mătase Naturală USP 7-0 2 ace - oftalmologie	Mătase Naturală USP 7-0 2 ace - oftalmologie	#2008	Japonia	MANI Inc.	Matasa neagra împletita: lungimea suturii 45 cm. 2 ace(posibil de folosit fiecare ac in parte). spatulă. lungimea 6.5 mm ±2%; diametru 0.20 mm ±2%; curbura 3/8 . Steril. Corespunderea grosimii acului cu grosimea firului de sutură.	Matasa neagra împletita: lungimea suturii 45 cm. 2 ace(posibil de folosit fiecare ac in parte). spatulă. lungimea 6.5 mm ; diametru 0.20 mm ; curbura 3/8 . Steril. Corespunderea grosimii acului cu grosimea firului de sutură.	DM000303777
33100 000-1	160	Mătase Naturală USP 8-0 2 ace - oftalmologie	Mătase Naturală USP 8-0 2 ace - oftalmologie	#2024	Japonia	MANI Inc.	Matasa Virgin USP 8-0 albastra rasucita: lungimea suturii 45 cm. 2 ace. spatulă. lungimea 6.5 ±2%; diametru 0.20 mm ±2%. curbura 3/8. sterila. Corespunderea grosimii acului cu grosimea firului de sutură.	Matasa Virgin USP 8-0 albastra rasucita: lungimea suturii 45 cm. 2 ace. spatulă. lungimea 6.5 ; diametru 0.20 mm . curbura 3/8. sterila. Corespunderea grosimii acului cu grosimea firului de sutură.	DM000303776
33100 000-1	161	NYLON USP 10-0- 2 ace	NYLON USP 10-0- 2 ace	#1406	Japonia	MANI Inc.	Neilon negru monofilament: lungimea suturii 30 cm. 2 ace. spatulă. lungimea 6.0 ±2% mm; diametru 0.14mm ±2%. curbura 3/8 . steril. Corespunderea grosimii acului cu grosimea firului de sutură.	Neilon negru monofilament: lungimea sudurii 30 cm. 2 ace. spatulă. lungimea 6.0 mm; diametru 0.14mm . curbura 3/8 . steril. Corespunderea grosimii acului cu grosimea firului de sutură.	DM000303768

33100 000-1	162	NYLON USP 10-0, 2 ace	NYLON USP 10-0, 2 ace	#1406	Japonia	MANI Inc.	Fir sutură nylon 10-0 nylon oftalmologic monofil. 10/0, 0.2mmx30cm (2ace 3/8, tip Spatula, d=0.2±2%mm, L=6.2±2%mm), steril. Corespunderea grosimii acului cu grosimea firului de sutură.	Neilon negru monofilament: lungimea suturii 30 cm. 2 ace. spatulă. lungimea 6.0 mm; diametru 0.14mm . curbura 3/8 . steril. Corespunderea grosimii acului cu grosimea firului de sutură.	DM000303768
33100 000-1	163	NYLON USP 10-0, 2 ace	NYLON USP 10-0, 2 ace	#1406	Japonia	MANI Inc.	Nailon oftalmic monofil. 10-0, 0,2mm x30 cm (2 ace 3/8, tip Spatula, d=0,15±2% mm, L=6,19±2% mm), steril. Corespunderea grosimii acului cu grosimea firului de sutură.	Neilon negru monofilament: lungimea suturii 30 cm. 2 ace. spatulă. lungimea 6.0 mm; diametru 0.14mm . curbura 3/8 . steril. Corespunderea grosimii acului cu grosimea firului de sutură.	DM000303768
33100 000-1	164	NYLON USP 10-0, 2 ace	NYLON USP 10-0, 2 ace	#1406	Japonia	MANI Inc.	Nailon oftalmic monofil. 10-0, 0,2mm x30 cm (2 ace 3/8, tip Spatula, d=0,14±2% mm, L=6,0±2% mm), steril. Corespunderea grosimii acului cu grosimea firului de sutură.	Neilon negru monofilament: lungimea suturii 30 cm. 2 ace. spatulă. lungimea 6.0 mm; diametru 0.14mm . curbura 3/8 . steril. Corespunderea grosimii acului cu grosimea firului de sutură.	DM000303768
33100 000-1	174	NYLON USP 9 -0;- 2 ace	NYLON USP 9 -0;- 2 ace	#2003	Japonia	MANI Inc.	Nylon 9-0. Neilon negru monofilament: lungimea suturii 30cm . 2 ace. spatulă. Lungimea 6.0mm ± 2%; diametru 0.20mm ± 2%. curbura 3/8. steril. Corespunderea grosimii acului cu grosimea firului de sutură.	Nylon 9-0. Neilon negru monofilament: lungimea suturii 30cm . 2 ace. spatulă. Lungimea 6.5mm; diametru 0.20mm . curbura 3/8. steril. Corespunderea grosimii acului cu grosimea firului de sutură.	DM000303769
33100 000-1	175	NYLON USP 9-0, 2 ace	NYLON USP 9-0, 2 ace	#2003	Japonia	MANI Inc.	Nailon oftalmic monofil. 9-0, 0,2mm x30 cm (2 ace 3/8 , tip spatula, d=0,20±2% mm, L=6,55±2% mm). Corespunderea grosimii acului cu grosimea firului de sutură.	Nylon 9-0. Neilon negru monofilament: lungimea suturii 30cm . 2 ace. spatulă. Lungimea 6.5mm; diametru 0.20mm . curbura 3/8. steril. Corespunderea grosimii acului cu grosimea firului de sutură.	DM000393769
33100 000-1	214	Polipropilenă USP 10-0, 2 ace	Polipropilenă USP 10-0, 2 ace	#1455P	Japonia	MANI Inc.	Fir polipropilenă 10-0, monofilament, albastru, doua ace: unul drept si unul curb, sterila, lungimea suturei 30 cm; ac spatulat diametru 0,14 ±2%, ac drept L=16,0 ±2% mm, ac curbat - 4,5mm, curbura 7/16, 158"steril. Corespunderea grosimii acului cu grosimea firului de sutură.	Fir polipropilenă 10-0, monofilament, albastru, doua ace: unul drept si unul curb, sterila, lungimea suturei 30 cm; ac spatulat diametru 0,14, ac drept L=16,0 mm, ac curbat - 4,5mm, curbura 7/16, 158"steril. Corespunderea grosimii acului cu grosimea firului de sutură.	DM000303782
33100 000-1	215	Polipropilenă USP 10-0, 2 ace	Polipropilenă USP 10-0, 2 ace	#1470	Japonia	MANI Inc.	Polypropylene albastru monofilament: 2 ace drepte d=0,14mm, L= 16 mm, lungimea suturii 20 cm, Parametrii diametrul si lungimea acului si suturii ±2% , sterile. Corespunderea grosimii acului cu grosimea firului de sutură.	Polypropylene albastru monofilament: 2 ace drepte d=0,14mm, L= 16 mm, lungimea suturii 20 cm, Parametrii diametrul si lungimea acului si suturii , sterile. Corespunderea grosimii acului cu grosimea firului de sutură.	DM000303784

Semnat: _____ Numele, Prenumele: _____ În calitate de: _____

Ofertantul: _____ Adresa: _____