

Specificații tehnice (anexa 22)

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 3, 4, 5, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 2, 6, 8]

Numărul procedurii de achiziție: LP 21469463 / ocds-b3wdp1-MD-1755845475566, din 09/09/2025	Data: 09/09/2025	Alternative: nu sunt
Obiectul achiziției: Privind încheierea Acordului-Cadru Achiziționarea Testelor Rapide Antigen Covid-19 pentru 48 luni	Lot: 1.	Pagina: 1 din __

Codul CPV	Nr. Lot	Denumire Lot	Denumirea poziției	Modelului articolului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificația tehnică propusă de operatorul economic	Standarde de referință/ Număr de înregistrare AMDM
1		2		3	4	5	6	7	8
33100000-1	1	Test Rapid Antigen Covid-19	Test Rapid Antigen Covid-19	ICOV-502	Canada	CITEST DIAGNOSTICS INC.	Ușor de folosit - Foarte sensibil cu încărcături virale ridicate: minim 97% - Rezultate rapide și fiabile ale testelor în doar 15 minute. -Testarea poate fi efectuată folosind probe nazo și orofaringiene. -Poate fi depozitat la temperatura camerei -Toate componentele testului - inclusiv tamponare sterile - sunt incluse. -Să nu există reactivitate încrucișată cu coronavirusuri patogene umane (cum ar fi hCoV-229E, -HKU1, -NL63 și -OC43) și nici virusuri gripale (cum ar fi gripa A / B) - Specificitatea diagnosticului (97 – 100%). Ambalarea până la 25 teste în Cutie	Ușor de folosit - Foarte sensibil cu încărcături virale ridicate: minim 97% - Corespunde, Sensibilitate Nazofaringian - 99,9%; Sensibilitate Orofaringian - 98,1%. - Rezultate rapide și fiabile ale testelor în doar 15 minute. - Corespunde, rezultatele în 15 min. -Testarea poate fi efectuată folosind probe nazo și orofaringiene. - Corespunde. -Poate fi depozitat la temperatura camerei - Corespunde, testele se pot păstra la temperatura camerei sau la frigider (2-30 °C). -Toate componentele testului - inclusiv tamponare sterile - sunt incluse. - Corespunde toate componentele sunt incluse în kit. Tamponare sterile pentru probe nazo și orofaringiene sunt incluse în oferta. -Să nu există reactivitate încrucișată cu coronavirusuri patogene umane (cum ar fi hCoV-229E, -HKU1, -NL63 și -OC43) și nici virusuri gripale (cum ar fi gripa A / B) - Corespunde - Specificitatea diagnosticului (97 – 100%). - Corespunde, Specificitatea diagnosticului Nazofaringian - 99,9%; Specificitatea diagnosticului Orofaringian - 99,9%; Ambalarea până la 25 teste în Cutie - Corespunde.	DM000390737

Semnat: _____ Numele, prenumele: Petru Bolea În calitate de: Șef Departament Comercial

Ofertantul: S.C. Imunotehnomed S.R.L. Adresa: Str. Gheorghe Asachi 42, MD-2028, Chisinau, Moldova