

Specificații tehnice

Numărul procedurii de achiziție: ocds-b3wdp1-MD-1703757073906 din 12 ian 2024, 12:37 - 21 ian 2024, 12:37

Obiectul achiziției: Consumabile medicale și filme radiologice, pentru anul 2024 (Repetat)

Nr. d/o	Cod CPV	Denumirea bunurilor/serviciilor	Denumirea modelului bunului/serviciului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
		1	2	3	4	5	6	7
		Bunuri/servicii						
1	33140000-3	Ac pentru seringă 18G x 1 ^{1/2"}	IN-12X40	Polonia	Zarys	Ace de unică folosință siliconate, 18G 1" 1/2 38mm; din oțel inoxidabil, sterile, Ambalajul și eticheta conform Directivei 93/42 CEE (modificată prin Directiva 2007/47/CE), cu indicarea denumirii și adresei producătorului, denumirea și codul produsului, numărul lotului, data fabricării lotului, data expirării lotului, țara de origine.	Ace de unică folosință siliconate, 18G 1" 1/2 38mm; din oțel inoxidabil, sterile, Ambalajul și eticheta conform Directivei 93/42 CEE (modificată prin Directiva 2007/47/CE), cu indicarea denumirii și adresei producătorului, denumirea și codul produsului, numărul lotului, data fabricării lotului, data expirării lotului, țara de origine.	CE/ISO
2	33140000-3	Ac pentru seringă 23G	IN-06x25	Polonia	Zarys	23Gx1" (0,6x25mm), din oțel inoxidabil, sterile, Ambalajul și eticheta conform Directivei 93/42 CEE (modificată prin Directiva 2007/47/CE), cu indicarea denumirii și adresei producătorului, denumirea și codul produsului, numărul lotului, data fabricării lotului, data expirării lotului, țara de origine.	23Gx1" (0,6x25mm), din oțel inoxidabil, sterile, Ambalajul și eticheta conform Directivei 93/42 CEE (modificată prin Directiva 2007/47/CE), cu indicarea denumirii și adresei producătorului, denumirea și codul produsului, numărul lotului, data fabricării lotului, data expirării lotului, țara de origine.	CE/ISO
4	33140000-3	Canula nazala pentru oxigen	CTND-200	Polonia	Zarys	Canula nazala, Adult, 2.1m, 5 LPM, transparenta, narine drepte si cilindrice. Dimensiuni narine: Ø 4 mm, H 11 mm, 11 mm intre narine Material: PVC non-iritant si non-toxic atraumatica, rotunda in sectiune, distal se conecteaza la instalatia de oxigen, cele doua varfuri ce se introduc in narine sunt foarte fine . Steril	Canula nazala, Adult, 2.1m, 5 LPM, transparenta, narine drepte si cilindrice. Dimensiuni narine: Ø 4 mm, H 11 mm, 11 mm intre narine Material: PVC non-iritant si non-toxic atraumatica, rotunda in sectiune, distal se conecteaza la instalatia de oxigen, cele doua varfuri ce se introduc in narine sunt foarte fine . Steril	CE/ISO
19	33140000	Seringi pentru alimentarea pacienților 100/120ml	050ML-3CZ-CEW-BL	Polonia	Zarys	Seringa din 3 componente (cu piston de cauciuc). Posibilitate de adaptare la cateter (Ch 6-Ch20), sondele de alimentare sau adaptare tip Luer (prin dispozitivul de prelungire a conului). Steril. Ambalajul și eticheta conform Directivei 93/42 CEE (modificată prin Directiva 2007/47/CE), cu indicarea denumirii și adresei producătorului, denumirea și codul produsului, numărul lotului, data fabricării lotului, data expirării lotului, țara de origine.	Seringa din 3 componente (cu piston de cauciuc). Posibilitate de adaptare la cateter (Ch 6-Ch20), sondele de alimentare sau adaptare tip Luer (prin dispozitivul de prelungire a conului). Steril. Ambalajul și eticheta conform Directivei 93/42 CEE (modificată prin Directiva 2007/47/CE), cu indicarea denumirii și adresei producătorului, denumirea și codul produsului, numărul lotului, data fabricării lotului, data expirării lotului, țara de origine.	CE/ISO
20	33140000	Set de administrare de soluții pentru pompa de infuzie Terumo	PT+PU400WY	Japonia	Terumo	Set de administrare de soluții pentru pompa de infuzie, Adaptabil infuzomatelor Terumo, 40C, 200 Kpa 4,3 ml/1 min, cu clamă pentru reglarea circulației soluțiilor, compatibil cu terofuzioninfuzion pump(TERUMO)	Set de administrare de soluții pentru pompa de infuzie, Adaptabil infuzomatelor Terumo, 40C, 200 Kpa 4,3 ml/1 min, cu clamă pentru reglarea circulației soluțiilor, compatibil cu terofuzioninfuzion pump(TERUMO)	CE/ISO

Semnat: _____ Numele, Prenumele: **Alexandru Grabazei** În calitate de: **director**

Ofertantul: **FCPC "DataControl" SRL** Adresa: **mun. Chișinău, str. N. Testemițanu 17/6**