

Specificații tehnice

Numărul procedurii de achiziție: ocds-b3wdp1-MD-1735287369911 din 10 ian 2025, 10:30 - 27 ian 2025, 9:00

Obiectul achiziției: Consumabile medicale pentru anul 2025

Cod CP V	Nr. d/o	Denumirea bunurilor/serviciilor	Denumirea modelului bunului/serviciului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
		1	2	3	4	5	6	7
		Bunuri/servicii						
331 400 00-3	6	Lot 6. Dispozitiv pentru ligaturare	HX-400U-30	Japonia	Olympus	cu laț detașabil diametrul >25mm și <40mm, lungimea nu mai mică de 230cm, pentru polipectomie endoscopică prin canalul endoscopului-de min2, 8mm. De unică folosință.	cu laț detașabil diametrul >25mm și <40mm, lungimea nu mai mică de 230cm, pentru polipectomie endoscopică prin canalul endoscopului-de min2, 8mm. De unică folosință. Diametrul 30mm, lungimea 230cm Canalul de lucru >=2.8mm	CE/ISO
331 400 00-3	7	Lot 7. Electroade combinat Tip ac+bila ceramica (hibrid).	MK-IT-4-235	China	Micro-Tech	Electrod hibrid combinat cu două tipuri de cuțite, pentru a acoperi toate etapele precum marcarea, pretăierea, incizia și disecția cu un cuțit de tip bilă ceramica și tip ac.	Electrod hibrid combinat cu două tipuri de cuțite, pentru a acoperi toate etapele precum marcarea, pretăierea, incizia și disecția cu un cuțit de tip bilă ceramica și tip ac. Varf de tip bila ceramica si canal pentru introducerea solutiei	CE/ISO
331 400 00-3	10	Lot 10. Forceps biopsie "fierbinte"	HBFO5-11023230	China	Micro-Tech	Forceps biopsie pentru diametru canalului de lucru 2,8-3,7mm (la cerere), cu diametru sculei numai mic de 2,6 mm, lungimea nu mai mică de 230 cm.	Forceps biopsie pentru diametru canalului de lucru 2,8-3,7mm (la cerere), cu diametru sculei numai mic de 2,6 mm, lungimea nu mai mică de 230 cm. Diametrul canalului >=2.8mm, lungimea 230cm	CE/ISO
331 400 00-3	11	Lot 11. Forceps biopsie colonoscop	EBF43(33)-11123230	China	Micro-Tech	Forceps biopsie colonoscop diametrul de 2.8 - 3.2 mm, cu ac, lungimea – 230 cm.	Forceps biopsie colonoscop diametrul de 2.8 - 3.2 mm, cu ac, lungimea – 230 cm. Canal de lucru >=2.8mm Lungimea 230cm	CE/ISO
331 400 00-3	12	Lot 12. Forceps biopsie gastroscop	EBF43(33)-11123180	China	Micro-Tech	Forceps biopsie gastroscop diametrul de 2,2-2,8mm,cu ac,lungimea: 160 -180 cm	Forceps biopsie gastroscop diametrul de 2,2-2,8mm,cu ac,lungimea: 160 -180 cm Canal de lucru >=2.8mm Lungimea 180cm	CE/ISO

331 400 00- 3	13	Lot 13. Forceps endoscopic pentru hemostaza prin coagulare	CF230-B	China	Micro-Tech	Forceps endoscopic pentru hemostaza prin coagulare, cu conector lateral. Deschiderea branselor 5-9mm. Lungimea 2300mm (+-10mm)	Forceps endoscopic pentru hemostaza prin coagulare, cu conector lateral. Deschiderea branselor 5-9mm. Lungimea 2300mm (+-10mm) Deschiderea 6.3mm Lungimea 2300mm	CE/ISO
331 400 00- 3	14	Lot 14. Forceps tip combinat "Aligator" si "dinte de soarece"	NGF33-11023230	China	Micro-Tech	Forceps tip combinat "Aligator" și "dinte de soarece" pentru îndălurarea corpilor străini , cu 2 dinți, bransele deschise >14mm compatibil cu canalul endoscopului de 2.8 mm, lungime 230 cm.	Forceps tip combinat "Aligator" și "dinte de soarece" pentru îndălurarea corpilor străini , cu 2 dinți, bransele deschise >14mm compatibil cu canalul endoscopului de 2.8 mm, lungime 230 cm. combinat dinte de soarece cu crocodil Canal de 2.8mm, lungimea 230mm	CE/ISO
331 400 00- 3	15	Lot 15. Forceps tip "pelican" pentru extragerea corpi straini	NT-E-30/23-P	China	Micro-Tech	Forceps tip "pelican" pentru extragerea corpi straini, bransele deschise > 17 mm, diametrul 2,5-2,8 mm, lungimea 160-280 cm	Forceps tip "pelican" pentru extragerea corpi straini, bransele deschise > 17 mm, diametrul 2,5-2,8 mm, lungimea 160-280 cm 30mm Diamtrul canalului >=2.8mm Lungimea 230cm	CE/ISO
331 400 00- 3	19	Lot 19. Papilotom tip 3 lumen, vârffiliform	DSP-30520-111211 DSP-30525-111211 DSP-30530-111211 + MT-RGL-O	China	Micro-Tech	Papilotom 3 lumen, vârffiliform 7-8 mm radiopac, rotativ, cu sistem de fixare a ghidului, lungimea de tăiere15-20-25-30 mm (la solicitare), diametrul 1.9 – 2.5 mm, lungimea 200 - 220 cm, cu două sau mai multe canale (contrastare+ghid).	Papilotom 3 lumen, vârffiliform 7-8 mm radiopac, rotativ, cu sistem de fixare a ghidului, lungimea de tăiere15-20-25-30 mm (la solicitare), diametrul 1.9 – 2.5 mm, lungimea 200 - 220 cm, cu două sau mai multe canale (contrastare+ghid). Cu 3 lumene, Canal de lucru >2.8mm, lungimea 200 cm, sistem de fixare a 2 ghiduri paralele	CE/ISO
331 400 00- 3	20	Lot 20. Papilotom canular biluminar	DSP-30020-111111 DSP-30020-111211 DSP-30025-111111 DSP-30025-111211 DSP-30030-111111 DSP-30030-111211	China	Micro-Tech	electrod de taiere arcuat 20 - 30 mm, lungime nu mai mic de 2000 mm.	electrod de taiere arcuat 20 - 30 mm, lungime nu mai mic de 2000 mm. 3 lumen, electrod de taiere 20-30mm, partial izolat	CE/ISO

Semnat:_____ Numele, Prenumele: **Alexandru Grabazei** În calitate de: **director**

Ofertantul: **FCPC "DataControl" SRL** Adresa: **mun. Chișinău, str. N. Testemițanu 17/6**