

Specificatii tehnice

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 2, 3, 4, 6, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 5,]

IMSP SCMS MPS

Numărul procedurii de achiziție: ocds-b3wdp1-MD-1705590850586 / 21155943 din 12.02.2024							
Denumirea procedurii de achiziție: Reagenti de laborator repetat						Lot: 2	Pagina 1 din 2
Cod CPV	Denumirea pozitie	Modelul articolului	Țara de origine	Produ-cătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
1	2	3	4	5	6	7	8
Lot 1 Marcheri hepatici							
1.1. Determinarea HBsAg		HBsAg-Cassette, nr.Catalog IHBsg-402	China	ALLTEST	Caseta. Metoda imunocromatografică calitativă. Determinarea rapidă prin test calitativ a markerilor hepatitei virale B: HBsAg. Specificitate > 95 %. Sensibilitate > 95%. Certificate de calitate de la producător, CE, IVD. Conform anxei 17, 18 la Ordinul MS 374 din 05.05.2014.	HBsAg - test Rapid. Caseta. Metoda imunocromatografică calitativă. Determinarea rapidă prin test calitativ a markerilor hepatitei virale B: HBsAg. Specificitate > 95 %. Sensibilitate > 95%. Certificate de calitate de la producător, CE, IVD. Conform anxei 17, 18 la Ordinul MS 374 din 05.05.2014. litate de la producător, CE, IVD. Inregistrat la AMDM cu nr.DM000377191	ISO, CE.
1. 2. Determinarea Anti-HCV		HCV-Cassette, nr.Catalog IHC-402	China	ALLTEST	Caseta. Metoda imunocromatografică calitativă. Determinarea rapidă prin test calitativ a markerilor hepatitei virale C: Anti-HCV. Specificitate > 95 %. Sensibilitate > 95%. Certificate de calitate de la producător, CE, IVD. Conform anxei 17, 18 la Ordinul MS 374 din 05.05.2014.	Anti HCV - Test Rapid. Caseta. Triplu test. Metoda imunocromatografică calitativă. Determinarea rapidă prin test calitativ a markerilor hepatitelor virale B și C: HBsAg, Anti-HBcor, Anti-HVC. Specificitate > 95 %. Sensibilitate > 95%. Certificate de calitate de la producător, CE, IVD. Conform anxei 17, 18 la Ordinul MS 374 din 05.05.2014. Inregistrat la AMDM cu nr.DM000377190	ISO, CE.
1.3. Determinarea Anti-HAV		HAV IgM-Cassette, nr.Catalog IHA-402	China	ALLTEST	Caseta. Metoda imunocromatografică calitativă. Determinarea rapidă prin test calitativ a markerilor hepatitei virale A: Anti-HAV. Specificitate > 95 %. Sensibilitate > 95%. Certificate de calitate de la producător, CE, IVD. Conform anxei 17, 18 la Ordinul MS 374 din 05.05.2014.	HAV- Test Rapid .Caseta. Metoda imunocromatografică calitativă. Determinarea rapidă prin test calitativ a markerilor hepatitei virale A: Anti-HAV. Specificitate > 95 %. Sensibilitate > 95%. Certificate de calitate de la producător, CE, IVD. Conform anxei 17, 18 la Ordinul MS 374 din 05.05.2014 . Inregistrat la AMDM cu nr.DM000377306	ISO, CE.

Nume: Varman Irina În calitate de: Administrator

Ofertantul: ProfilabDiagnostic SRL Adresa: mun. Chisinău, Dokuceaev 6. of.61

Semnat electron