

Specificații tehnice (F4.1)

Numărul procedurii de achiziție [ocds-b3wdp1-MD-1572532179763](#) din_06.10.2019

Denumirea procedurii de achiziție: Reactivi și consumabile pentru laboratoarele CSRGM

Cod CPV	Denumirea bunurilor	Modelul articolului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
1	2	3	4	5	6	7	8
33600000-6	Lotul 4 Slaid flacoane, volum de lucru-2,5-5,0ml, suprafața 9cm²	170920	Danemarca	Thermo Scientific (Nunc)	Slaid flacoane, volum de lucru-2,5-5,0ml, suprafața 9cm², flacoane transparente, sterile, apirogene, din polisterol, cu lama flaconului acoperită cu stratul pentru cultivarea celulelor, cu banda abrazivă pentru marcaj, testul ermetic. Destinația - pentru diagnostic.	Slaid flacoane, volum de lucru-2,5-5,0ml, suprafața 9cm², flacoane transparente, sterile, apirogene, din polisteren, cu lama flaconului acoperită cu stratul pentru cultivarea celulelor (Nunc Delta certified), cu banda abrazivă pentru marcaj, testul ermetic. Destinația - pentru utilizari de cercetare în laborator. Nota1: Nu exista reglementari care sa clasifice acest tip de dispozitiv, drept dispozitiv pentru diagnostic. Din toti producatorii din Uniunea Europeana (3 la numar) nici unul nu are certificare IVD, din simplul motiv ca nu exista cerinte pentru aceste tipuri de dispozitive. Orice alti producatori (IN SPECIAL ASIATICI) care aplica marcajul CE pe acest tip de dispozitive, o fac pur formal, fara baza legala. Nota 2: Unii producatori asiatici declara ca au certificare CE pentru acest dispozitiv si ca acesta poate fi utilizat in scopuri diagnostic, insa pe ambalaj nu aplica marcajul IVD si nu indica expres ca dispozitivul este destinat pentru diagnostic, fapt ce argumenteaza falsitatea declaratiilor sau certificatelor CE pe care le au pentru aceste dispozitive. Nota 3: Pentru a demonstra aplicatia “pentru diagnosticare”, va sugeram sa solicitati de la potentialul castigator care confirma ca dispozitivul oferat este	

						pentru diagnosticare, sa prezinte produsul in ambalaj si a indice locul de pe ambalaj unde este indicat expres ca dispozitivul oferat este destinat pentru diagnosticare	
33600000-6	Lotul 5 Flacoane culturale, volum 50ml/25cm2, sterile, PP, cu gît inclinat	156367	Danemarca	Thermo Scientific (Nunc)	Flacoane culturale, volum 50ml/25cm2, sterile, PP, cu gît inclinat	Flacoane culturale, volum 50ml/25cm2, sterile, polisteren, cu gît inclinat, capac cu filtru, Nunclon Delta certified	

Semnat: _____ Numele, prenumele: Ghenadie Rusu _____ În calitate de: ____Administrator_____
Ofertantul: _SRL Bio Analitica_ Adresa: str. Podul-Inalt, 20/2, of.10 , or. Chisinau_