

Raportul de Evaluare a ofertelor

Licitația №: **81/GD/T**

Denumirea Licitației: **Procurarea Data Logger de temperatură și umiditate
digital WiFi -40 °C...+ 80 °C – 15 unități**

Beneficiari: Institutul de Ftiziopneumologie „Chiril Draganiuc”

Numele Proiectului: **Consolidarea controlului Tuberculozei și reducerea
mortalității asociate SIDA în Republica Moldova**

Grant №: MDA-C-PCIMU

Data: 22 decembrie 2022

Nota informativă

Secțiunea I. Republica Moldova a primit un grant de la Fondul Global de Combatere a HIV/SIDA, Tuberculozei și Malariei (Grantul MDA-C-PCIMU), pentru susținerea Programului național de control al Tuberculozei (2022-2025). În acest scop au fost planificate mijloace financiare pentru contractarea unei companii pentru livrarea următoarelor bunuri de laborator:

**I. LOTUL „Data Logger de temperatură si umiditate digital WiFi
(- 40°C...+ 80°C) ” - 15 unități (IFP, Chișinău)**

Data Logger de temperatura si umiditate digital WiFi cu ecran LCD si senzor extern detașabil; de temperatura si umiditate, baterie/acumulator intern si sursa exterioara de alimentare (preferabil cu cablu de lungimea ~2 metri). Conexiunea WiFi va fi utilizata pentru sincronizarea datelor cu serverul sau cu platforma de stocare „cloud”. Sa includă soft gratuit pentru monitorizarea temperaturii si umidității cu posibilitatea de setare a alertelor prin e-mail.

Denumire produs	Specificatii tehnice minime
Data Logger de temperatură si umiditate digital WiFi -40 °C...+ 80 °C	Intervalul de temperatura măsurat: -40°C până la +80°C; afișarea temperaturii în grade Celsius; Rezoluția pentru temperatura: 0.1 °C; Eroarea pentru temperatura: max. 0.5 °C; Intervalul umidității : 0% RH până la 100% RH; Rezoluția pentru umiditate: 0.1% RH Eroarea pentru umiditate: max. 3% RH Memorie internă: min. 32,000 valori măsurate. Certificat metrologic/de etalonare pentru temperaturile -20°C, +5°C, +37°C

Furnizorul va fi responsabil de livrarea produselor la:

- Institutul de Ftiziopneumologie „Chiril Draganiuc”, Chișinău

Documentele de tender au fost elaborate în baza bugetului estimat pentru anul 2023 și a solicitării din partea IMSP IFP ”Ch. Draganiuc” (scrisoare de intrare nr.01-2/275 din 14.04.2022).

Documentele de tender au fost întocmite în baza documentelor tip a Băncii Mondiale, în conformitate cu Manualul Operațional al IP UCIMP DS.

Licitația a fost lansată la data de **23 noiembrie 2022**. Cererea ofertelor de prețuri a fost publicată pe platforma E-licitatie <https://e-licitatie.md/contract-notice/42379>

SECȚIUNEA – 2 DEPUNEREA OFERTELOR

La data limită de prezentare a ofertelor, 07.12.2022, orele 12.00, au fost prezentate ofertele de la următoarele companii:

1. Edelmed SRL, Moldova ;
2. Triumf-Motiv SRL, Moldova.

Licitația data a fost lansata inițial la data de 03.12.2021 pe pagina web www.ucimp.md cat si pe posta electronica (mesaj din 03.12.202), la care au fost prezentate 2 oferte si din cauza numărului insuficient de oferte cat si lipsa competitivității, s-a luat decizia de a relansa licitația.

La data de 08.06.2022 licitația a fost relansata pe posta electronica (mesaj electronic din 08.06.2022) cat si platforma e-licitatie cu deschiderea ofertelor planificata la data de 30.06.2022 (<https://e-licitatie.md/contract-notice/36553>), care s-a soldat cu zero oferte.

La data de 18.10.2022 licitatiea a fost relansata pentru a 3 oara, (<https://e-licitatie.md/contract-notice/41161>), care s-a soldat cu zero oferte. Au fost revizuite specificațiile tehnice cu beneficiarii finali.

La data de 23.11.2022 licitația a fost relansata pentru a 4 oara consecutiv, (<https://e-licitatie.md/contract-notice/42379>), la care au participat 2 operatori economici. S-a luat decizia de a efectua evaluarea tehnica a ofertelor depuse.

Oferta companiei Edelmed SRL a fost deschisa la data de 07.12.2022 pe platforma E-licitatie la ora 12.00.

In urma problemelor tehnice apărute pe platforma e-licitatie (mesaj electronic din 13.12.2022) si confirmării faptului ca a fost plasata încă o oferta in perioada de depunere a ofertelor conform SIA RSAP (mesaj electronic din 16.12.2022), deschiderea celei de a 2 oferte de la compania Triumf-Motiv a avut loc la data de 21.12.2022, după soluționarea problemelor tehnice survenite pe platforma. Oferta companiei Trium-Motiv este semnata electronic cu data de 07.12.2022, ora 10.46, ceea ce confirma faptul ca întrunește cerințele de depunere conform ITQ.

Prețurile au fost înregistrate in tabelul de deschidere a ofertelor. Copia ofertelor fost transmisă reprezentanților beneficiarului pentru evaluare tehnică.

Prețurile citite la deschiderea ofertelor:

Nr.	Denumire companie	Preț total oferit, MDL
1	Edelmed SRL	106,500.00
2	Trium-Motiv SRL	125,700.00

Examinarea Preliminară

Furnizor	Verificare	Eligibilitate	Oferta completă	Corespun dere substanțială	Acceptul pentru Examinarea detaliată
	1	2	3	4	5
Edelmed SRL	Da	Da	Da	Da	Da
Trium-Motiv SRL	Da	Da	Da	Da	Da

1. Ofertele companiilor au fost prezentate pe platforma e-licitatie <https://e-licitatie.md/contract-notice/42379> . Ofertele conțin semnat și parafat tabelul "Terms and conditions of supply" în conformitate cu cerințele stipulate în documentele de tender.

2. Furnizorii sunt din Republica Moldova și sunt eligibili pentru participarea la licitațiile finanțate de GFATM.

- Compania „**Edelmed**” SRL a prezentat Decizia privind înregistrarea persoanei fizice, dosar nr.1017600048164 care confirmă ca compania a fost înregistrată la data de 23/11/2017 la Oficiul Teritorial Chișinău. Extras din Registrul de stat al persoanelor juridice #496613 din 22/06/2022 – adresa juridică a companiei este str. Burebista 17A, of.119, mun.Chisinau, Republica Moldova, administratorul Latisev Anastasia (asociați: Latisev Anastasia, Rusu Victoria).

- Compania „**Triumf-Motiv SRL**” a prezentat Certificatul de înregistrare #MD0116725 care confirmă că compania a fost înregistrată în R. Moldova la data de 03/07/2012. Extras din Registrul de stat al persoanelor juridice #6349 din 14/04/2022 – adresa juridică a companiei este bd.Traian 18/1, ap 80, Chișinău, administratorul Jighili Tatiana (asociați: Jighili Tatiana).

3. Conform condițiilor și documentelor de licitație (ITQ) companiile trebuie să prezinte ofertele pentru toate pozițiile și toate companiile trebuie să prezinte câte o singură ofertă. Ofertele tuturor companiilor conțin toate documentele solicitate, Certificatele ISO pentru producătorul de bază și Certificatele EN de la producătorul de bază pentru fiecare produs.

4. Oferta companiei „**Edelmed SRL**” corespunde comercial și tehnic. Oferta acestei companii este acceptată pentru examinare detaliată.

Oferta companiei „**Trium-Motiv SRL**” corespunde comercial și tehnic. Oferta acestei companii este acceptată pentru examinare detaliată.

SECȚIUNEA – 3 EVALUAREA

Evaluarea tehnică a ofertelor efectuată de către Beneficiar este prezentată mai jos (raport de evaluare IFP din 21.12.2022).

Ofertele au fost evaluate în conformitate cu cerințele din caietul de sarcini, luând în considerare următoarele criterii: specificațiile tehnice minime, denumire, cantitate, pret unitar, pret total și termen de livrare.

S-a constatat:

- *Specificațiile tehnice oferite:* specificațiile tehnice declarate de ambele companii coincid cu cele solicitate.
- *Compania producătoare:* a fost menționată de către ambele companii;
- *Țara de origine:* a fost menționată de către ambele companii;
- *Certificat ISO:* a fost prezentat de către ambele companii;
- *Certificat de conformitate:* a fost prezentat de către ambele companii.

S-a recomandat:

1. De a considera oferta companiei „**Edelmed**” SRL pentru a fi luată în considerare pentru desemnarea finală a câștigătorului, ținând cont că aceasta companie a propus cel mai mic preț, conform criteriului de evaluare propus.


Analiza tehnică a ofertelor companiilor este prezentată în Anexa 1 la acest raport de evaluare.

Decizia Finală a Comisiei de Evaluare:

Din cele expuse mai sus Comisia de Evaluare propune încheierea contractului cu următoarea companie „**Edelmed**” SRL = 106,500.00 MDL.

12. Semnăturile membrilor comisiei de evaluare (în conformitate cu Ordinul MS nr. 1091 din 01.10.2018 "Privind formarea Comisiei de Evaluare a achizițiilor organizate de către IP "UCIMP DS" și Ordinul MS nr. 1160 din 18.10.2018):


Victor Volovei Director Executiv-interimar IP
"UCIMP DS", președintele Comisiei



Valeriu Crudu Șef LNR, IMSP IFP „Chiril
Draganiuc”, membru al comisiei



Victoria Petrica Coordonator de Proiect TB, IP
„UCIMP DS”, membru al comisiei



Chicu Cristina Specialist Procurări IP „UCIMP DS”,
membru al comisiei și secretar



Compararea corespunderii tehnice a ofertelor prezentate

1. Oferta companiei "Edelmed" SRL

Nr	Denumire	Cerințe minime	Oferta	Corespondere
1	Data Logger de temperatură și umiditate digital WiFi - 40 °C...+ 80 °C	Intervalul de temperatura măsurat: -40°C până la +80°C; afișarea temperaturii în grade Celsius; Rezoluția pentru temperatura: 0.1 °C; Eroarea pentru temperatura: max. 0.5 °C; Intervalul umidității : 0% RH până la 100% RH; Rezoluția pentru umiditate: 0.1% RH Eroarea pentru umiditate: max. 3% RH Memorie internă: min. 32,000 valori măsurate. Certificat metrologic/de etalonare pentru temperaturile -20°C, +5°C, +37°C	UbiBot, WS1 Pro + TH30S-B sensor Data Logger de temperatură digital cu WiFi Intervalul de măsurare : -40 ~ + 80°C Rezoluția pentru temperatura: 0.1 °C Eroarea pentru temperatura: -40~+80 max 0.3 °C Intervalul umidității : 0% RH până la 100% RH; Eroarea pentru umiditate: max ±2%RH Rezoluția pentru umiditate: 0.1% RH Memoria internă : 300 000 logguri Display 4,4" Sursa de alimentare 4 baterii AA/si sursa exterioara de alimentare prin cablu micro USB cu o lungime de 2 metri (5V, 2A) Acces gratuit la platforma cloud UbiBot IoT pentru salvarea tuturor datelor, setarea alertelor (inclusiv prin email), vizualizarea si analiza datelor.	Corespunde tehnic
	Cerințe obligatorii	- Certificat ISO 9001 al producătorului; - Certificat de conformitate (CE) sau echivalentul care confirmă calitatea produsului	Certificat ISO9001, CE Certificat de etalonare	

2: Oferta companiei "Triumf-Motiv" SRL

Nr	Denumire	Cerințe minime	Oferta	Corespun-dere
1	Data Logger de temperatură si umiditate digital WiFi - 40 °C...+ 80 °C	Intervalul de temperatura măsurat: -40°C până la +80°C; afișarea temperaturii în grade Celsius; Rezoluția pentru temperatura: 0.1 °C; Eroarea pentru temperatura: max. 0.5 °C; Intervalul umidității : 0% RH până la 100% RH; Rezoluția pentru umiditate: 0.1% RH Eroarea pentru umiditate: max. 3% RH Memorie interna: min. 32,000 valori măsurate. Certificat metrologic/de etalonare pentru temperaturile -20°C, +5°C, +37°C	Elitech / Jiangsu Jingchuang Electronics / China/ Model: RCW-360PW-THE Intervalul de temperatura măsurat: -40°C până la +80°C; afișarea temperaturii în grade Celsius; Rezoluția pentru temperatura: 0.1 °C; Eroarea pentru temperatura: max. 0.5 °C; Intervalul umidității : 0% RH până la 100% RH; Rezoluția pentru umiditate: 0.1% RH Eroarea pentru umiditate: max. 3% RH Memorie interna: min. 32,000 valori măsurate. Certificat metrologic/de etalonare pentru temperaturile -20°C, +5°C, +37°C	Corespunde tehnic
	Cerințe obligatorii	- Certificat ISO 9001 al producătorului; - Certificat de conformitate (CE) sau echivalentul care confirmă calitatea produsului	Certificate ISO9001, ISO14001, ISO45001 Declarație de conformitate; Certificat de calibrare	

