

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 3, 4, 5, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 2, 6, 8]

Numărul licitației:		ocds-b3wdp1-MD-1637761078234				Data: 01/01/2022		Alternati va nr.:
Denumirea licitației:		Necesarul de consumabile medicale (listă suplimentară) pentru anul 2022				Lot: _____		Pagina: __ din __
Cod CPV	Nr. Lot	Denumirea bunurilor/serviciilor	Denumirea modelului/serviciului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
1	2			4	5	6	7	8
33140 000-3	110	Cearșaf steril cu bord adeziv absorbant 100x70 cm (+/- 5cm) (+/-5cm) – 4 buc., jetabil	Adhesive drape SDP- 002	Turcia	Su Biyomedika l Sistemler ve Saglik Hizmetleri Sanayi ve Ticaret Anonim Sirketi	Din material nețesut, polistratificat, minim 3 straturi: • impermeabil; • absorbant cu zona de absorbtie pe toata suprafata 100x75 cm (+/-5cm) si capacitatea de absorbtie nu mai puțin de 42 g/m.p. • Strat confort (din celuloza) pentru pacient. Zona adezivă aplicată nemijlocit pe marginea câmpului, impregnată în țesătură, fără cute, capacitate aderentă 100%. Nu se va admite lipici cu fața dublă. Fără latex, fără colofoniu.	Din material nețesut, polistratificat, minim 3 straturi: • impermeabil; • absorbant cu zona de absorbtie pe toata suprafata 100x75 cm (+/-5cm) si capacitatea de absorbtie nu mai puțin de 42 g/m.p. • Strat confort (din celuloza) pentru pacient. Zona adezivă aplicată nemijlocit pe marginea câmpului, impregnată în țesătură, fără cute, capacitate aderentă 100%. Nu se va admite lipici cu fața dublă. Fără latex, fără colofoniu.	1. Certificat CE; 2. ISO 13486
33140 000-3	111	Cîmp chirurgical cu orificiu adeziv 75 x 90 cm	Adhesive Fnestrated drape SAFD- 078	Turcia	Su Biyomedika l Sistemler ve Saglik Hizmetleri Sanayi ve Ticaret Anonim Sirketi	Bistratificat, 75 x 90 cm, cu orificiu : Ø 6 cm. Zona adezivă aplicată nemijlocit pe marginea câmpului, impregnată în țesătură, fără cute, capacitate aderentă 100%. Nu se va admite lipici cu fața dublă. Fără latex, fără colofoniu.	Bistratificat, 75 x 90 cm, cu orificiu : Ø 6 cm. Zona adezivă aplicată nemijlocit pe marginea câmpului, impregnată în țesătură, fără cute, capacitate aderentă 100%. Nu se va admite lipici cu fața dublă. Fără latex, fără colofoniu.	1. Certificat CE; 2. ISO 13487

33140 000-3	112	Cîmp operații cerebrale neurochirurgie adulti steril jetabil	Brain Surgery Pack NCSP-003	Turcia	Su Biyomedika l Sistemler ve Saglik Hizmetleri Sanayi ve Ticaret Anonim Sirketi	Set cerebral, componente 1 set împachetat steril, ambalaj individual: 1. Câmp craniotomie 230x300 cm (+/-2 cm), aria de incizie transparenta 30x20 cm (+/-2 cm) , cu sac de colectare lichide, cu robinet, zonă superabsorbantă în aria de lucru - 1 buc. Material neșut absorbant, nu mai puțin de 42 g/m.p., polistratificat, minim 2 straturi, impermeabil. 2. Câmp absorbant 50x50 cm (+/-2 cm) - 4 buc. Material neșut absorbant, nu mai puțin de 42 g/m.p., polistratificat, minim 2 straturi, impermeabil. 3. Șervețele absorbante din celuloza 20x25cm (+/-2 cm) – 2 buc. Șervețele absorbante, fără scame, se exclude poliesterul sau SMS. 4. Panglica de operație minim 10x50 cm (+/-2 cm) – 1 buc. Impermeabila, absorbanta, cu lipici pe toată suprafața, liber de colofoniu. Pentru fixarea fermă a tuburilor și instrumentelor în timpul operației. 5. Câmp p/u masa tip Bobrov 190x280 cm (+/-2 cm) -1 buc. Sa fie plasata prima in set, deasupra celorlalte câmpuri si accesorii. Polistratificat, ranforsat in zona critica. 6. Câmp tip Mayo pentru masă de instrumente 80x145cm (+/-5 cm) – 2 buc., Impermeabil, absorbant, zonă absorbantă 65x85 cm (+/-5 cm), 3 straturi (se va exclude Mayo cu zonă hidrofobă). Pictogramă pentru ghidare. 7. Cateter de aspirație 12CH, minim 3 m – 1 buc. 8. Burete abraziv pentru instrumentele de coagulare, 5x5 cm (+/-2 cm) – 1 buc. 9. Seringa 20 ml, Luer lock – 3 buc. 10. Mânere pentru lampa de operație – 2 buc. 11. Tampon absorbant neurochirurgical, din material neșut, fără scame, hidrofil, cu indicator R-contrastant, dimensiuni 10 x 70 mm (+/-2mm) - 10 buc. 12. Bisturiu jetabil N15 – 1 buc. 13. Bisturiu jetabil N22 – 1 buc. 14. Buzunar cu banda adeziva pentru instrumentele de diatermie si aspirație – 1 buc. 15. Bol gradat 120 ml pentru ace utilizate – 1 buc 16. Husa microscop cu trei porturi, compatibil cu microscop Pentero 900 – 1 buc. 17. Forceps jetabil cu virf non-aderent pentru coagulator bipolar -1 buc. Design baioneta, compatibil cu cablul si aparatul de coagulare Erbe 200 /300 aflat în dotare.	Set cerebral, componente 1 set împachetat steril, ambalaj individual: 1. Câmp craniotomie 230x300 cm (+/-2 cm), aria de incizie transparenta 30x20 cm (+/-2 cm) , cu sac de colectare lichide, cu robinet, zonă superabsorbantă în aria de lucru - 1 buc. Material neșut absorbant, nu mai puțin de 42 g/m.p., polistratificat, minim 2 straturi, impermeabil. 2. Câmp absorbant 50x50 cm (+/-2 cm) - 4 buc. Material neșut absorbant, nu mai puțin de 42 g/m.p., polistratificat, minim 2 straturi, impermeabil. 3. Șervețele absorbante din celuloza 20x25cm (+/-2 cm) – 2 buc. Șervețele absorbante, fără scame, se exclude poliesterul sau SMS. 4. Panglica de operație minim 10x50 cm (+/-2 cm) – 1 buc. Impermeabila, absorbanta, cu lipici pe toată suprafața, liber de colofoniu. Pentru fixarea fermă a tuburilor și instrumentelor în timpul operației. 5. Câmp p/u masa tip Bobrov 190x280 cm (+/-2 cm) -1 buc. Sa fie plasata prima in set, deasupra celorlalte câmpuri si accesorii. Polistratificat, ranforsat in zona critica. 6. Câmp tip Mayo pentru masă de instrumente 80x145cm (+/-5 cm) – 2 buc., Impermeabil, absorbant, zonă absorbantă 65x85 cm (+/-5 cm), 3 straturi (se va exclude Mayo cu zonă hidrofobă). Pictogramă pentru ghidare. 7. Cateter de aspirație 12CH, minim 3 m – 1 buc. 8. Burete abraziv pentru instrumentele de coagulare, 5x5 cm (+/-2 cm) – 1 buc. 9. Seringa 20 ml, Luer lock – 3 buc. 10. Mânere pentru lampa de operație – 2 buc. 11. Tampon absorbant neurochirurgical, din material neșut, fără scame, hidrofil, cu indicator R-contrastant, dimensiuni 10 x 70 mm (+/-2mm) - 10 buc. 12. Bisturiu jetabil N15 – 1 buc. 13. Bisturiu jetabil N22 – 1 buc. 14. Buzunar cu banda adeziva pentru instrumentele de diatermie si aspirație – 1 buc. 15. Bol gradat 120 ml pentru ace utilizate – 1 buc 16. Husa microscop cu trei porturi, compatibil cu microscop Pentero 900 – 1 buc. 17. Forceps jetabil cu virf non-aderent pentru coagulator bipolar -1 buc. Design baioneta, compatibil cu cablul si aparatul de coagulare Erbe 200 /300 aflat în dotare.	1. Certificat CE; 2. ISO 13488
----------------	-----	--	-----------------------------	--------	---	---	---	-----------------------------------

33140 000-3	113	Cîmp operații spinale neurochirurgie adulti steril jetabil		Turcia	Su Biyomedika l Sistemler ve Saglik Hizmetleri Sanayi ve Ticaret Anonim Sirketi	Set spinal, componentele 1 set împachetat steril, ambalaj individual: 1. Câmp tip Mayo pentru masă de instrumente 145x79 cm (+/-2 cm) – 3 buc., Impermeabil, absorbant, zonă absorbantă minim 65x85 cm. Pictogramă pentru ghidare. 2. Câmp cu apertură adezivă absorbant 90x75 cm (+/-2 cm) – 2 buc., Material nețesut absorbant, nu mai puțin de 42 g/m.p., polistratificat, minim 2 straturi, impermeabil, zonă absorbantă minim 90x40 cm, cu nivelul absorbției majorat. Zona adezivă aplicată nemijlocit pe marginea câmpului, impregnată în țesătură, fără cute, capacitate aderentă 100%. Nu se va admite lipici cu fața dublă. Fără latex, fără colofoniu. 3. Șervețele absorbante din celuloza 20x25cm (+/-2 cm) – 4 buc. 4. Panglica de operație minim 10x50 cm (+/-2 cm) – 1 buc. Impermeabila, absorbanta, cu lipici pe toată suprafața, liber de colofoniu. Pentru fixarea fermă a tuburilor și instrumentelor în timpul operației. 5. Cearșaf cu bord adeziv 175x175 cm (+/-2 cm) – 1 buc., Material nețesut minim 4 straturi, nu mai puțin de 42 g/m.p., polistratificat, impermeabil, absorbant, zonă absorbantă minim 60x40 cm, cu nivelul absorbției majorat. Zona adezivă aplicată nemijlocit pe marginea câmpului, impregnată în țesătură, fără cute, capacitate aderentă 100%. Nu se propune lipici cu fața dublă. Fără latex, fără colofoniu. Pictogramă pentru ghidare. 6. Cearșaf steril cu apertură adezivă și câmp absorbant 240x150 cm (+/-2 cm) – 1 buc., material nețesut minim 4 straturi, nu mai puțin de 42 g/m.p., polistratificat, impermeabil, absorbant, zonă absorbantă minim 60x40 cm, cu nivelul absorbției majorat. Cu “Tube Holders” (orificii pentru fixarea tuburilor și firelor). Zona adezivă aplicată nemijlocit pe marginea câmpului, impregnată în țesătură, fără cute, capacitate aderentă 100%. Nu se va admite lipici cu fața dublă. Fără latex, fără colofoniu. Pictogramă pentru ghidare. 7. Câmp p/u masa tip Bobrov 190x280 cm (+/-2 cm) -1 buc. Sa fie plasata prima in set, deasupra celorlalte câmpuri si accesorii. Polistratificat, întărit în zona critica. 8. Cateter de aspirație 12CH – 1 buc. 9. Burete abraziv pentru instrumentele de coagulare, 5x5 cm (+/-2 cm) – 1 buc. 10. Seringa 20 ml, Luer lock – 3 buc. 11. Mânere sterile pentru lampa de operație – 2 buc. 12. Film de incizie transparent, adeziv, dimensiuni 30x26 cm (+/-2 cm), zona adeziva 30x20 cm – 1 buc. 13. Tampon absorbant neurochirurgical, din material netesut, fără scame, hidrofil, cu indicator R-contrastant, dimensiuni 12 x 70 mm (+/-2mm) - 10 buc. 14. Bisturiu jetabil N11 – 1 buc. 15. Bisturiu jetabil N22 – 1 buc. 16. Buzunar cu banda adeziva pentru instrumentele de diatermie si aspirație – 2 buc. 17. Bol gradat 120 ml pentru ace utilizate – 1 buc 18. Husa pentru C-arm 140 cm (+/-2 cm) – 1 buc. 19. Husa microscop cu trei porturi – 1 buc. 20. Forceps jetabil pentru coagulare bipolară -1 buc. Design drept, compatibil la aparatul de coagulare Erbe 200.	Set spinal, componentele 1 set împachetat steril, ambalaj individual: 1. Câmp tip Mayo pentru masă de instrumente 145x801 cm – 3 buc., Impermeabil, absorbant, zonă absorbantă minim 65x85 cm. Pictogramă pentru ghidare. 2. Câmp cu apertură adezivă absorbant 90x75 cm – 2 buc., Material nețesut absorbant, nu mai puțin de 42 g/m.p., polistratificat, minim 2 straturi, impermeabil, zonă absorbantă minim 90x40 cm, cu nivelul absorbției majorat. Zona adezivă aplicată nemijlocit pe marginea câmpului, impregnată în țesătură, fără cute, capacitate aderentă 100%. Nu se va admite lipici cu fața dublă. Fără latex, fără colofoniu. 3. Șervețele absorbante din celuloza 20x30cm – 4 buc. 4. Panglica de operație 10x50 cm – 1 buc. Impermeabila, absorbanta, cu lipici pe toată suprafața, liber de colofoniu. Pentru fixarea fermă a tuburilor și instrumentelor în timpul operației. 5. Cearșaf cu bord adeziv 175x175 cm – 1 buc., Material nețesut minim 4 straturi, nu mai puțin de 42 g/m.p., polistratificat, impermeabil, absorbant, zonă absorbantă minim 60x40 cm, cu nivelul absorbției majorat. Zona adezivă aplicată nemijlocit pe marginea câmpului, impregnată în țesătură, fără cute, capacitate aderentă 100%. Nu se propune lipici cu fața dublă. Fără latex, fără colofoniu. Pictogramă pentru ghidare. 6. Cearșaf steril cu apertură adezivă și câmp absorbant 240x150 cm – 1 buc., material nețesut minim 4 straturi, nu mai puțin de 42 g/m.p., polistratificat, impermeabil, absorbant, zonă absorbantă minim 60x40 cm, cu nivelul absorbției majorat. Cu “Tube Holders” (orificii pentru fixarea tuburilor și firelor). Zona adezivă aplicată nemijlocit pe marginea câmpului, impregnată în țesătură, fără cute, capacitate aderentă 100%. Nu se va admite lipici cu fața dublă. Fără latex, fără colofoniu. Pictogramă pentru ghidare. 7. Câmp p/u masa tip Bobrov 190x280 cm -1 buc. Sa fie plasata prima in set, deasupra celorlalte câmpuri si accesorii. Polistratificat, întărit în zona critica. 8. Cateter de aspirație 12CH – 1 buc. 9. Burete abraziv pentru instrumentele de coagulare, 5x5 cm – 1 buc. 10. Seringa 20 ml, Luer lock – 3 buc. 11. Mânere sterile pentru lampa de operație – 2 buc. 12. Film de incizie transparent, adeziv, dimensiuni 30x26 cm (+/-2 cm), zona adeziva 30x20 cm – 1 buc. 13. Tampon absorbant neurochirurgical, din material netesut, fără scame, hidrofil, cu indicator R-contrastant, dimensiuni 12 x 70 mm (+/-2mm) - 10 buc. 14. Bisturiu jetabil N11 – 1 buc. 15. Bisturiu jetabil N22 – 1 buc. 16. Buzunar cu banda adeziva pentru instrumentele de diatermie si aspirație – 2 buc. 17. Bol gradat 120 ml pentru ace utilizate – 1 buc 18. Husa pentru C-arm 140 cm (+/-2 cm) – 1 buc. 19. Husa microscop cu trei porturi – 1 buc. 20. Forceps jetabil pentru coagulare bipolară -1 buc. Design drept, compatibil la aparatul de coagulare Erbe 200.	1. Certificat CE; 2. ISO 13489
33140 000-3	114	Cîmp pentru masă de instrumente. Jetabil. Steril	Table Cover STC-014	Turcia	Su Biyomedika l Sistemler ve Saglik Hizmetleri Sanayi ve Ticaret Anonim Sirketi	240x200 cm (+/-10cm) – 1 buc., din material nețesut, polistratificat, minim 2 straturi: impermeabil; absorbant cu zona de absorbtie minim 75x240 cm (+/-5cm). Capacitatea de absorbtie nu mai puțin de 42 g/m.p. Rezistent la rupere.Ambalare per unitate cu plisare transversală.	240x200 cm – 1 buc., din material nețesut, polistratificat, minim 2 straturi: impermeabil; absorbant cu zona de absorbtie minim 75x240 cm. Capacitatea de absorbtie nu mai puțin de 42 g/m.p. Rezistent la rupere.Ambalare per unitate cu plisare transversală.	1. Certificat CE; 2. ISO 13490

33140 000-3	143	Halat chirurgical eurostandard XL ranforsat	Reinforced Surgical Gown SG- 002-4	Turcia	Su Biyomedika l Sistemler ve Saglik Hizmetleri Sanayi ve Ticaret Anonim Sirketi	1.Din material neşesut -fibre din polipropilenă,minim 3 tipuri de fibre-SMS; 2.Repelent,grosimea materialului SMS minim 35 g/m²; 3.Ranforsat la mânici,materialul ranforsării - film din polipropilenă și polietilenă,cu grosimea minim 40 g/m²; dimensiunile ranforsării la mânici cu lungimea minim 40cm(±3cm); 4.Ranforsat în față materialul ranforsării - film din polipropilenă și polietilenă,cu grosimea minim 33g/m²; dimensiunile ranforsării în față de la umeri la poale cu lungimea minim 75cm(±3cm); 5.Miineca cusută cu laser pentru a asigura impermeabilitatea la microbi și lichide,se va exclude măneca cusută cu acul,impermeabilitatea în zona ranforsării 100% ; 6.Lungimea mânicilor nu mai puțin de 60cm(±3cm),lungimea halatului nu mai puțin de 130cm (±3cm),din umeri până la poale,lățimea halatului în zona axilară minim 75cm(±3cm); 7.Ambalajul individual cu 2 șervețele absorbante de celuloză; 8.Ambalaj-sterilizare cu EO(nu Roentgen),termen de valabilitate nu mai mic de 5ani; 9.Marcaj CE,certificat EN13795;	1.Din material neşesut -fibre din polipropilenă,minim 3 tipuri de fibre-SMS; 2.Repelent,grosimea materialului SMS minim 35 g/m²; 3.Ranforsat la mânici,materialul ranforsării - film din polipropilenă și polietilenă,cu grosimea minim 40 g/m²; dimensiunile ranforsării la mânici cu lungimea minim 40cm(±3cm); 4.Ranforsat în față materialul ranforsării - film din polipropilenă și polietilenă,cu grosimea minim 33g/m²; dimensiunile ranforsării în față de la umeri la poale cu lungimea minim 75cm(±3cm); 5.Miineca cusută cu laser pentru a asigura impermeabilitatea la microbi și lichide,se va exclude măneca cusută cu acul,impermeabilitatea în zona ranforsării 100% ; 6.Lungimea mânicilor nu mai puțin de 60cm(±3cm),lungimea halatului nu mai puțin de 130cm (±3cm),din umeri până la poale,lățimea halatului în zona axilară minim 75cm(±3cm); 7.Ambalajul individual cu 2 șervețele absorbante de celuloză; 8.Ambalaj-sterilizare cu EO(nu Roentgen),termen de valabilitate nu mai mic de 5ani; 9.Marcaj CE,certificat EN13795;	1. Certificat CE; 2. ISO 13491
33140 000-3	144	Halat chirurgical eurostandard XXL ranforsat	Reinforced Surgical Gown SG- 002-5	Turcia	Su Biyomedika l Sistemler ve Saglik Hizmetleri Sanayi ve Ticaret Anonim Sirketi	1.Din material neşesut -fibre din polipropilen,minim 3 tipuri de fibre-SMS; 2.Repelent,grosimea materialului SMS minim 35 g/m²; 3.Ranforsat la miinici,materialul ranforsării -film din polipropilenă și polietilenă,cu grosimea minim 40 g/m²; dimensiunile ranforsării la miinici cu lungimea minim 40cm(±3cm); 4.Ranforsat în față materialul ranforsării -film din polipropilenă și polietilenă,cu grosimea minim 33g/m²; dimensiunile ranforsării în față de la umeri la poale cu lungimea minim 90cm(±3cm); 5.Miineca cusută cu laser pentru a asigura impermeabilitatea la microbi și lichide,se va exclude miineca cusută cu acul,impermeabilitatea în zona ranforsării 100% ; 6.Lungimea miinicilor nu mai puțin de 60cm(±3cm),lungimea halatului nu mai puțin de 155cm (±3cm),din umeri pină la poale,lățimea halatului în zona axilară minim 75cm(±3cm); 7.Ambalajul individual cu 2 șervețele absorbante de celuloză; 8.Ambalaj-sterilizare cu EO(nu Roentghen),termen de valabilitate nu mai mic de 5ani; 9.Marcaj CE,certificat EN13795;	1.Din material neşesut -fibre din polipropilen,minim 3 tipuri de fibre-SMS; 2.Repelent,grosimea materialului SMS minim 35 g/m²; 3.Ranforsat la miinici,materialul ranforsării -film din polipropilenă și polietilenă,cu grosimea minim 40 g/m²; dimensiunile ranforsării la miinici cu lungimea minim 40cm(±3cm); 4.Ranforsat în față materialul ranforsării -film din polipropilenă și polietilenă,cu grosimea minim 33g/m²; dimensiunile ranforsării în față de la umeri la poale cu lungimea minim 90cm(±3cm); 5.Miineca cusută cu laser pentru a asigura impermeabilitatea la microbi și lichide,se va exclude miineca cusută cu acul,impermeabilitatea în zona ranforsării 100% ; 6.Lungimea mfinicilor nu mai puțin de 60cm(±3cm),lungimea halatului nu mai puțin de 155cm (±3cm),din umeri pină la poale,lățimea halatului în zona axilară minim 75cm(±3cm); 7.Ambalajul individual cu 2 șervețele absorbante de celuloză; 8.Ambalaj-sterilizare cu EO(nu Roentghen),termen de valabilitate nu mai mic de 5ani; 9.Marcaj CE,certificat EN13795;	1. Certificat CE; 2. ISO 13492

33140 000-3	240	Set cardiovascular adulți steril jetabil	Cardiovascul ar Surgery Pack CVKP- 002	Turcia	Su Biyomedika l Sistemler ve Saglik Hizmetleri Sanayi ve Ticaret Anonim Sirketi	1. 1buc.: câmp Mayo pentru masa de operație, ranforsat, dimensiuni 80x145cm (±5 cm), zonă absorbantă 65x85 cm (±5 cm), 3 straturi (se va exclude Mayo cu zonă hidrofobă). Pictogramă pentru ghidare. 2. 4 buc.:Ștergare pentru mâini, 20x25 cm (±5 cm), din celuloză, absorbante, fără scame, se exclude poliesterul sau SMS. 3. 1 buc.: câmp de masă instrumentar - 150x190cm (+/-5cm), zona absorbantă – minim 190x75cm, 2 straturi, impermeabil. 4. 1 buc.: Sac pentru defibrilator, 30x40 cm (±5 cm), transparent, cu lipici, detașabil. 5. 1 buc.: Mâncă impermeabilă – lungime 50 cm (±5 cm), compusă din 2 straturi: strat impermeabil pe exterior ; strat absorbant pe interior, rezistente la rupere și împunsături; Mâneca cusută cu laser pentru a asigura impermeabilitatea la microbi și lichide, se va exclude mâneca cusută cu acul mânecă de poliester; 6. 4 perechi: Mănuși sterile, nepudrate (câte o pereche: N7; N7,5; N8, N8,5) - din cauciuc deproteinizat, non-alergene, rezistente la intervenții chirurgicale cu utilizarea ghidurilor metalice; apirogenice, rezistența la rupere – nu mai puțin de 18N, grosimea la degete - nu mai puțin de 0,27 mm; acoperit pe interior cu biogel pentru protecție dublă și rezistența la rupere, AQL – nu mai mare de 0,65 (AQL – standard de protecție a personalului medical în cadrul intervențiilor de lungă durată (nivelul de penetrare la microorganisme și lichide, substanțe chimice – conform standardului EN 374-2:2014)). 7. 1 buc.: Pansament absorbant, dimensiuni 10x35 cm (±5 cm), cu film transparent pentru monitorizarea răinii postoperator; superabsorbant – zona absorbantă minim 4x25cm; exterior impermeabil la lichide, viruși și bacterii, maleabil; 8. 2 buc.: Susținător de cablu velcro, minim 2x30 cm, cu lipici, detașabil. 9. 1 buc.: Pernuță pentru curățarea forcepsului de coagulare, dimensiuni minime 5x5cm, abraziv gentil; 10. 1 pereche: Bahile pereche, dimensiuni 35x30 cm (±5 cm), din material bistratificat, cu lipici pentru ajustarea mărimii individuale. 11. 2 buc.: Cearșaf cu bord adeziv - 75x75 cm (±5 cm), Triplu stratificat pe toata suprafata : strat celuloza confort pentru pacient, strat impermeabil, strat absorbant, cu bord adeziv impregnat (nu se va accepta lipici cu 2 fețe), bordul adeziv aplicat nemijlocit pe marginea câmpului pentru evitarea acumulării de lichide. 12. 1 buc.: Cearșaf cu absorbant perineal – dimensiuni 200x260 cm (±5 cm), compus din minim 3 straturi bine delimitate: a) strat confort pentru pacient, din celuloză.; b) strat impermeabil; c) strat absorbant pe toată suprafața. Despicătură urogenitală 20x100cm (±5 cm) cu bord adeziv impregnat (nu se va accepta lipici cu 2 fețe), bordul adeziv aplicat nemijlocit pe marginea câmpului pentru evitarea acumulării de lichide, absorbant perineal 2-straturi atașat. 13. 1 buc.: Cearșaf toracic – dimensiuni 200/300x330cm(±5 cm), aria de incizie cu film integrat 30x40 cm(±3 cm). Cearșaf compus din trei straturi pe toata suprafața, zona critică 50x140cm(±5 cm) compusă din minim 4 straturi bine delimitate: a) strat confort pentru pacient, din celuloză; b)strat impermeabil pe toată suprafața; c) strat impermeabil ranforsat + aria superabsorbantă în zona critica. Film de incizie integrat, canale integrate pentru fixarea tuburilor, minim 4 saci din polietilenă integrate cu cearșaful, pictograme	1. 1buc.: câmp Mayo pentru masa de operație, ranforsat, dimensiuni 80x145cm, zonă absorbantă 65x85 cm 3 straturi (se va exclude Mayo cu zonă hidrofobă). Pictogramă pentru ghidare. 2. 4 buc.:Ștergare pentru mâini, 20x30cm, din celuloză, absorbante, fără scame, se exclude poliesterul sau SMS. 3. 1 buc.: câmp de masă instrumentar - 150x190cm, zona absorbantă – minim 190x75cm, 2 straturi, impermeabil. 4. 1 buc.: Sac pentru defibrilator, 30x40 cm, transparent, cu lipici, detașabil. 5. 1 buc.: Mâncă impermeabilă – lungime 50 cm, compusă din 2 straturi: strat impermeabil pe exterior ; strat absorbant pe interior, rezistente la rupere și împunsături; Mâneca cusută cu laser pentru a asigura impermeabilitatea la microbi și lichide, se va exclude mâneca cusută cu acul mânecă de poliester; 6. 4 perechi: Mănuși sterile, nepudrate (câte o pereche: N7; N7,5; N8, N8,5) - din cauciuc deproteinizat, non-alergene, rezistente la intervenții chirurgicale cu utilizarea ghidurilor metalice; apirogenice, rezistența la rupere – nu mai puțin de 18N, grosimea la degete - nu mai puțin de 0,27 mm; acoperit pe interior cu biogel pentru protecție dublă și rezistența la rupere, AQL – nu mai mare de 0,65 (AQL – standard de protecție a personalului medical în cadrul intervențiilor de lungă durată (nivelul de penetrare la microorganisme și lichide, substanțe chimice – conform standardului EN 374-2:2014)). 7. 1 buc.: Pansament absorbant, dimensiuni 10x35 cm, cu film transparent pentru monitorizarea răinii postoperator; superabsorbant – zona absorbantă minim 4x25cm; exterior impermeabil la lichide, viruși și bacterii, maleabil; 8. 2 buc.: Susținător de cablu velcro, 2x30 cm, cu lipici, detașabil. 9. 1 buc.: Pernuță pentru curățarea forcepsului de coagulare, dimensiuni minime 5x5cm, abraziv gentil; 10. 1 pereche: Bahile pereche, dimensiuni 35x30 cm (±5 cm), din material bistratificat, cu lipici pentru ajustarea mărimii individuale. 11. 2 buc.: Cearșaf cu bord adeziv - 75x75 cm, Triplu stratificat pe toata suprafata : strat celuloza confort pentru pacient, strat impermeabil, strat absorbant, cu bord adeziv impregnat (nu se va accepta lipici cu 2 fețe), bordul adeziv aplicat nemijlocit pe marginea câmpului pentru evitarea acumulării de lichide. 12. 1 buc.: Cearșaf cu absorbant perineal – dimensiuni 200x260 cm, compus din minim 3 straturi bine delimitate: a) strat confort pentru pacient, din celuloză.; b) strat impermeabil; c) strat absorbant pe toată suprafața. Despicătură urogenitală 20x100cm cu bord adeziv impregnat (nu se va accepta lipici cu 2 fețe), bordul adeziv aplicat nemijlocit pe marginea câmpului pentru evitarea acumulării de lichide, absorbant perineal 2-straturi atașat. 13. 1 buc.: Cearșaf toracic – dimensiuni 200/300x330cm, aria de incizie cu film integrat 30x40 cm. Cearșaf compus din trei straturi pe toata suprafața, zona critică 50x140cm compusă din minim 4 straturi bine delimitate: a) strat confort pentru pacient, din celuloză; b)strat impermeabil pe toată suprafața; c) strat impermeabil ranforsat + aria superabsorbantă în zona critica. Film de incizie integrat, canale integrate pentru fixarea tuburilor, minim 4 saci din polietilenă integrate cu cearșaful, pictograme pentru ghidare. Rezistent la instrumente chirurgicale grele. 14. 1 buc.: Cearșaf pentru masa de operație 150x240cm, zonă absorbantă 80x240cm; Compus din minim 2 straturi: a)strat impermeabil, ranforsat; b)strat absorbant. 15. 2 buc.: Huse pentru lichid - 40x35 cm, transparente, din polietilenă, cu lipici, detașabile. 16. 3 buc.: Panglici de operație - 10x50 cm, Impermeabile, absorbante, cu lipici pe toată suprafața, pentru fixarea fermă a tuburilor și instrumentelor în timpul operației.	1. Certificat CE; 2. ISO 13497
----------------	-----	---	---	--------	---	---	--	--------------------------------------

33140 000-3	241	Set cardiovascular By-pass steril jetabil	By-Pass Surgery Pack CVKP-002-1	Turcia	Su Biyomedika l Sistemler ve Saglik Hizmetleri Sanayi ve Ticaret Anonim Sirketi	1. 1 buc.: Câmp Mayo pentru masa de operație, ranforsat, dimensiuni 80x145cm (±5 cm), zonă absorbantă 65x85 cm (±5 cm), 3 straturi (se va exclude Mayo cu zonă hidrofobă). Pictogramă pentru ghidare. 2. 8 buc.:Ștergare pentru mâini, 20x25 cm (±5 cm), din celuloză, absorbante, fără scame, se exclude poliesterul sau SMS. 3. 1 buc.: Câmp de masă instrumental - 150x190cm (+/-5cm), zona absorbantă – minim 190x75cm, 2 straturi, impermeabil. 4. 1 buc.: Sac pentru defibrilator, 30x40 cm (±5 cm), transparent, cu lipici, detașabil. 5. 1 buc.: Măneacă impermeabilă – lungime 50 cm (±5 cm), compusă din 2 straturi: strat impermeabil pe exterior ; strat absorbant pe interior, rezistente la rupere și împunsături; Măneca cusută cu laser pentru a asigura impermeabilitatea la microbi și lichide, se va exclude măneca cusută cu acul măneacă de poliester; 6. 4 perechi: Mănuși sterile, nepudrate (câte o pereche: N7; N7,5; N8, N8,5) - din cauciuc deproteinizat, non-alergene, rezistente la intervenții chirurgicale cu utilizarea ghidurilor metalice; apirogenice, rezistența la rupere – nu mai puțin de 18N, grosimea la degete - nu mai puțin de 0,27 mm; acoperit pe interior cu biogel pentru protecție dublă și rezistența la rupere, AQL – nu mai mare de 0,65 (AQL – standard de protecție a personalului medical în cadrul intervențiilor de lungă durată (nivelul de penetrare la microorganisme și lichide, substanțe chimice – conform standardului EN 374-2:2014)). 7. 1 buc.: Pansament absorbant, dimensiuni 10x35 cm (±5 cm), cu film transparent pentru monitorizarea rănii postoperator; superabsorbant – zona absorbantă minim 4x25cm; exterior impermeabil la lichide, viruși și bacterii, maleabil; 8. 2 buc.: Susținător de cablu velcro, minim 2x30 cm, cu lipici, detașabil. 9. 1 buc.: Pernuță pentru curățarea forcepsului de coagulare, dimensiuni minime 5x5cm, abraziv gentil; 10. 1 pereche: Bahile pereche, dimensiuni 35x30 cm (±5 cm), din polietilena, transparente, cu lipici pentru ajustarea mărimii individuale. 11. 2 buc.: Cearșaf cu bord adeziv - 75x75 cm (±5 cm), Triplu stratificat pe toată suprafața : strat celuloza confort pentru pacient, strat impermeabil, strat absorbant, cu bord adeziv impregnat (nu se va accepta lipici cu 2 fețe), bordul adeziv aplicat nemijlocit pe marginea câmpului pentru evitarea acumulării de lichide. 12. 3 buc.: Cearșaf cu bord adeziv - 100x100cm (±5 cm), Triplu stratificat pe toată suprafața : strat celuloza confort pentru pacient, strat impermeabil, strat absorbant, cu bord adeziv impregnat (nu se va accepta lipici cu 2 fețe), bordul adeziv aplicat nemijlocit pe marginea câmpului pentru evitarea acumulării de lichide. 13. 1 buc.: Cearșaf pentru masa de operație - 200x280cm(±5 cm), zonă absorbantă 80x280cm (±5 cm); Compus din minim 2 straturi: a) strat impermeabil, ranforsat; b) strat absorbant, nu mai puțin de 20 g/m2. 14. 1 buc.: Cearșaf toracic – dimensiuni 200/300x350cm(±5 cm), 3 arii de incizie: 30x40 cm (±5 cm) și două arii 15x110 cm (±5 cm). Cearșaf compus din trei straturi pe toata suprafata, zona critica 50x100cm(±5 cm) compusă din minim 4 straturi bine delimitate: a) strat confort pentru pacient, din celuloză; b)strat impermeabil pe toată suprafața; c) strat impermeabil ranforsat + aria superabsorbantă în zona critica. Film de	1. 1 buc.: Câmp Mayo pentru masa de operație, ranforsat, dimensiuni 80x145cm, zonă absorbantă 65x85 cm, 3 straturi (se va exclude Mayo cu zonă hidrofobă). Pictogramă pentru ghidare. 2. 8 buc.:Ștergare pentru mâini, 20x30 cm, din celuloză, absorbante, fără scame, se exclude poliesterul sau SMS. 3. 1 buc.: Câmp de masă instrumental - 150x190cm, zona absorbantă – minim 190x75cm, 2 straturi, impermeabil. 4. 1 buc.: Sac pentru defibrilator, 30x40 cm, transparent, cu lipici, detașabil. 5. 1 buc.: Măneacă impermeabilă – lungime 50 cm, compusă din 2 straturi: strat impermeabil pe exterior ; strat absorbant pe interior, rezistente la rupere și împunsături; Măneca cusută cu laser pentru a asigura impermeabilitatea la microbi și lichide, se va exclude măneca cusută cu acul măneacă de poliester; 6. 4 perechi: Mănuși sterile, nepudrate (câte o pereche: N7; N7,5; N8, N8,5) - din cauciuc deproteinizat, non-alergene, rezistente la intervenții chirurgicale cu utilizarea ghidurilor metalice; apirogenice, rezistența la rupere – nu mai puțin de 18N, grosimea la degete - nu mai puțin de 0,27 mm; acoperit pe interior cu biogel pentru protecție dublă și rezistența la rupere, AQL – nu mai mare de 0,65 (AQL – standard de protecție a personalului medical în cadrul intervențiilor de lungă durată (nivelul de penetrare la microorganisme și lichide, substanțe chimice – conform standardului EN 374-2:2014)). 7. 1 buc.: Pansament absorbant, dimensiuni 10x35 cm, cu film transparent pentru monitorizarea rănii postoperator; superabsorbant – zona absorbantă minim 4x25cm; exterior impermeabil la lichide, viruși și bacterii, maleabil; 8. 2 buc.: Susținător de cablu velcro, minim 2x30 cm, cu lipici, detașabil. 9. 1 buc.: Pernuță pentru curățarea forcepsului de coagulare, dimensiuni minime 5x5cm, abraziv gentil; 10. 1 pereche: Bahile pereche, dimensiuni 35x30 cm, din polietilena, transparente, cu lipici pentru ajustarea mărimii individuale. 11. 2 buc.: Cearșaf cu bord adeziv - 75x75 cm, Triplu stratificat pe toată suprafața : strat celuloza confort pentru pacient, strat impermeabil, strat absorbant, cu bord adeziv impregnat (nu se va accepta lipici cu 2 fețe), bordul adeziv aplicat nemijlocit pe marginea câmpului pentru evitarea acumulării de lichide. 12. 3 buc.: Cearșaf cu bord adeziv - 100x100cm, Triplu stratificat pe toată suprafața : strat celuloza confort pentru pacient, strat impermeabil, strat absorbant, cu bord adeziv impregnat (nu se va accepta lipici cu 2 fețe), bordul adeziv aplicat nemijlocit pe marginea câmpului pentru evitarea acumulării de lichide. 13. 1 buc.: Cearșaf pentru masa de operație - 200x280cm, zonă absorbantă 80x280cm; Compus din minim 2 straturi: a) strat impermeabil, ranforsat; b) strat absorbant, nu mai puțin de 20 g/m2. 14. 1 buc.: Cearșaf toracic – dimensiuni 200/300x350cm, 3 arii de incizie: 30x40 cm și două arii 15x110 cm. Cearșaf compus din trei straturi pe toata suprafata, zona critica 50x100cm compusă din minim 4 straturi bine delimitate: a) strat confort pentru pacient, din celuloză; b)strat impermeabil pe toată suprafața; c) strat impermeabil ranforsat + aria superabsorbantă în zona critica. Film de incizie integrat, canale integrate pentru fixarea tuburilor, minim 4 saci din polietilenă integrate cu cearșaful, pictograme pentru ghidare. Rezistent la instrumente chirurgicale grele. 15. 1 buc.: Cearșaf pentru masa de operație 150x240cm, zonă absorbantă 80x240cm; Compus din minim 2 straturi: a) strat impermeabil, ranforsat; b) strat absorbant. 16. 2 buc.: Huse pentru lichid - 40x35 cm, transparente, din polietilenă, cu lipici, detașabile. 17. 3 buc.: Panglici de operație - 10x50 cm – 3 buc. Impermeabile, absorbante, cu lipici pe toată	1. Certificat CE; 2. ISO 13498
----------------	-----	--	---------------------------------------	--------	---	---	--	--------------------------------------

33140 000-3	242	Set cardiovascular copii steril jetabil	Children's cardiovascular surgery pack CVKP- 001	Turcia	Su Biyomedika l Sistemler ve Saglik Hizmetleri Sanayi ve Ticaret Anonim Sirketi	1. 1 buc.: Câmp Mayo pentru masa de operație, ranforsat, dimensiuni 80x145cm (±5 cm), zonă absorbantă 65x85 cm (±5 cm), 3 straturi (se va exclude Mayo cu zonă hidrofobă). Pictogramă pentru ghidare. 2. 4 buc.: Ștergare pentru mâini, 20x25 cm (±5 cm), din celuloză, absorbante, fără scame, se exclude poliesterul sau SMS. 3. 1 buc.: câmp de masă instrumental - 150x190cm (+/-5cm), zona absorbantă – minim 190x75cm, 2 straturi, impermeabil. 4. 1 buc.: Sac pentru defibrilator, 30x40 cm (±5 cm), transparent, cu lipici, detașabil. 5. 1 buc.: Mâncă impermeabilă – lungime 50 cm (±5 cm), compusă din 2 straturi: strat impermeabil pe exterior ; strat absorbant pe interior, rezistente la rupere și împunsături; Mâneca cusută cu laser pentru a asigura impermeabilitatea la microbi și lichide, se va exclude mâneca cusută cu acul mânecă de poliester; 6. 4 perechi: Mănuși sterile, nepudrate (câte o pereche: N7; N7,5; N8, N8,5) - din cauciuc deproteinizat, non-alergene, rezistente la intervenții chirurgicale cu utilizarea ghidurilor metalice; apirogenice, rezistența la rupere – nu mai puțin de 18N, grosimea la degete - nu mai puțin de 0,27 mm; acoperit pe interior cu biogel pentru protecție dublă și rezistența la rupere, AQL – nu mai mare de 0,65 (AQL – standard de protecție a personalului medical în cadrul intervențiilor de lungă durată (nivelul de penetrare la microorganisme și lichide, substanțe chimice – conform standardului EN 374-2:2014)). 7. 1 buc.: Pansament absorbant, dimensiuni 10x35 cm (±5 cm), cu film transparent pentru monitorizarea rănii postoperator; superabsorbant – zona absorbantă minim 4x25cm; exterior impermeabil la lichide, viruși și bacterii, maleabil; 8. 2 buc.: Susținător de cablu velcro, minim 2x30 cm, cu lipici, detașabil. 9. 1 buc.: Pernuță pentru curățarea forcepsului de coagulare, dimensiuni minime 5x5cm, abraziv gentil; 10. 1 pereche: Bahile pereche, dimensiuni 35x30 cm (±5 cm), din material bistratificat, cu lipici pentru ajustarea mărimii individuale. 11. 2 buc.: Cearșaf cu bord adeziv - 75x75 cm (±5 cm), Triplu stratificat pe toata suprafata : strat celuloza confort pentru pacient, strat impermeabil, strat absorbant, cu bord adeziv impregnat (nu se va accepta lipici cu 2 fețe), bordul adeziv aplicat nemijlocit pe marginea câmpului pentru evitarea acumulării de lichide. 12. 1 buc.: Cearșaf cu absorbant perineal – dimensiuni 200x260 cm (±5 cm), despicătură urogenitală 20x100cm (±5 cm) cu bord adeziv impregnat (nu se va accepta lipici cu 2 fețe), bordul adeziv aplicat nemijlocit pe marginea câmpului pentru evitarea acumulării de lichide, absorbant perineal atașat. Compus din minim 3 straturi bine delimitate: a) strat confort pentru pacient, din celuloză.; b) strat impermeabil; c) strat absorbant pe toată suprafața. 13. 1 buc.: Cearșaf toracic – dimensiuni 200x300 (±5 cm), aria de incizie 10x15cm(±3 cm), compus din minim trei straturi bine delimitate: a) strat impermeabil pe toată suprafața; b) strat confort din celuloza pe toată suprafața; c) strat absorbant in zona critica 50x80cm(±5 cm); 14. 1 buc.:Film de incizie transparent, dimensiuni 40x40 (±5 cm). 15. 1 buc.: Cearșaf pentru masa de operație 150x240cm(±5 cm), zonă absorbantă	1. 1 buc.: Câmp Mayo pentru masa de operație, ranforsat, dimensiuni 80x145cm, zonă absorbantă 65x85 cm, 3 straturi (se va exclude Mayo cu zonă hidrofobă). Pictogramă pentru ghidare. 2. 4 buc.: Ștergare pentru mâini, 20x30 cm, din celuloză, absorbante, fără scame, se exclude poliesterul sau SMS. 3. 1 buc.: câmp de masă instrumental - 150x190cm, zona absorbantă – minim 190x75cm, 2 straturi, impermeabil. 4. 1 buc.: Sac pentru defibrilator, 30x40 cm, transparent, cu lipici, detașabil. 5. 1 buc.: Mâncă impermeabilă – lungime 50 cm, compusă din 2 straturi: strat impermeabil pe exterior ; strat absorbant pe interior, rezistente la rupere și împunsături; Mâneca cusută cu laser pentru a asigura impermeabilitatea la microbi și lichide, se va exclude mâneca cusută cu acul mânecă de poliester; 6. 4 perechi: Mănuși sterile, nepudrate (câte o pereche: N7; N7,5; N8, N8,5) - din cauciuc deproteinizat, non-alergene, rezistente la intervenții chirurgicale cu utilizarea ghidurilor metalice; apirogenice, rezistența la rupere – nu mai puțin de 18N, grosimea la degete - nu mai puțin de 0,27 mm; acoperit pe interior cu biogel pentru protecție dublă și rezistența la rupere, AQL – nu mai mare de 0,65 (AQL – standard de protecție a personalului medical în cadrul intervențiilor de lungă durată (nivelul de penetrare la microorganisme și lichide, substanțe chimice – conform standardului EN 374-2:2014)). 7. 1 buc.: Pansament absorbant, dimensiuni 10x35 cm, cu film transparent pentru monitorizarea rănii postoperator; superabsorbant – zona absorbantă minim 4x25cm; exterior impermeabil la lichide, viruși și bacterii, maleabil; 8. 2 buc.: Susținător de cablu velcro, minim 2x30 cm, cu lipici, detașabil. 9. 1 buc.: Pernuță pentru curățarea forcepsului de coagulare, dimensiuni minime 5x5cm, abraziv gentil; 10. 1 pereche: Bahile pereche, dimensiuni 35x30 cm, din material bistratificat, cu lipici pentru ajustarea mărimii individuale. 11. 2 buc.: Cearșaf cu bord adeziv - 75x75 cm, Triplu stratificat pe toata suprafata : strat celuloza confort pentru pacient, strat impermeabil, strat absorbant, cu bord adeziv impregnat (nu se va accepta lipici cu 2 fețe), bordul adeziv aplicat nemijlocit pe marginea câmpului pentru evitarea acumulării de lichide. 12. 1 buc.: Cearșaf cu absorbant perineal – dimensiuni 200x260 cm, despicătură urogenitală 20x100cm cu bord adeziv impregnat (nu se va accepta lipici cu 2 fețe), bordul adeziv aplicat nemijlocit pe marginea câmpului pentru evitarea acumulării de lichide, absorbant perineal atașat. Compus din minim 3 straturi bine delimitate: a) strat confort pentru pacient, din celuloză.; b) strat impermeabil; c) strat absorbant pe toată suprafața. 13. 1 buc.: Cearșaf toracic – dimensiuni 200x300, aria de incizie 10x15cm, compus din minim trei straturi bine delimitate: a) strat impermeabil pe toată suprafața; b) strat confort din celuloza pe toată suprafața; c) strat absorbant in zona critica 50x80cm; 14. 1 buc.:Film de incizie transparent, dimensiuni 40x40. 15. 1 buc.: Cearșaf pentru masa de operație 150x240cm, zonă absorbantă 80x240cm; Compus din minim 2 straturi: a)strat impermeabil, ranforsat; b)strat absorbant. 16. 2 buc.: Huse pentru lichid - 40x35 cm, transparente, din polietilenă, cu lipici, detașabile. 17. 3 buc.: Panglici de operație - 10x50 cm – 3 buc. Impermeabile, absorbante, cu lipici pe toată suprafața, pentru fixarea fermă a tuburilor și instrumentelor în timpul operației. 18. 2 buc.: Halat chirurgical XXL - a) Din material nețesut, fibre de polipropilen, minim 3 tipuri de fibre –SMS; b) Repelent, grosimea materialului SMS minim 35 g/m²; c) Mâneca cusută cu laser pentru a	1. Certificat CE; 2. ISO 13499
----------------	-----	---	--	--------	---	---	---	--------------------------------------

33140 000-3	243	Set surgical mare p/u operații cu risc sporit de lichide, jetabil	General surgery pack GSP-014-3	Turcia	Su Biyomedika l Sistemler ve Saglik Hizmetleri Sanayi ve Ticaret Anonim Sirketi	1.Camp Mayo pentru masă de instrumente 145x80 cm (+/-10cm) – 1 buc., Impermeabil, absorbant, zonă absorbantă minim 65x85 cm(+/-5cm). Pictogramă pentru ghidare. 2.Cearșaf cu bord adeziv și câmp absorbant 90x75 cm(+/-5cm) – 2 buc., Material nețesut minim 4 straturi, nu mai puțin de 42 g/m.p., Polistratificat, impermeabil, zona câmpului absorbant minim 90x40 cm(+/-5cm), cu nivelul absorbției majorat. Zona adezivă aplicată nemijlocit pe marginea câmpului, impregnată în țesătură, fără cute, capacitate aderentă 100%. Nu se va admite lipici cu fața dublă. Fără latex, fără colofoniu. 3.Servețele absorbante sterile din celuloza 20x25cm – 4 buc. 4.Panglica de operație minim 10x50 cm (±5 cm) – 1 buc. Impermeabila, absorbanta, cu lipici pe toată suprafața, liber de colofoniu. Pentru fixarea fermă a tuburilor și instrumentelor în timpul operației. 5.Cearșaf cu bord adeziv și câmp absorbant 175x175 cm (+/-10cm) – 1 buc., Material nețesut minim 4 straturi, nu mai puțin de 42 g/m.p., Polistratificat, impermeabil, zona câmpului absorbant minim 60x40 cm, cu nivelul absorbției majorat. Zona adezivă aplicată nemijlocit pe marginea câmpului, impregnată în țesătură, fără cute, capacitate aderentă 100%. Nu se va admite lipici cu fața dublă. Fără latex, fără colofoniu. Pictogramă pentru ghidare. 6.Cearșaf steril cu bord adeziv și câmp absorbant 240x150 cm (+/-10cm) – 1 buc.,Material nețesut minim 4 straturi, nu mai puțin de 42 g/m.p., Polistratificat, impermeabil, absorbant, zona câmpului absorbant minim 60x40 cm, cu nivelul absorbției majorat. Cu “Tube Holders” (orificii pentru fixare tuburilor și firelor). Zona adezivă aplicată nemijlocit pe marginea câmpului, impregnată în țesătură, fără cute, capacitate aderentă 100%. Nu se va admite lipici cu fața dublă. Fără latex, fără colofoniu. Pictogramă pentru ghidare. 7.Cearșaf absorbant pentru pacient 150x190 cm (+/-10cm) – 1 buc., zona de absorbtie minim 75x190 cm (+/-5cm). 2 straturi, impermeabil, absorbant. 8..Ambalaj-sterilizare cu EO(nu Roentgen),termen de valabilitate nu mai mic de 2ani; 9.Marcaj CE,certificat EN13795;	1.Camp Mayo pentru masă de instrumente 145x80 cm (+/-10cm) – 1 buc., Impermeabil, absorbant, zonă absorbantă minim 65x85 cm(+/-5cm). Pictogramă pentru ghidare. 2.Cearșaf cu bord adeziv și câmp absorbant 90x75 cm(+/-5cm) – 2 buc., Material nețesut minim 4 straturi, nu mai puțin de 42 g/m.p., Polistratificat, impermeabil, zona câmpului absorbant minim 90x40 cm(+/-5cm), cu nivelul absorbției majorat. Zona adezivă aplicată nemijlocit pe marginea câmpului, impregnată în țesătură, fără cute, capacitate aderentă 100%. Nu se va admite lipici cu fața dublă. Fără latex, fără colofoniu. 3.Servețele absorbante sterile din celuloza 20x25cm – 4 buc. 4.Panglica de operație minim 10x50 cm (±5 cm) – 1 buc. Impermeabila, absorbanta, cu lipici pe toată suprafața, liber de colofoniu. Pentru fixarea fermă a tuburilor și instrumentelor în timpul operației. 5.Cearșaf cu bord adeziv și câmp absorbant 175x175 cm (+/-10cm) – 1 buc., Material nețesut minim 4 straturi, nu mai puțin de 42 g/m.p., Polistratificat, impermeabil, zona câmpului absorbant minim 60x40 cm, cu nivelul absorbției majorat. Zona adezivă aplicată nemijlocit pe marginea câmpului, impregnată în țesătură, fără cute, capacitate aderentă 100%. Nu se va admite lipici cu fața dublă. Fără latex, fără colofoniu. Pictogramă pentru ghidare. 6.Cearșaf steril cu bord adeziv și câmp absorbant 240x150 cm (+/-10cm) – 1 buc.,Material nețesut minim 4 straturi, nu mai puțin de 42 g/m.p., Polistratificat, impermeabil, absorbant, zona câmpului absorbant minim 60x40 cm, cu nivelul absorbției majorat. Cu “Tube Holders” (orificii pentru fixare tuburilor și firelor). Zona adezivă aplicată nemijlocit pe marginea câmpului, impregnată în țesătură, fără cute, capacitate aderentă 100%. Nu se va admite lipici cu fața dublă. Fără latex, fără colofoniu. Pictogramă pentru ghidare. 7.Cearșaf absorbant pentru pacient 150x190 cm (+/-10cm) – 1 buc., zona de absorbtie minim 75x190 cm (+/-5cm). 2 straturi, impermeabil, absorbant. 8..Ambalaj-sterilizare cu EO(nu Roentgen),termen de valabilitate nu mai mic de 2ani; 9.Marcaj CE,certificat EN13795;	1. Certificat CE; 2. ISO 13500
----------------	-----	--	--------------------------------------	--------	---	--	--	--------------------------------------

33140 000-3	244	Set chirurgical standard steril	General Surgery Pack GSP-014-2	Turcia	Su Biyomedika l Sistemler ve Saglik Hizmetleri Sanayi ve Ticaret Anonim Sirketi	1. Camp Mayo pentru masă de instrumente 145x80 cm (+/-10cm) – 1 buc., Impermiabil, absorbant, zonă absorbantă minim 65x85 cm(+/-5cm). Pictogramă pentru ghidare. 2. Cearșaf steril cu bord adeziv și câmp absorbant 240x150 cm (+/-10cm) – 1 buc.,Material neșesut minim 3 straturi bine delimitate, polistratificat, impermiabil, zona câmpului absorbant minim 60x40 cm, cu nivelul absorbției mediu. Cu “Tube Holders” (orificii pentru fixare tuburilor și firelor). Zona adezivă aplicată nemijlocit pe marginea câmpului, impregnată în țesătură, fără cute, capacitate aderentă 100%. Nu se va admite lipici cu fața dublă. Fără latex, fără colofoniu. Pictogramă pentru ghidare. 3.Cearșaf cu bord adeziv și câmp absorbant 175x175 cm (+/-10cm) – 1 buc., Material neșesut minim 3 straturi bine delimitate, Polistratificat, impermeabil, zona câmpului absorbant minim 60x40 cm, cu nivelul absorbției mediu. Zona adezivă aplicată nemijlocit pe marginea câmpului, impregnată în țesătură, fără cute, capacitate aderentă 100%. Nu se va admite lipici cu fața dublă. Fără latex, fără colofoniu. Pictogramă pentru ghidare. 4. Cearșaf cu bord adeziv și câmp absorbant 90x75 cm(+/-5cm) – 2 buc., Material neșesut minim 3 straturi bine delimitate, polistratificat, impermiabil, zona câmpului absorbant minim 90x40 cm(+/-5cm), cu nivelul absorbției mediu. Zona adezivă aplicată nemijlocit pe marginea câmpului, impregnată în țesătură, fără cute, capacitate aderentă 100%. Nu se va admite lipici cu fața dublă. Fără latex, fără colofoniu. 5. Servetele absorbante sterile din celuloza 20x25cm – 4 buc. 6.Panglica de operație minim 20x25 cm (±5 cm) – 1 buc. Impermeabila, absorbanta, cu lipici pe toată suprafața, liber de colofoniu. Pentru fixarea fermă a tuburilor și instrumentelor în timpul operației. 7.Ambalaj-sterilizare cu EO(nu Roentgen),termen de valabilitate nu mai mic de 2ani; 8.Marcaj CE,certificat EN13795;	1. Camp Mayo pentru masă de instrumente 145x80 cm (+/-10cm) – 1 buc., Impermiabil, absorbant, zonă absorbantă minim 65x85 cm(+/-5cm). Pictogramă pentru ghidare. 2. Cearșaf steril cu bord adeziv și câmp absorbant 240x150 cm (+/-10cm) – 1 buc.,Material neșesut minim 3 straturi bine delimitate, polistratificat, impermiabil, zona câmpului absorbant minim 60x40 cm, cu nivelul absorbției mediu. Cu “Tube Holders” (orificii pentru fixare tuburilor și firelor). Zona adezivă aplicată nemijlocit pe marginea câmpului, impregnată în țesătură, fără cute, capacitate aderentă 100%. Nu se va admite lipici cu fața dublă. Fără latex, fără colofoniu. Pictogramă pentru ghidare. 3.Cearșaf cu bord adeziv și câmp absorbant 175x175 cm (+/-10cm) – 1 buc., Material neșesut minim 3 straturi bine delimitate, Polistratificat, impermeabil, zona câmpului absorbant minim 60x40 cm, cu nivelul absorbției mediu. Zona adezivă aplicată nemijlocit pe marginea câmpului, impregnată în țesătură, fără cute, capacitate aderentă 100%. Nu se va admite lipici cu fața dublă. Fără latex, fără colofoniu. Pictogramă pentru ghidare. 4. Cearșaf cu bord adeziv și câmp absorbant 90x75 cm(+/-5cm) – 2 buc., Material neșesut minim 3 straturi bine delimitate, polistratificat, impermiabil, zona câmpului absorbant minim 90x40 cm(+/-5cm), cu nivelul absorbției mediu. Zona adezivă aplicată nemijlocit pe marginea câmpului, impregnată în țesătură, fără cute, capacitate aderentă 100%. Nu se va admite lipici cu fața dublă. Fără latex, fără colofoniu. 5. Servetele absorbante sterile din celuloza 20x25cm – 4 buc. 6.Panglica de operație minim 20x25 cm (±5 cm) – 1 buc. Impermeabila, absorbanta, cu lipici pe toată suprafața, liber de colofoniu. Pentru fixarea fermă a tuburilor și instrumentelor în timpul operației. 7.Ambalaj-sterilizare cu EO(nu Roentgen),termen de valabilitate nu mai mic de 2ani; 8.Marcaj CE,certificat EN13795;	1. Certificat CE; 2. ISO 13501
33140 000-3	261	Set ORL pentru 5 operații, jetabil	ENT Surgery pack	Turcia	Su Biyomedika l Sistemler ve Saglik Hizmetleri Sanayi ve Ticaret Anonim Sirketi	1. cimp steril cu bord adeziv 140x110 cm (+/-10cm), gaură 7x45 cm) -5 buc. Polistratificat, minim 3 straturi: impermeabil, absorbant, strat confort pe interior. Pictograme pentru ghidare. Zona adezivă aplicată nemijlocit pe marginea câmpului, impregnată în țesătură, fără cute, capacitate de aderență 100%. Nu se va admite lipici cu fața dublă. Fără latex, fără colofoniu. 2. cimp de masa 210x100cm (+/-10cm) - 5 buc. 3. servetele absorbante (20x20 cm) - 20 buc. 4. cerasaf combinat pentru masa de instrumente 140x80 cm (+/-10cm) (Mayo) - 1 buc.- impermiabil, absorbant, zona abserbanta minim 65x85 cm (+/-5cm). Pictograma pentru ghidare.	1. cimp steril cu bord adeziv 140x110 cm (+/-10cm), gaură 7x45 cm) -5 buc. Polistratificat, minim 3 straturi: impermeabil, absorbant, strat confort pe interior. Pictograme pentru ghidare. Zona adezivă aplicată nemijlocit pe marginea câmpului, impregnată în țesătură, fără cute, capacitate de aderență 100%. Nu se va admite lipici cu fața dublă. Fără latex, fără colofoniu. 2. cimp de masa 210x100cm (+/-10cm) - 5 buc. 3. servetele absorbante (20x20 cm) - 20 buc. 4. cerasaf combinat pentru masa de instrumente 140x80 cm (+/-10cm) (Mayo) - 1 buc.- impermiabil, absorbant, zona abserbanta minim 65x85 cm (+/-5cm). Pictograma pentru ghidare.	1. Certificat CE; 2. ISO 13502
33140 000-3	264	Set pentru nefrostoma percutanata 10FR	Percutan Nefroctomy Pack UNSP- 001	Turcia	Su Biyomedika l Sistemler ve Saglik Hizmetleri Sanayi ve Ticaret Anonim Sirketi	Set pentru nefrostomie percutanata , sonda tip PIGTAL,dilatator cu teaca detasabila,ghidj 0,38x80cm,ac de punctie cu mandren 18sx20cm,seringa luerlok,bisturiu,Flansa de fixare,patch-uri de fixare steril.	Set pentru nefrostomie percutanata , sonda tip PIGTAL,dilatator cu teaca detasabila,ghidj 0,38x80cm,ac de punctie cu mandren 18sx20cm,seringa luerlok,bisturiu,Flansa de fixare,patch-uri de fixare steril.	1. Certificat CE; 2. ISO 13503

33140 000-3	265	Set pentru operații proctologice mici,jetabil	General Surgery Pack GSP-012-11	Turcia	Su Biyomedikal Sistemler ve Saglik Hizmetleri Sanayi ve Ticaret Anonim Sirketi	1. Camp Mayo pentru masă de instrumente 145x80 cm (+/-10cm) – 1 buc., Impermeabil, absorbant, zonă absorbantă minim 65x85 cm(+/-5cm). Pictogramă pentru ghidare. 2. Cîmp de masă (210x100 cm) (+/-10cm) -1 buc.; Polistratificat, minim 2 straturi: impermeabil, absorbant. 3.Cîmp steril cu bord adeziv (140x110 cm) (+/-10cm) - 2 buc. Polistratificat, minim 3 straturi: impermeabil, absorbant, strat confort pe interior. Pictograme pentru ghidare. Zona adezivă aplicată nemijlocit pe marginea câmpului, impregnată în țesătură, fără cute, capacitate de aderență 100%. Nu se va admite lipici cu fața dublă. Fără latex, fără colofoniu . 4. Cearșaf steril cu bord adeziv 100x75 cm(+/-5cm) – 2 buc., Polistratificat, minim 3 straturi: impermeabil, absorbant, strat confort pe interior. Pictograme pentru ghidare. Zona adezivă aplicată nemijlocit pe marginea câmpului, impregnată în țesătură, fără cute, capacitate de aderență 100%. Nu se va admite lipici cu fața dublă. Fără latex, fără colofoniu . 5.Servețele absorbante sterile din celuloza 20x25cm – 2 buc.	1. Camp Mayo pentru masă de instrumente 145x80 cm – 1 buc., Impermeabil, absorbant, zonă absorbantă minim 65x85 cm. Pictogramă pentru ghidare. 2. Cîmp de masă 200x100 cm -1 buc.; Polistratificat, minim 2 straturi: impermeabil, absorbant. 3.Cîmp steril cu bord adeziv 150x100 cm - 2 buc. Polistratificat, minim 3 straturi: impermeabil, absorbant, strat confort pe interior. Pictograme pentru ghidare. Zona adezivă aplicată nemijlocit pe marginea câmpului, impregnată în țesătură, fără cute, capacitate de aderență 100%. Nu se va admite lipici cu fața dublă. Fără latex, fără colofoniu . 4. Cearșaf steril cu bord adeziv 100x75 cm – 2 buc., Polistratificat, minim 3 straturi: impermeabil, absorbant, strat confort pe interior. Pictograme pentru ghidare. Zona adezivă aplicată nemijlocit pe marginea câmpului, impregnată în țesătură, fără cute, capacitate de aderență 100%. Nu se va admite lipici cu fața dublă. Fără latex, fără colofoniu . 5.Servețele absorbante sterile din celuloza 20x30cm – 2 buc.	1. Certificat CE; 2. ISO 13504
33140 000-3	270	Set pentru traheostomie transcutana	Percutaneous Tracheostomy Kit UNSP-002	Turcia	Su Biyomedikal Sistemler ve Saglik Hizmetleri Sanayi ve Ticaret Anonim Sirketi	Trusa de traheostomie percutana care permite inserarea canulei de traheostomie prin metoda Seldinger , compusa din: • Bisturiu, • Seringa de 10ml,• Ansamblu canula IV 14G • Forceps dilatator tip „Griggs” • Fir ghid cu varf in “J” si aplicator cu varf detasabil • Dilatator • Canula de traheostomie cu balonas care trebuie sa intruneasca urmatoarele caracteristici: , termosensibil ce asigura o rigiditate initiala suficienta in momentul inserarii, pentru a deveni flexibila la temperatura corpului ,cu varf conic rotunjit. - Obturator cu varf conic rotunjit atraumatic, prevazut la capatul proximal cu cleme de fixare pentru a inlatura miscarea varfului obturatorului in momentul inserarii canulei, cu canal central pentru inserarea ghidului. • Balonasul trebuie sa fie: impermeabil la gaze, cu volum redus, sa fie fabricat dintr-un material moale, sa se muleze pe canula la insertie sau suprimare. • Banda de fixare. Mărimea canulei traheostomice 7.5-9.0 (cu specificarea în solicitare)	Trusa de traheostomie percutana care permite inserarea canulei de traheostomie prin metoda Seldinger , compusa din: • Bisturiu, • Seringa de 10ml,• Ansamblu canula IV 14G • Forceps dilatator tip „Griggs” • Fir ghid cu varf in “J” si aplicator cu varf detasabil • Dilatator • Canula de traheostomie cu balonas care trebuie sa intruneasca urmatoarele caracteristici: , termosensibil ce asigura o rigiditate initiala suficienta in momentul inserarii, pentru a deveni flexibila la temperatura corpului ,cu varf conic rotunjit. - Obturator cu varf conic rotunjit atraumatic, prevazut la capatul proximal cu cleme de fixare pentru a inlatura miscarea varfului obturatorului in momentul inserarii canulei, cu canal central pentru inserarea ghidului. • Balonasul trebuie sa fie: impermeabil la gaze, cu volum redus, sa fie fabricat dintr-un material moale, sa se muleze pe canula la insertie sau suprimare. • Banda de fixare. Mărimea canulei traheostomice 7.5-9.0 (cu specificarea în solicitare)	1. Certificat CE; 2. ISO 13505

33140 000-3	272	Set steril jetabil pentru intervenții diagnostice	Disposable Sterile Angiography Pack 801- 005-S	Turcia	3Teks Tekstil Gıda Ithalat İhracat Sanayi ve Ticaret Limited Sirketi	1. 1 buc.: Câmp angiografie - 240x330cm (+/-5cm), integru, impermeabil 100% pe toată suprafața. a) Zona critică - ranforsat triplu stratificat, cu grad înalt de absorbție, dimensiuni minime: 70x70cm, cu 2 orificii de 7x10cm (+/-3cm), cu bord adeziv impregnat în jurul orificiilor (nu se va accepta lipici cu 2 fețe). b) Zona semi-critică absorbantă, minim 100x220cm. c) Margini laterale transparente, dim. 70x220cm. Toate zonele câmpului vor asigura 100% etanșeitate, vor fi sigilate termic, să nu se dezlipească în mediu uscat și/sau lichid. 2. 1 buc.: câmp cu bord adeziv - 50x50cm(+/-5cm). Triplu stratificat pe toata suprafata : a) strat celuloza confort pentru pacient, b) strat impermeabil, c) strat absorbant; cu bord adeziv impregnat (nu se va accepta lipici cu 2 fețe), bordul adeziv aplicat nemijlocit pe marginea câmpului pentru evitarea acumulării de lichide. 3. 1 buc.: husă tub radiologic C-arm, circulară, 75 cm din polietilenă, transparentă, cu elastic. 4. Husă ecran circular 140 cm; 5. 1 buc.: câmp superabsorbant - 34x50cm (+/-5cm), extra-absorbant, polistratificat, minim 6 straturi absorbante, cu bandă adezivă, capacitatea de absorbție - minim 500ml lichide. 6. 1 buc.: câmp de masă - 150x190cm (+/-5cm), zona absorbantă – minim 75x190cm, 2 straturi, a) impermeabil, b) absorbant. 7. 2X boluri de 100- 120ml transparent 8. Bol tip renal 9. Recipient polipropilena 2500 ml cu aripioare 10. minim 4 Servetele celuloza 40x50cm (+/-5cm) 11. Forceps 12 cm (+/-2cm) verde din plastic 12. bol 250ml gradat cu capac 13. forceps pentru albituri 12cm (+/-2cm) 14. minim 2 X halate sterile chirurgicale XL, lungimea minicilor nu mai puțin de 16 cm (+/- 3cm), lungimea halatului numai puțin de 130 cm (+/- 3cm) din umeri pina la poale, latimea halatului in zona axilara minim 75 cm (+/- 3cm) 12. Seringă luerlock 20 ml rezistent[la proceduri sub presiune alunecarea glisant[a pistonului, se va exclue setringile cu miscare sacadata. *Certificat CE și declarație de conformitate în funcție de evaluarea conformității cu anexele corespunzătoare pentru produsul oferit – valabil - copie confirmată prin semnătura Participantului. *Certificat ISO 13485 cu anexele corespunzătoare pentru produsul oferit – valabil - copie confirmată prin semnătura Participantului. *Catalogul producătorului/prospecte/documente tehnice de confirmare a specificațiilor tehnice pentru produsul oferit pe suport hirtie – copie – confirmată prin semnătura Participantului. * În ofertă se va indica codul produsului oferit pentru a putea fi identificat conform catalogului prezentat. *Confirmarea precum la livrare termenul de valabilitate a produsului va fi nu mai mic de 80% din termenul total de valabilitate a acestuia	1. 1 buc.: Câmp angiografie - 240x330cm, integru, impermeabil 100% pe toată suprafața. a) Zona critică - ranforsat triplu stratificat, cu grad înalt de absorbție, dimensiuni minime: 70x70cm, cu 2 orificii de 7x10cm (+/-3cm), cu bord adeziv impregnat în jurul orificiilor (nu se va accepta lipici cu 2 fețe). b) Zona semi-critică absorbantă, minim 100x220cm. c) Margini laterale transparente, dim. 70x220cm. Toate zonele câmpului vor asigura 100% etanșeitate, vor fi sigilate termic, să nu se dezlipească în mediu uscat și/sau lichid. 2. 1 buc.: câmp cu bord adeziv - 50x50cm(+/-5cm). Triplu stratificat pe toata suprafata : a) strat celuloza confort pentru pacient, b) strat impermeabil, c) strat absorbant; cu bord adeziv impregnat (nu se va accepta lipici cu 2 fețe), bordul adeziv aplicat nemijlocit pe marginea câmpului pentru evitarea acumulării de lichide. 3. 1 buc.: husă tub radiologic C-arm, circulară, 75 cm din polietilenă, transparentă, cu elastic. 4. Husă ecran circular 140 cm; 5. 1 buc.: câmp superabsorbant - 34x50cm (+/-5cm), extra-absorbant, polistratificat, minim 6 straturi absorbante, cu bandă adezivă, capacitatea de absorbție - minim 500ml lichide. 6. 1 buc.: câmp de masă - 150x190cm (+/-5cm), zona absorbantă – minim 75x190cm, 2 straturi, a) impermeabil, b) absorbant. 7. 2X boluri de 100- 120ml transparent 8. Bol tip renal 9. Recipient polipropilena 2500 ml cu aripioare 10. minim 4 Servetele celuloza 40x50cm (+/-5cm) 11. Forceps 12 cm (+/-2cm) verde din plastic 12. bol 250ml gradat cu capac 13. forceps pentru albituri 12cm (+/-2cm) 14. minim 2 X halate sterile chirurgicale XL, lungimea minicilor nu mai puțin de 16 cm (+/- 3cm), lungimea halatului numai puțin de 130 cm (+/- 3cm) din umeri pina la poale, latimea halatului in zona axilara minim 75 cm (+/- 3cm) 12. Seringă luerlock 20 ml rezistent[la proceduri sub presiune alunecarea glisant[a pistonului, se va exclue setringile cu miscare sacadata. *Certificat CE și declarație de conformitate în funcție de evaluarea conformității cu anexele corespunzătoare pentru produsul oferit – valabil - copie confirmată prin semnătura Participantului. *Certificat ISO 13485 cu anexele corespunzătoare pentru produsul oferit – valabil - copie confirmată prin semnătura Participantului. *Catalogul producătorului/prospecte/documente tehnice de confirmare a specificațiilor tehnice pentru produsul oferit pe suport hirtie – copie – confirmată prin semnătura Participantului. * În ofertă se va indica codul produsului oferit pentru a putea fi identificat conform catalogului prezentat. *Confirmarea precum la livrare termenul de valabilitate a produsului va fi nu mai mic de 80% din termenul total de valabilitate a acestuia	1. Certificat CE; 2. ISO 13506
----------------	-----	---	--	--------	---	--	---	--------------------------------------

33140 000-3	273	Set steril jetabil pentru intervenții endovasculare majore	Disposable Sterile Femoral Radial Angiography pack 801- 007-S	Turcia	3Teks Tekstil Gıda İthalat İhracat Sanayi ve Ticaret Limited Sirketi	1. 1 buc.: Câmp angiografie - 240x330cm (+/-5cm), integru, impermeabil 100% pe toată suprafața. a) Zona critică - ranforsat triplu stratificat, cu grad înalt de absorbție, dimensiuni minime: 240x80cm, cu 4 orificii: 2 orificii de 8x10cm (+/-3cm) și 2 orificii de 5x7cm (+/-3cm), cu bord adeziv impregnat în jurul orificiilor (nu se va accepta lipici cu 2 fețe). b) Zona semi-critică absorbantă, minim 100x220cm. c) Margini laterale transparente, dim. 70x220cm. Toate zonele câmpului vor asigura 100% etanșeitate, vor fi sigilate termic, să nu se dezlipească în mediu uscat și/sau lichid. 2. 1 buc.: câmp superabsorbant - 35x45cm (+/-5cm), extra-absorbant, polistratificat, minim 6 straturi, cu bandă adezivă, capacitatea de absorbție - minim 500ml lichide. 3. 1 buc.: câmp cu bord adeziv - 50x50cm(+/-5cm). Triplu stratificat pe toata suprafata : strat celuloza confort pentru pacient, strat impermeabil, strat absorbant, cu bord adeziv impregnat (nu se va accepta lipici cu 2 fețe), bordul adeziv aplicat nemijlocit pe marginea câmpului pentru evitarea acumulării de lichide. 4. 1 buc.: câmp de masă instrumentar - 150x190cm (+/-5cm), zona absorbantă – minim 190x75cm, 2 straturi, impermeabil. 5. 4 buc.: șervețele pentru mâini, din celuloză, minim 30x40cm. 6. 3 buc.: Halat chirurgical XL - a) Din material nețesut, fibre de polipropilen, minim 3 tipuri de fibre –SMS; b) Repelent, grosimea materialului SMS minim 35 g/m²; c) Mâneca cusută cu laser pentru a asigura impermeabilitatea la microbi și lichide, se va exclude mâneca cusută cu acul; d) Lungimea mânecilor de 60cm (±3cm), lungimea halatului (din umeri până la poale) - 130 cm (+/-5cm), lățimea halatului în zona axilară 75cm (±3cm). 7. minim 3 perechi: Mănuși sterile, nepudrate (mărimi: N7,5 – 2 pereche; N8,0 – 1 pereche) - din cauciuc deproteinizat, non-alergene, rezistente la intervenții chirurgicale cu utilizarea ghidurilor metalice; apirogenice, rezistența la rupere – nu mai puțin de 18N, grosimea la degete - nu mai puțin de 0,27 mm; acoperit pe interior cu biogel pentru protecție dublă și rezistența la rupere, AQL – nu mai mare de 0,65 (AQL – standard de protecție a personalului medical în cadrul intervențiilor de lungă durată (nivelul de penetrare la microorganisme și lichide, substanțe chimice – conform standardului EN 374-2:2014)). 8. 2 buc.: husă ecran circulară - 140cm din polietilenă, transparentă, cu elastic. 9. 1 buc.: husă tub radiologic C-arm, circulară, 75 cm din polietilenă, transparentă, cu elastic. 10. 1 buc.: Bol 120 ml din polipropilen, gradat, transparent, cu filet și capac, înălțimea minim 7cm, Inscriptionat cu eticheta “risc biologic”. 11. 1 buc.: Bol minim 100 ml din polipropilen, transparent. 12. 1 buc.: Bol minim 250 ml din polipropilen, color. 13. 1 buc.: Bol renal minim 800 ml. 14. 1 buc.: Forceps – 15cm (+/-3cm). 15. 1 buc.: Clamă – 10cm (+/-3cm). 16. 1 buc.: Tăviță 2500 ml, rotundă, din polipropilen, color, cu „aripioare“, înălțimea minim 9cm (+/-1cm) – pentru asigurarea poziției ferme a ghidului metalic și prevenirea	1. 1 buc.: Câmp angiografie - 240x330cm (+/-5cm), integru, impermeabil 100% pe toată suprafața. a) Zona critică - ranforsat triplu stratificat, cu grad înalt de absorbție, dimensiuni minime: 240x80cm, cu 4 orificii: 2 orificii de 8x10cm (+/-3cm) și 2 orificii de 5x7cm (+/-3cm), cu bord adeziv impregnat în jurul orificiilor (nu se va accepta lipici cu 2 fețe). b) Zona semi-critică absorbantă, minim 100x220cm. c) Margini laterale transparente, dim. 70x220cm. Toate zonele câmpului vor asigura 100% etanșeitate, vor fi sigilate termic, să nu se dezlipească în mediu uscat și/sau lichid. 2. 1 buc.: câmp superabsorbant - 35x45cm (+/-5cm), extra-absorbant, polistratificat, minim 6 straturi, cu bandă adezivă, capacitatea de absorbție - minim 500ml lichide. 3. 1 buc.: câmp cu bord adeziv - 50x50cm(+/-5cm). Triplu stratificat pe toata suprafata : strat celuloza confort pentru pacient, strat impermeabil, strat absorbant, cu bord adeziv impregnat (nu se va accepta lipici cu 2 fețe), bordul adeziv aplicat nemijlocit pe marginea câmpului pentru evitarea acumulării de lichide. 4. 1 buc.: câmp de masă instrumentar - 150x190cm (+/-5cm), zona absorbantă – minim 190x75cm, 2 straturi, impermeabil. 5. 4 buc.: șervețele pentru mâini, din celuloză, minim 30x40cm. 6. 3 buc.: Halat chirurgical XL - a) Din material nețesut, fibre de polipropilen, minim 3 tipuri de fibre –SMS; b) Repelent, grosimea materialului SMS minim 35 g/m²; c) Mâneca cusută cu laser pentru a asigura impermeabilitatea la microbi și lichide, se va exclude mâneca cusută cu acul; d) Lungimea mânecilor de 60cm (±3cm), lungimea halatului (din umeri până la poale) - 130 cm (+/-5cm), lățimea halatului în zona axilară 75cm (±3cm). 7. minim 3 perechi: Mănuși sterile, nepudrate (mărimi: N7,5 – 2 pereche; N8,0 – 1 pereche) - din cauciuc deproteinizat, non-alergene, rezistente la intervenții chirurgicale cu utilizarea ghidurilor metalice; apirogenice, rezistența la rupere – nu mai puțin de 18N, grosimea la degete - nu mai puțin de 0,27 mm; acoperit pe interior cu biogel pentru protecție dublă și rezistența la rupere, AQL – nu mai mare de 0,65 (AQL – standard de protecție a personalului medical în cadrul intervențiilor de lungă durată (nivelul de penetrare la microorganisme și lichide, substanțe chimice – conform standardului EN 374-2:2014)). 8. 2 buc.: husă ecran circulară - 140cm din polietilenă, transparentă, cu elastic. 9. 1 buc.: husă tub radiologic C-arm, circulară, 75 cm din polietilenă, transparentă, cu elastic. 10. 1 buc.: Bol 120 ml din polipropilen, gradat, transparent, cu filet și capac, înălțimea minim 7cm, Inscriptionat cu eticheta “risc biologic”. 11. 1 buc.: Bol minim 100 ml din polipropilen, transparent. 12. 1 buc.: Bol minim 250 ml din polipropilen, color. 13. 1 buc.: Bol renal minim 800 ml. 14. 1 buc.: Forceps – 15cm (+/-3cm). 15. 1 buc.: Clamă – 10cm (+/-3cm). 16. 1 buc.: Tăviță 2500 ml, rotundă, din polipropilen, color, cu „aripioare“, înălțimea minim 9cm (+/-1cm) – pentru asigurarea poziției ferme a ghidului metalic și prevenirea 17. 1 buc.: Seringă angio 12 ml cu rotator. 18. 1 buc.: Rampă 3 căi OFF, robinet cu „aripioare“, rezistentă la 35 bar integrată cu: a) sistemul de contrast din poliuretan minim 1800 mm; b) sistemul de perfuzie din poliuretan minim 1900 mm; c) tub din poliuretan, minim 1500 mm. 19. 1 buc.: Bisturiu E11. 20. 1 buc.: Ghid angiografic – lungimea minim 175 cm, J3, 0,034-0,036“.	1. Certificat CE; 2. ISO 13507
33140 000-3	274	Set TUR steril	TUR Surgery Pack UTSP- 004	Turcia	Su Biyomedika l Sistemler ve Saglik Hizmetleri Sanayi ve Ticaret Anonim Sirketi	1.Cearșaf TUR cu leggiins incorporat și pungă în formă de pîlnie p/u colectarea materialului biologic înlăturat cu canula de drenare separată cu plasă pentru capturarea fragmentelor 200x250cm (+/-5cm) - 1buc 2.Cearșaf steril p/u masă chirurgicală 15x200 cm (+/-5cm) - 1buc 3.Cearșaf steril combinat p/u masă de istumente(Mayo)145x80cm (+/-5cm) - 1buc 4.Cearșaf steril 75x90cm (+/-5cm) - 1buc 5.Șervețel steril -33x33cm (+/-10cm) - 4buc 6. Husă p/u videocamera - 250x15cm - 1buc	1.Cearșaf TUR cu leggiins incorporat și pungă în formă de pîlnie p/u colectarea materialului biologic înlăturat cu canula de drenare separată cu plasă pentru capturarea fragmentelor 200x250cm (+/-5cm) - 1buc 2.Cearșaf steril p/u masă chirurgicală 15x200 cm (+/-5cm) - 1buc 3.Cearșaf steril combinat p/u masă de istumente(Mayo)145x80cm (+/-5cm) - 1buc 4.Cearșaf steril 75x90cm (+/-5cm) - 1buc 5.Șervețel steril -33x33cm (+/-10cm) - 4buc 6. Husă p/u videocamera - 250x15cm - 1buc	1. Certificat CE; 2. ISO 13508

Semnat: _____ Numele, Prenumele: Chirtoacă Iurie În calitate de: Administrator

Ofertantul: Dita EstFarm SRL Adresa: mun. Chişinău, str-la Burebista 23