

SPECIFICAȚII TEHNICE (F4.1)

Numărul licitației: ocds-b3wdp1-MD-1568113131618	Data: 10.09.2019	Alternativa nr.
Denumirea licitației: “Servicii de reparație și de întreținere a echipamentului VITEC 2 Compact, Biomerieux”	Lot:	Pagina 1 din 1

Co-dul CPV 50421000-2	Denumirea bunurilor și/sau a serviciilor	Mode-lul articolului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Stand-arde de referința
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Servicii de mentenanță a utilajului medical						
1.1	Analizator VITEK 2 COMPACT “Biomerieux”	VITEK 2 COMPACT	Franța	bioMerieux	<ul style="list-style-type: none"> -Verificare și calibrarea pompei de vacuum; -Curățarea sistemului optic; -Curățarea garniturii sistemului de vacuum; -Curățarea sistemului mecanic caroseria; -Curățarea sistemului pentru casete; -Instalarea kiturilor A,R; -Schimbul Saline A/R; -Schimbul Pipette Tips A/R; -Calibrarea dispozitivului; -Efectuarea mentenanței preventive conform manualului tehnic; -Înlăturarea tuturor defecțiunilor tehnice cât și cele de program. 	<ul style="list-style-type: none"> -Verificare și calibrarea pompei de vacuum; -Curățarea sistemului optic; -Curățarea garniturii sistemului de vacuum; -Curățarea sistemului mecanic caroseria; -Curățarea sistemului pentru casete; -Instalarea kiturilor A,R; -Schimbul Saline A/R; -Schimbul Pipette Tips A/R; -Calibrarea dispozitivului; -Efectuarea mentenanței preventive conform manualului tehnic; -Înlăturarea tuturor defecțiunilor tehnice cât și cele de program. <p>GRAFIC DE PRESTARE A SERVICIILOR: Trimestrial și intervenții la solicitarea inginerului local.</p>	

Oferta este valabilă în decurs de 30 zile din data prezentării.

Nume: **Victoria Olaru**

În calitate de: **Manager Departament Comercial**

Ofertantul: **SRL Mediclim AM**

Adresa: **Mun. Chisinau 2005, str. V. Alecsandri, 141/A, et. 1**

Data: **10.09.2019**