



MINISTERUL SĂNĂTĂȚII
AL REPUBLICII MOLDOVA
INSTITUȚIA MEDICO-SANITARĂ PUBLICĂ
INSTITUTUL DE MEDICINĂ URGENTĂ
MD - 2004, mun.Chișinău, str.T.Ciorbă, nr. 1
Tel: (022) 25 07 04

Nr. 01-8/2141 din 13 august 2026
La ACM nr. ocds-b3wdp1-MD-1784888819962/21659418

În atenția operatorilor economici

Prin prezenta, în baza deciziei de atribuire nr.1 din 13.08.2026, grupul de lucru pentru achiziții al IMSP Institutul de Medicina Urgentă vă comunică despre desemnarea ofertei câștigătoare depuse în cadrul ACM nr. ocds-b3wdp1-MD-1784888819962/21659418 din 30.07.2026 privind achiziționarea de „Consumabile laborator”, conform Anexei nr.1.

Denumirea operatorului economic	Motivul respingerii/descalificării
Sterileco SRL	La data de 30.07.2026 a fost solicitată mostra - <i>Sac pentru autoclavare, a fost supus autoclavării în rezultatul căreia sacul sa topit (nu rezistă la temperatura 134 grade, ceea ce contravine cerințelor solicitate în caietul de sarcini).</i>
Dita Est Farm SRL	Pentru pozițiile licitate, în conformitate cu prevederile art.69 alin.(2) al Legii nr.131/15 privind achizițiile publice au fost desemnate câștigătoare oferta, care corespunde tuturor cerințelor solicitate.


Anexa nr.1: Atribuirea contractului de achiziție publică/acordului-cadru:

Denumirea lotului	Denumirea operatorului economic	Cantitate și unitate de măsură	Prețul unitar (fără TVA)	Prețul total (fără TVA)	Prețul total (inclusiv TVA)
1.Saci p/u autoclavare	Dita Est Farm SRL	1000/buc	2,7056	2 705,60	3 246,70

Astfel, contractul de achiziție urmează a fi semnat începînd cu data de .08.2026, numărul maxim de zile pentru semnarea/ștampilarea contractului este de 3 zile.

Director

Diana Manea





31.07.2026 14:...



Biohazard Bag

CAUTION:

Hazardous Contaminated Materials
Must be Autoclaved Prior to Disposal.
Do Not Seal Bag Tightly During Autoclaving.
For Use as High as 135° C (275° F)

