

Certificat de analiză

Cod	Produs	Lot no.	Data expirare	Format
SN 7.X.12	12 DOA panel, urina	12DOA270822	August 2024	Panel

Inspectia și evaluarea specificațiilor

1. Inspectia fizică
(înainte de lipirea pliculețelor)

Test	Specificatii	Rezultat
Test tip multi-strip – 12 stripuri/panel	$D < 0,1\%$	VALIDAT
Pliculețul cu Silica gel	$D = 0$	VALIDAT
Plicul produsului	$D < 0,1\%$	VALIDAT

D (defecte) = numărul de mostre defecte

2. Evaluarea caracteristicilor tehnice

Caracteristica	Test	Specificatia	Rezultat obtinut
Sensibilitatea	50% < pragul de detectie (N10)	Negativ	Negativ (10/10)
	Prag detectie (cut-off) (P10)	Pozitiv	Pozitiv (10/10)
	50% > pragul de detectie (P10)	Pozitiv	Pozitiv (10/10)
Specificitatea	Probe negative (N50)	Negativ	Negativ (50/50)
	CTRL negativ CN1-CN10	Negativ	Negativ (10/10)

Control Calitate :
Biolog Onofriuc Lucretia

Data: 27.08.2022