

Specificații tehnice

Numărul procedurii de achiziție nr. ocds-b3wdp1-MD-1647587216103/ 21053478 din 28.03-08.04.2022						
Obiectul achiziției: Reactive și Consumabile						
Denumirea bunurilor/serviciilor	Denumirea modelului bunului/serviciului	Țara de origine	Produ-cătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
1	2	3	4	5	6	7
Lot III Reagenți si consumabile pentru analizatorul prin chemiluminiscenta amplificata enzimatic Siemens Immulite 2000						
TSH	L2KTS2	MB	Siemens	Conform cerințelor din caietul de sarcini atașat	Compatibil cu analizatorul automat (sistem închis) Siemens Immulite 2000	ISO, CE
FREE T4	L2KFT42	MB	Siemens	Conform cerințelor din caietul de sarcini atașat	Compatibil cu analizatorul automat (sistem închis) Siemens Immulite 2000	ISO, CE
PSA total	L2KPS2	MB	Siemens	Conform cerințelor din caietul de sarcini atașat	Compatibil cu analizatorul automat (sistem închis) Siemens Immulite 2000	ISO, CE
Control imunologic nivel 1 (FT3, FT4, TSH, ATPO, ATG, Cortizol, prolactin, testosterone, HbSAg, HbSAb, HbcorAb, PSA total, AFP, CEA, CA125, CA15.3, CA 19.9, Calcitonin,	Lyphocek Immunoassay Control Level I	Franta	Biorad	Conform cerințelor din caietul de sarcini atașat	Compatibil cu analizatorul automat (sistem închis) Siemens Immulite 2000, FI 5ml Liofilizat. Bazat pe ser uman. Stabilitate cel puțin 7 zile din momentul reconstituirii la +2-8oC sau 30 zile la -20oC C	ISO, CE
Control imunologic nivel 2 (FT3, FT4, TSH, ATPO, ATG, Cortizol, prolactin, testosterone, HbSAg, HbSAb, HbcorAb, PSA total, AFP, CEA, CA125, CA15.3, CA 19.9, Calcitonin,	Lyphocek Immunoassay Control Level II	Franta	Biorad	Conform cerințelor din caietul de sarcini atașat	Compatibil cu analizatorul automat (sistem închis) Siemens Immulite 2000, FI 5ml Liofilizat. Bazat pe ser uman. Stabilitate cel puțin 7 zile din momentul reconstituirii la +2-8oC sau 30 zile la -20oC C	ISO, CE

Control imunologic nivel 3 (FT3, FT4, TSH, ATPO, ATG, Cortizol, prolactin, testosterone, HbSAg, HbSAb, HbcorAb, PSA total, AFP, CEA, CA125, CA15.3, CA 19.9, Calcitonin,	Lyphochek Immunoassay Control Level III	Franta	Biorad	Conform cerințelor din caietul de sarcini atașat	Compatibil cu analizatorul automat (sistem inchis) Siemens Immulite 2000, FI 5ml Liofilizat. Bazat pe ser uman. Stabilitate cel puțin 7 zile din momentul reconstituirii la +2-8oC sau 30 zile la -20oC C	ISO, CE
---	---	--------	--------	---	--	---------

Semnat: _____ Numele, Prenumele: Chicu Natalia În calitate de: Director

Ofertantul: "INTERMED" SRL Adresa: mun. Chișinău, str. Albișoara 64/2