

Specificații tehnice

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 3, 4, 5, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 2, 6, 8]

Numărul procedurii de achiziție:	ocds-b3wdp1-MD-1756899569335
Denumirea procedurii de achiziție	<i>Achiziționarea dispozitivelor medicale conform necesităților instituțiilor medico-sanitare publice (listă suplimentară nr.21)</i>

Denumirea lot/pozitie	Modelul articolului	Țara de origine	Producător	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specific tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
1	2	3	4	5	6	7
LOT 3						
Ultrasonograf General, performanță de bază	X CUBE 70	Corea de Sud	ALPINION MEDICAL SYSTEMS CO., LTD	APLICAȚII CLINICE General, OB/GYN PROBE PORTURI ≥ 4 PROBE TIP, MHz Linear — 4 - 12 MHz (limita de jos NU va fi mai mare, limita de sus NU va fi mai mică), număr de elemente ≥ 192 Convex — 2 - 5 MHz (limita de jos NU va fi mai mare, limita de sus NU va fi mai mică), număr de elemente ≥ 192, Tehnologie: Matricială/XD Clear/Single Crystal sau altă tehnologie echivalentă Endovaginal — 4 - 9 MHz (limita de jos NU va fi mai mare, limita de sus NU va fi mai mică), număr de elemente ≥ 192 Volum 3D de tip convexă — 2,5 - 7 MHz (limita de jos NU va fi mai mare, limita de sus NU va fi mai mică), Elemente fizice ≥ 192 NIVELE DE GRI ≥ 256 PREPROCESARE, canale digitale ≥ 4	APLICAȚII CLINICE General, OB/GYN PROBE PORTURI ≥ 4 PROBE TIP, MHz Linear — 3 - 12 MHz, număr de elemente 256 L3-12X, Pag. 10/17 Product Specification Convex — 1 - 7 MHz, număr de elemente 192, Tehnologie: X+ Crystal Signature SC1-7H, Pag. 10/17 Product Specification Endovaginal — 2 - 11 MHz, număr de elemente 192 EC2-11H, Pag. 11/17 Product Specification Volum 3D de tip convexă — 1 - 8 MHz, Elemente fizice 192 SVC1-8H, Pag. 11/17 Product Specification NIVELE DE GRI 256 Da, Pag. 6/17 Product Specification PREPROCESARE, canale digitale 7,645,866 Da, Pag. 6/17 Product Specification	CE/DM000371918

			500 000/500 (canale fizice) GAMA DINAMICĂ ≥ 300 dB Adâncimea scanării ≥ 40 cm POSTPROCESARE obligatoriu IMAGINE MODURI M-mod — obligatoriu 2-D/B-Mode — obligatoriu Harmonic imaging — obligatoriu Imagine prin Compunere Spațială — obligatoriu DOPPLER Tip — CW, PW, CFM Afișare frecvență — obligatoriu Afișare viteză — obligatoriu Power Doppler — obligatoriu Duplex — obligatoriu Triplex — obligatoriu FUNCȚIONALITĂȚI Măsurători digitale — obligatoriu Diapazon dinamic selectabil — obligatoriu Focalizare de transmisie ajustabilă — obligatoriu Focalizare de recepție dinamică — obligatoriu Măsurători pe reluarea video — obligatoriu Soft specializat cu măsurări automate în obstetrică, cu măsurare automată: FL (Femur Length): Lungimea femurului HC (Head Circumference): Circumferința	GAMA DINAMICĂ 320 dB Da, Pag. 7/17 Product Specification Adâncimea scanării 42 cm Da, Pag. 6/17 Product Specification POSTPROCESARE obligatoriu Da, Pag. 5/17 Product Specification IMAGINE MODURI M-mod — obligatoriu Da, Pag. 3/17 Product Specification 2-D/B-Mode — obligatoriu Da, Pag. 3/17 Product Specification Harmonic imaging — obligatoriu Da, Pag. 3/17 Product Specification Imagine prin Compunere Spațială — obligatoriu Da, Pag. 4/17 Product Specification DOPPLER Tip — CW, PW, CFM Da, Pag. 3/17 Product Specification Afișare frecvență — obligatoriu Da, Pag. 5/17 Product Specification Afișare viteză — obligatoriu Da, Pag. 5/17 Product Specification Power Doppler — obligatoriu Da, Pag. 3/17 Product Specification Duplex — obligatoriu Da, Pag. 3/17 Product Specification Triplex — obligatoriu Da, Pag. 3/17 Product Specification FUNCȚIONALITĂȚI Măsurători digitale — obligatoriu DA, Pag. 8-6 User Manual Diapazon dinamic selectabil — obligatoriu Da, Pag. 5/17 Product Specification Focalizare de transmisie ajustabilă — obligatoriu DA, Pag. 6-5 User Manual Focalizare de recepție dinamică — obligatoriu DA,	
--	--	--	--	--	--

			capului BPD (Biparietal Diameter): Diametrul biparietal AC (Abdominal Circumference): Circumferința abdominală HL (Humerus Length): Lungimea humerusului Bătăile fătului și mărimilor hemodinamice ca: PI (Pulsatility Index): Indexul de pulsabilitate RI (Resistance Index): Indexul de rezistență PS (Peak Systolic Velocity): Viteza sistolică maximă DS (Diastolic Speed): Viteza diastolică Volumul fluxului (Flow volume)—obligatoriu Calcularea automată a translucenței nucale — obligatoriu Vizualizare a fluxului sangvin — obligatoriu Tehnologia STIC — obligatoriu Măsurarea automată a FHR — obligatoriu Calculator folicular — obligatoriu PAN/ZOOM imagine în timp real — obligatoriu imagine înghețată — obligatoriu STOCARE IMAGINI Capacitate — $\geq$ 512GB SSD sau Hybrid (SSD+HDD) CINE Memory — obligatoriu DICOM 3.0 COMPLIANT — obligatoriu MONITOR integrat de control touch-screen $\geq$ 10 inch PACHETE DE ANALIZĂ OB/GYN — obligatoriu	Pag. 6-5 User Manual Măsurători pe reluarea video — obligatoriu DA, Pag. 7-8 User Manual Soft specializat cu măsurări automate în obstetrică, cu măsurare automată: FL (Femur Length): Lungimea femurului DA, Pag. 9-11 User Manual HC (Head Circumference): Circumferința capului DA, Pag. 9-11 User Manual BPD (Biparietal Diameter): Diametrul biparietal DA, Pag. 9-11 User Manual AC (Abdominal Circumference): Circumferința abdominală DA, Pag. 9-11 User Manual HL (Humerus Length): Lungimea humerusului DA, Pag. 9-11 User Manual Bătăile fătului și mărimilor hemodinamice ca: PI (Pulsatility Index): Indexul de pulsabilitate DA, Pag. 9-32 User Manual RI (Resistance Index): Indexul de rezistență DA, Pag. 9-32 User Manual PS (Peak Systolic Velocity): Viteza sistolică maximă DA, Pag. 9-32 User Manual DS (Diastolic Speed): Viteza diastolică ED - End Diastole Velocity, DA, Pag. 9-32 User Manual Volumul fluxului (Flow volume)—obligatoriu DA, Pag. 9-53 User Manual Calcularea automată a translucenței nucale — obligatoriu DA, Pag. 11-80 User Manual Vizualizare a fluxului sangvin — obligatoriu DA, Pag. 6-22 User Manual Tehnologia STIC — obligatoriu DA, Pag. 6-93 User Manual Măsurarea automată a FHR — obligatoriu DA, Pag. 9-26 User Manual	
--	--	--	--	--	--

				Elastografie strain (de compresie manuală) — obligatoriu Elastografie shearwave (compresie acustică) — obligatoriu Pediatric — obligatoriu Vascular — obligatoriu Altele — opțional Transrectal — obligatoriu MONITOR Rezoluție înaltă $\geq 1920 \times 1080$ px, $\geq 21"$ Panou de control Reglabil pe înălțime — da, manual Încălzitor gel — obligatoriu Imprimantă digitală alb-negru — obligatoriu Port USB USB 2.0/3.0 — obligatoriu Gel ≥ 1 litru Hârtie termică ≥ 5 buc. LAN/NET RJ45 — obligatoriu UPS cu dublă conversie — obligatoriu	Calculator folicular — obligatoriu, X+ Auto Follicle DA, Pag. 11-85 User Manual PAN/ZOOM imagine în timp real — obligatoriu Da, Pag. 6/17 Product Specification imagine înghețată — obligatoriu Da, Pag. 5/17 Product Specification STOCARE IMAGINI Capacitate - Hybrid SSD[250GB] and HDD[1TB] Da, Pag. 2/17 Product Specification CINE Memory — obligatoriu Da, Pag. 7/17 Product Specification DICOM 3.0 COMPLIANT — obligatoriu Da, Pag. 4/17 Product Specification MONITOR integrat de control touch-screen 12 inch Da, Pag. 3/17 Product Specification PACHETE DE ANALIZĂ OB/GYN — obligatoriu DA, Pag. 9-11 + 9-55 User Manual Elastografie strain (de compresie manuală) — obligatoriu Da, Pag. 3/17 Product Specification Elastografie shearwave (compresie acustică) — obligatoriu Da, Pag. 3/17 Product Specification Pediatric — obligatoriu DA, Pag. 9-121 User Manual Vascular — obligatoriu DA, Pag. 9-99 User Manual Altele — opțional DA, Pag. 9-1 User Manual Transrectal — obligatoriu DA, Pag. 2-26 User Manual MONITOR Rezoluție înaltă 1920×1080 px, 23" Da, Pag. 3/17 Product Specification Panou de control Da, Pag. 3/17 Product Specification Reglabil pe înălțime — da, manual Da, Pag. 2/17	
--	--	--	--	---	---	--

					Product Specification Încălzitor gel — obligatoriu Da, Pag. 2/17 Product Specification Imprimantă digitală alb-negru — obligatoriu Da, Pag. 2/17 Product Specification Port USB USB 2.0/3.0 — obligatoriu Da, Pag. 15/17 Product Specification Gel 1 litru Da Hârtie termică 5 buc Da LAN/NET RJ45 — obligatoriu Da, Pag. 4/17 Product Specification UPS cu dublă conversie — obligatoriu Da	
--	--	--	--	--	---	--

Numele, Prenumele: Botnaru Andrei
În calitate de: Director
Ofertantul: SC „Neotec” SRL
Adresa: Str. Zaikin, 37, mun. Chișinău