

Specificații tehnice

Numărul procedurii de achiziție	ocds-b3wdp1-MD-1653490015179 / 21057132
Obiectul achiziției : <i>Achiziționarea Centralizată a Dispozitivelor medicale, conform necesităților instituțiilor medico- sanitare publice pentru anul 2022 (listă suplimentară 5)</i>	

Denumirea bunurilor/serviciilor	Denumirea modelului bunului/serviciului	Țara de origine	Produ-cătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
1	2	3	4	5	6	7
USG Oftalmologic (A-scan)	Pirop A+OA-12+trolley	Polonia	Echo-Son S.A.	USG Oftalmologic (A-scan) Descriere USG oftalmologic care permite scanare cu ultrasunet unidimensional (A-scan) sau biometrie, care include măsurarea lungimii axiale a ochiului, adâncimea camerei anterioare, dimensiunile corpului vitros și grosimea cristalinelor a lentilelor. Parametrul Specificația Display Color, LCD (inch) ≥ 7 Touch Screen da Sonda Frecvența, Mhz ≥ 10 Raza scanării, mm ≥ 45 Diapazonul de scanare Rezoluția, mm ± 0.1 Rezoluția electronică, mm $\pm 0.03 \leq$ Metoda Imersie și Contact da	USG Oftalmologic (A-scan) Descriere USG oftalmologic care permite scanare cu ultrasunet unidimensional (A-scan) sau biometrie, care include măsurarea lungimii axiale a ochiului, adâncimea camerei anterioare, dimensiunile corpului vitros și grosimea cristalinelor a lentilelor. Parametrul Specificația Display Color, LCD (inch) ≥ 7 Touch Screen da Sonda Frecvența, Mhz ≥ 10 Raza scanării, mm ≥ 45 Diapazonul de scanare Rezoluția, mm ± 0.1 Rezoluția electronică, mm $\pm 0.03 \leq$ Metoda Imersie și Contact da	CE/ISO

			IOL formule min. 6 (SRK-II, SRK-T, Holladay, Hoffer-Q, Binkhorst-II, Haigis) da Pașii de incrementare 0.25 D sau 0.50 D Setările Posibilitatea de selectare a tipului ochiului (drept, stâng) da Tipul de selectare (Normal/Phakic, Dense Cataract, Silicone, Pseudo PMMA, Pseudo Silicone, Acrylic, Aphakic) da Măsurările (Axial length/AXL, Lens, AC/ACD, VCD/VITR) da Moduri de capturare Manual și automat da Conexiuni externe: USB - min. 2 porturi, USB pentru conexiunea cu PC da Raportul/Exportul imaginii și/sau a datelor PDF, JPEG, PNG, GIF, TIFF, BITMAP da Conectarea la printer Prin PC și/sau printer propriu integrat da Posibilitatea Software upgrade da De instalare ale altor sonde da De înregistrare și stocare a datelor pacienților da De a înregistra minim 3 utilizatori pentru lucru continuu cu DM da Alimentarea 220 V, 50 Hz da Accesorii Sondă pentru A-scan da, 1 buc.	IOL formule min. 6 (SRK-II, SRK-T, Holladay, Hoffer-Q, Binkhorst-II, Haigis) da Pașii de incrementare 0.25 D sau 0.50 D Setările Posibilitatea de selectare a tipului ochiului (drept, stâng) da Tipul de selectare (Normal/Phakic, Dense Cataract, Silicone, Pseudo PMMA, Pseudo Silicone, Acrylic, Aphakic) da Măsurările (Axial length/AXL, Lens, AC/ACD, VCD/VITR) da Moduri de capturare Manual și automat da Conexiuni externe: USB - min. 2 porturi, USB pentru conexiunea cu PC da Raportul/Exportul imaginii și/sau a datelor PDF, JPEG, PNG, GIF, TIFF, BITMAP da Conectarea la printer Prin PC și/sau printer propriu integrat da Posibilitatea Software upgrade da De instalare ale altor sonde da De înregistrare și stocare a datelor pacienților da De a înregistra minim 3 utilizatori pentru lucru continuu cu DM da Alimentarea 220 V, 50 Hz da Accesorii Sondă pentru A-scan da, 1 buc.	
--	--	--	---	---	--

				Geantă pentru transportare da, 1 buc. Troleu cu min. 5 roțile pentru DM cu platou de fixare al acestuia da, 1 buc. Set de lucru pentru oftalmolog da, min. 1 set Calibrator da, 1 buc. Pedală da, 1 buc. Cablu de alimentare da, 1 buc. Hârtie da, 15 buc.	Geantă pentru transportare da, 1 buc. Troleu cu min. 5 roțile pentru DM cu platou de fixare al acestuia da, 1 buc. Set de lucru pentru oftalmolog da, min. 1 set Calibrator da, 1 buc. Pedală da, 1 buc. Cablu de alimentare da, 1 buc. Hârtie da, 15 buc.	
--	--	--	--	---	---	--

Semnat: electronic

Numele, prenumele: Cobîleşchi Stanislav În calitate de: Administrator

Ofertantul: Jako Life Clinic Adresa: Mun. Chisinau, bd. G.VIERU 22/1 of 60

24.06.2022