

SPECIFICAȚII TEHNICE (F4.1)

Numărul procedurii de achiziție: **ocds-b3wdp1-MD-1747833149529 din 21.05.2025**

Denumirea procedurii de achiziție: **Achiziționarea amestecurilor de gaze de calibrare**

Nr. d/o	Codul CPV	Denumirea bunurilor și specificația tehnică deplină solicitată	Modelul articolu- lui	Țara de origine	Producă- torul	Specificarea tehnică deplină	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standar-de de referință
1.1 Amestec de gaz de calibrare (AGC), Conform cerințelor Caietului de Sarcini (pct. 4) dintre care:								
1	-	Azot de puritate înaltă 100%	9293-74	Ucraina	ГП «Укрметрест стандарт»	Analizoare de gaze AG-0012 «Scurgere H2» TG nr. 1,2,3 – 5 complete , poz.1,2,3 Г-п30 3complete, 5БЦ-п24«H2 IE»	Analizoare de gaze AG-0012 «Scurgere H2» TG nr. 1,2,3 – 5 complete , poz.1,2,3 Г-п30 3complete, 5БЦ-п24«H2 IE»	ISO
2	-	Hidrogen tehnic marca «A»	3022-87	Ucraina	ГП «Укрметрест стандарт»	Analizoare de gaze AG-0012 «Puritatea H2» TG nr. 1,2,3 – 3 complete, poz.1,2,3 Г-п34 – 3 complete	Analizoare de gaze AG-0012 «Puritatea H2» TG nr. 1,2,3 – 3 complete, poz.1,2,3 Г-п34 – 3 complete	ISO
3	-	Oxygen gazos de calitatea I	3788-87	Ucraina	ГП «Укрметрест стандарт»	Analizoare de gaze GTX-1M, GTX-4M conținutul H ₂ în O ₂ conținutul O ₂ în H ₂ instal. de electroliză -2 compl. în lucru; 2- în rezervă	Analizoare de gaze GTX-1M, GTX-4M conținutul H ₂ în O ₂ conținutul O ₂ în H ₂ instal. de electroliză -2 compl. în lucru; 2- în rezervă	ISO
4	-	(95±5)(CO în N ₂)	4261-88	Ucraina	ГП «Укрметрест стандарт»	Se utilizează la analizoare de gaze MAK-2000-UMS «Conținutul de O ₂ în gazele de ardere » cazanele nr. 1,2,3 - 6 seturi	Se utilizează la analizoare de gaze MAK-2000-UMS «Conținutul de O ₂ în gazele de ardere » cazanele nr. 1,2,3 - 6 seturi	ISO
5	-	(950±50)(CO în N ₂)	3810-87	Ucraina	ГП «Укрметрест стандарт»			ISO
6	-	(1900±100)(CO în N ₂)	3811-87	Ucraina	ГП «Укрметрест стандарт»			ISO

1.2 Amestec de gaz de calibrare (AGC), dintre care:					Conform cerințelor Caietului de Sarcini (pct. 4)			
1	-	Gaz natural	Gaz natural	Ucraina	ГП «Укрметртест стандарт»	Se utilizează la cromatograf de gaze «Хроматек - Кристалл 9000» pentru determinarea : -purității hidrogenului de la turbogeneratoarele nr. 1,2,3 și instalația de electroliză; -compoziției gazului natural.	Se utilizează la cromatograf de gaze «Хроматек - Кристалл 9000» pentru determinarea : -purității hidrogenului de la turbogeneratoarele nr. 1,2,3 și instalația de electroliză; -compoziției gazului natural.	ISO
2	-	Hidrogen tehnic marca «A»	3022-87	Ucraina	ГП «Укрметртест стандарт»			ISO

Semnăt:_____

Valabilitatea ofertei: **60 zile**

Numele, Prenumele: **Michiciuc Gheorghe**

29.05.2025

Funcția: **Director**

Oferatntul: **SRL «Mic — Tan»**

Adresa: **mun. Chișinău str. Alexandru cel Bun, 38**