



Destinatar:
Tel./Fax:
Nr. și data procedurii:

"ECOCHIMIE" S.R.L.
bd. Cuza Vodă 5/1, of. 403, MD-2060, mun. Chișinău
Tel.: /022/109-111. Fax: /022/109-222
e-mail: info@ecochimie.md

CENTRUL PENTRU ACHIZITII PUBLICE CENTRALIZATE IN SANATATE
Aurelia Botica Telefonul de contact 022222364E-mail aurelia.botica@capcs.md
ocds-b3wdp1-MD-1721140613863 din 21.08.2024

Anexa nr. 22 - Specificații tehnice

Nr. d/o	Cod CPV	Denumirea bunurilor și/sau a serviciilor	Modelul articolului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
0	1	2	3	4	5	6	7	8
38	33100000-1	Centrifugă de laborator (24 tuburi) 150920	BKC-TL5M(220 V) = 535 + swing rotor + hanging cup 4x500 ML+adapter 4*8*15ml + 4*12*10 ml	China	Biobase	Centrifugă de laborator (24 tuburi) Cod 150920 DescriereCentrifugele de laborator sunt destinate pentru a centrifuga sîngele. ParametruSpecificația Viteza de rotațieMinimă, rpmReglabilă Maximală, rpm3500 SetăriSetarea vitezei CapacitateaTipul tuburilorTuburi de 10 - 15 ml Numărul de tuburi24 unitati TimerIntervalon minim de timp2 - 60 min Incrementarea1 min SecuritateaBlocarea capacului în timpul lucruluiobligatoriu IndicatoriIndicatori vizual și acusticobligatoriu Debalansareobligatoriu Pornire/oprireobligatoriu Capac deschis obligatoriu DisplayDigitalobligatoriu Nivelul de zgomot65 dBobligatoriu Fereastra, orificiu sau alt acces, necesar pentru efectuarea procedurii de verificare periodica, conform normelor si standartelor in vigoare obligatoriu	Centrifugă de laborator (24 tuburi) Cod 150920 DescriereCentrifugele de laborator sunt destinate pentru a centrifuga sîngele. ParametruSpecificația Viteza de rotațieMinimă, rpmReglabilă Maximală, rpm3000 SetăriSetarea vitezei CapacitateaTipul tuburilorTuburi de 10 - 15 ml Numărul de tuburi24-32 nitati TimerIntervalon minim de timp2 - 60 min Incrementarea1 min SecuritateaBlocarea capacului în timpul lucruluiobligatoriu IndicatoriIndicatori vizual și acusticobligatoriu Debalansareobligatoriu Pornire/oprireobligatoriu Capac deschis obligatoriu DisplayDigitalobligatoriu Nivelul de zgomot65 dBobligatoriu Fereastra, orificiu sau alt acces, necesar pentru efectuarea procedurii de verificare periodica, conform normelor si standartelor in vigoare obligatoriu, DM000424165	ISO, CE Marca

Anexa nr. 23 - Specificații de preț

Nr. d/o	Cod CPV	Denumirea bunurilor și/sau a serviciilor	Unit de măsură (U/M)	Cantitatea, U/M	Preț unitar (fără TVA)	Preț unitar (cu TVA)	Suma fără TVA	Suma cu TVA	Termenul de livrare/prestare
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
38	33100000-1	Centrifugă de laborator (24 tuburi) 150920	bucată	7	26,000.0000	31,200.0000	182,000.00	218,400.00	11. Termenul de livrare/prestare/executare/instalare și dare în exploatare: DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, până la 90 zile de la înregistrarea contractului de CAPCS
Total, lei (Suma fără TVA, Suma cu TVA)							182,000.00	218,400.00	

- Prețurile sunt indicate pentru cantitățile solicitate.
- Oferta este valabilă în decurs de 160 zile din data prezentării.
- Prețurile includ toate taxele și impozitele determinate de legislația în vigoare.
- Condiții de livrare DDP INCOTERMS 2013.
- Termenii de livrare - conform graficului, care va fi stabilit la momentul încheierii Contractului.
- Termenii de valabilitate sunt stabilite de producător, restanța lor fiind nu mai puțin de 80 %.
- CertIFICATELE de calitate ale produselor chimice de la Producător vor fi prezentate la data livrării mărfii.
- Produsele chimice precursori vor putea fi predate doar cu deținerea de către Beneficiar a Autorizației speciale a MS pentru acestea.
- Conform HG Nr. 1088 din 05.10.2004 la data livrării bunurilor Beneficiarul trebuie sa prezinte Autorizatie pentru activitate cu precursori.

În așteptarea deciziei Dumneavoastră,
Cu respect,
directorul SRL "ECOCHIMIE"
Nicolae Iurcu