

Obiectul achiziției: Serviciilor de mentenanță și deservire tehnică a dispozitivelor medicale pentru anul 2025

Denumirea bunurilor/serviciilor	Denumirea modelului bunului/serviciului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
1	2	3	4	5	6	7
Bunuri/servicii Lotul 2						
2.1	Defibrilator Primedic XD30			Servicii de mentenanță, diagnostică a dispozitivelor medicale odată la 3 luni, inclusiv schimbul consumabilelor necesare pentru funcționarea corectă a dispozitivelor. Consumabilele de schimb trebuie să fie originale sau compatibil funcționale cu dispozitivele. Între perioadele de mentenanță, agentul economic garantează funcționalitatea dispozitivelor și înlăturarea defecțiunilor apărute cu timp de reacție 24h	Servicii de mentenanță, diagnostică a dispozitivelor medicale odată la 3 luni, inclusiv schimbul consumabilelor necesare pentru funcționarea corectă a dispozitivelor. Consumabilele de schimb trebuie să fie originale sau compatibil funcționale cu dispozitivele. Între perioadele de mentenanță, agentul economic garantează funcționalitatea dispozitivelor și înlăturarea defecțiunilor apărute cu timp de reacție 24h	
2.2	Defibrilator Mindray Beneheart D3					
Bunuri/servicii Lotul 4						
4.1	Mașină de anestezie Mindray Wato Ex-65 Pro			Servicii de mentenanță, diagnostică a dispozitivelor medicale odată la 3 luni, inclusiv schimbul consumabilelor necesare pentru funcționarea corectă a dispozitivelor. Consumabilele de schimb trebuie să fie originale sau compatibil funcționale cu dispozitivele. Între perioadele de mentenanță, agentul economic garantează funcționalitatea dispozitivelor și înlăturarea defecțiunilor apărute cu timp de reacție 24h	Servicii de mentenanță, diagnostică a dispozitivelor medicale odată la 3 luni, inclusiv schimbul consumabilelor necesare pentru funcționarea corectă a dispozitivelor. Consumabilele de schimb trebuie să fie originale sau compatibil funcționale cu dispozitivele. Între perioadele de mentenanță, agentul economic garantează funcționalitatea dispozitivelor și înlăturarea defecțiunilor apărute cu timp de reacție 24h	
4.2	Mașină de anestezie Mindray Wato Ex-65					
4.3	Mașină de anestezie Lowenstein Leon Plus					
4.4	Mașină de anestezie Safer 100					
Lotul: diferit						
29	Ventilator Mindray SV650			Servicii de mentenanță, diagnostică a dispozitivelor medicale odată la 3 luni, inclusiv schimbul consumabilelor necesare pentru funcționarea corectă a dispozitivelor. Consumabilele de schimb trebuie să fie originale sau compatibil funcționale cu dispozitivele. Între perioadele de mentenanță, agentul economic garantează funcționalitatea dispozitivelor și înlăturarea defecțiunilor apărute cu timp de reacție 24h	Servicii de mentenanță, diagnostică a dispozitivelor medicale odată la 3 luni, inclusiv schimbul consumabilelor necesare pentru funcționarea corectă a dispozitivelor. Consumabilele de schimb trebuie să fie originale sau compatibil funcționale cu dispozitivele. Între perioadele de mentenanță, agentul economic garantează funcționalitatea dispozitivelor și înlăturarea defecțiunilor apărute cu timp de reacție 24h	
30	Ventilator Medtronic Newport E360					
31	Ventilator Aeomed VG 70					

Semnat: _____
Ofertantul: MiaMedical” S.R.L.

Numele, Prenumele: Druță Andrei În calitate de: Director
Adresa: mun. Chisinau, str. Gh. Cojbuc 11 of.45
