

Specificații tehnice

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 2, 3, 4, 6, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 5,]

Numărul procedurii de achiziție [ocds-b3wdp1-MD-1674129728925](#)

Obiectul achiziției: Servicii de mentenanță preventivă externă a dispozitivelor medicale pentru anul 2023

Denumirea bunurilor/serviciilor	Denumirea modelului bunului/serviciului	Țara de origine	Producatorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
1	2	3	4	5	6	7
Servicii						
Lot 2						
Mentenanța anuală SHIMADZU Opescope Acteno	Opescope Acteno	Japonia	Shimadzu	Prezentarea planului de mentenanță anual recomandat de producător și a graficului de efectuare a lucrărilor; Prezentarea certificatelor valabile de la producător ce permit ofertantului executarea lucrărilor propuse; Curățare, lubrifiere părți mecanice și contacte de înaltă tensiune; Timpul intervenției max 24 ore, timp intervenție telefonică max 1 oră; Alte lucrări de mentenanță recomandate de producător; Eliberarea rapoartelor la finele fiecărei intervenții, indicând starea dispozitivului și lista de lucrări efectuate; Minim trei intervenții de depanare la solicitare; Să se indice prețul pentru fiecare	Prezentarea planului de mentenanță anual recomandat de producător și a graficului de efectuare a lucrărilor; <u>Se anexează</u> Prezentarea certificatelor valabile de la producător ce permit ofertantului executarea lucrărilor propuse; Curățare, lubrifiere părți mecanice și contacte de înaltă tensiune; Timpul intervenției max 24 ore, timp intervenție telefonică max 1 oră; Alte lucrări de mentenanță recomandate de producător; Eliberarea rapoartelor la finele fiecărei intervenții, indicând starea dispozitivului și lista de lucrări efectuate; Minim trei intervenții de depanare la solicitare; Să se indice prețul pentru fiecare lucrare	CE

				lucrare recomandată de producător și pentru fiecare intervenție de depanare. Lucrările se vor efectua la solicitare. Achitarea se va efectua pentru fiecare lucrare efectuată.	recomandată de producător și pentru fiecare intervenție de depanare. Lucrările se vor efectua la solicitare. Achitarea se va efectua pentru fiecare lucrare efectuată.	
LOT 11						
Mentenanța anuală AirLiquide Monnal T75	Monnal T75	Franta	AirLiquide	Prezentarea planului de mentenanță anual recomandat de producător și a graficului de efectuare a lucrărilor; Prezentarea certificatelor valabile de la producător ce permit ofertantului executarea lucrărilor propuse; Schimbarea setului de filtre KY732609, garnitura inelară VE090134, verificarea sistemelor electrice, pneumatice, lubrefierea părților mecanice, curățarea dispozitivului și tuturor filtrelor de praf, efectuarea verificării funcționalității corecte a regimurilor de ventilare, diagnostic, calibrarea senzorilor de presiune și a senzorilor de flux și schimbare de piese la necesitate, recalibrare după schimbare de piese. După finalizarea deservirii tehnice, accesul la regimul de service a dispozitivelor va rămâne liber. Minim 10 intervenții de depanare la solicitare. Timpul de răspuns la telefon nu mai mult de 1 oră. Intervenția la dispozitiviv ≤ 24 ore.	Prezentarea planului de mentenanță anual recomandat de producător și a graficului de efectuare a lucrărilor;<u>Se anexeaza</u> Prezentarea certificatelor valabile de la producător ce permit ofertantului executarea lucrărilor propuse; Schimbarea setului de filtre KY732609, garnitura inelară VE090134, verificarea sistemelor electrice, pneumatice, lubrefierea părților mecanice, curățarea dispozitivului și tuturor filtrelor de praf, efectuarea verificării funcționalității corecte a regimurilor de ventilare, diagnostic, calibrarea senzorilor de presiune și a senzorilor de flux și schimbare de piese la necesitate, recalibrare după schimbare de piese. După finalizarea deservirii tehnice, accesul la regimul de service a dispozitivelor va rămâne liber. Minim 10 intervenții de depanare la solicitare. Timpul de răspuns la telefon nu mai mult de 1 oră. Intervenția la dispozitiviv ≤ 24 ore. Alte lucrări de mentenanță recomandate de producător;	CE

				Alte lucrări de mentenanță recomandate de producător; Eliberarea rapoartelor la finele fiecărei intervenții, indicând starea dispozitivului și lista de lucrări efectuate; Să se indice prețul pentru fiecare lucrare recomandată de producător și pentru fiecare intervenție de depanare. Lucrările se vor efectua la solicitare. Achitarea se va efectua pentru fiecare lucrare efectuată.	Eliberarea rapoartelor la finele fiecărei intervenții, indicând starea dispozitivului și lista de lucrări efectuate; Să se indice prețul pentru fiecare lucrare recomandată de producător și pentru fiecare intervenție de depanare. Lucrările se vor efectua la solicitare. Achitarea se va efectua pentru fiecare lucrare efectuată.	
--	--	--	--	---	--	--

Semnat:

Numele, Prenumele: Botnaru Andrei

În calitate de: Director

Ofertantul: „Neotec” SRL

Adresa: mun.Chisinau, str.Zaikin, 37