

din “ ____ ” _____ 20 ____

Specificații tehnice

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 2, 3, 4, 6, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 5,]

Procedura de achiziție: _21562495_ din _09.02.2026
MTender ID ocde-b3wdp1-MD-1770627449951
Obiectul achiziției: Achiziționarea manometrelor p/u Termoelectrica

Nr.	Denumirea bunurilor/serviciilor	Denumirea modelului bunului/serviciului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
	1	2	3	4	5	6	7
	Bunuri/servicii						
	LOTUL 1						
1.1	Manometre de oxigen	Manometru O2 0-25MPa clasa 2.5 M12x1.5	UA	Skloprilad	DN50mm/63mm, M12*1,5 diapazonul de măsurare 0-25 MPa , cl. de exactitate 2,5	DN63mm, M12*1,5 diapazonul de măsurare 0-25 MPa, cl. de exactitate 2,5	Conform standartul producatorului
	LOTUL 2						
2.1	Manometre de oxigen	Manometru O2 0-2,5MPa clasa 2.5 M12x1.5	UA	Skloprilad	DN50mm/63mm, M12*1,5 diapazonul de măsurare 0-2,5 MPa , cl. de exactitate 2,5	DN50mm/63mm, M12*1,5 diapazonul de măsurare 0-2,5 MPa, cl. de exactitate 2,5	Conform standartul producatorului
	LOTUL 3						

3.1	Manometre de gaze (propan)	Manometru DM 05063-propan 0.6 MPa clasa 2.5 M12x1.5	UA	Skloprilad	DN50mm/63mm, M12*1,5 diapazonul de măsurare 0-0,6 MPa , cl. de exactitate 2,5	DN50/63mm, M12*1,5 diapazonul de măsurare 0-0,6 MPa, cl. de exactitate 2,5	Conform standartul producator ului
	LOTUL 4						
4.1	Manometre	Manometru radial 1.0 MPa clasa 1.5 M20x1.5	UA	Skloprilad	DN100, M20*1,5 diapazonul de măsurare 0-10 bar , cl. de exactitate 2,5	Manometru cu afișaj 0-1,0 MPa (0- 10 bar). Diametrul corpului 100 mm, conexiune inferioară (radială), niplu M20x1,5, clasă de precizie 1,6. Pentru măsurarea suprapresiunii lichidelor și gazelor neagresive în procese industriale, alimentarea cu apă, gaze și căldură.	Conform standartul producator ului
	LOTUL 5						
5.1	Manometre	Manometru radial 1.6 MPa clasa 1.5 M20x1.5	UA	Skloprilad	DN100, M20*1,5 diapazonul de măsurare 0-16 bar , cl. de exactitate 2,5	Manometru cu afișaj 0-1,6 MPa (0- 16 bar). Diametrul corpului 100 mm, conexiune inferioară (radială), niplu M20x1,5, clasă de precizie 1,6. Pentru măsurarea suprapresiunii lichidelor și gazelor neagresive în	Conform standartul producator ului

						procesele industriale, alimentarea cu apă, gaze și căldură.	
	LOTUL 6						
6.1	Manometre	Manometru radial 2,5 MPa clasa 1.5 M20×1.5	UA	Skloprilad	DN100, M20*1,5 diapazonul de măsurare 0-25 bar , cl. de exactitate 2,5	Manometru cu afișaj 0-2,5 MPa (0-25 bar). Diametrul corpului 100 mm, conexiune inferioară (radială), niplu M20x1,5, clasă de precizie 1,6. Pentru măsurarea suprapresiunii lichidelor și gazelor neagresive în procesele industriale, alimentarea cu apă, gaze și căldură.	Conform standartul producatorului

Semnat: _____ Numele, Prenumele: Moroz Eugeniu În calitate de: conducator
Ofertantul: Eleamag SRL Adresa: mun. Chisinau, str. Independentei 22/3-1