

МЕТРОЛОГИЯ

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ
УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ

ВСЕРОССИЙСКИЙ
НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ
ИНСТИТУТ ФИЗИКО-ТЕХНИЧЕСКИХ
И РАДИОТЕХНИЧЕСКИХ ИЗМЕРЕНИЙ

ФГУП «ВНИИФТРИ»



СВИДЕТЕЛЬСТВО

О ПОВЕРКЕ

№ С-Т/14-12-2021/117788373

Регистрационный номер в
реестре аккредитованных лиц
RA.RU.311678

Действительно до
23 декабря 2023 г.

Средства измерений Дефектоскоп вихретоковый ЭМИТ (Reg. № 40298-06)

Идентификационный (серийный) номер 01-532

в составе В ролике объеме

в соответствии с «Дефектоскопы вихретоковые ЭМИТ. Методика поверки»

РГХК 424672.001 ИП

с применением эталонов: Комплект мер неразрушающего контроля GE ET


при следующих значениях влияющих факторов: температура окружающего воздуха 21 °С,

атмосферное давление 746 мм рт.ст., относительная влажность воздуха 32 %, напряжение

сети 230 В, частота сети 50 Гц

и на основании результатов первичной (периндической) поверки признано пригодным к

применению



Эта поверка
Номер (адрес) записи сведений о результатах поверки в ФНО ОЕИ: 117788373
(<https://fgis.gost.ru/fandmetrology/cms/result/1-117788373>)

Поверитель: Ескин А.В.

Зам. начальника ФНО-1 по научной работе

Ескин А.В.

Дата поверки: 24 декабря 2022 г.

