

Specificații tehnice

Numărul procedurii de achiziție: 21622182/ ocds-b3wdp1-MD-1779275787514

Servicii de mentenanță externă a dispozitivelor medicale pe parcursul anului 2026

Nr. Ord	Denumire Bunurilor	Modelul articolului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant
50400000-9	Lot 2. Sistem pentru radiografie universal, complet digital Brivo DR-F, GE, Italia	Brivo DR-F	Italia	GE Healthcare	conform caietului de sarcini	- 3 revizii (trimestrial) pe an obligatoriu; - Intervenții la cerere, la necesitate; Verificarea și măsurarea parametrilor funcționali; revizia tehnică generală, cu efectuarea reglajelor și calibrărilor necesare; curățarea componentelor echipamentului; curățarea tubului roentgen; verificarea performanței imaginii; efectuarea procedurilor de auto-calibrare; lubrifierea suportului principal; controlul general al aparatului și, dacă este cazul, reglarea acestuia; eliminarea jocurilor la componentele mecanice; curățarea și gresarea părților mecanice aflate în mișcare; verificarea tensiunilor de alimentare; verificarea conexiunilor electrice; verificarea cablurilor de masă; curățarea plăcilor electronice și a altor componente interne; verificarea funcționării motoarelor;
50400000-9	Lot 6. Autoclav OT 430, Nuve, Turcia	OT 430	Turcia	Nuve	conform caietului de sarcini	3 revizii (trimestrial) pe an obligatoriu; - Intervenții la cerere, la necesitate; Verificarea și măsurarea parametrilor funcționali; revizia tehnică generală, cu efectuarea reglajelor și calibrărilor necesare; curățarea componentelor echipamentului; curățarea tubului roentgen; verificarea performanței imaginii; efectuarea procedurilor de auto-calibrare; lubrifierea suportului principal; controlul general al aparatului și, dacă este cazul, reglarea acestuia; eliminarea jocurilor la componentele mecanice; curățarea și gresarea părților mecanice aflate în mișcare; verificarea tensiunilor de alimentare; verificarea conexiunilor electrice; verificarea cablurilor de masă; curățarea plăcilor electronice și a altor componente interne; verificarea funcționării motoarelor;

NOTA: Piesele de schimb nu intra sub acoperire. Acestea se vor procura separat, iar costurile aferente vor fi suportate de catre beneficiar.

Semnat: _____

Numele, Prenumele: Inga Besirik

În calitate de: administrator

Ofertantul: "Intermed-Service" SRL

Adresa: mun. Chișinău, str. Albisoara 64/2