



I.C.S. EYECON MEDICAL S.R.L.
Piata D.Cantemir nr.1, Chisinau, Republica Moldova
Tel: +373 22 / 99-60-10, Fax: +373 22 / 99-60-11
office@eyeconmedical.md

www.eyeconmedical.md

Anexa nr. 22
la Documentatia standard nr. 115
din 15 Septembrie 2021

Specificații tehnice

Numarul procedurii de achizitie: 21629267 din 14.07.2026
Obiectul de achizitie: Achiziționarea dispozitivelor medicale conform necesităților instituțiilor medico-sanitare publice (Lista Suplimentară 24)

Denumirea bunurilor	Denumirea modelului bunului	Țara de origine Producător	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
Lot 8					
Distilator cu monodistilare	MSD-8000	Turcia Mikrotest	Descriere: Aparat electric ce produce apă mono distilată, chiar si in condițiile utilizării unei surse de apa de calitate scăzută cu domeniul de utilizare în laborator, farmacie, medical. Parametru Specificație Rezervor de stocare a apei distilate: ≥ 8 l încorporat Capacitatea de distilare ≥ 4 l/h Materialul carcasei oțel inox sau metal vopsit electrostatic sau alte materiale rezistente la temperatură și umiditate Materialul de contact si elemente de încălzire oțel inox Condensatorul de distilare oțel inox / sticlă Conductivitate $\leq 2.5 \mu S/cm$ Modul de operare continuu Protecție in cazul întreruperii accidentale a alimentarii cu apa obligatoriu	Descriere: Aparat electric ce produce apă mono distilată, chiar si in condițiile utilizării unei surse de apa de calitate scăzută cu domeniul de utilizare în laborator, farmacie, medical. Parametru Specificație Rezervor de stocare a apei distilate: ≥ 8 l Da, 8L pag.1 „MSD-8000” Încorporat Da, 8L pag.1 „MSD-8000” Capacitatea de distilare ≥ 4 l/h Da, 4L pag.1 „MSD-8000” Materialul carcasei oțel inox sau metal vopsit electrostatic sau alte materiale rezistente la temperatură și umiditate Da, pag.1 „MSD-8000” Materialul de contact si elemente de încălzire oțel inox Da, pag.1 „MSD-8000” Condensatorul de distilare oțel inox / sticlă Da, oțel inox pag.1 „MSD-8000” Conductivitate $\leq 2.5 \mu S/cm$ Da, 2.3 $\mu S/cm$ pag.1 „MSD-8000” Modul de operare continuu Da, pag.1 „MSD-8000”	Declarație de conformitate

Cod Fiscal 1012600036108; MD58RN000000022242011247 - MDL; Banca Comerciala Romana Chisinau S.A.



I.C.S. EYECON MEDICAL S.R.L.
Piata D. Cantemir nr.1, Chisinau, Republica Moldova
Tel: +373 22 / 99-60-10, Fax: +373 22 / 99-60-11
office@eyeconmedical.md

w w w . e y e c o n m e d i c a l . m d

			Alimentare 220 V- 50 Hz Sistem triplu de filtrare a apei încorporat sau separat cu fixare pe perete, inclus cu toate componentele, accesorii si consumabile necesare pentru montare, lucru, si deservire. Accesorii suplimentare: Filtru pentru filtrare mecanică, $\leq 10\mu\text{m}$ min. 4 buc. Filtru anti calcar cu poli-fosfați min. 4 rezervi de granule sau cartrige (buc) Filtru de clor min. 4 buc	Protecție în cazul întreruperii accidentale a alimentării cu apa obligatoriu Da, pag.1 „MSD-8000” Alimentare 220 V- 50 Hz Da, pag.1 „MSD-8000” Sistem triplu de filtrare a apei încorporat sau separat cu fixare pe perete, inclus cu toate componentele, accesorii si consumabile necesare pentru montare, lucru, si deservire. Da, inclus in oferta Accesorii suplimentare: Filtru pentru filtrare mecanică, $\leq 10\mu\text{m}$ min. 4 buc. Da, inclus in oferta Filtru anti calcar cu poli-fosfați min. 4 rezervi de granule sau cartrige (buc) Da, inclus in oferta Filtru de clor min. 4 buc Da, inclus in oferta	
Lot 28					
Aparat de sigilare pachete cu instrumente pentru sterilizare	SAGITTARIUM	Italia Guarisco Medical SRL	Descriere:Destinat pentru lipirea rolor de autoclave. Parametrul Specificația Putere: $\geq 100\text{W}$ Încărcare: laterală Mod de sigilare Tragerea manuală a pachetului pe linia de sigilare Temperatura de sigilare 160 - 200°C Latime de sigilare: 10 mm, ± 2 mm Lungime maxima de sigilare: minim 25 cm Suport pentru role, integrat sau separat obligatoriu Cuțit de tăiere, integrat cu posibilitatea de înlocuire a lamelor obligatoriu Alimentare: 220V, 50Hz Consumabile și accesorii: Rolă 5 cm x 200 m 8 Buc. Rolă 7.5 cm x 200 m 8 Buc. Rolă 15 cm x 200 m 8 Buc	Descriere:Destinat pentru lipirea rolor de autoclave. Parametrul Specificația Putere: $\geq 100\text{W}$ DA, 500W pag.6 „Sagittarium manual” Încărcare: laterală DA, pag.7 „Sagittarium manual” Mod de sigilare Tragerea manuală a pachetului pe linia de sigilare DA, pag.9 „Sagittarium manual” Temperatura de sigilare 160 - 200°C DA, 200°C pag.6 „Sagittarium manual” Latime de sigilare: 10 mm, ± 2 mm DA, pag.6 „Sagittarium manual” Lungime maxima de sigilare: minim 25 cm DA, 32cm pag.6 „Sagittarium manual” Suport pentru role, integrat sau separat obligatoriu DA, integrat pag.11 „Sagittarium manual” Cuțit de tăiere, integrat cu posibilitatea de înlocuire a lamelor obligatoriu DA, pag.11 „Sagittarium manual” Alimentare: 220V, 50Hz DA, 230 V (cu posibilitate de configurare la 220V) pag.6 „Sagittarium manual” Consumabile și accesorii: Rolă 5 cm x 200 m 8 Buc. DA, inclus in oferta „Rolls”	Declarație de conformitate

Cod Fiscal 1012600036108; MD58RN00000022242011247 - MDL; Banca Comerciala Romana Chisinau S.A.



I.C.S. EYECON MEDICAL S.R.L.
Piata D. Cantemir nr.1, Chisinau, Republica Moldova
Tel: +373 22 / 99-60-10, Fax: +373 22 / 99-60-11
office@eyeconmedical.md

w w w . e y e c o n m e d i c a l . m d

				Rolă 7.5 cm x 200 m 8 Buc. DA, inclus in oferta „Rolls” Rolă 15 cm x 200 m 8 Buc DA, inclus in oferta „Rolls”	
--	--	--	--	--	--

Semnat: electronic Numele, Prenumele: Ioan-Răzvan Cârstocea În calitate de: Administrator
Ofertantul: ÎCS EYECON MEDICAL SRL Adresa: mun. Chişinău, Piaţa D. Cantemir 1

Anexa nr. 23

Cod Fiscal 1012600036108; MD58RN000000022242011247 - MDL; Banca Comerciala Romana Chisinau S.A.



I.C.S. EYECON MEDICAL S.R.L.
Piata D.Cantemir nr.1, Chisinau, Republica Moldova
Tel: +373 22 / 99-60-10, Fax: +373 22 / 99-60-11
office@eyeconmedical.md

w w w . e y e c o n m e d i c a l . m d

la Documentatia standard nr. 115
din 15 Septembrie 2021

Specificații de preț

Numarul procedurii de achizitie: 21629267 din 14.07.2026
Obiectul de achizitie: Achiziționarea dispozitivelor medicale conform necesităților instituțiilor medico-sanitare publice (Lista Suplimentară 24)

Cod CPV	Nr. Lot	Denumirea bunurilor/serviciilor	Unitatea de măsură	Cantitatea	Preț unitar (fără TVA)	Preț unitar (cu TVA)	Suma fără TVA	Suma cu TVA	Termenul de livrare/prestare	Clasificație bugetară (IBAN)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
33100000-1	8	Distilator cu monodistilare	buc	3	29 400,00	35 280,00	88 200,00	105 840,00	DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, până la 90 zile de la înregistrarea contractului de CAPCS;	Conform SIA RSAP
	28	Aparat de sigilare pachete cu Instrumente pentru sterilizare	buc	6	19 165,00	22 998,00	114 990,00	137 988,00		
TOTAL							203 190,00	243 828,00		

Semnat: electronic Numele, Prenumele: Ioan-Răzvan Cârstocea În calitate de: Administrator
Ofertantul: ÎCS EYECON MEDICAL SRL Adresa: mun. Chișinău, Piața D. Cantemir 1

Cod Fiscal 1012600036108; MD58RN000000022242011247 - MDL; Banca Comerciala Romana Chisinau S.A.