

Specificații tehnice

Numărul procedurii de achiziție: ocds-b3wdp1-MD-1674655358638 din 26 ian 2023, 16:30 - 2 febr 2023, 8:00

Obiectul achiziției: Verificarea controlului calității la dispozitive medicale (conform specificației atașate)

Cod CPV	Nr. d/o	Denumirea bunurilor/serviciilor		Denumirea modelului bunului/serviciului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standard e de referință
		1		2	3	4	5	6	7
		Bunuri/servicii							
3310000 0-1	1.1	Shimadzu Opescope Acteno	MPD82480 04	-	-	-	1.Exactitatea reproducerii kV/Doza (mGy). 2.Acuratețea reproducerii kV,timp expunere. 3.HVL 4.Reproducerea si linearitatea mAs 5.Exactitatea DAP, debit RF(doza/kV/mA si max), 6.Doza absorbita suprafata de intrare pe procedura - (mGy) sau APR * Pentru CT : CTDI pentru fiecare tip de scanare si FOV (Body&Head); Acuratețea DAP. Linearitate ROI *Pentru Mamografe: suplimentar la măsurări de baza: BEE AGD - Lucrările se efectuează în prezenta unui reprezentant al instituției. - Toate manipulările la utilaj se efectuează exclusiv de persoane autorizate . - Certificat de înregistrare a întreprinderii;	1.Exactitatea reproducerii kV/Doza (mGy). 2.Acuratețea reproducerii kV,timp expunere. 3.HVL 4.Reproducerea si linearitatea mAs 5.Exactitatea DAP, debit RF(doza/kV/mA si max), 6.Doza absorbita suprafata de intrare pe procedura - (mGy) sau APR * Pentru CT : CTDI pentru fiecare tip de scanare si FOV (Body&Head); Acuratețea DAP. Linearitate ROI *Pentru Mamografe: suplimentar la măsurări de baza: BEE AGD - Lucrările se efectuează în prezenta unui reprezentant al instituției. - Toate manipulările la utilaj se efectuează exclusiv de persoane autorizate . - Certificat de înregistrare a întreprinderii;	
3310000 0-1	1.2	Tomograf computerizat Discovery RT	CBCVG18 00002HM	-	-	-			-
3310000 0-1	1.3	Baccara DRF 43	C0980333	-	-	-			-
3310000 0-1	1.4	Shimadzu Acteno-Mobile Art Evolution	M1BDE24 47004	-	-	-			-
3310000 0-1	1.5	Shimadzu Acteno-Mobile Art Evolution	M1BDE24 47005	-	-	-			-
3310000 0-1	1.6	Duo Diagnost	76134	-	-	-			-
3310000 0-1	1.7	Multix Pro	9956	-	-	-			-
3310000 0-1	1.8	Amulet F	46540175	-	-	-			-
3310000 0-1	1.9	SoniAlvision G4	MP0000C4 7003	-	-	-			-
3310000 0-1	1.1	Mammoscan	114	-	-	-			-
3310000 0-1	1.11	Mammoscan	115	-	-	-			-
3310000 0-1	1.12	Mammoscan	116	-	-	-			-
3310000 0-1	1.13	ITALRAY XFM	11-390-21	-	-	-			-

3310000 0-1	1.14	IBIS Xray Systems Simply DR	DR1234	-	-	-	• Autorizația radiologică de la ANRAR; • Certificat metrologic al mijloacelor de măsurare; • Agentul economic se obligă să efectueze lucrările conform graficului prestabilit de IMSP Institutul Oncologic.	• Autorizația radiologică de la ANRAR; • Certificat metrologic al mijloacelor de măsurare; • Agentul economic se obligă să efectueze lucrările conform graficului prestabilit de IMSP Institutul Oncologic.	-
3310000 0-1	1.15	Genoray ZEN-7000	ZEN01200 1-10621	-	-	-			-
3310000 0-1	1.16	Helianthus DBT	HELIBDT/ 122/C2	-	-	-			-

Semnat: _____ Numele, Prenumele: **Alexandru Grabazei** În calitate de: **director**

Ofertantul: **FCPC "DataControl" SRL** Adresa: **mun. Chișinău, str. N. Testemițanu 17/6**