

**SPECIFICAȚII TEHNICE**

**Inspectoratul General al Poliției de Frontieră al MAI**

<b>Numărul procedurii: 21067775, ocds-b3wdp1-MD-1669029295995</b>						<b>Data: 28.11.2022</b>	Alternativa nr.	
<b>Denumirea obiectului achiziției: Utilaj medical</b>						<b>Lot:</b>	pag. 1 din 1	
№ d/o	Cod CPV	Denumirea bunurilor și/sau a serviciilor	Modelul articolului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
-	1	2	3	4	5	6	7	8
1	33100000-1	Centrifuga pentru centrifugarea sângelui	<b>DM0412</b>	China	Dlab	1. Centrifugă de laborator sunt destinate pentru a centrifuga singele. a) Centrifugă, de laborator (8-12 tuburi) ; b) Viteza de rotație: maxim rpm z 3000; minimală-500; rpm reglabila; c) Setarea vitezei; d) Capacitatea: Tipul tuburilor de 8 - 15 ml. Numărul de tuburi 8-12 tuburi e) Timer: Gama de timp 0 - =60 min; f) Incrementarea =1 min g) Securitatea: Blocarea capacului in timpul lucrului; h) Indicatori: Indicarori vizual acustic; i) Pornire/oprire; j) Capac: transparent sau cu vizualizare k) Nivelul de zgomot =70 dB da l) Displei, fereastra, orificiu sau alt acces, necesar pentru efectuarea procedurii de verificare periodica, conform normelor si standardelor in vigoare. m) Alimentarea: 220/230 V, 50/60 Gt.	Centrifuga pentru centrifugarea sângelui. Conform cerințelor tehnice stabilite în anexă.	ISO, CE.

Semnat: \_\_\_\_\_

Numele, prenumele: **Mordvinov Ghenadie**

În calitate de: **Director firmă**

Ofertantul: **DAC-SpectroMed SRL**

Adresa: **MD-2060, Moldova, or. Chișinău, str. Cuza Vodă, 5/1**

**Data: 28.11.2022**  
**Valabilitatea ofertei - 30 zile.**