

Certificat de calitate № 1715 pentru oxigen tehnic în stare gazoasă

Partida №: 3103

Numărul cisternei LITK 5/0.25

Masa netă -----

№	Denumirea indicilor	Document normativ GOST 5583-78	Rezultatele analizei
1	Concentrația de O ₂ , în %, nu mai puțin de	99,7	99.7
2	Concentrația vaporilor de apă, în %, nu mai mult de	0.007	0.002
3	Concentrația de H ₂ , în %, nu mai mult de	0,3	0.078
4	Concentrația de CO ₂ , nu mai mare	Nu se testează	-
5	Conținutul de CO	Reținut conform aliniatului 3.6	reținut
6	Conținutul de acizi	Reținut conform aliniatului 3.7	reținut
7	Conținutul de O ₃ și alte gaze oxidative	Reținut conform aliniatului 3.8	reținut
8	Conținutul de baze	Reținut conform aliniatului 3.9	reținut
9	Prezența mirosului	Nu se testează	-

Calitatea oxigenului tehnic si medicinal corespunde conform GOST 5583-78

Farmacist-diriginte: *Grigore*

Data: 03.04.2020

Laboratorul Secției de Producere

