

Specificații tehnice

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 2, 3, 4, 6, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 5,]

Numărul procedurii de achiziție: 21416684 din 19.05.2025

Obiectul de achiziție: Produse parafarmaceutice

Denumirea bunurilor și/sau a serviciilor	Modelul Aricolului	Țara de origine	Producătorul	Specific tehnică deplina solicitată	Specificatie tehnică propusă de ofertant	Standarde de referință
1	2	3	4	5	6	7
Bunuri/servicii						
Lotul 1						
Filtru pentru circuite de respirație, mecanic, adult	43.009.05.708	Germania	P.J. Dahlhausen & Co. GmbH	Tip pacient: Adult Tip filtru: mecanic / HEPA Rata de filtrare >99,999% Rezistența la flux 30l/min < 2,55 cm H₂O; Volum compresibil < 90 ml Port lăcer lock obligatoriu Conexiuni 22F- 1 5M, 22M- 1 5F steril sau asamblat în condiții curate conform EN14644-1 Ambalai individual	Rata de filtrare este 99,999% (a se vedea pag. 1 a LOTUL 1). – Rezistența la flux (a se vedea pag. 1, LOTUL 1): inspirator: expirator: 1.4 hPa – 30 l/min 1.4 hPa – 30 l/min 3.2 hPa – 60 l/min 3.2 hPa – 60 l/min 5.3 hPa – 90 l/min 5.0 hPa – 90 l/min – Pierdere de umiditate (mg H₂O/l) (a se vedea pag. 1, Product Data Sheet): VT 1.000 ml = 32,4 VT 750 ml = 33,7 VT 500 ml = 38,2 .	CE
Total lot 1						
Lotul 2						
Manșeta NIBP adulți (pentru măsurarea neinvazivă a tensiunii arteriale) 35 -55 cm	U500-1L(C)	China	Shenzhen UpnMed Equipment Co., Ltd	1. Cu un canal, un tub cu conector la furtun NIBP compatibil cu monitoarele din cadrul institutiei 2. Marimea 35- 55 cm 3. Reutilizabile 4. Material nylon sau poliuretan sau material echivalent	1. Cu un canal, un tub cu conector la furtun NIBP compatibil cu monitoarele din cadrul institutiei 2. Marimea 33- 47 cm 3. Reutilizabile 4. Material nylon	CE
Total lot 2						
Lotul 3						
Sensor SpO ₂ , adulți, p/u Dräger InFiniti XL	U401-A(D01AA)	China	Shenzhen UpnMed Equipment Co., Ltd	Pentru măsurarea saturației de oxigen la deget, Pentru adulți cu greutatea > 30 kg cu pelicula adezivă, compatibil cu monitorul Draeger InFiniti XL, se nu fie din materiale cu proprietăți poroase, Unica folosinta.	Pentru măsurarea saturației de oxigen la deget, Pentru adulți cu greutatea > 30 kg cu pelicula adezivă (Micro foam), compatibil cu monitorul Draeger InFiniti XL. Unica folosinta.	CE
Total lot 3						
Lotul 4						
Seringi getabile 30-60ml	CH03050PTB	Slovakia	CHIRANA T. Injecta, a.s	Seringi getabile 30-60 ml pentru infuzomat	50 ml transparent BB	CE
Total lot 4						
TOTAL						

Semnat: _____ Numele, prenumele: Ermicev Alexandr în calitate de: Director

Ofertantul: LABROMED LABORATOR SRL Adresa: MD 2060, Chișinău, str. Trandafirilor, 15 , tel.022 00 08 24 , fax.022 00 08 23