

SPECIFICAȚII TEHNICE (F4.1)

Nr. Licitației:	ocds-b3wdp1-MD-1602657962830 / 21029373	Data: 05 noiembrie 2020
Denumirea Licitației:	Achiziționarea reactivelor de laborator pentru 2021	

Nr	Cod CPV	Denumirea bunuri solicitate	Modelul articolului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
0	1	2	3	4	5	6	7	8
		Lotul 3. Analizatorul hematologic automat SYSMEX XT-2000i						
1	33696500-0	Reagent Cellpack pentru diluarea tuturor fracțiilor celulare.	Cellpack	Japonia	Sysmex	Ambalaj solicitat: 20 L Componenta: Sodium chloride 0,64%, Boric acid 0,10%, Sodium tetraborate - 0,02%, EDTA-2K 0,02%. Compatibil cu analizator SYSMEX XT-2000i. Certificat de compatibilitate a reactivelor ofertați cu analizatorul XT-2000i eliberat de către producătorul analizatorului.	Conform cerințelor; Ambalaj 20 L; Produs este original de la producatorul analizatorului XT-2000i	CE, ISO
2	33696500-0	Reagent Stromatolyser-FB pentru lizarea leucocitelor în scopul determinării ulterioare a bazofilelor.	Stromatolyser-FB	Japonia	Sysmex	Ambalaj solicitat: 5 L Componenta: Non-ionic surfactant 0,40%, Organic quaternary amonium salt 0,1%. Compatibil cu analizator SYSMEX XT-2000i. Certificat de compatibilitate a reactivelor ofertați cu analizatorul XT-2000i eliberat de către producătorul analizatorului.	Conform cerințelor; Ambalaj 5 L; Produs este original de la producatorul analizatorului XT-2000i	CE, ISO
3	33696500-0	Reagent Stromatolyser-4DL pentru lizarea eritrocitelor și trombocitelor și diluarea leucocitelor.	Stromatolyser-4DL	Japonia	Sysmex	Ambalaj solicitat: 5 L Componenta: Non-ionic surfactant 0,18%, Organic quaternary ammonium salt 0,08%. Compatibil cu analizator SYSMEX XT-2000i. Certificat de compatibilitate a reactivelor ofertați cu analizatorul XT-2000i eliberat de către producătorul analizatorului.	Conform cerințelor; Ambalaj 5 L; Produs este original de la producatorul analizatorului XT-2000i	CE, ISO
4	33696500-0	Reagent Stromatolyser-4DS pentru colorarea structurii interne a leucocitelor din probele diluate și lizate în prealabil.	Stromatolyser-4DS	Japonia	Sysmex	Ambalaj solicitat: 42 ml Componenta: Polymethine dye 0,002%, Methanol 3,00%, Ethylene glycol 96,90%. Compatibil cu analizator SYSMEX XT-2000i. Certificat de compatibilitate a reactivelor ofertați cu analizatorul XT-2000i eliberat de către producătorul analizatorului.	Conform cerințelor; Ambalaj 42 ml; Produs este original de la producatorul analizatorului XT-2000i	CE, ISO
5	33696500-0	Reagent Sulfolyser pentru lizarea eritrocitelor și măsurarea hemoglobinei.	Sulfolyser	Japonia	Sysmex	Ambalaj solicitat: 3x500 ml Componenta: Sodium lauryl sulphate 0,17%. Compatibil cu analizator SYSMEX XT-2000i. Certificat de compatibilitate a reactivelor ofertați cu analizatorul XT-2000i eliberat de către producătorul analizatorului.	Conform cerințelor; Ambalaj 3x500 ml; Produs este original de la producatorul analizatorului XT-2000i	CE, ISO
6	33696500-0	Reagent Retsearch II pentru diluarea probelor și colorarea structurii interne a reticulocitelor în scopul enumerării acestora.	Retsearch II	Japonia	Sysmex	Ambalaj solicitat: 1 L + 12 ml Componenta: RET-Search (II) (Diluent): Tricine Buffer 0,18%; RET-Search (II) (Dye solution): Polymethine dye 0,03%, Methanol 7,1% Ethylene glycol 92,8%. Compatibil cu analizator SYSMEX XT-2000i. Certificat de compatibilitate a reactivelor ofertați cu analizatorul XT-2000i eliberat de către producătorul analizatorului.	Conform cerințelor; Ambalaj 1 L + 12 ml; Produs este original de la producatorul analizatorului XT-2000i	CE, ISO

Nr	Cod CPV	Denumirea bunuri solicitate	Modelul articolului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
0	1	2	3	4	5	6	7	8
7	33696500-0	Detergent Cellclean pentru îndepărtarea resturilor de lizant, reziduuri celulare, proteine din sistemul hidraulic al analizatorului.	Cellclean	Japonia	Sysmex	Ambalaj solicitat: 50 ml Componenta: Sodium hypochlorite 5,00%. Compatibil cu analizator SYSMEX XT-2000i. Certificat de compatibilitate a reactivelor oferați cu analizatorul XT-2000i eliberat de către producătorul analizatorului.	Conform cerințelor; Ambalaj 50 ml; Produs este original de la producatorul analizatorului XT-2000i	CE, ISO
8	33696500-0	Materialul de control pathologic E-Check (XE) L1 (nivel scăzut).	E-Check (XE) L1	Japonia	Sysmex	Ambalaj solicitat: 4,5 ml Compatibil cu analizator SYSMEX XT-2000i. Certificat de compatibilitate a reactivelor oferați cu analizatorul XT-2000i eliberat de către producătorul analizatorului.	Conform cerințelor; Ambalaj 4,5 ml; Produs este original de la producatorul analizatorului XT-2000i	CE, ISO
9	33696500-0	Materialul de control E-Check (XE) L2 (nivel normal).	E-Check (XE) L2	Japonia	Sysmex	Ambalaj solicitat: 4,5 ml Compatibil cu analizator SYSMEX XT-2000i. Certificat de compatibilitate a reactivelor oferați cu analizatorul XT-2000i eliberat de către producătorul analizatorului.	Conform cerințelor; Ambalaj 4,5 ml; Produs este original de la producatorul analizatorului XT-2000i	CE, ISO
10	33696500-0	Materialul de control patologic E-Check (XE) L3 (nivel înalt).	E-Check (XE) L3	Japonia	Sysmex	Ambalaj solicitat: 4,5 ml Compatibil cu analizator SYSMEX XT-2000i. Certificat de compatibilitate a reactivelor oferați cu analizatorul XT-2000i eliberat de către producătorul analizatorului.	Conform cerințelor; Ambalaj 4,5 ml; Produs este original de la producatorul analizatorului XT-2000i	CE, ISO
Lotul 4. Analizatorul hematologic automat SYSMEX XS-1000i								
1	33696500-0	Reagent Cellpack pentru diluarea tuturor fracțiilor celulare.	Cellpack	Japonia	Sysmex	Ambalaj solicitat: 20 L Componenta: Sodium chloride 0,64%, Boric acid 0,10%, Sodium tetraborate - 0,02%, EDTA-2K 0,02%. Compatibil cu analizator SYSMEX XS-1000i. Certificat de compatibilitate a reactivelor oferați cu analiza-torul XS-1000i eliberat de către producătorul analizatorului.	Conform cerințelor; Ambalaj 20 L; Produs este original de la producatorul analizatorului XS-1000i	CE, ISO
2	33696500-0	Reagent Stromatolyser-4DL pentru lizarea eritrocitelor și trombocitelor și diluarea leucocitelor.	Stromatolyser-4DL	Japonia	Sysmex	Ambalaj solicitat: 5 L Componenta: Non-ionic surfactant 0,18%, Organic quaternary ammonium salt 0,08%. Compatibil cu analizator SYSMEX XS-1000i. Certificat de compatibilitate a reactivelor oferați cu analizatorul XS-1000i eliberat de către producătorul analizatorului.	Conform cerințelor; Ambalaj 5 L; Produs este original de la producatorul analizatorului XS-1000i	CE, ISO
3	33696500-0	Reagent Stromatolyser-4DS pentru colorarea structurii interne a leucocitelor din probele diluate și lizate în prealabil.	Stromatolyser-4DS	Japonia	Sysmex	Ambalaj solicitat: 42 ml Componenta: Polymethine dye 0,002%, Methanol 3,00%, Ethylene glycol 96,90%. Compatibil cu analizator SYSMEX XS-1000i. Certificat de compatibilitate a reactivelor oferați cu analizatorul XS-1000i eliberat de către producătorul analizatorului.	Conform cerințelor; Ambalaj 42 ml; Produs este original de la producatorul analizatorului XS-1000i	CE, ISO
4	33696500-0	Reagent Sulfolyser pentru lizarea eritrocitelor și măsurarea hemoglobinei.	Sulfolyser	Japonia	Sysmex	Ambalaj solicitat: 3x500 ml Componenta: Sodium lauryl sulphate 0,17%. Compatibil cu analizator SYSMEX XS-1000i. Certificat de compatibilitate a reactivelor oferați cu analiza-torul XS-1000i eliberat de către producătorul analizatorului.	Conform cerințelor; Ambalaj 3x500 ml; Produs este original de la producatorul analizatorului XS-1000i	CE, ISO
5	33696500-0	Detergent Cellclean pentru îndepărtarea resturilor de lizant, reziduuri celulare, proteine din sistemul hidraulic al analizatorului.	Cellclean	Japonia	Sysmex	Ambalaj solicitat: 50 ml Componenta: Sodium hypochlorite 5,00%. Compatibil cu analizator SYSMEX XS-1000i. Certificat de compati-bilitate a reactivelor oferați cu analizatorul XS-1000i eliberat de către producătorul analizatorului.	Conform cerințelor; Ambalaj 50 ml; Produs este original de la producatorul analizatorului XS-1000i	CE, ISO

Nr	Cod CPV	Denumirea bunuri solicitate	Modelul articolului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
0	1	2	3	4	5	6	7	8
6	33696500-0	Materialul de control patologic E-Check (XS) L1 (nivel scăzut).	E-Check (XS) L1	Japonia	Sysmex	Ambalaj solicitat: 1,5 ml. Compatibil cu analizator SYSMEX XS-1000i. Certificat de compatibilitate a reactivelor ofertați cu analizatorul XS-1000i eliberat de către producătorul analizatorului.	Conform cerințelor; Ambalaj 1,5 ml; Produs este original de la producătorul analizatorului XS-1000i	CE, ISO
7	33696500-0	Materialul de control E-Check (XS) L2 (nivel normal).	E-Check (XS) L2	Japonia	Sysmex	Ambalaj solicitat: 1,5 ml Compatibil cu analizator SYSMEX XS-1000i. Certificat de compatibilitate a reactivelor ofertați cu analizatorul XS-1000i eliberat de către producătorul analizatorului.	Conform cerințelor; Ambalaj 1,5 ml; Produs este original de la producătorul analizatorului XS-1000i	CE, ISO
8	33696500-0	Materialul de control patologic E-Check (XS) L3 (nivel înalt).	E-Check (XS) L3	Japonia	Sysmex	Ambalaj solicitat: 1,5 mlCompatibil cu analizator SYSMEX XS-1000i. Certificat de compatibilitate a reactivelor ofertați cu analizatorul XS-1000i eliberat de către producătorul analizatorului.	Conform cerințelor; Ambalaj 1,5 ml; Produs este original de la producătorul analizatorului XS-1000i	CE, ISO
		Lotul 5. Analizator hematologic automat SYSMEX XP-300						
1	33696500-0	Reagent Cellpack pentru diluarea tuturor fracțiilor celulare	Cellpack	Japonia	Sysmex	Ambalaj solicitat: 20 L Componența: Sodium chloride 0,64%, Boric acid 0,10%, Sodium tetraborate - 0,02%, EDTA-2K 0,02%. Compatibil cu analizator SYSMEX XP-300. Certificat de compatibilitate a reactivelor ofertați cu analizatorul XP-300 eliberat de către producătorul analizatorului.	Conform cerințelor; Ambalaj 20 L; Produs este original de la producătorul analizatorului XP-300	CE, ISO
2	33696500-0	Reagent Stromatolyser-WH pentru lizarea eritrocitelor în scopul enumerării exacte a leucocitelor	Stromatolyser-WH	Japonia	Sysmex	Ambalaj solicitat: 3x500 ml Componența: Organic quaternary ammonium salt 0,85%, Sodium chloride 0,05%. Compatibil cu analizator SYSMEX XP-300. Certificat de compatibilitate a reactivelor ofertați cu analizatorul XP-300 eliberat de către producătorul analizatorului	Conform cerințelor; Ambalaj 3x500 ml; Produs este original de la producătorul analizatorului XP-300	CE, ISO
3	33696500-0	Detergent Cellclean pentru îndepărtarea resturilor de lizant, reziduuri celulare, proteine din sistemul hidraulic al analizatorului.	Cellclean	Japonia	Sysmex	Ambalaj solicitat: 50 ml Componența: Sodium hypochlorite 5,00%. Compatibil cu analizator SYSMEX XP-300. Certificat de compatibilitate a reactivelor ofertați cu analizatorul XP-300 eliberat de către producătorul analizatorului	Conform cerințelor; Ambalaj 50 ml; Produs este original de la producătorul analizatorului XP-300	CE, ISO
4	33696500-0	Materialul de control patologic Eighcheck-3WP L (nivel scăzut).	Eighcheck-3WP L	Japonia	Sysmex	Ambalaj solicitat: 1,5 ml Compatibil cu analizator SYSMEX XP-300. Certificat de compatibilitate a reactivelor ofertați cu analizatorul XP-300 eliberat de către producătorul analizatorului	Conform cerințelor; Ambalaj 1,5 ml; Produs este original de la producătorul analizatorului XP-300	CE, ISO
5	33696500-0	Materialul de control Eighcheck-3WP N (nivel normal).	Eighcheck-3WP N	Japonia	Sysmex	Ambalaj solicitat: 1,5 ml Compatibil cu analizator SYSMEX XP-300. Certificat de compatibilitate a reactivelor ofertați cu analizatorul XP-300 eliberat de către producătorul analizatorului	Conform cerințelor; Ambalaj 1,5 ml; Produs este original de la producătorul analizatorului XP-300	CE, ISO

Nr	Cod CPV	Denumirea bunuri solicitate	Modelul articolului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
0	1	2	3	4	5	6	7	8
6	33696500-0	Materialul de control patologic Eighcheck-3WP H (nivel înalt).	Eighcheck-3WP H	Japonia	Sysmex	Ambalaj solicitat: 1,5 ml Compatibil cu analizator SYSMEX XP-300. Certificat de compatibilitate a reactivelor ofertați cu analizatorul XP-300 eliberat de către producătorul analizatorului	Conform cerințelor; Ambalaj 1,5 ml; Produs este original de la producătorul analizatorului XP-300	CE, ISO
Lotul 8. Investigatii clinice generale, hematologice si citologice								
1	33696500-0	Reagent monoclonal anti – A (Tipul anticorpilor – clasa IgM)	Anti-A, monoclonal	Austria	Dialab	Conform invitației	Conform cerințelor; ambalaj 10 mL - 200 doze	CE, ISO
2	33696500-0	Reagent monoclonal anti-B (Tipul anticorpilor-clasa Ig M)	Anti-B, monoclonal	Austria	Dialab	Conform invitației	Conform cerințelor; ambalaj 10 mL - 200 doze	CE, ISO
3	33696500-0	Reagent monoclonal anti-AB (Tipul anticorpilor – clasa IgM)	Anti-AB, monoclonal	Austria	Dialab	Conform invitației	Conform cerințelor; ambalaj 10 mL - 200 doze	CE, ISO
4	33696500-0	Reagent monoclonal Anti-D (Tipul anticorpilor – clasa IgM)	Anti-D(IgM/IgG), monoclonal	Austria	Dialab	Conform invitației	Conform cerințelor; ambalaj 10 mL - 200 doze	CE, ISO
5	33696500-0	Reagent monoclonal Anti-D (Tipul anticorpilor – clasa IgG)	Anti-D(IgM/IgG), monoclonal	Austria	Dialab	Conform invitației	Conform cerințelor; ambalaj 10 mL - 200 doze	CE, ISO
Lotul 9. Expres teste diagnostice pentru analiza de rutina a urinei								
1	33696500-0	Microalbuminurie	Microalbumin Dipstick	Austria	Dialab	Expres test	Microalbuminuria (expres test), 50 teste	CE, ISO
2	33696500-0	Determinarea singelui ocult in material biologic (FOB (Fecal Occult Blood) Cassette	FOB (Fecal Occult Blood) Cassette	Romania	Camp Medica	1x20 teste in set	Conform cerințelor; ambalaj 20 teste	CE, ISO
Lotul 15. Set imunologic pentru expres diagnostica								
1	33696500-0	CRP	Humatex CRP	Germania	Human	Latex-test, 5ml	Conform cerințelor: Latex-test, 5ml/100 teste	CE, ISO
2	33696500-0	RF	Humatex RF	Germania	Human	Latex-test, 5ml	Conform cerințelor: Latex-test, 5ml/100 teste	CE, ISO
3	33696500-0	ASO	Humatex ASO	Germania	Human	Latex-test, 5ml	Conform cerințelor: Latex-test, 5ml/100 teste	CE, ISO
4	33696500-0	Hexagon Malaria Combi 20 test.(P.falciparum, P.vivax, P.malariae,P.ovale)	Malaria P.f./Pan Cassette	Austria	Dialab	Imunocromotografie	Conform cerințelor: Imunocromotografie, ambalaj 25 teste	CE, ISO
5	33696500-0	Troponina (20 test)	Troponin I Cassette	Austria	Dialab	Imunocromotografie	Conform cerințelor: Imunocromotografie, ambalaj 25 teste	CE, ISO
Lotul 17. Analizator biochimic Stat-Fax 1904								
1	33696500-0	Alfa-Amilaza	Alpha-Amylase liq.	Germania	Human	Fotometrică fermentativă. Determinare cinetică. Flac volum 10-50ml.	Conform cerințelor: Fotometrică fermentativă. Determinare cinetică. Ambalaj 6x50ml.	CE, ISO
2	33696500-0	Proteina în urina	Protein Total in urine/CSF	Austria	Dialab	Fotometrică. Flacoane volum 10-50 ml.	Conform cerințelor: Fotometrică. Ambalaj 5x25ml	CE, ISO

Ofertantul: **"Echipamed - Plus" SRL**

Numele, Prenumele: **Iurchevici Valeriu**

În calitate de: **Director**

Semnat: _____

Adresa: **str.Valea Trandafirilor 24"B"**